

Nr sprawy: SP ZOZ ZSM/ZP/43.2/2019

Chorzów, dnia 04.10.2019 r.

**Szanowni Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartość kwoty 221 000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: „**Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Klinicznego Hematologii i Profilaktyki Chorób Nowotworowych SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie**” SP ZOZ ZSM/ZP/43/2019.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcy zadali pytania. Zamawiający przytacza poniżej treść pytań i udziela wyjaśnień.

**Pytanie nr 1 - Dotyczy pakietu nr 2, załącznik nr 2 pkt. 13:**

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie cytometru z automatycznym trybem pobierania próbek ze statywu w kształcie prostopadłościanu mieszczącego 40 probówek, zamiast karuzeli.

Kształt statywu jest rozwiązaniem konstrukcyjnym i może on mieć różne kształty zupełnie nie wpływające na funkcjonalność urządzenia.

**Odpowiedź na pytanie nr 1:** Zamawiający dopuszcza cytometr z automatycznym trybem pobierania próbek ze statywu w kształcie prostopadłościanu mieszczącego 40 probówek, zamiast karuzeli.

**Pytanie nr 2 - Dotyczy pakietu nr 2, załącznik nr 2 pkt. 5:**

Czy zamawiający dopuści aparat o wymiarach mniejszych niż obecnie opisane tj. 63,2 x 57,9 x 57,9 cm

**Odpowiedź na pytanie nr 2:** Zamawiający dopuszcza aparat o wymiarach 63,2 x 57,9 x 57,9 cm.

Z poważaniem,

**Z-CA DYREKTORA**  
d/s administracyjnych

*Arkadiusz Jakubczyk*

Otrzymali:

- 1) <http://www.zsm.com.pl>
- 2) a/a