



NA ETAPIE WYKONAWSTWA konieczna będzie ocena faktycznie wykonanej zasypki , stopnia jej zagęszczenie i ocena rzeczywistych obciążeń płyty. Należy się liczyć z częściową bądź całkowitą przebudową podłoża w zagłębieniu rusztu w rejonie osi C-D – 5-6 , co będzie możliwe do określenia , po stwierdzeniu stanu istniejącego (możliwa wymiana warstwy keramzytu na styrodur – obciążenie płyty)

5,0 cm	klatka Faradaya z wykończeniem (w dostawie)
5,5 cm	wylewka zbrojona siatką zatarta na gładko
5,0 cm	styrodur ekstrudowany (izolacja przeciwdrganiowa)
	izolacja p. wilgociowa- 2 x papa na lepiku
10 cm	chudy beton
	keramzyt
30 cm	płyta żelbetowa
	- beton wodoszczelny
10 cm	chudy beton
	pale wiercone kotwione w ruszcie żelb.

20 cm płyta fundamentowa pod gantry MRI oddylatowana za pomocą 2 cm przekładek ze styroduru ekstrudowanego

istniejące warstwy wg. dokumentacji archiwalnej:	
1,5 cm	posadzka PVC
1,0 cm	wylewka samopoziomująca
5 cm	wylewka betonowa zbrojona siatką
8 cm	styropian posadzkowy
	izolacja p. wilgociowa- 2 x papa na lepiku
10 cm	chudy beton
	keramzyt
30 cm	płyta żelbetowa
	- beton wodoszczelny
10 cm	chudy beton
	pale wiercone kotwione w ruszcie żelb.

uwaga:
rysunki rozpatrywać włącznie z projektami branżowymi

jednostka projektowa:
ap projekt
antosz piotr

40-734 KATOWICE huculska 5/1
tel: 32 252 44 25, kom: 501 096 676
inwestor:

SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
ul. Strzelców Bytomskich 11
41-500 Chorzów

obiekt:
SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Truchana 7

adres obiektu:
działka nr : 3721/238; obręb: 0004; gmina: Chorzów;
miasto: Chorzów; województwo: śląskie 41-500:

tytuł projektu:
Przebudowa pomieszczeń w przyziemiu segmentu dobudowy B1 na potrzeby utworzenia pracowni rezonansu magnetycznego wraz z pomieszczeniami przynależnymi, w jednostce organizacyjnej ZSM Szpital przy ulicy Władysława Truchana 7 wraz z instalacjami c.o., wod. kan., wentylacji i klimatyzacji, gazów medycznych, instalacji elektrycznych, instalacji IT, instalacji SAP i DSO

branża:
architektura

faza projektu:
projekt wykonawczy

Tytuł rysunku

A-01 Przekrój

projektant
arch. Piotr Antosz
upr. bud. nr 167/00

sprawdzający
arch. Maciej Jekielek
upr. bud. nr 167/00

data : 09 2019

skala: 1:50
Nr Arkusza A.8