

Chorzów, dnia 27.04.2020 r.

Szanowni Wykonawcy

Dotyczy zamówienia pod nazwą: „Zakup i dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań hematologicznych i koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatorów dla potrzeb Laboratorium Analitycznego. Numer postępowania: SP ZOZ ZSM ZP/14/2020

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcy zadali pytania. Zamawiający przytacza poniżej treść pytań i udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1 (Dotyczy pakietu nr 3: Załącznika nr 2C, Pkt. II. Wydajność aparatu) Prosimy o informację czy w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań dla wydajności analizatora parametrów hemostazy Zamawiający wymaga: APTT - minimum 180 ozn. / godzinę oraz PT - minimum 180 ozn. / godzinę.?

Odpowiedź nr 1: Zamawiający poprawia omyłkę pisarską zgodnie z poniższym:


APTT - minimum 180 ozn. / godzinę.

PT - minimum 180 ozn. / godzinę.

Pytanie nr 2 (Dotyczy pakietu nr 3: Załącznika nr 2C, Pkt. VII. System informatyczny) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora do oceny prawidłowości procesu hemostazy pierwotnej oraz analizatora do badań hemostazy z oprogramowaniem w j. angielskim z pełną instrukcją obsługi w języku polskim?

Odpowiedź nr 2: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Z poważaniem,


DYREKTOR
SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich

dr n. ekon. Jerzy Szafranowicz

Załącznik:

1. Zmodyfikowany załącznik nr 2C do SIWZ z dnia 27.04.2020 r.

Otrzymali:

- 1) <http://zsm.com.pl/>
- 2) a/a