

Nr sprawy: SP ZOZ ZSM/ZP/30.1/2020

Chorzów, dnia 2020-09-08 r.

**Szanowni Wykonawcy**


- I. Dotyczy zamówienia pod nazwą: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” o numerze referencyjnym SP ZOZ ZSM/ZP/30/2020.

**Pytanie Wykonawcy 1 (Pakiet 22 poz. 2):**

Prosimy o doprecyzowanie jaki typu fartucha ma być zaoferowany:

Dwustronne: płaszcz, poncho, garsonka

Jednostronne: komfort, standard czy chirurgiczny?



**Odpowiedź Zamawiającego 1:**

Zamawiający w pakiecie nr 22 poz. 2 oczekuje fartucha jednostronnego, chirurgicznego o stopniu ochrony 0,5mmPb zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 2 (Pakiet 22 poz. 2):**

Prosimy o doprecyzowanie jaki stopień ochronności mają posiadać oferowane fartuchy:

W przypadku wyboru fartucha dwustronnego: przód/tył 0,5mmPb/0,5mmPb czy 0,5mmPb/0,25mmPb  
0,35mmPb/35mmPb czy 0,35mmPb/ 0,25mmPb

W przypadku wyboru fartucha jednostronnego: 0,5mmPb czy 0,35mmPb czy 0,25mmPb

Odpowiedź Zamawiającego 2:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

**Pytanie Wykonawcy 3 (Pakiet 22 poz. 2):**

Prosimy o doprecyzowanie czy fartuchy mają być wykonane z gumy ołowianej czy materiału bezołowiowego lżejszego od gumy ołowianej.

Odpowiedź Zamawiającego 3:

Zamawiający oczekuje fartuchów z gumy, którą można dezynfekować zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 4 (Pakiet 41 poz. 8):**

Uprzejmie proszę o wydzielenie pozycji 8 z pakietu 41 i utworzenie z niej odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

Odpowiedź Zamawiającego 4:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 5 (Pakiet 75 poz. 3 i 4):**

Uprzejmie proszę o wydzielenie pozycji 3 oraz 4 z pakietu 75 i utworzenie z nich odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionych pozycji w dotychczasowym pakiecie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

Odpowiedź Zamawiającego 5:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 6 (Pakiet 55 poz. 3):**

Czy Zamawiający w pozycji 3 pakiet 55 do postępowania cewnik dwuświatłowy wysokoprzepływowo (High Flow) z termoplastycznego poliuretanu Tecoflex z ramionami prostymi o średnicy 11 Fr lub 13 Fr i długościach: 15 cm, 17,5 cm, 20 cm, 25 cm, do wyboru przez Zamawiającego? Charakterystyka cewnika: - termoplastyczny poliuretan Tecoflex - radiocieniujący szaft cewnika - końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu - przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów - obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry - zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się - wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość - kompatybilny z MRI - odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg - igła wprowadzająca 18G - rozszerzadło - nasadki iniekcyjne Luer Lock - wyprodukowany w Niemczech

Odpowiedź Zamawiającego 6:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zamawiający opisuje cewnik z powłoką antybakteryjną zawierającą bizmut, który ogranicza namnażanie się bakterii.

**Pytanie Wykonawcy 7 (Pakiet 55 poz. 3):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 z pakietu 55 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji? Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu

Odpowiedź Zamawiającego 7:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 8 (Pakiet 55 poz. 9):**

Czy Zamawiający w pozycji 9 pakiet 55 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy wysokoprzepływowo z poliuretanu Tecoflex z prostymi ramionami lub zagiętymi o przekroju 6,5 Fr długość 7,5 cm, o przekroju 8 Fr i długości 10 cm, oraz o przekroju 11 Fr i długości 15 cm? Charakterystyka cewnika: - termoplastyczny poliuretan Tecoflex - radiocieniujący szaft cewnika - końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu - przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów - obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry - zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się - wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość - kompatybilny z MRI - odporna na odkształcenia

przewodnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg (wymiary: 0,45/400 mm i 0,80/400 mm) - igła wprowadzająca 18G - rozszerzało - nasadki iniekcyjne Luer Lock - wyprodukowano w Niemczech

Odpowiedź Zamawiającego 8:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 9 (Pakiet 55 poz. 9):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 9 z pakietu 55 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji? Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu.

Odpowiedź Zamawiającego 9:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 10 (Pakiet 51 poz. 1):**

Czy Zamawiający dopuści filtr noworodkowy, elektrostatyczny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999%, z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziomie nawilżania 31 mgH<sub>2</sub>O przy Vt=50 ml, waga 9 g, przestrzeń martwa 8 ml, filtr ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno?

Odpowiedź Zamawiającego 10:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 11 (Pakiet 51 poz. 2):**

Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,999%, wirusowej 99,999%, skuteczności nawilżania 32 mg H<sub>2</sub>O przy Vt=250 ml, przestrzeń martwa 26ml, masa 18 g, objętość oddechowa powyżej 75 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylny, z portem kapno, pakowany pojedynczo?

Odpowiedź Zamawiającego 11:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 12 (Pakiet 51 poz. 4-9):**

Czy Zamawiający wydzieli wskazane pozycje do osobnego pakietu? Pozwoli to na złożenie bardzo konkurencyjnej oferty

Odpowiedź Zamawiającego 12:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 13 (Pakiet 26 poz. 11):**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pasków testowych MultiSure GK do pomiaru ciał beta-ketonowych we krwi, kompatybilnych z aparatem MultiSure GK (wraz z dostarczeniem kompatybilnych glukometrów)? W załączeniu opis oferowanych pasków.

Odpowiedź Zamawiającego 13:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 14 (Pakiet 26 poz. 11):**

Czy Zamawiający wydzieli poz. 11 z pakietu 26 w celu utworzenia z niej odrębnego pakietu? Aktualny opis przedmiotu zamówienia ogranicza możliwość złożenia oferty wyłącznie do tych podmiotów, które posiadają pełny asortyment zawarty w pakiecie 26. Paski wymienione w poz. 11 nie są funkcjonalnie powiązane z pozostałym asortymentem.

Odpowiedź Zamawiającego 14:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 15 (Pakiet 66 i Pakiet 67):**

Zamawiający określa system do pomiaru stężenia glukozy we krwi podając nazwy własne pasków testowych będących zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, co znacząco ogranicza konkurencję asortymentowo-cenową, tym samym narażając szpital na wysoką cenę. Jeżeli Zamawiający dopuści inne systemy dostępne na rynku, które niejednokrotnie przewyższają parametrami system wymagany przez Zamawiającego, miałby możliwość obniżenia kosztów w budżecie przeznaczonym na zakup systemów pomiaru glukozy. W związku z tym pytamy, czy Zamawiający, postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 7 i 29 Pzp) dopuszcza konkurencyjne paski testowe (wraz z przekazaniem kompatybilnych z nimi glukometrów i nakłuwaczy) charakteryzujące się opisanymi poniżej cechami: a) Funkcja Auto-coding; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym oksydaza glukozy; d) zakres wyników pomiaru w jednostkach 20-600mg/dl; e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra; f) zakres hematokrytu 10-70%, umożliwiając wykonywanie pomiarów we krwi

właściczkowej osób dorosłych i noworodków; g) bezdotykowy wyrzut zużytego paska po pomiarze za pomocą przycisku; h) stabilność pasków testowych i płynów kontrolnych wynosząca 6 miesięcy po otwarciu fiolki; i) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem? Prosimy o określenie konkretnych kryteriów równoważności.

**Odpowiedź Zamawiającego 15:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zamawiający podał nazwy glukometrów w opisie przedmiotu zamówienia, które stanowią jego własność i do których chce zakupić kompatybilne paski testowe. Zamawiający nie widzi powodu, dla którego miałby nie używać posiadanych sprawnych i systematycznie walidowanych płynami kontrolnymi urządzeń.

**Pytanie Wykonawcy 16 (Pakiet 66 i Pakiet 67):**

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci wysokiej jakości pasków testowych do glukometrów (wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometrów i nakłuwaczy), charakteryzujących się opisanymi poniżej parametrami: a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; d) Kapilara samozasysająca krew; e-f) Wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku, dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej szczytowej; g) Możliwość wykorzystania jednostkowego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy; h) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra, zakres pomiaru 20-600 mg/dl i zakres hematokrytu 20-60% przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197:2015; i) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem? Prosimy o określenie konkretnych kryteriów równoważności.

**Odpowiedź Zamawiającego 16:**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 15.

**Pytanie Wykonawcy 17 (Pakiet 66 i Pakiet 67):**

Czy Zamawiający dopuszcza równoważne paski testowe do glukometru (wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometrów i nakłuwaczy), charakteryzujące się następującymi parametrami: a) zakres wyników pomiaru 20-600 mg/dl i zakres hematokrytu 20-60%, umożliwiające wykonywanie pomiarów we krwi kapilarnej i żyłnej przy dokładności zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197:2015; b) wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku; c) paski nie wymagające kodowania; d) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; e) przydatność pasków testowych do użycia po otwarciu pojedynczej fiolki wynosząca 6 miesięcy; f) wielkość próbki 0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5s; g) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem? Prosimy o określenie konkretnych kryteriów równoważności.

**Odpowiedź Zamawiającego 17:**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 15.

**Pytanie Wykonawcy 18 (Pakiet 31 poz. 3):**

Cechą układu oddechowego wpływającą na ograniczenie i ochronę przed kolonizacją przez drobnoustroje patogenne jest dodatek przeciwdrobnoustrojowy oparty na działaniu jonów srebra. Czy Zamawiający, ze względu na bezpieczeństwo i ochronę personelu oraz pacjentów, wymaga aby oferowane układy posiadały ochronę przeciwdrobnoustrojową opartą na działaniu jonów srebra oraz czy w ramach profilaktyki zakażeń szpitalnych Zamawiający wymaga aby zaferowane układy były wykonane z materiału z ochroną przeciwdrobnoustrojową o udowodnionej w badaniach skuteczności? Właściwości dodatku przeciwdrobnoustrojowego opartego na działaniu jonów srebra wpływają na ograniczenie i ochronę przed kolonizacją przez patogeny, w tym szczepy bakterii opornych na antybiotyki, grzyby, wirusy i pleśnie. Zakażenia szpitalne wydłużają pobyt pacjenta w szpitalu, jak też powodują powikłania prowadzące często do niepełnosprawności, przez co zwiększają koszty leczenia. Dodatkowo narażają personel medyczny na kontakt z drobnoustrojami chorobotwórczymi. Natomiast dzięki ochronie przeciwdrobnoustrojowej z wykorzystaniem jonów srebra, która tworzy powłokę na produkcie, na której drobnoustroje nie są w stanie przetrwać, można zredukować liczbę drobnoustrojów nawet o 99,9% i działa ona nieprzerwanie przez cały przewidywany okres użytkowania produktu. Poz. 3 Prosimy o dopuszczenie układu o d.. 1,6m

**Odpowiedź Zamawiającego 18:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 19 (Pakiet 20 poz. 1 i 2):**

Zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1 i 2 z Pakietu nr 20 i dopuszczenie w:

Poz. 1 - Elektrody neutralnych jednorazowych dzielonych z pierścieniem ekwipotencjalnym, dla dorosłych o powierzchni aktywnej 128,5mm i całkowitej 170,5mm – elektroda pokryta hydrożelem

z zakończeniem na klips. Opakowanie zbiorcze – 50szt.

Poz. 2 – Kabla do elektrod neutralnych jednorazowych, o długości 3m

Odpowiedź Zamawiającego 19:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Poz.2 Zamawiający posiada na stanie stół jeżdżący, dlatego wymaga kabla o długości 5m.

**Pytanie Wykonawcy 20 (Pakiet 30):**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie penów do koagulacji spełniających wszystkie wymagania SIWZ z danymi na opakowaniu jednostkowym, bez samoprzylepnej etykiety.

Odpowiedź Zamawiającego 20:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Opakowanie jednostkowe ma być zaopatrzone w etykiety identyfikujące produkt, do wklejenia w dokumentację medyczną.

**Pytanie Wykonawcy 21 (Pakiet 70 poz. 16, 17 i 18):**

W związku z umieszczeniem przez zamawiającego w jednym pakiecie asortymentu o różnym zastosowaniu, zwracamy się z prośbą o umożliwienie stworzenia warunków uczciwej konkurencji i możliwości składania ofert na poszczególne pozycje w ramach jednego pakietu

Odpowiedź Zamawiającego 21:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 22 (Pakiet 70 poz. 16, 17 i 18):**

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie merytoryczne decyzji Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego 22:

Zamawiający podzielił asortyment zamówienia na 131 pakietów i nie przewiduje dalszego podziału. Zgodnie z odpowiedzią z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej nie ma możliwości opublikowania modyfikacji, która pozwoliłaby na dodanie nowej części zamówienia i wyodrębnienie pozycji z aktualnego pakietu.

**Pytanie Wykonawcy 23 (Pakiet 70 poz. 16):**

W kolumnie drugiej Specyfikacji asortymentowo-cenowej (Załącznik nr 2 do SIWZ) dla pakietu nr 70 pozycji 16. Zamawiający podał opis igieł do portu :

Igła do portu (22G x 12 mm, 22G x 15 mm, 22G x 17 mm, 22G x 20 mm, 22G x 25 mm), igły iniekcyjne do portów z wyprofilowaną krzywizną dostosowaną do iniekcji przez membranę silikonową z dołączonym cewnikiem i skrzydełkami.

Wykonawca zwraca uwagę, że powyższy zapis może stanowić podstawę do unieważnienia postępowania w przedmiotowym Pakiecie na zasadzie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy, bowiem złożone oferty będą nieporównywalne, a świadczenie wykonawcy niedookreślone.

Jednocześnie powołując się na sformułowaną w art. 7 ust. 1 ustawy zasadę zachowania konkurencji i równego traktowania wykonawców wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania igieł do portu o parametrach nieznacznie różnych od wymaganych, nie wpływających na funkcjonalność : Igiła do portu z drenem, zaciskiem do przerw w infuzji i motylkiem. Długość drenu 20cm. Kodowanie rozmiaru za pomocą koloru skrzydełek. Igiła dostępna w rozmiarach 19, 20, 22G. Długość igły 15, 20, 25, 32, 38 mm

Odpowiedź Zamawiającego 23:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ igłę do portu w rozmiarze 22G z drenem, zaciskiem do przerw w infuzji i motylkiem. Długość drenu 20cm. Kodowanie rozmiaru za pomocą koloru skrzydełek. O długości igły 15, 20, 25 mm, natomiast przy spełnieniu warunku zgodnie z SAC, iż igły dostępne będą również o długości 12 mm, które są niezbędne dla małych pacjentów.

**Pytanie Wykonawcy 24 (Pakiet 70 poz. 16):**

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie merytoryczne decyzji Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego 24:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 23.

**Pytanie Wykonawcy 25 (Pakiet 70 poz. 17):**

W kolumnie drugiej Specyfikacji asortymentowo-cenowej (Załącznik nr 2 do SIWZ) dla pakietu nr 70 pozycji 17. Zamawiający podał opis zestawu do implantacji portu:

Zestaw do implantacji portu w składzie: Port naczyniowy w kształcie delty wykonany z żywicy epoksydowej (zewnątrznie jednolita odlana bryła bez łączników) z komorą tytanową, wysokość portu 8,7 mm, waga portu 3 g, membrana silikonowa o średnicy 7,6 mm, komora o objętości 0,15 ml. do prowadzenia długotrwałej chemoterapii, z możliwością pobierania krwi, podawania leków i żywienia pozajelitowego, posiadający membranę umożliwiającą do 3000 wkluć, niewykluczający wykonywania badań TK i MR, z możliwością wspomaganego podawania kontrastu do w/w badań do 325 psi, niepodłączony trwale do portu cewnik poliuretanowy 4,5F, długość 800 mm, z jednej strony zakończony bezigłowym łącznikiem typu Luer, z drugiej strony o zaokrąglonym, atraumatycznym zakończeniu, strzykawka 10 ml, igła Seldingera 20G, dwie igły proste G22x30 do przepłukania portu, drut przewodnik typu J w podajniku, dwa łączniki z zabezpieczeniem przeciw załamaniu się cewnika, rozszerzacz naczynia z osłonką

rozrywalną, tunelizator o tępych zakończeniach, igłą ze skrzydełkami, drenem oraz zaciskiem G22x15 mm, kompres 7,5x7,5 cm 8 warstw z nitką rtg 20 szt., opatrunek przezroczysty paraprzepuszczalny 9x10 cm - 1 szt., opatrunek przezroczysty paraprzepuszczalny 5x7,5 cm - 1 szt., strzykawka trzyczęściowa 20 ml. typu luer - 1 szt., strzykawka trzyczęściowa 10 ml typu luer lock - 3 szt. igła g 18, 1,20x40 mm, różowa - 1 szt., igła 0,70 x 30 mm 22 g x 1 1/4", czarna - 1 szt. chusta, 75 cm x 90 cm, z taśmą samoprzylepną góra - 3 szt. chusta 149 x 180 cm, z taśmą samoprzylepną dół - 1 szt. serweta 100x150 cm - 1 szt. miska przezroczysta 120 ml - 1 szt. gazik, wielkość śliwki - 4 szt. kleszczyki do gazików, zagięte, 200 mm - 1 szt. 4 etykiety samoprzylepne z serią oraz numerem katalogowym zestawu - 1 szt. książeczka pacjenta - 1 szt.

Wykonawca zwraca uwagę, że powyższy zapis może stanowić podstawę do unieważnienia postępowania w przedmiotowym Pakiecie na zasadzie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy, bowiem złożone oferty będą nieporównywalne, a świadczenie wykonawcy niedookreślone.

Jednocześnie powołując się na sformułowaną w art. 7 ust. 1 ustawy zasadę zachowania konkurencji i równego traktowania wykonawców wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawu do implantacji portu o parametrach nieznacznie różnych od wymaganych, nie wpływających na funkcjonalność : Port naczyniowy niskoprofilowy wraz z akcesoriami. Skład: komora i kaniuła wykonane w całości z tytanu, obudowa wykonana z polisulfonu, o kształcie zbliżonym do „leżki”, ułatwiającym wprowadzenie portu pod skórę, 2 otwory do przysycia portu, tytanowy łącznik mocujący cewnik z przewodem wyprowadzającym portu z wyczuwalnym momentem blokady, waga portu 4,55 g, wysokość portu 10,4 mm, średnica membrany 9,7 mm, zestaw wprowadzający oparty na technice Seldingera, poliuretanowy cewnik dołączany (nie połączony trwale z komorą portu) o dł. 500mm (długość wystarczająca do implantacji portu naczyniowego) śr.zew. 2 mm i śr. wew. 1,3 mm. Oznaczenie długości co 1cm trwale naniesione na cewnik i opis co 5cm. W zestawie: tunelizator do przeprowadzenia cewnika pod skórą- "tępy" bez powierzchni tnącej, narzędzie do unoszenia naczynia, igła Hubera prosta, strzykawka 10ml, narzędzie do przepłukania cewnika, rozszerzacz z rozrywalną koszulką, prowadnica umożliwiająca obsługę jedną ręką, igła wprowadzająca, karta pacjenta, etui na kartę pacjenta, paszport pacjenta w j. polskim, instrukcja obsługi w j. polskim. Port do wlewów pod ciśnieniem do 300 psi, przepływ 5ml/sek, kompatybilny z MRI i TK. Wraz z obłożeniem rekomendowanym przez Polski Klub Dostępu Naczyniowego o parametrach nieznacznie różnych od wymaganych, nie wpływających na funkcjonalność:

- 1 x serweta Protect na stół narzędziowy 100 x 150 cm (opakowanie zestawu)
- 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm
- 1 x serweta przylepna Protect 75 x 90 cm 2-częściowa
- 1 x serweta przylepna Protect 175 x 170 cm
- 1 x Peha - instrument Nożyczki preparacyjne Metzenbaum 14,5 cm
- 1 x Peha® -instrument Kleszczyki anatomiczne proste typu Pean 14 cm
- 1 x Peha® -instrument Kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halsted- Mosquito 12,5 cm
- 1 x Peha® -instrument Kleszczyki anatomiczne proste typu Halsted-Mosquito 12,5 cm
- 1 x Peha® -instrument Imadło chirurgiczne Mayo Hegar 12 cm
- 1 x Peha®-instrument Hak do ran typu Senn Miller 16 cm
- 1 x Peha-instrument Pęseta chirurgiczna Adson 12 cm
- 1 x kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 14 cm, zielone
- 1 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm
- 10 x Telacomp kompres z gazy z nitką RTG 7,5 x 7,5 cm 12 warstw 17 nitek
- 5 x Medicomp extra kompres z włókniny 5 x 5 cm 6 warstw, 30 g/m<sup>2</sup>
- 10 x Medicomp extra kompres z włókniny 10 x 10 cm 6 warstw, 30 g/m<sup>2</sup>
- 3 x Pagasling tupfer z gazy No. 3 (śliwka) 20 x 20 cm, 20 nitek
- 1 x Cosmopor E opatrunek pooperacyjny 7,2 x 5 cm
- 1 x Cosmopor E opatrunek pooperacyjny 10 x 6 cm
- 1 x pojemnik plastikowy 250 ml (9,3 x 5,4 cm), przezroczysty z podziałką
- 1 x skalpel jednorazowy Nr 11

#### Odpowiedź Zamawiającego 25:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ natomiast dopuszcza długość cewnika 500 mm. Podany przez Zamawiającego opis portu dotyczy najmniejszego używanego Babyportu, a proponowany port naczyniowy znacznie odbiega od wymaganych przez Zamawiającego parametrów.

- 1) wysokości proponowanego portu to 10,4 mm, a Zamawiający ze względu na implantację portu u dzieci wymaga portu o wysokości około 8,7 mm.
- 2) średnica membrany proponowanego portu to 9,7 mm jest zbyt duża, ponieważ nie powinna przekraczać ok. 7,6 mm
- 3) dopuszczalna jest natomiast długość cewnika 500 mm

4) średnica zewnętrzna proponowanego portu tj. 2 mm i wewnętrzna średnia 1,3 mm jest niedopuszczalna, ponieważ bardzo przekracza parametry wymagane przez Zamawiającego (potrzebujemy około 1,5 mm x 0,8 mm) Przypominamy, że port jest implantowany bardzo małym pacjentem.  
5/Zamawiający oczekuje portu wykonanego z żywicy epoksydowej.

**Pytanie Wykonawcy 26 (Pakiet 70 poz. 17):**

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie merytoryczne decyzji Zamawiającego.

**Odpowiedź Zamawiającego 26:**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 25.

**Pytanie Wykonawcy 27 (Pakiet 70 poz. 18):**

W kolumnie drugiej Specyfikacji asortymentowo-cenowej (Załącznik nr 2 do SIWZ) dla pakietu nr 70 pozycji 18. Zamawiający podał opis zestawu do implantacji portu:

Zestaw do implantacji portu w składzie: Port naczyniowy w kształcie delty wykonany z polisulfonu posiadający 3 silikonowe „uszki” ułatwiające implantację (brak otworów w obudowie portu), z komorą tytanową, wysokość portu 10,6 mm, waga portu 4,6 g, membrana silikonowa o średnicy 9,5 mm, komora o objętości 0,25 ml. do prowadzenia długotrwałej chemoterapii, z możliwością pobierania krwi, podawania leków i żywienia pozajelitowego, posiadający membranę umożliwiającą do 3000 wkłuć niewykuczający wykonywania badań TK i MR, z możliwością wspomaganego podawania kontrastu do w/w badań do 325 psi, szybkość przepływu kontrastu 5 ml/s membrana obniżona względem obrzeża portu w celu ułatwienia jej lokalizacji, niepodłączony trwale do portu cewnik silikonowy 6,5F o wymiarach: średnica wewnętrzna 1,1 mm średnica zewnętrzna 2,2 mm, długość 800 mm, z jednej strony zakończony bezigłowym łącznikiem typu Luer, z drugiej strony o zaokrąglonym, atraumatycznym zakończeniu; strzykawka 10 ml, igła Seldingera 18G, dwie igły proste G22x30 do przepłukania portu, drut przewodnik typu J w podajniku, dwa łączniki z zabezpieczeniem przeciw załamaniu się cewnika, rozszerzacz naczyń z osłonką rozrywalną, tunelizator o tępych zakończeniach, igła ze skrzydełkami, drenem oraz zaciskiem G20x20 mm (możliwość podania kontrastu pod ciśnieniem do 325 psi) kompres 7,5x7,5 cm 8 warstw z nitką rtg 20 szt., opatrunek przezroczysty paraprzepuszczalny 9x10 cm - 1 szt., opatrunek przezroczysty paraprzepuszczalny 5x7,5 cm - 1 szt., strzykawka trzyczęściowa 20 ml. typu luer - 1 szt., strzykawka trzyczęściowa 10 ml typu luer lock - 3 szt. igła g 18, 1,20x40 mm, różowa - 1 szt., igła 0,70 x 30 mm 22 g x 1 1/4", czarna - 1 szt. chusta, 75 cm x 90 cm, z taśmą samoprzylepną góra - 3 szt. chusta 149 x 180 cm, z taśmą samoprzylepną dół - 1 szt. serweta 100x150 cm - 1 szt. miska przezroczysta 120 ml - 1 szt. gazik, wielkość śliwki - 4 szt. kleszczyki do gazików, zagięte, 200 mm - 1 szt. 4 etykiety samoprzylepne z serią oraz numerem katalogowym zestawu - 1 szt. książeczka pacjenta - 1 szt.

Wykonawca zwraca uwagę, że powyższy zapis może stanowić podstawę do unieważnienia postępowania w przedmiotowym Pakiecie na zasadzie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy, bowiem złożone oferty będą nieporównywalne, a świadczenie wykonawcy niedookreślone.

Jednocześnie powołując się na sformułowaną w art. 7 ust. 1 ustawy zasadę zachowania konkurencji i równego traktowania wykonawców wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawu do implantacji portu o parametrach nieznacznie różnych od wymaganych, nie wpływających na funkcjonalność : Port naczyniowy niskoprofilowy wraz z akcesoriami. Skład: komora i kaniula wykonane w całości z tytanu, obudowa wykonana z polisulfonu, o kształcie zbliżonym do „leżki”, ułatwiającym wprowadzenie portu pod skórę, 2 otwory do przysycia portu, tytanowy łącznik mocujący cewnik z przewodem wyprowadzającym portu z wyczuwalnym momentem blokady, waga portu 4,55 g, wysokość portu 10,4 mm mm, średnica membrany 9,7 mm, zestaw wprowadzający oparty na technice Seldingera, silikonowy cewnik dołączany (nie połączony trwale z komorą portu) o dł. 500mm (długość wystarczająca do implantacji portu naczyniowego) śr. zew. 2,2 mm i śr. wew. 1,05 mm. Oznaczenie długości co 1cm trwale naniesione na cewnik i opis co 5cm. W zestawie: tunelizator do przeprowadzenia cewnika pod skórą- "tępy" bez powierzchni tnącej, narzędzie do unoszenia naczyń, igła Hubera prosta, strzykawka 10ml, narzędzie do przepłukania cewnika, rozszerzacz z rozrywalną koszulką, przewodnica umożliwiająca obsługę jedną ręką, igła wprowadzająca, karta pacjenta, etui na kartę pacjenta, paszport pacjenta w j. polskim, instrukcja obsługi w j. polskim. Port do wlewów pod ciśnieniem do 300 psi, przepływ 5ml/sek, kompatybilny z MRI i TK. Wraz z obłożeniem rekomendowanym przez Polski Klub Dostępu Naczyniowego o parametrach nieznacznie różnych od wymaganych, nie wpływających na funkcjonalność:

- 1 x serweta Protect na stół narzędziowy 100 x 150 cm (opakowanie zestawu)
- 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm
- 1 x serweta przylepna Protect 75 x 90 cm 2-częściowa
- 1 x serweta przylepna Protect 175 x 170 cm
- 1 x Peha - instrument Nożyczki preparacyjne Metzenbaum 14,5 cm

1 x Peha® -instrument Kleszczyki anatomiczne proste typu Pean 14 cm  
1 x Peha® -instrument Kleszczyki anatomiczne zagięte typu Halsted- Mosquito 12,5 cm  
1 x Peha® -instrument Kleszczyki anatomiczne proste typu Halsted-Mosquito 12,5 cm  
1 x Peha® -instrument Imadło chirurgiczne Mayo Hegar 12 cm  
1 x Peha®-instrument Hak do ran typu Senn Miller 16 cm  
1 x Peha-instrument Pęseta chirurgiczna Adson 12 cm  
1 x kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 14 cm, zielone  
1 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm  
10 x Telacomp kompres z gazy z nitką RTG 7,5 x 7,5 cm 12 warstw 17 nitek  
5 x Medicomp extra kompres z włókniny 5 x 5 cm 6 warstw, 30 g/m<sup>2</sup>  
10 x Medicomp extra kompres z włókniny 10 x 10 cm 6 warstw, 30 g/m<sup>2</sup>  
3 x Pagasling tupfer z gazy No. 3 (śliwka) 20 x 20 cm, 20 nitek  
1 x Cosmopor E opatrunek pooperacyjny 7,2 x 5 cm  
1 x Cosmopor E opatrunek pooperacyjny 10 x 6 cm  
1 x pojemnik plastikowy 250 ml (9,3 x 5,4 cm), przezroczysty z podziałką  
1 x skalpel jednorazowy Nr 11

Odpowiedź Zamawiającego 27:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 28 (Pakiet 70 poz. 18):**

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie merytoryczne decyzji Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego 28:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 27.

**Pytanie Wykonawcy 29 (Pakiet 36 poz. 13-14):**

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych dwuświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o długości 20cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm, łącznik 'Y' przewodnika, bezpieczny skalpel, przewodnica Nitinolowa typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm, kabel umożliwiający identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG oraz rozszerzacz naczyniowy 8Fr x 12cm.

Odpowiedź Zamawiającego 29:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga igły V zabezpieczającej przed wypływem krwi i zatorem powietrznym oraz bezigłowych dostępów każdego światła. Zaoferowany asortyment jest niezgodny z potrzebami i oczekiwaniem Zamawiającego.

**Pytanie Wykonawcy 30 (Pakiet 36 poz. 15):**

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trójświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o długości 20cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm, łącznik 'Y' przewodnika, bezpieczny skalpel, przewodnica Nitinolowa typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm, kabel umożliwiający identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG oraz rozszerzacz naczyniowy 8Fr x 12cm.

Odpowiedź Zamawiającego 30:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga igły V zabezpieczającej przed wypływem krwi i zatorem powietrznym oraz bezigłowych dostępów każdego światła oraz cewników z powłoką o właściwościach bakteriobójczych Zaoferowany asortyment jest niezgodny z potrzebami i oczekiwaniem Zamawiającego.

**Pytanie Wykonawcy 31 (Pakiet 36 poz. 16):**

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trójświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o długości 30cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm, łącznik 'Y' przewodnika, bezpieczny skalpel, przewodnica Nitinolowa typu 'J' o przekroju 0,032 i długości 50cm, kabel umożliwiający identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG oraz rozszerzacz naczyniowy 8Fr x 12cm.

Odpowiedź Zamawiającego 31:



Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga igły V zabezpieczającej przed wypływem krwi i zatorem powietrznym oraz bezigłowych dostępów każdego światła oraz cewników z powłoką o właściwościach bakteriobójczych. Zaoferowany asortyment jest niezgodny z potrzebami i oczekiwaniem Zamawiającego.

**Pytanie Wykonawcy 32 (Pakiet 43 poz. 1):**

**Czy Zamawiający dopuści cewnik urologiczny typu Foley o parametrach takich jak opisane w SIWZ o pojemnościach balonu:**

**Cewnik 12Fr pojemność balonu: 3ml -5ml**

**Cewnik 14Fr pojemność balonu: 15ml -30ml**

**Cewnik 16Fr – 24Fr pojemność balonu: 30ml -50ml**

Odpowiedź Zamawiającego 32:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. W cewnikach dla rozm. 14Fr i 16Fr za duża pojemność balonów.

**Pytanie Wykonawcy 33 (Pakiet 43 poz. 3):**

Czy Zamawiający dopuści cewnik urologiczny typu Foley o parametrach takich jak opisane w SIWZ o pojemnościach balonu 30ml – 50ml- pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego 33:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 34 (Pakiet 55 poz. 3):**

Czy Zamawiający dopuści cewnik do dializ dwuświatłowy, poliuretanowy wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z zakończoną końcówką dla maksymalizacji przepływu, cewnik o przekroju 12Fr lub 14 długościach: 15cm, 17cm, 20cm, 25cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, ramiona proste, cewnik nieprzepuszczalny dla promieni RTG, zestaw apirogeny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi (70 cm) przewodnik Nitinolowy z zakończeniem w kształcie litery 'J' z znaczną długością w skalowanym dozowniku, strzykawka 10 ml, korek do wstrzykiwań, dwa rozszerzacze w rozmiarze 12 FR x 14 cm; 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu 'Y', taśma mocująca do drenu cewnika oraz naklejka identyfikująca pacjenta.

Odpowiedź Zamawiającego 34:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zamawiający oczekuje zaoferowania cewnika z powłoką antybakteryjną zawierającą bizmut, który ogranicza namnażanie się bakterii.

**Pytanie Wykonawcy 35 (Pakiet 55 poz. 9):**

Czy /zamawiający dopuści cewnik krótkotrwałego dostępu naczyniowego z miękką końcówką oraz z oznaczeniami na całości długości cewnika. Cewnik wykonany z poliuretanu z podwójnym światłem o przekroju 7Fr- 8Fr i długości 10cm oraz 12Fr o długości 15cm cieniujący widoczny w RTG. Zestaw cewnika zawiera w szczególności: przewodnik Nitinolowy z zakończeniem w kształcie litery 'J', miniskpel, długie rozszerzacze z powłoczką hydrofilną ze zwężającą się końcówką z hamulcem pozwalającym uniknąć nadmiernego wprowadzenia, igła z końcówką echogeniczną, strzykawka oraz korki do wstrzykiwań.

Odpowiedź Zamawiającego 35:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Cewniki dedykowane są dla dzieci i nie mogą przekraczać pewnych parametrów. Brak cewnika o przekroju 6,5 Fr-75mm.

**Pytanie Wykonawcy 36 (Pakiet 74 poz. 16):**

Czy Zamawiający dopuści cewnik do przeskrórnej nefrotomii o przekroju 5Fr, 7Fr, 8Fr, 10Fr i długości 30cm, wykonany z poliuretanu przez co zapewnia wygodę pacjenta. Boczne otwory zapewniają maksymalny odpływ. Zestaw dostarczany jest z elementami niezbędnymi, dostosowanymi do siebie i ułatwiającymi bezpieczne stosowanie produktu. W skład zestawu wchodzi między innymi: cewnik typu Pigtail, przewodnik o długości 100cm z rdzeniem nitinolowym z PTFE z zakończeniem typu 'J', który zapewnia elastyczność i zabezpiecza przed pęknięciem, dren łączący, trokar do nakłuwania (kaniula), igła punkcyjna 18G o długości 20cm oraz igła Chiba 22G o długości 20cm, rozszerzacze powięzi w rozmiarach 6Fr- 14Fr, skalpel #11 oraz skrzydełka mocujące cewnik.

Odpowiedź Zamawiającego 36:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 37 (Pakiet 76 poz. 7):**

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych pediatrycznych dwuświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotnie zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 3Fr i długości 8cm w gotowych zestawach w skład których

wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora, strzykawka o pojemności 3ml, skalpel, prowadnica Nitinolowa typu 'J' oraz rozszerzacz naczyniowy.

Odpowiedź Zamawiającego 37:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zamawiający oczekuje zaoferowania zestawu gotowego z skalpelem do nacięcia skóry. W/w asortyment nie spełnia potrzeb Zamawiającego.

**Pytanie Wykonawcy 38 (Pakiet 76 poz. 8):**

Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych pediatrycznych jednoświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 4Fr i długości 8cm i 13cm w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora, strzykawka o pojemności 3ml, skalpel, prowadnica Nitinolowa typu 'J' oraz rozszerzacz naczyniowy.

Odpowiedź Zamawiającego 38:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 39 (Pakiet 36 poz. 13-16):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 13 - 16 z Pakietu nr 36 i stworzy osobny pakiet.

Odpowiedź Zamawiającego 39:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 40 (Pakiet 36 poz. 20-21):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 20 - 21 z Pakietu nr 36 i stworzy osobny pakiet.

Odpowiedź Zamawiającego 40:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 41 (Pakiet 43 poz. 1 i 3):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 oraz pozycji 3 z Pakietu nr 43 i stworzy osobny pakiet.

Odpowiedź Zamawiającego 41:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 42 (Pakiet 55 poz. 3):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 z Pakietu nr 55 i stworzy osobny pakiet.

Odpowiedź Zamawiającego 42:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 43 (Pakiet 55 poz. 9):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 9 z Pakietu nr 55 i stworzy osobny pakiet.

Odpowiedź Zamawiającego 43:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 44 (Pakiet 74 poz. 16):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 16 z Pakietu nr 74 i stworzy osobny pakiet.

Odpowiedź Zamawiającego 44:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 45 (Pakiet 76 poz. 7-8):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 7 - 8 z Pakietu nr 76 i stworzy osobny pakiet.

Odpowiedź Zamawiającego 45:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 46 (Pakiet 76 poz. 12):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 12 z Pakietu nr 76 i stworzy osobny pakiet.

Odpowiedź Zamawiającego 46:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 47 (Pakiet 76 poz. 19-22):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 19 - 22 z Pakietu nr 76 i stworzy osobny pakiet.

Odpowiedź Zamawiającego 47:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 48 (Pakiet 73):**

Zamawiający wymaga użyczenia kołowego mieszadła hematologicznego. Czy Zamawiający dopuści użyczenie mieszadła obrotowego?

Odpowiedź Zamawiającego 48:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 49 (Pakiet 73 poz. 12):**

**Prosimy o potwierdzenie, że w poz. 12 Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawko-probówki do OB. O poj. 3,5 ml wersja logarytmiczna.**

Odpowiedź Zamawiającego 49:

Zamawiający potwierdza, iż wymaga zaoferowania strzykawko-probówki do OB poj. 3,5 ml wersja logarytmiczna zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 50 (SIWZ pkt. 2.9):**

Zamawiający wymaga, aby zaoferowany asortyment posiadał okres gwarancji licząc od daty dostawy nie krótszy niż 11 miesięcy. Nie wszystkie elementy systemu zamkniętego do pobierania krwi z pakietu nr 73 posiadają 11 m-czny termin ważności, a wynika to ze specyfiki odczynnika znajdującego się w probówko – strzykawce. Prosimy więc, o dopuszczenie w poz. 7 i 8 probówko-strzykawek z terminem ważności 5 m-cy od daty dostawy. Taki zapis umożliwi uniknięcie nieporozumień związanych z terminem ważności preparatów, przy zachowaniu ich pełnych parametrów użytkowych. Swoją argumentację pragniemy wzmocnić również faktem, że Zamawiający będzie zaspokajał swoje potrzeby na bieżąco (realizacja zamówień cząstkowych w terminie do 6 dni) bez zbędnego składowania produktów.

Odpowiedź Zamawiającego 50:

Zamawiający dopuszcza w pozycji 7 i 8 probówko-strzykawki z terminem ważności 5 m-cy od daty dostawy, w związku z czym modyfikuje pkt. 2.9 SIWZ jak niżej:

*„2.9. Przystępując do niniejszego postępowania Wykonawca gwarantuje minimalny termin gwarancji, ważności lub sterylności dostarczanego sprzętu medycznego wynoszący nie mniej niż 11 miesięcy licząc od dnia realizacji dostawy do Zamawiającego. Wyjątek stanowią pakiety, w których opisane zostały narzędzia lub sprzęt medyczny dla którego okres gwarancji lub ważności oznaczono jako wynoszący nie mniej niż 23 miesiące licząc od dnia realizacji dostawy do Zamawiającego, lub jeśli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia (SAC – załącznik nr 2 do SIWZ) podał wymagany termin **oraz pozycja 7 i 8 w pakiecie nr 73, gdzie termin ważności wynosi 5 m-cy od daty dostawy.**”*

**Pytanie Wykonawcy 51 (Pakiet 73):**

Czy Zamawiający wymaga, aby w ramach zapewnienia kompatybilności i bezpieczeństwa pracy personelu medycznego wszystkie pozycje oferowanego systemu pobierania krwi pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź Zamawiającego 51:

Tak, Zamawiający wymaga, aby w ramach zapewnienia kompatybilności i bezpieczeństwa pracy personelu medycznego wszystkie pozycje oferowanego systemu pobierania krwi pochodziły od jednego producenta.

**Pytanie Wykonawcy 52 (Umowa § 6 ust. 1 i 2):**

Prosimy o modyfikację zapisów ww zapisu w taki sposób aby, wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego 52:

Zamawiający podtrzymuje warunki zawarte w SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 53 (Umowa § 2 ust. 2):**

Prosimy o modyfikację zapisu w ww paragrafie na następujący zapis: „Wartość brutto oferty zawiera wszystkie koszty (.....) transport (.....) przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150,00 zł netto. Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź Zamawiającego 53:

Zamawiający podtrzymuje warunki zawarte w SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 54 (Umowa):**

Uprzejmie prosimy o wprowadzenie do Wzoru umowy następujących zapisów:

„Zmniejszenie ilości przedmiotu Umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć 20% ilości określonych w niniejszej Umowie”

Odpowiedź Zamawiającego 54:

Zamawiający podtrzymuje warunki zawarte w SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 55 (Umowa):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

Odpowiedź Zamawiającego 55:

Zamawiający podtrzymuje warunki zawarte w SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 56 (Umowa):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję praw i obowiązków z wzoru Umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.

Odpowiedź Zamawiającego 56:

Zamawiający podtrzymuje warunki zawarte w SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 57 (Umowa):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek Wykonawcy ?

Odpowiedź Zamawiającego 57:

Zamawiający podtrzymuje warunki zawarte w SIWZ oraz podkreśla iż zgodnie z § 4 ust. 4 Umowy: *Każdorazowo za datę dokonania płatności strony przyjmują datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.*

**Pytanie Wykonawcy 58 (Umowa § 6 ust. 1 pkt. a)):**

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kary umownej do 1% wartości brutto?

Odpowiedź Zamawiającego 58:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 83.

**Pytanie Wykonawcy 59 (Umowa § 6 ust. 1 pkt. b)):**

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kary umownej do 1% wartości brutto?

Odpowiedź Zamawiającego 59:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 83.

**Pytanie Wykonawcy 60 (Umowa § 6 ust. 1 pkt. c)):**

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kary umownej do 5% wynagrodzenia umownego brutto?

Odpowiedź Zamawiającego 60:

Zamawiający dokonuje **modyfikacji §6 ust. 1 lit. c) i d) Umowy** jak niżej:

„1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

(..)

c) w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto **niezrealizowanej** części umowy (pakietu), której dotyczy rozwiązanie, gdy Zamawiający rozwiąże umowę w zakresie części (pakietu) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a w szczególności z powodu trzykrotnej dostawy towaru wadliwego lub trzykrotnego niedostarczenia towaru, **Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem odstąpienia od umowy, wyznaczając mu dodatkowy 5-dniowy termin. Z zastrzeżeniem okoliczności o których mowa w §7 ust. 9 Umowy.**

d) w wysokości **10%** wartości brutto **niezrealizowanej** umowy, gdy Zamawiający rozwiąże, wypowie, odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, **z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w § 7 ust. 9 pkt. 9.5**”

**Pytanie Wykonawcy 61 (Umowa § 6 ust. 1 pkt. d)):**

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kary umownej do 1% wartości brutto?

Odpowiedź Zamawiającego 61:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 60.

**Pytanie Wykonawcy 62 (Umowa § 6 ust. 2):**

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kary umownej do 5% wartości brutto?

Odpowiedź Zamawiającego 62:

Zamawiający podtrzymuje warunki zawarte w SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 63 (Pakiet 111 poz. 4):**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 111 poz. 4 kleszczyki jelitowe o nazwie Allis o długości 20 cm?

Odpowiedź Zamawiającego 63:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Proponowane kleszczyki, to inny rodzaj kleszczyków o innej części roboczej.

**Pytanie Wykonawcy 64 (Pakiet 111 poz. 10):**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 111 poz. 10 kleszczyki Jacobson o długości 12,5 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego 64:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian, zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 65 (Pakiet 111 poz. 14):**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 111 poz. 14 imadło chirurgiczne Webster o długości 13 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego 65:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Narzędzia dedykowane są do operacji noworodków i nie mogą przekraczać pewnych parametrów.

**Pytanie Wykonawcy 66 (Pakiet 111 poz. 15):**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 111 poz. 15 nożyczki preparacyjne Baby – Metzenbaum odgięte o długości 15 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego 66:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Narzędzia dedykowane są do operacji noworodków i nie mogą przekraczać pewnych parametrów.

**Pytanie Wykonawcy 67 (Pakiet 111 poz. 16):**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 111 poz. 16 nożyczki preparacyjne Baby – Metzenbaum o długości 15 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego 67:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Narzędzia dedykowane są do operacji noworodków i nie mogą przekraczać pewnych parametrów.

**Pytanie Wykonawcy 68 (Pakiet 111 poz. 19):**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 111 poz.19 pincetę anatomiczną De Bakey o długości 16 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego 68:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Narzędzia dedykowane są do operacji noworodków i nie mogą przekraczać pewnych parametrów.

**Pytanie Wykonawcy 69 (Pakiet 111 poz. 20):**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 111 poz. 20 hak operacyjny Richardson o wymiarach 28 x 20 mm?

**Odpowiedź Zamawiającego 69:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Narzędzia dedykowane są do operacji noworodków i nie mogą przekraczać pewnych parametrów.

**Pytanie Wykonawcy 70 (Pakiet 111 poz. 21):**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 111 poz. 21 hak Langenbeck o wymiarach 20 x 6 mm?

**Odpowiedź Zamawiającego 70:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian, zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 71 (Pakiet 27 poz. 1):**

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 27 poz. 1 zestaw do tracheostomii przezskórnej pozwalające na przezskórne wprowadzenie rurki tracheostomijnej z zastosowaniem techniki rozszerzania jednostopniowego zgodnej z techniką Ciagli przy użyciu prowadnicy Seldingera.

Zestaw do tracheostomii przezskórnej składa się ze sterylnego zestawu podstawowego zawierającego niezbędne przyrządy do wykonania tracheostomii przezskórnej oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z nad mankietu z atraumatycznym inserterem. Opakowanie zestawu: zestaw zapakowany jest na jednej sztywnej tacy z osobno zapakowaną, sterylną rurką. Taki sposób pakowania pozwala na wykorzystanie zestawu z możliwością wyboru rurki o innym rozmiarze bez utraty jej sterylności, a nie ma wpływu na wykonanie zabiegu

Zestaw zawiera:

- a. Skalpel
- b. Strzykawkę 5ml
- c. Iglę (14G) z teflonową osłonką
- d. Prowadnicę Seldingera wykonaną z odpornego na złamanie NiTiNolu (stop niklu z tytanem)
- e. Krótki rozszerzacz (dylator) 14 CH/FR
- f. Kateter prowadzący (biały)

- g. Rozszerzacz (dylator) pokryty hydrofilną warstwą (pozostaje wilgotny po zwilżeniu)
- h. 4 tampony z gazy 10x10cm
- i. Rurkę trachostomijną z atraumatycznym inserterem (zestaw ):
  - Rurka tracheotomijna z wbudowanym przewodem do odsysania z nad mankietu w rozmiarach 7,8,9 (do wyboru).
  - Każda tracheotomijna rurka wyposażona jest w atraumatyczny inserter redukujący przejście pomiędzy inserterem a końcem rurki (silikonowa osłonka no-step). Rurka posiada elastyczny kołnierz z 4 stopniową regulacją,
  - Obturator,
  - Tasiemkę mocującą,
  - Sterylny żel nawilżający 2,7g.

Unikalną cechą atraumatycznego insertera jest specjalna silikonowa osłonka no-step (bez przeskoków), która zapewnia gładkie przejście pomiędzy inserterem a końcem rurki.

Odpowiedź Zamawiającego 71:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 72 (Pakiet 27 poz. 1):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 27 poz. 1 do odrębnego pakietu?

Odpowiedź Zamawiającego 72:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 73 (Pakiet 43 poz. 18):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 43 poz. 18 do odrębnego pakietu?

Odpowiedź Zamawiającego 73:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 74 (Pakiet 75 poz. 15):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 75 poz. 15 do odrębnego pakietu?

Odpowiedź Zamawiającego 74:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 75 (Pakiet 101):**

Czy w nie nastąpiła omyłka w podanej ilości do zakupu opasek zaciskowych -550szt? Opaski zaciskowe są asortymentem wielokrotnego użytku, wymagana ilość w związku z tym sugeruje o omyłce.

Odpowiedź Zamawiającego 75:

Zamawiający poprawił omyłkę pisarską w sprostowaniu zamieszczonym 28.08.br. na stronie Zamawiającego oraz platformie: <https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl>.

**Pytanie Wykonawcy 76 (Pakiet 101):**

Mając powyższe na uwadze, czy kwota wadium ujęta w pkt 7.1 SIWZ dla pakietu nr 101 jest prawidłowa?

Odpowiedź Zamawiającego 76:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 75.

**Pytanie Wykonawcy 77 (Pakiet 101):**

Mając na uwadze zapisy SIWZ i wzoru umowy (§1 ust. 6) dotyczące dostawy wyrobów opatrzonych datą ważności na opakowaniu, prosimy o odstąpienie od ww. wymogu w zakresie asortymentu z pakietu nr 101, ponieważ opaski ujęte w tym pakiecie dostarczane są do Odbiorcy tylko w postaci niesterylnej.

Odpowiedź Zamawiającego 77:

Zamawiający odstępuje w pakiecie nr 101 od wymogu dostawy wyrobu opatrzonego datą ważności na opakowaniu. Zgodnie z powyższym Zamawiający **modyfikuje §1 ust. 6 Umowy**, który przyjmuje brzmienie:

*„6. Towar opakowany będzie w odpowiednie opakowanie zapewniające prawidłowe warunki transportu i przechowania, które posiada oznaczenie CE oraz datę ważności i oznaczenia dotyczące sterylności bądź jałowości w zależności od asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia i dostawy. Opakowanie jednostkowe (w tym asortymentu niesterylnej) zawiera etykietę informującą o zawartości (nazwa produktu, nazwą producenta, skład) – **nie dotyczy pakietu nr 101.**”*

**Pytanie Wykonawcy 78 (Pakiet 101):**

W nawiązaniu do zapisów pkt 2.16 i 2.17 SIWZ oraz zapisów umowy (§1 ust. 6 i 7), prosimy o odstąpienie od wymogów kompatybilności użytkowej z posiadanym przez szpital sprzętem do sterylizacji oraz posiadania parametrów resterylizacji w zakresie opasek zaciskowych? Opasek zaciskowych z uwagi na ich budowę nie sterylizuje

się, mogą być one czyszczone i dezynfekowane zgodnie z zaleceniami producenta ściśle według instrukcji stonowania załączonej do zakupionego asortymentu.

**Odpowiedź Zamawiającego 78:**

Zamawiający odstępuje od wymogu kompatybilności użytkowej z posiadanym przez szpital sprzętem do sterylizacji oraz posiadania parametrów resterylizacji w zakresie opasek zaciskowych. Modyfikuje zatem pkt 2.16 i 2.17 SIWZ, jak niżej:

*„2.16. Zamawiający informuje, że procesy sterylizacji narzędzi realizowane są w sterylizatorach firmy Lautenschlager GmbH & Co. KG o numerach 3219 i 5219, wytwarzających 7 próżni, w temperaturach: 121 stopni C przez 20 min. 1 atmosfera oraz 134 stopni C przez 5 min. 2 atmosfery oraz w sterylizatorach Getinge 1 i 2 proces: 134 stopnie przez 7 minut przy 2 atmosferach, 121 stopni przez 20 minut przy 1 atmosferze; Tinget proces: 134 stopnie przez 6 minut przy 2,1 atmosfer, 121 stopni przez 20 minut przy 1,1 atmosfer. Oferowany w ofercie przetargowej asortyment musi posiadać zgodność, kompatybilność użytkową z posiadanymi przez szpital sterylizatorami oraz posiadać właściwości umożliwiające realizację procesów sterylizacji o temperaturach 121° C i 134° C - **nie dotyczy pakietu nr 101.***

*2.17. Zamawiający wymaga, aby oferowane wyroby medyczne wielorazowego użytku posiadały parametry umożliwiające dekontaminację i resterylizację wyrobów w oparciu o polskie normy zharmonizowane z normami europejskimi dotyczące procesów sterylizacji obowiązujących w Polsce - **nie dotyczy pakietu nr 101.**”*

Zamawiający dokonuje również **modyfikacji w §1 ust. 7 Umowy**, jak niżej:

*„7. Wykonawca oświadcza że asortyment będący przedmiotem umowy w zakresie wyrobów medycznych wielorazowego użytku (jeżeli część zamówienia/ umowy zawiera takie wyroby), posiada parametry umożliwiające dekontaminację i resterylizację wyrobów w oparciu o polskie normy zharmonizowane z normami europejskimi dotyczące procesów sterylizacji obowiązujących w Polsce - **nie dotyczy pakietu nr 101.**”*

**Pytanie Wykonawcy 79 (Pakiet 101):**

Czy w zakresie pakietu 101 Zamawiający wyrazi zgodę na zakup jednorazowy w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy?

**Odpowiedź Zamawiającego 79:**

Zamawiający wyraża zgodę na zakup jednorazowy, natomiast dostawa zgodnie z kryterium termin dostawy.

**Pytanie Wykonawcy 80 (Umowa):**

Z uwagi na fakt, iż Szpital jest podmiotem działającym na terenie RP czy w związku z tym Zamawiający mógłby zmodyfikować wymóg, iż dokumenty dopuszczające wyroby medyczne do sprzedaży oraz obrotu/stosowania w jednostkach służby zdrowia mają mieć zastosowanie na terytorium RP zamiast obszarze gospodarczym Unii Europejskiej (wzór umowy §1 ust. 5)?

**Odpowiedź Zamawiającego 80:**

Zamawiający podtrzymuje warunki zawarte w SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 81 (Umowa):**

Czy Zamawiający doda zapis w §9 ust. 1 pkt 1.2-1.4, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami? Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

**Odpowiedź Zamawiającego 81:**

Zamawiający **modyfikuje §9 ust. 1 pkt 1.2-1.4 Umowy**, zgodnie z poniższym:

*„ 1. Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia:*

*(...)*

*1.2 w przypadku niewykonania (czyli wówczas, gdy Wykonawca nie spełnił umówionego świadczenia) lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy (czyli wówczas, gdy Wykonawca wprawdzie podjął czynności z zamiarem wykonania zobowiązania, jednak osiągnięty przez niego wynik nie odpowiada świadczeniu sprecyzowanemu w treści umowy lub wymogom określonym w obowiązujących przepisach. Na przykład: Wykonawca przekroczył trzykrotnie przewidziany w umowie termin na spełnienie świadczenia albo wówczas gdy wykonanie przedmiotu umowy jest gorszej jakości niż zakładano- trzykrotnie), **rozwiązanie umowy przez Zamawiającego poprzedzone będzie wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami***

*1.3 w przypadku trzykrotnej uzasadnionej reklamacji tego samego asortymentu towaru, **rozwiązanie umowy przez Zamawiającego poprzedzone będzie wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami***

*1.4 w przypadku trzykrotnego skorzystania z prawa, o którym mowa w § 5 ust. 6 i 7 Umowy, **rozwiązanie umowy przez Zamawiającego poprzedzone będzie wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami.**”*

**Pytanie Wykonawcy 82 (Umowa):**

Czy Zamawiający dookreśli w §11 ust. 2, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty? Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.

**Odpowiedź Zamawiającego 82:**

Zamawiający **modyfikuje §11 ust. 2 Umowy**, zgodnie z poniższym:

*„2. Jeżeli Strony nie osiągną kompromisu w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia negocjacji wówczas sprawy sporne, kierowane będą do Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. **Rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty.**”*

**Pytanie Wykonawcy 83 (Umowa):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych określonych w §6 ust. 1a) i 1b) z 5% na 2%? Proponowana wysokość kar umownych jest naszym zdaniem za wysoka w związku z czym wnosimy jak na wstępie.

**Odpowiedź Zamawiającego 83:**

Zamawiający dokonuje **modyfikacji par. 6 ust. 1 lit. a) i b) Umowy**, zgodnie z poniższym:

„1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- a) w wysokości 2% wartości brutto partii towaru niedostarczonego w terminie wskazanego w bieżącym zamówieniu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie towaru w terminie określonym w umowie lub zamówieniu, powstałą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, **z zastrzeżeniem okoliczności o których mowa w §7 ust. 9 Umowy,**
- b) za zwłokę w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad oraz za zwłokę w wymianie towaru niezgodnego z zamówieniem lub umową, bądź za zwłokę w wymianie towaru dostarczonego w niewłaściwym opakowaniu w terminie określonym w § 5 w wysokości 2% wartości brutto wadliwej partii towaru, **za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, z zastrzeżeniem okoliczności o których mowa w §7 ust. 9 Umowy”**

**Pytanie Wykonawcy 84 (Pakiet 4 poz. 1):**

Czy Zamawiający dopuści podkład jednorazowy, celulozowy z perforacją co 50 cm, reszta wymagań zgodna z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ?

Proponowane rozmiary w porównaniu z wymaganymi są praktycznie niezauważalne i nie mają wpływu na jakość i skuteczność przeprowadzanych procedur medycznych.

**Odpowiedź Zamawiającego 84:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 85 (Pakiet 4 poz. 13):**

Czy Zamawiający dopuści żel do USG o pojemności 250 ml, reszta wymagań zgodna z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ?

Pojemniki o większej pojemności nie mają wpływu na swoją funkcjonalność oraz jakość procedur medycznych, a dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

**Odpowiedź Zamawiającego 85:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 86 (Pakiet 16 poz. 14):**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania pojemnik do transportu materiału chirurgicznego o pojemności 5000 ml z pokrywą na wcisk, wykonanego z polipropylenu, odpornego na formalinę.

Pojemniki o tak dużej pojemności występują standardowo w sprzedaży z przykrywą na wcisk. Tak duże pojemniki z przykrywką zakręcaną, stanowiłyby znaczne utrudnienie dla użytkowników - ze względu na dużą średnicę przykrywy, jej dokładne i szczelne zakręcenie prawdopodobnie wymagałoby zaangażowania dwóch osób, co w sposób oczywisty przekładałoby się na dodatkowe (nieefektywne) obciążenie personelu medycznego.

**Odpowiedź Zamawiającego 86:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 87 (Pakiet 16 poz. 15):**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania pojemnik o pojemności 20 ml, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ. Taki pojemnik jest funkcjonalnie tożsamy z opisanym w SIWZ 15 ml, zatem nie zachodzą przesłanki, by ograniczać wymóg wyłącznie do konkretnej pojemności nominalnej tego rodzaju wyrobu.

**Odpowiedź Zamawiającego 87:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.



**Pytanie Wykonawcy 88 (Pakiet 16 poz. 21):**

Czy Zamawiający dopuści do zaofiarowania pojemnik o objętości 2300 ml, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ. Taki pojemnik jest funkcjonalnie tożsamy z opisanym w SIWZ 2000 ml, zatem nie zachodzą przesłanki, by ograniczać wymóg wyłącznie do konkretnej pojemności nominalnej tego rodzaju wyrobu.

**Odpowiedź Zamawiającego 88:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 89 (Pakiet 16 poz. 8-14):**

W związku z wymogiem, obejmującym pojemniki do transportu materiału chirurgicznego (histopatologicznego) w poz. 8-14, dotyczącym odporności na kwasy i zasady, prosimy o dopuszczenie wysokiej jakości pojemników, których producent deklaruje odporność na formalinę.

Do pojemników z identycznym przeznaczeniem, opisanych w poz. 15-22, Zamawiający wymaga odporności na formalinę. Niezasadnym zatem jest różnicowanie pojemników wykonanych z polietylenu (poz. 8-14) a polipropylenu (poz. 15-22), mających w obu przypadkach służyć do transportu materiału chirurgicznego, stopniem odporności na substancje niebezpieczne, w sytuacji, gdy polietylen i polipropylen są materiałami o równoważnych właściwościach.

**Odpowiedź Zamawiającego 89:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 90 (Pakiet 16 poz. 14 i 22):**

Czy Zamawiający dopuści pojemniki do transportu materiału chirurgicznego w pozycjach 14 oraz 22 o stawce VAT 23%? Dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

**Odpowiedź Zamawiającego 90:**

Zamawiający dopuszcza pojemniki do transportu materiału chirurgicznego w pozycjach 14 oraz 22 o stawce VAT 23%.

**Pytanie Wykonawcy 91 (SIWZ):**

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

**Odpowiedź Zamawiającego 91:**

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.). Wykonawca składa oświadczenie nie wraz z ofertą, lecz w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 UPZP. Ustawa nie przewiduje odstępstwa lub innego terminu składania oświadczeń dla Podmiotów, które nie należą do żadnej grupy kapitałowej.

**Pytanie Wykonawcy 92 (Pakiet 16 poz. 5):**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik w kształcie „wiaderka”, tj. rozszerzające się ku górze o wymiarach: wysokość – 664 mm, średnica dolna – 322 mm i średnica górna – 390 mm, reszta wymagań zgodna z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ?

Pojemniki o nieznacznej różnicy w wymiarach od wymaganych i przy zachowaniu podstawowego wymogu, tj. pojemność 60L nie mają wpływu na swoją funkcjonalność oraz jakość procedur medycznych, a dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

**Odpowiedź Zamawiającego 92:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 93 (Pakiet 16 poz. 6):**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik w kształcie „wiaderka”, tj. rozszerzające się ku górze o wymiarach: wysokość – 388 mm, średnica dolna – 320 mm i średnica górna – 380 mm, reszta wymagań zgodna z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ?

Pojemniki o nieznacznej różnicy w wymiarach od wymaganych i przy zachowaniu podstawowego wymogu, tj. pojemność 30L nie mają wpływu na swoją funkcjonalność oraz jakość procedur medycznych, a dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

**Odpowiedź Zamawiającego 93:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 94 (Pakiet 16 poz. 7):**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o wysokości – 640 mm, reszta wymagań zgodna z opisem przedmiotu zamówienia w SIWZ?

Pojemniki o nieznacznej różnicy w wymiarach od wymaganych nie mają wpływu na swoją funkcjonalność oraz jakość procedur medycznych, a dopuszczenie powyższego pozwoli na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć.

Odpowiedź Zamawiającego 94:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 95 (Pakiet 8 poz. 1):**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF kabla pacjenta.

Odpowiedź Zamawiającego 95:

Na wyposażeniu Zamawiającego jest aparat EKG firmy Comen o nr 90171128002 zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 96 (Pakiet 8 poz. 1):**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji o ilości odprowadzeń.

Odpowiedź Zamawiającego 96:

Zamawiający wyjaśnia, że kabel pacjenta do aparatu EKG ma 10 odprowadzeń zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 97 (Pakiet 9 poz. 1):**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF kabla pacjenta.

Odpowiedź Zamawiającego 97:

Na wyposażeniu Zamawiającego jest kabel pacjenta o nr REF 9293-036-53 zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 98 (Pakiet 9 poz. 2):**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF kabla pacjenta.

Odpowiedź Zamawiającego 98:

Na wyposażeniu Zamawiającego jest kabel pacjenta o nr REF 9293-017-51 zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 99 (Pakiet 9 poz. 3):**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF kabla pacjenta.

Odpowiedź Zamawiającego 99:

Na wyposażeniu Zamawiającego jest kabel pacjenta o nr REF 118260001009 zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 100 (Pakiet 32 poz. 1):**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego, technologii, lub numeru REF czujnika SpO2.

Odpowiedź Zamawiającego 100:

Nr katalogowy czujnika SpO2: S.C.-Neo-1 zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 101 (Pakiet 32 poz. 2):**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego, technologii, lub numeru REF czujnika SpO2.

Odpowiedź Zamawiającego 101:

Nr katalogowy czujnika SpO2: S.C.-PR-1 zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 102 (Pakiet 32 poz. 3):**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego, technologii, lub numeru REF czujnika SpO2.

Odpowiedź Zamawiającego 102:

Nr katalogowy czujnika SpO2: MAX-N-1 zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 103 (Pakiet 32 poz. 4):**

Czy Zamawiający z uwagi na niejednorodny charakter produktów w pakiecie 32, wydzieli pozycje 4 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym

udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Odpowiedź Zamawiającego 103:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 104 (Pakiet 32 poz. 1):**

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie jednorazowych bezklejowych czujników SpO<sub>2</sub> dla noworodków o masie ciała poniżej 3 kg. Opakowanie x 24 szt.

Odpowiedź Zamawiającego 104:

Zamawiający dopuszcza jednorazowe bezklejowe czujniki SpO<sub>2</sub> dla noworodków o masie ciała poniżej 3 kg oraz opakowanie x 24 szt zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 105 (Pakiet 32 poz. 2):**

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie jednorazowych bezklejowych czujników SpO<sub>2</sub> dla wcześniaków o masie ciała poniżej 3 kg. Opakowanie x 24 szt.

Odpowiedź Zamawiającego 105:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zamawiający oczekuje złożenia oferty na czujniki dla wcześniaków o masie ciała poniżej 1,5kg.

**Pytanie Wykonawcy 106 (Pakiet 95 poz. 11, 12, 13, 14, 16 i 17):**

Czy Zamawiający z uwagi na niejednorodny charakter produktów w pakiecie 95, wydzieli pozycje 11,12,13,14,16,17 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Odpowiedź Zamawiającego 106:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 107 (Pakiet 95 poz. 13):**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego, technologii, lub numeru REF adaptera SpO<sub>2</sub>.

Odpowiedź Zamawiającego 107:

Zamawiający wymaga kompatybilności zaoferowanego asortymentu z aparatem Nellcor.

**Pytanie Wykonawcy 108 (Pakiet 95 poz. 14):**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego, technologii, lub numeru REF czujnika SpO<sub>2</sub>.

Odpowiedź Zamawiającego 108:

Zamawiający wymaga kompatybilności zaoferowanego asortymentu z aparatem Nellcor.

**Pytanie Wykonawcy 109 (Pakiet 95 poz. 15):**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego, technologii, lub numeru REF czujnika SpO<sub>2</sub>.

Odpowiedź Zamawiającego 109:

Zamawiający wymaga kompatybilności zaoferowanego asortymentu z aparatem DefiMax.

**Pytanie Wykonawcy 110 (Pakiet 95 poz. 17):**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF rurki.

Odpowiedź Zamawiającego 110:

Zamawiający wymaga rurki kompatybilnej z podłączeniem do aparatu Welch Allyn.

**Pytanie Wykonawcy 111 (Pakiet 114 poz. 1):**

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF czujnika.

Odpowiedź Zamawiającego 111:

Zamawiający wymaga zaoferowania asortymentu kompatybilnego z aparatem do znieczulenia Ohmeda.

**Pytanie Wykonawcy 112 (Pakiet 114 poz. 2 i 4):**

Czy Zamawiający z uwagi na niejednorodny charakter produktów w pakiecie 114, wydzieli pozycje 2 i 4 utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

**Odpowiedź Zamawiającego 112:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 113 (Pakiet 114 poz. 3a):**

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu w rozmiarze 25-35 brązowego ?

**Odpowiedź Zamawiającego 113:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 114 (Pakiet 114 poz. 3b):**

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu w rozmiarze 18-26 ?

**Odpowiedź Zamawiającego 114:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 115 (Pakiet 114 poz. 3c):**

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu w rozmiarze 33-47 brązowego ?

**Odpowiedź Zamawiającego 115:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 116 (Pakiet 114 poz. 3d):**

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietu brązowego lub niebieskiego ?

**Odpowiedź Zamawiającego 116:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 117 (SIWZ):**

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

**Odpowiedź Zamawiającego 117:**

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.). Wykonawca składa oświadczenie nie wraz z ofertą, lecz w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 UPZP. Ustawa nie przewiduje odstąpienia lub innego terminu składania oświadczeń dla Podmiotów, które nie należą do żadnej grupy kapitałowej.

**Pytanie Wykonawcy 118 (Pakiet 115):**

Prosimy wyjaśnić czy w opisie właściwości fizyko-chemicznych pozycjonerów nie wystąpił błąd zapisu temperatury? Czy Zamawiający pisząc 400C ma na myśli temp. 40 st.C ( ogrzewanie ) i pisząc -120C ma na myśli temp. -12st.C ( schładzanie ) ?

**Odpowiedź Zamawiającego 118:**

Zamawiający potwierdza, iż nastąpiła omyłka pisarska. W zapisie temperatury. Zamawiający pisząc 400C ma na myśli temp. 40°C (ogrzewanie), natomiast pisząc -120C ma na myśli temp. -12°C (schładzanie). Zgodnie z powyższym dokonuje modyfikacji w załączniku nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 119 (Pakiet 115):**

Czy Zamawiający dopuści do zaofiarowania w pkt 1,2 i 3 maty i pozycjonery wykonane z polimeru żelowego (wiskoelastomer) rozkładającego równomiernie ciężar ciała, obniżające ucisk ciała do bezpiecznego poziomu, redukujące siły tarcia i ścinające, chroniące przed ryzykiem podrażnienia nerwów, o właściwościach przeciwoleżynowych, hypoalergiczne - bez dodatku silikonu i lateksu, pokryte cienkim filmem poliuretanowym, wielokrotnego użytku, o właściwościach nie powodujących podrażnień skóry – potwierdzone badaniami wg. normy ISO 10993-5 i 10993-10, wodoszczelne, do podgrzewania w cieplarni lub pod bieżącą wodą lub na materacu grzewczym do temperatury +70 st.C lub schładzania w lodówce lub zamrażarce do -29st.C, przeznaczone do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami dezynfekującymi, po przecięciu polimer żelowy nie wypływa a w razie uszkodzenia istnieje możliwość użycia folii naprawczej dedykowanej dla tych pozycjonerów i wydłużające ich bezpieczne użytkowanie, przezierna dla promieni RTG, możliwość stosowania w rezonansie magnetycznym, wyrób medyczny, gwarancja 24 mies. ?

**Odpowiedź Zamawiającego 119:**

W punkcie 1 Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ. W punkcie 2 i 3, oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 120 (Pakiet 115 poz. 1a):**

Czy Zamawiający dopuści do zaofiarowania materac długi z wiskoelastomeru o wymiarach: 1800x500x15 mm?

**Odpowiedź Zamawiającego 120:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 121 (Pakiet 115 poz. 1b):**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania krążek pod głowę dla dzieci z wiskoelastomeru o wymiarach 80x20 mm?

Odpowiedź Zamawiającego 121:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 122 (Pakiet 115 poz. 1c):**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania krążek pod głowę dla młodzieży z wiskoelastomeru o wymiarach 140 x 30 mm?

Odpowiedź Zamawiającego 122:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 123 (Pakiet 115 poz. 1d):**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania krążek pod głowę dla dorosłych z wiskoelastomeru o wymiarach 200 x 50 mm?

Odpowiedź Zamawiającego 123:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 124 (Pakiet 115 poz. 1d):**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania krążek pod głowę dla dorosłych z wyprofilowaniem/ wgłębieniem z jednej strony (-15 mm), z wiskoelastomeru o wymiarach 200 x 50 /(-15) mm?

Odpowiedź Zamawiającego 124:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 125 (Pakiet 115 poz. 2a):**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania pozycjoner głowy dla młodzieży typu podkowa z wiskoelastomeru o wymiarach 40 x 30 mm?

Odpowiedź Zamawiającego 125:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zaferowany krążek jest zbyt mały.

**Pytanie Wykonawcy 126 (Pakiet 115 poz. 2a):**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania pozycjoner głowy dla młodzieży typu podkowa z wiskoelastomeru o wymiarach 140 x 35 mm?

Odpowiedź Zamawiającego 126:

Zamawiający dopuszcza pozycjoner głowy o podanych wymiarach, pod warunkiem spełnienia parametrów opisanych w punkcie 2 zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem numer 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 127 (Pakiet 115 poz. 2b):**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania pozycjoner pod głowę typu podkowa z wiskoelastomeru o wymiarach 200 x 50 mm?

Odpowiedź Zamawiającego 127:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 128 (Pakiet 115 poz. 2b):**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania pozycjoner pod głowę typu podkowa z wiskoelastomeru o wymiarach 200 x 55 mm?

Odpowiedź Zamawiającego 128:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 129 (Pakiet 115 poz. 2c):**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania podkładkę pod ramię /kolana (duża) z wiskoelastomeru o wymiarach 520x145x55 mm?

Odpowiedź Zamawiającego 129:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Podane wymiary są za duże.

**Pytanie Wykonawcy 130 (Pakiet 115 poz. 2c):**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania podkładkę pod ramię /kolana (duża) z wiskoelastomeru o wymiarach 500x150x40 mm?

Odpowiedź Zamawiającego 130:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 131 (Pakiet 115 poz. 2d):**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania podkładkę pod ramię /kolana (mała) z wiskoelastomeru o wymiarach 400x150x40 mm?

Odpowiedź Zamawiającego 131:

Zamawiający dopuszcza podkładkę pod ramię/kolana (mała) o podanych wymiarach, pod warunkiem spełnienia parametrów opisanych w punkcie 2 zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem numer 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 132 (Pakiet 115 poz. 2e):**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania półwałek z wiskoelastomeru i wkładem/ trzonem z pianki PUR, o wymiarach 300x150x70 mm?

Odpowiedź Zamawiającego 132:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga asortymentu o wymiarach nie mniejszych niż 350-400 x 150 x 70-75 mm.

**Pytanie Wykonawcy 133 (Pakiet 115 poz. 2e):**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania półwałek z wiskoelastomeru, o wymiarach 400x150x70 mm?

Odpowiedź Zamawiającego 133:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 134 (Pakiet 115 poz. 2f):**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania półwałek z wiskoelastomeru o wymiarach 380x180x150 mm?

Odpowiedź Zamawiającego 134:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga półwałka o mniejszych wymiarach.

**Pytanie Wykonawcy 135 (Pakiet 115 poz. 2g):**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania półwałek z wiskoelastomeru o wymiarach 400x150x120 mm?

Odpowiedź Zamawiającego 135:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 136 (Pakiet 115 poz. 2h):**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania półwałek z wiskoelastomeru o wymiarach 500x150x100 mm?

Odpowiedź Zamawiającego 136:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 137 (Pakiet 115 poz. 2i):**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania półwałek z wiskoelastomeru o wymiarach 400x175x140 mm?

Odpowiedź Zamawiającego 137:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 138 (Pakiet 115 poz. 2j):**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania półwałek z wiskoelastomeru o wymiarach 500x150x120 mm?

Odpowiedź Zamawiającego 138:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 139 (Pakiet 115 poz. 3a):**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania ochronę ręki (krótka) z wiskoelastomeru, o wymiarach 300x150x40 mm?

Odpowiedź Zamawiającego 139:

Zamawiający dopuszcza ochronę ręki (krótka) zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ. Zamawiający utrzymuje natomiast wymóg ochrony pod rękę o wysokości 3 cm z myślą o najmniejszych pacjentach.

**Pytanie Wykonawcy 140 (Pakiet 115 poz. 3b):**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania ochronę ręki (długa) z wiskoelastomeru, o wymiarach 500x150x40 mm?

Odpowiedź Zamawiającego 140:

Zamawiający dopuszcza ochronę ręki (długa) zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ. Zamawiający utrzymuje natomiast wymóg ochrony pod rękę o wysokości 3,5 cm z myślą o najmniejszych pacjentach.

**Pytanie Wykonawcy 141 (Pakiet 115 poz. 3c):**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania pozycjoner uniwersalny z wiskoelastomeru, o wymiarach 500x200x70 mm?

Odpowiedź Zamawiającego 141:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 142 (Pakiet 115 poz. 3c):**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania pozycjoner uniwersalny z wiskoelastomeru, z trzonem z pianki PUR, o wymiarach 500x200x70 mm?

Odpowiedź Zamawiającego 142:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 143 (Pakiet 115 poz. 3b):**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania ochronę nogi z wiskoelastomeru, o wymiarach 520x180x40 mm?

Odpowiedź Zamawiającego 143:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ., jeżeli Wykonawca pyta o ochronę nogi z poz. 3 d).

**Pytanie Wykonawcy 144 (Pakiet 131):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w poz. 1 zestawu składającego się z troakara optycznego o średnicy 5mm, 2 kaniule, 1 obturator, długość kaniuli 75mm; kaniule z zaworem gazowym, obturator z separatorem tkankowym?

Odpowiedź Zamawiającego 144:

Zamawiający dopuszcza zaferowany zestaw zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ, jeśli w grocie znajdują się otwór pozwalający na insuflację podczas wprowadzania troakara, oraz kaniula posiada balonik z dyskiem retencyjnym.

**Pytanie Wykonawcy 145 (Pakiet 131):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w poz. 2 zestawu składającego się z troakara optycznego o średnicy 5mm, 2 kaniule, 1 obturator, kaniule o długości 100mm; kaniule z zaworem gazowym, obturator z separatorem tkankowym?

Odpowiedź Zamawiającego 145:

Zamawiający dopuszcza zaferowany zestaw zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ, jeśli w grocie znajdują się otwór pozwalający na insuflację podczas wprowadzania troakara, oraz kaniula posiada balonik z dyskiem retencyjnym.

**Pytanie Wykonawcy 146 (Pakiet 119 poz. 9):**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie płynu do dezynfekcji skóry o objętości 250ml spełniającego wymagania w zakresie wykorzystania do pielęgnacji miejsca ujęcia cewnika do dializy otrzewnowej z przeliczeniem na ilość sztuk wymaganej w opisie objętości?

Odpowiedź Zamawiającego 146:

Zamawiający dopuszcza płyn do dezynfekcji skóry o objętości 250ml spełniającego wymagania w zakresie wykorzystania do pielęgnacji miejsca ujęcia cewnika do dializy otrzewnowej z przeliczeniem na ilość sztuk wymaganej w opisie objętości zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 147 (Pakiet 68):**

Czy zamawiający miał na myśli paski fluoresceinowe do wybarwiania oka przy doborze twardych soczewek kontaktowych, do pomiaru czasu przerwania filmu łzowego (BUT) oraz w tonometrii aplanacyjnej. Opakowanie zawiera 100 sztuk sterylnych pasków?

Odpowiedź Zamawiającego 147:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty na paski fluoresceinowe przeznaczone do pomiaru ciśnienia tonometrem aplanacyjnym.

**Pytanie Wykonawcy 148 (Pakiet 1 poz. 4):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 4 do osobnego pakietu? Takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź Zamawiającego 148:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 149 (Pakiet 1 poz. 4):**

Czy Zamawiający dopuści maseczki posiadające elastyczne tasiemki zamiast troków?

Odpowiedź Zamawiającego 149:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 150 (Pakiet 62 poz. 1):**

Dot. Pakietu nr 62, poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 1 do osobnego pakietu? Takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z spośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odpowiedź Zamawiającego 150:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 151 (Pakiet 62 poz. 1):**

Dot. Pakietu nr 62, poz. 1 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu środka ochrony indywidualnej oraz od norm (EU) 2016/425, EN 14126?

Odpowiedź Zamawiającego 151:

Zamawiający utrzymuje wymóg posiadania deklaracji na środek ochrony indywidualnej kat. III. oraz konieczność spełnienia norm ujętych w pakiecie. Odzież ochronna przeznaczona do prac w narażeniu na kontakt z cytostatykami jest zaliczana do grupy odzieży chroniącej przed substancjami chemicznymi i odzież ta jest kwalifikowana jako środek ochrony indywidualnej III kat.

**Pytanie Wykonawcy 152 (Umowa):**

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę paragrafu 6, pkt 1 na następujący:

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- a) w wysokości 0,5% wartości brutto partii towaru niedostarczonego w terminie wskazanego w bieżącym zamówieniu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie towaru w terminie określonym w umowie lub zamówieniu, powstałą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
- b) za zwłokę w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad oraz za zwłokę w wymianie towaru niezgodnego z zamówieniem lub umową, bądź za zwłokę w wymianie towaru dostarczonego w niewłaściwym opakowaniu w terminie określonym w § 5 w wysokości 0,5 % wartości brutto wadliwej partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
- c) w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto tej części umowy (pakietu), której dotyczy rozwiązanie, gdy Zamawiający rozwiąże umowę w zakresie części (pakietu) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a w szczególności z powodu trzykrotnej dostawy towaru wadliwego lub trzykrotnego niedostarczenia towaru
- d) w wysokości 3% wartości brutto umowy, gdy Zamawiający rozwiąże, wypowie, odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

Odpowiedź Zamawiającego 152:

Zamawiający w par. 6 ust. 1 lit. a) i b) Umowy dokonuje modyfikacji zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 83, natomiast w par. 6 ust. 1 lit. c) i d) Umowy dokonuje się modyfikacji zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 60.

**Pytanie Wykonawcy 153 (Pakiet 18):**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie worków z tuleją o długości 250 mm, przesuwany trzonkiem zakończonym wgłębieniami na palce, pozostałe właściwości zgodne z opisem.

Odpowiedź Zamawiającego 153:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga tulei wprowadzającej o długości 330mm ze względu na pacjentów otyłych bariatrycznych.

**Pytanie Wykonawcy 154 (Pakiet 58):**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczotek o długości 200 cm, średnica 5,5 Fr.

Odpowiedź Zamawiającego 154:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 155 (Pakiet 1 poz. 1):**

Czy zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź Zamawiającego 155:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.



**Pytanie Wykonawcy 156 (Pakiet 1 poz. 1):**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego 156:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 157 (Pakiet 4 poz. 1):**

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?

Odpowiedź Zamawiającego 157:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 158 (Pakiet 4 poz. 1):**

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?

Odpowiedź Zamawiającego 158:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 159 (Pakiet 4 poz. 1):**

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?

Odpowiedź Zamawiającego 159:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 160 (Pakiet 4 poz. 2 i 3):**

Czy zamawiający dopuści medyczny podkład ochronny, składający się z warstwy bibuły i folii, o wymiarach 50 cm x 50 m, z perforacją co 50 cm, o gramaturze 24 g/m<sup>2</sup>, folia o grubości 15 +/- 2 µm?

Odpowiedź Zamawiającego 160:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 161 (Pakiet 4 poz. 15):**

Czy zamawiający dopuści pojemnik typu tulipan z pokrywką?

Odpowiedź Zamawiającego 161:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zamawiający oczekuje złożenia oferty na pojemnik/butelka/ zamykany na zakrętkę dla bezpieczeństwa z portem do pobierania próbek.

**Pytanie Wykonawcy 162 (Pakiet 4 poz. 15):**

Czy zamawiający oczekuje worka na mocz, do DZM?

Odpowiedź Zamawiającego 162:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zamawiający oczekuje złożenia oferty na pojemnik/butelka/ a nie na worek.

**Pytanie Wykonawcy 163 (Pakiet 4 poz. 15):**

Czy zamawiający dopuści jednorazowy worek do dobowej zbiórki moczu 2 litry z bezzwrotnym zaworem T i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany z medycznego PCV, opakowanie indywidualne – foliowe, zbiorczo pakowany po 10 szt., tylna ścianka worka mleczna ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100 ml?

Odpowiedź Zamawiającego 163:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zamawiający oczekuje złożenia oferty na pojemnik/butelka/ a nie na worek. Zamawiający opisuje worek 2l sterylny do dobowej zbiórki moczu w pakiecie nr 43 poz. 8.

**Pytanie Wykonawcy 164 (Pakiet 4 poz. 21):**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego 164:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 165 (Pakiet 13 poz. 6):**

Czy zamawiający wydzieli poz.6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź Zamawiającego 165:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 166 (Pakiet 14 poz. 8):**

Czy zamawiający wydzieli poz.8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź Zamawiającego 166:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 167 (Pakiet 14 poz. 8):**

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, j.u., gramatura 25 g/m<sup>2</sup>, długi rękaw, zakończony lekką elastyczną, nieuciskającą gumką, bez mankietu, wiązany z tyłu w talii i przy szyi, niesterylny?

Odpowiedź Zamawiającego 167:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 168 (Pakiet 14 poz. 8):**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 20 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego 168:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 169 (Pakiet 26 poz. 1-4, 6-8, 10, 16, 19 i 48):**

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-4,6-8,10,16,19,48 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź Zamawiającego 169:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 170 (Pakiet 26 poz. 6):**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego 170:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 171 (Pakiet 26 poz. 7):**

Czy zamawiający dopuści pojemność 30 ml?

Odpowiedź Zamawiającego 171:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 172 (Pakiet 26 poz. 19):**

Czy zamawiający dopuści worki na wymioty wykonane folii LDPE w kolorze mlecznym, usznik z polipropylenu, bez lateksu i PCW, ze skalą co 100 ml, skala do 1,5 l, zakończony obręczą w systemie "okręć i zamknij", z instrukcją użytkowania w postaci piktogramu umieszczoną na każdym worku , wymiary ok. 35 cm dł. x 16,5 cm szer.?

Odpowiedź Zamawiającego 172:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zamawiający oczekuje asortymentu z zastawką, która uniemożliwia wydostanie się na zewnątrz treści oraz zapachu oraz z dokładniejszą skalą pomiarową. W związku z powyższym zaoferowany asortyment nie spełnia oczekiwań Zamawiającego.

**Pytanie Wykonawcy 173 (Pakiet 26 poz. 48):**

Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dorosłych o długości 245 mm ,rozmiar kartonika 13 mm x 104 mm (z perforacją do oderwania części kartonika po wpisaniu danych), pole opisu 13 mm x 80 mm, długość części regulacyjnej 13,5 cm, 13 zakresów regulacji, opaska zaopatrzona w kartonik do opisu danych pacjenta, pakowane po 100 szt, dostępne w kolorze białym, w części opisowej szerokość opaski 1,8 (+/- 1 mm), szerokość opaski w części służącej do zapięcia 1,2(+/-1 mm)?

Odpowiedź Zamawiającego 173:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 174 (Pakiet 26 poz. 48):**

Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dzieci o długości 170 mm , pole opisu 1,5 cm x 5,5 cm , , długość części regulacyjnej 9 cm, 13 zakresów regulacji, opaska zaopatrzona w kartonik do opisu danych pacjenta, pakowane po 100 szt, dostępne w kolorze białym, różowym, niebieskim, w części opisowej szerokość opaski 1,8 (+/- 1 mm), szerokość opaski w części służącej do zapięcia 1,2(+/-1 mm)?

Odpowiedź Zamawiającego 174:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 175 (Pakiet 38 poz. 13-14 i 21):**

Czy zamawiający wydzieli poz. 13-14,21 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odpowiedź Zamawiającego 175:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 176 (Pakiet 38 poz. 13):**

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą dwukanałową, trójplaszczynową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską kłapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa bez skrzydełek 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO?

**Odpowiedź Zamawiającego 176:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zaoferowany przyrząd nie spełnia wymogów opisanych przez Zamawiającego. Zamawiający jasno określił swoje potrzeby: wymaga przyrządu z komorą kroplową wyposażoną w skrzydełka umożliwiające łatwe wkłucie igły biorczej z regulatorem przepływu wyposażonym w komorę na kolec i z uchwytem na podwieszanie drenu podczas przygotowywania zestawu.

**Pytanie Wykonawcy 177 (Pakiet 38 poz. 13):**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź Zamawiającego 177:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zamawiający jasno określił swoje potrzeby: wymaga przyrządu z regulatorem przepływu wyposażonym w komorę na kolec igły biorczej. Osłona igły wyrzucana jest przy aplikacji i nie przechowuje się jej w celu późniejszego zabezpieczenia. Zaoferowany przyrząd nie spełnia wymogów opisanych przez Zamawiającego.

**Pytanie Wykonawcy 178 (Pakiet 38 poz. 13):**

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

**Odpowiedź Zamawiającego 178:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 179 (Pakiet 38 poz. 13 i 14):**

Czy zamawiający wymaga opakowanie papier-folia?

**Odpowiedź Zamawiającego 179:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 180 (Pakiet 38 poz. 14):**

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostrą igłą biorczą dwukanałową, trójplaszczynowo ściętą, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną kłapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, całkowita długość kompy ok. 10 cm, rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia, sterylizowany tlenkiem etylenu objętość komory kroplowej – 12,37 cm<sup>3</sup>, powierzchnia komory 36,52 cm<sup>2</sup>, powierzchnia filtrująca ok. 16,34 cm<sup>2</sup> (objętość 3,69 cm<sup>3</sup>), sterylizacja EO?

**Odpowiedź Zamawiającego 180:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 181 (Pakiet 38 poz. 14):**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepem na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź Zamawiającego 181:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Osłona igły wyrzucana jest przy aplikacji i nie przechowuje się jej w celu późniejszego zabezpieczenia.

**Pytanie Wykonawcy 182 (Pakiet 38 poz. 14):**

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwi bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

**Odpowiedź Zamawiającego 182:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 183 (Pakiet 38 poz. 21):**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź Zamawiającego 183:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 184 (Pakiet 40 poz. 6 i 7):**

Czy zamawiający wydzieli poz. 6-7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odpowiedź Zamawiającego 184:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 185 (Pakiet 41 poz. 10-11, 20-21, 25-26 i 28):**

Czy zamawiający wydzieli poz. 10-11,20-21,25-26,28 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odpowiedź Zamawiającego 185:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 186 (Pakiet 41 poz. 21):**

Czy zamawiający dopuści skalę rozszerzoną 50/60 ml?

**Odpowiedź Zamawiającego 186:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 187 (Pakiet 41 poz. 25 i 28):**

Czy Zamawiający dopuści IS / IS bursztynowy (odpowiednio do pozycji) bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorcza dwukanałową, trójplaszczynową – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO?

**Odpowiedź Zamawiającego 187:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zaoferowany produkt nie odpowiada oczekiwaniom Zamawiającego: za krótka długość całkowita komory kroplowej, rolkowy regulator przepływu nie zabezpiecza przed zakłuciem.

**Pytanie Wykonawcy 188 (Pakiet 41 poz. 25 i 28):**

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

**Odpowiedź Zamawiającego 188:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga przyrządów z komorą bez PVC, ponieważ w niej najdłużej przebywa płyn/lek.

**Pytanie Wykonawcy 189 (Pakiet 41 poz. 25 i 28):**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepek na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź Zamawiającego 189:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zamawiający opisuje przyrząd z zaciskiem rolkowym z pochewką na kolec komory kroplowej zabezpieczającą przed zakłuciem. W/w nie spełnia tego wymogu.

**Pytanie Wykonawcy 190 (Pakiet 41 poz. 25 i 28):**

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź Zamawiającego 190:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 191 (Pakiet 41 poz. 26):**

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, trójplaszczynowo ścięta, wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, całkowita długość kompy ok. 10 cm, rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczepek na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier-folia, sterylizowany tlenkiem etylenu objętość komory kroplowej – 12,37 cm<sup>3</sup>, powierzchnia komory 36,52 cm<sup>2</sup>, powierzchnia filtrująca ok. 16,34 cm<sup>2</sup> (objętość 3,69 cm<sup>3</sup>), sterylizacja EO?

Odpowiedź Zamawiającego 191:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zamawiający oczekuje złożenia oferty na przyrządy bez ftalanów. W/w produkt nie spełnia tego wymogu.

**Pytanie Wykonawcy 192 (Pakiet 41 poz. 26):**

Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

Odpowiedź Zamawiającego 192:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 193 (Pakiet 43 poz. 8):**

Czy zamawiający wydzieli poz.8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi

Odpowiedź Zamawiającego 193:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 194 (Pakiet 43 poz. 8):**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego 194:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 195 (Pakiet 48 poz. 30):**

Czy zamawiający wydzieli poz.30 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź Zamawiającego 195:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 196 (Pakiet 48 poz. 30):**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego 196:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 197 (Pakiet 71 poz. 22-23 i 26):**

Czy zamawiający wydzieli poz.22-23,26 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź Zamawiającego 197:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 198 (Pakiet 71 poz. 22):**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego 198:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 199 (Pakiet 71 poz. 23):**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego 199:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 200 (Pakiet 71 poz. 26):**

Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o pojemności 1000 ml wykonany ze wzmocnionej folii, z podziałką, uchwytem do zawieszenia ok. 17 cm dł w formie elastycznego drenu o średnicy ok /5 mm, dren posiada zacisk rolkowy o wymiarze ok. 4 cm x 1,5 cm , worek na wydzieliny ok. 24,5 cm x 14 cm, dren posiada zakończenie obłe z dwoma otworami bocznymi, długość drenu ok. 106 cm i średnicy ok. 6 mm, komora dł. Ok. 10,5 cm i średnica ok. 2,7 cm, w zestawie rękawiczki PE, opatrunek włókninowy, szaszetka środka myjącego?

Odpowiedź Zamawiającego 200:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 201 (Pakiet 120):**

Prosimy o potwierdzenie, dla Pakietu nr 120 minimalny wymagany termin gwarancji, ważności lub sterylności wynosi nie mniej niż 11 miesięcy licząc od dnia realizacji dostawy do Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego 201:

Zgodnie z pkt. 2.9 SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 202 (Pakiet 120 poz. 1):**

Czy Zamawiający ma na myśli przewód do mankietów nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi czy przewód do pomiaru saturacji czy przewód do inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi?

Odpowiedź Zamawiającego 202:

Zamawiający ma na myśli przewód do mankietów do automatycznego nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 203 (Pakiet 120 poz. 1):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przewodów, posiadających dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP, ale zakwalifikowanych jako części serwisowe i objętych stawką VAT 23 % ?

Odpowiedź Zamawiającego 203:

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie Wykonawcy 204 (Umowa):**

Par. 6 ust. 1 lit. a – b

W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku akcesoriów wynosi ona ok. 0,1-0,2% za każdy dzień zwłoki.

Zadaniem kar umownych winno być skuteczne zmotywowanie i skłonienie kontrahenta do prawidłowego wykonania umowy, a nie zniechęcanie do udziału w zamówieniach publicznych.

W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu oraz modyfikację zapisów w następujący sposób:

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- a) w wysokości 0.2% wartości brutto partii towaru niedostarczonego w terminie wskazanego w bieżącym zamówieniu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie towaru w terminie określonym w umowie lub zamówieniu, powstałą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
- b) za zwłokę w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad oraz za zwłokę w wymianie towaru niezgodnego z zamówieniem lub umową, bądź za zwłokę w wymianie towaru dostarczonego w niewłaściwym opakowaniu w terminie określonym w § 5 w wysokości 0.2 % wartości brutto wadliwej partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

Odpowiedź Zamawiającego 204:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 83.

**Pytanie Wykonawcy 205 (Umowa):**

Par. 6 ust. 14

Zwracamy uwagę, że brak określenia limitu kar może prowadzić do powstania kary rażąco wygórowanej. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz naruszenia zasady proporcjonalności. W związku z tym proponujemy określenie limitu kar umownych, co umożliwi również wykonawcom właściwą ocenę ryzyka i należyłą wycenę oferty (zgodne z wyrok KIO z 4.09.2018, KIO 1601/18). Proponujemy wprowadzenie zapisu o następującej treści:

„Maksymalny limit kar umownych, jakie Zamawiający może naliczyć Wykonawcy, wynosi 10% wartości wynagrodzenia brutto umowy.

**Odpowiedź Zamawiającego 205:**

Zamawiający modyfikuje treść par. 6 dodając ust. 8, w brzmieniu poniższym:

„8. Maksymalny limit kar umownych, jakie Zamawiający może naliczyć Wykonawcy, wynosi 10% wartości wynagrodzenia brutto umowy.“

**Pytanie Wykonawcy 206 (Umowa):**

Par. 5 ust. 6 i 7

Prosimy o wykreślenie tych punktów z umowy. Środkiem dyscyplinującym Wykonawcę do należytego / terminowego wykonania zamówienia stanowią kary umowne. Wykonawca nie powinien być zatem dodatkowo obciążany innymi kosztami wynikającymi z realizacją zamówienia u innego sprzedawcy.

**Odpowiedź Zamawiającego 206:**

Zamawiający podtrzymuje warunki zawarte w SIWZ. Zastrzeżenie prawa do wykonania zastępczego jest istotne dla Zamawiającego, gdyż zapewnia ciągłość dostaw niezbędnych środków medycznych, jednocześnie par. 5 ust. 7 wskazuje, że skorzystanie z wykonania zastępczego wyklucza podjęcie innych przewidzianych umową czynności na wypadek nienależytego wykonania, nie istnieje zatem ryzyko obciążenia Wykonawcy zarówno karą umowną jak i kosztami wykonania zastępczego.

**Pytanie Wykonawcy 207 (Umowa):**

Par. 6 ust. 1 list. c i d

Rozwiązanie / Odstąpienie od umowy jest czynnością radykalną i nie powinno zaskakiwać żadnej ze stron, w związku z czym prosimy zamawiającego o dodanie do punktu następującego zastrzeżenia: Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem odstąpienia od umowy, wyznaczając mu dodatkowy, odpowiedni termin nie krótszy niż 5 dniowy.

**Odpowiedź Zamawiającego 207:**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 60.

**Pytanie Wykonawcy 208 (Pakiet 56):**

Zwracamy się zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli:

z Pakietu nr 56 pozycję nr 1, 2, 3, 6, 14 w jeden osobny pakiet (np. Pakiet nr 56a) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a dzięki temu Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

**Odpowiedź Zamawiającego 208:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 209 (Pakiet 56 poz. 1):**

Pakiet 56, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści pętle owalne, wykonane z drutu o grubości 0,30 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego 209:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 210 (Pakiet 56, poz. 2):**

Pakiet 56, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści pętle owalne, wykonane z drutu o grubości 0,30 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego 210:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 211 (Pakiet 56 poz. 3):**

Pakiet 56, poz. 3. Czy Zamawiający dopuści pętle owalne, wykonane z drutu o grubości 0,41 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego 211:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 212 (Pakiet 56 poz. 6a):**

Pakiet 56, poz. 6a. Czy Zamawiający dopuści szczotkę dwustronną o średnicy włosa do czyszczenia kanałów endoskopu 5mm, średnicy włosa do czyszczenia gniazd kanałów endoskopu 10mm, o długości roboczej 2300 mm, kompatybilną z kanałem roboczym 2,8-4,2mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego 212:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 213 (Pakiet 56 poz. 6b):**

Pakiet 56, poz. 6b. Czy Zamawiający dopuści igłę o długości narzędzia 1600, średnicy igły wyłącznie 23G i kącie ścięcia igły 23,5 stopni, pakowane po 10 sztuk? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego 213:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ, ponieważ optymalny do tkanki górnego odcinka przewodu pokarmowego kąt ścięcia ostrza igły wynosi 14 stopni.

**Pytanie Wykonawcy 214 (Pakiet 57):**

Zwracamy się zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający wydzieli: z Pakietu nr 57 pozycję nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 w jeden osobny pakiet (np. Pakiet nr 57a) i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a dzięki temu Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę.

**Odpowiedź Zamawiającego 214:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 215 (Pakiet 57 poz. 1):**

Pakiet 57, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści pętle o długości roboczej 230cm, i średnicy otwartej pętli: 10, 15, 25, 32mm (do wyboru Zamawiającego), pakowane po 10 sztuk? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego 215:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 216 (Pakiet 57 poz. 2):**

Pakiet 57, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści pętle owalne wykonane ze średnio sztywnego drutu, o długości roboczej 230cm, i średnicy otwartej pętli: 10, 15, 25, 32mm (do wyboru Zamawiającego)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego 216:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ, gdyż część polipów posiada budowę wymagającą pętli okrągłej.

**Pytanie Wykonawcy 217 (Pakiet 57 poz. 3):**

Pakiet 57, poz. 3.

Czy Zamawiający dopuści szczypce biopsyjne jednorazowego użytku:

- o średnicy szczęk 2,3mm, z zębami, z igłą, z funkcją biopsji stycznych, kompatybilne z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm;
- o średnicy szczęk 3,0mm, gładkie, z igłą lub bez, bez funkcji biopsji stycznych, kompatybilne z minimalnym kanałem roboczym 3,2mm;

wszystkie szczypce o długości roboczej 230cm, z eliptycznymi tyłeczkami o podwójnych okienkach, z możliwością otwarcia szczypiec przy każdym zagięciu, pokryte substancją hydrofilną, z trzema markerami sygnalizującymi położenie narzędzia, z etykietami samoprzylepnymi do dokumentacji w zestawie, pakowane po 10 sztuk (z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.?

**Odpowiedź Zamawiającego 217:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zaoferowane szczypce nie spełniają zapotrzebowania Zamawiającego.

**Pytanie Wykonawcy 218 (Pakiet 57 poz. 5):**

Pakiet 57, poz. 5. Czy Zamawiający dopuści klipsownicę o szerokości rozwarcia ramion 11mm i 16mm, z płynną rotacją 1:1 - jeden sposób? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego 218:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 219 (Pakiet 57 poz. 6):**

Pakiet 57, poz. 6. Czy Zamawiający dopuści siatkę o wymiarach 35mm x 51,5mm, o średnicy osłonki 2,4 mm, pakowane po 10 sztuk (z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego 219:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 220 (Pakiet 57 poz. 7):**

Pakiet 57, poz. 7. Czy Zamawiający dopuści szczypce chwytające o otwarciu ramion 8,3mm, pakowane po 10 sztuk (z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego 220:**



Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 221 (Pakiet 57 poz. 8):**

Pakiet 57, poz. 8. Czy Zamawiający dopuści pułapkę pakowaną po 12 sztuk? (z zachowaniem odpowiedniego przeliczenia)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego 221:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 222 (Pakiet 57 poz. 9):**

Pakiet 57, poz. 9. Czy Zamawiający dopuści ustnik jednorazowego użytku z otworem 22x27mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź Zamawiającego 222:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 223 (Pakiet 56 poz. 5):**

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający miał na myśli : jednorazowe kompletne narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułkowionych polipów; narzędzie składa się z wstępnie zmontowanych uchwyty, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej; oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety, gotowych do użycia narzędzi pozostałe parametry zgodne z SIWZ ?

**Odpowiedź Zamawiającego 223:**

Zamawiający miał na myśli: jednorazowe kompletne narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułkowionych polipów; narzędzie składa się z wstępnie zmontowanych uchwyty, osłonki, rurki osłonowej i odłączalnej pętli nylonowej; oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety, gotowych do użycia narzędzi.

**Pytanie Wykonawcy 224 (Pakiet Umowa):**

Pytanie dotyczące zapisów umowy paragraf 1 ustęp 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podany termin liczony był w dniach roboczych?

**Odpowiedź Zamawiającego 224:**

Zamawiający dokonuje modyfikacji par. 1 ust. 5 i ust. 8 Umowy, zgodnie z poniższym:

*„5. Wykonawca zobowiązany jest posiadać wpis do rejestru wyrobów medycznych lub świadectwa (atesty, certyfikaty bądź deklaracje zgodności z normami UE) i jest zobowiązany do ich okazania na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 3 dni **roboczych** od daty wezwania (po zawarciu umowy lub w trakcie jej realizacji).”*

*(...)*

*„8. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania na każde żądanie Zamawiającego (w terminie 3 dni **roboczych** od daty wezwania, po zawarciu umowy lub w trakcie jej realizacji): instrukcji dezynfekcji i sterylizacji dla wszystkich asortymentów wielorazowego użytku objętych umową.”*

**Pytanie Wykonawcy 225 (SIWZ):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podany termin liczony był w dniach roboczych?

**Odpowiedź Zamawiającego 225:**

Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt. 14.5 SIWZ, zgodnie z poniższym:

*„14.5. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania na każde żądanie Zamawiającego (w terminie 3 dni **roboczych** od daty wezwania, po zawarciu umowy lub w trakcie jej realizacji):*

*a) instrukcji dezynfekcji i sterylizacji dla wszystkich asortymentów wielorazowego użytku objętych umową. Instrukcje dezynfekcji i sterylizacji mogą być przekazane Zamawiającemu w wersji elektronicznej na nośniku CD lub pendrive.*

*Informacja o procesach sterylizacji do pkt 2.15. do pkt 2.18. SIWZ.*

*b) zaświadczenia, poświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego, że oferowane produkty spełniają wymogi i normy dopuszczające je do sprzedaży oraz stosowania w jednostkach służby zdrowia na obszarze gospodarczym Unii Europejskiej, tj. aktualnego świadectwa rejestracyjnego dla wyrobu medycznego wydanego przez upoważnione do tego jednostki, wpisu do rejestru wyrobów medycznych, poświadczenia nadania znaku CE oferowanym wyrobom, bądź deklaracji zgodności wydanej przez niezależną organizację lub producenta potwierdzającą zgodność wyrobów z odpowiednimi normami, lub atestów i certyfikatów wystawionych przez upoważnione do tego jednostki badawcze w obszarze gospodarczym Unii Europejskiej (wymienione powyżej dokumenty potwierdzające oznakowanie wyrobów jest uzależnione od klasy wyrobu medycznego i wymagań określonych w odpowiednich normach dla danego wyrobu).*

*c) dla produktów niebędących wyrobami medycznymi poświadczenia przez producenta zgodności wyrobu z obowiązującymi odpowiednimi w danym zakresie normami i poświadczenia przez niego zastosowania wyrobu.”*

**Pytanie Wykonawcy 226 (Umowa):**

Pytanie dotyczące zapisów umowy paragraf 5 ustęp 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podany termin liczony był w dniach roboczych?

**Odpowiedź Zamawiającego 226:**

Zamawiający podtrzymuje warunki zawarte w SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 227 (Umowa):**

Pytanie dotyczące zapisów umowy paragraf 6 ustęp 1a:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości podanej kary do 2% ?

Odpowiedź Zamawiającego 227:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 83.

**Pytanie Wykonawcy 228 (Pakiet Umowa):**

Pytanie dotyczące zapisów umowy paragraf 6 ustęp 1b:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości podanej kary do 2% ?

Odpowiedź Zamawiającego 228:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 83.

**Pytanie Wykonawcy 229 (Pakiet 56):**

Pytanie do Załącznika asortymentowego - pakiet 56 oraz zapisów SIWZ i umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie przedmiotu zamówienia niemedycznego (np. filtry do ssaka, dreny) – stawka VAT 23% i rezygnuje tym samym z wymogu posiadania dokumentów typu Certyfikat CE, Deklaracja zgodności, Dokumenty powiadomienia?

Odpowiedź Zamawiającego 229:

Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie przedmiotu zamówienia niemedycznego (np. filtry do ssaka, dreny) – stawka VAT 23% i rezygnuje tym samym z wymogu posiadania dokumentów typu Certyfikat CE, Deklaracja zgodności, Dokumenty powiadomienia.

**Pytanie Wykonawcy 230 (Pakiet 1 poz. 1):**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie.

Odpowiedź Zamawiającego 230:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 231 (Pakiet 1 poz. 2):**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie.

Odpowiedź Zamawiającego 231:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 232 (Pakiet 1 poz. 2):**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czepków o gramaturze 14 g/m<sup>2</sup> (± 10%).

Odpowiedź Zamawiającego 232:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zaoferowana gramatura czepków jest za cienka.

**Pytanie Wykonawcy 233 (Pakiet 1 poz. 4):**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie.

Odpowiedź Zamawiającego 233:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 234 (Pakiet 1 poz. 6):**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie.

Odpowiedź Zamawiającego 234:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 235 (Pakiet 38 poz. 1-14):**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie.

Odpowiedź Zamawiającego 235:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 236 (Pakiet 38 poz. 1 i 6):**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul bezpiecznych , których cewnik wykonany jest z FEP, wolna od PHT, posiada dwa paski radiocieniujące oraz samodomykający się koreczek z trzpieniem powyżej krawędzi, port umiejscowiony w osi skrzydełek, zabezpieczenie igły w postaci polimerowego zatrzasku, kaniula posiada filtr hydrofobowy oraz elastyczne skrzydełka z dziurkami do przysycia, nazwa producenta tylko na opakowaniu. Parametry przedstawiają się następująco:

Kod koloru	Rozmiar ( GAUGE)	Rozmiar w mm	Przepływ
Pomarańczowy	14 G	2,1 x 45	305 ml/min
Szary	16 G	1,7 x 45	200 ml/min
Biały	17 G	1,5 x 45	142 ml/min
Zielony	18 G	1,3 x 45	100 ml/min
	18 G	1,3 x 32	105 ml/min
Różowy	20 G	1,1 x 32	61 ml/min
	20 G	1,1 x 25	65 ml/min
Niebieski	22 G	0,9 x 25	36 ml/min

**Odpowiedź Zamawiającego 236:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zamawiający oczekuje kaniul z automatycznym metalowym (zatrzaskiem) zabezpieczeniem przed ekspozycją zawodową, w pełni wtopionymi 4 paski radiocieniującymi. Zaproponowane kaniule są niezgodne z potrzebami Zamawiającego.

**Pytanie Wykonawcy 237 (Pakiet 38 poz. 1):**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul wykonanych z biokompatybilnego poliuretanu, wyposażona w 4 paski radiocieniujące oraz samodomykający się korek portu bocznego, port umiejscowiony w osi skrzydełek, kaniula wyposażona w zastawkę antyzwrotną pełniącą funkcję filtra hydrofobowego, nasadka chroni igłę i cewnik przed kontaminacją, nazwa producenta tylko na opakowaniu jednostkowym. Parametry przedstawiają się następująco:

Kolor	Rozmiar kaniuli (GAUGE)	Rozmiar cewnika w mm
Pomarańczowy	14 G	2,20 x 45
Szary	16 G	1,70 x 45
Biały	17 G	1,50 x 45
Zielony	18 G	1,20 x 45
		1,20 x 38
Różowy	20 G	1,00 x 32
Niebieski	22 G	0,80 x 25

**Odpowiedź Zamawiającego 237:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zaproponowane parametry kaniul są niezgodne z potrzebami Zamawiającego. Zaoferowano kaniule bez systemu zatrzasku na igle, nie wykazano wartości przepływów, brak również mechanizmu ograniczającego przypadkowe otwarcie koreczka.

**Pytanie Wykonawcy 238 (Pakiet 38 poz. 2 i 5):**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul Wykonanych z biokompatybilnego poliuretanu, kaniule wyposażone w 4 paski radiocieniujące oraz zastawkę antyzwrotną, ponad to posiada elastyczne skrzydełka. Parametry przedstawiają się następująco:

Kolor	Rozmiar kaniuli (GAUGE)	Rozmiar cewnika w mm	Przepływ ml/min
Biały	17 G	1,50 x 45	130
Zielony	18 G	1,20 x 45	90
		1,20 x 38	90

Różowy	20 G	1,00 x 32	57
Niebieski	22 G	0,80 x 25	33

**Odpowiedź Zamawiającego 238:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zaproponowane parametry kaniul nie są zgodne z potrzebami Zamawiającego. Zastawka antyzwrotna to zastawka działająca tylko podczas zakładania kaniuli, lecz nie posiadająca głównej funkcji zastawki zapobiegającej wypływowi krwi przy każdym wkłuciu.

**Pytanie Wykonawcy 239 (Pakiet 38 poz. 3):**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w kaniul wykonanych z FEP.

**Odpowiedź Zamawiającego 239:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. FEP to materiał, który skraca czas utrzymania kaniuli w naczyniu.

**Pytanie Wykonawcy 240 (Pakiet 38 poz. 3):**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w kaniul wykonanych z biokompatybilnego poliuretanu.

**Odpowiedź Zamawiającego 240:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga kaniul wykonanych z PTFE, który jako oczyszczony teflon jest materiałem bezpieczniejszym dla noworodków.

**Pytanie Wykonawcy 241 (Pakiet 38 poz. 3):**

Czy Zamawiający wymaga aby w/w kaniule były wyposażone w 4 paski radioceniujące?

**Odpowiedź Zamawiającego 241:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 242 (Pakiet 38 poz. 4):**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul bezpiecznych, których cewnik wykonany jest z FEP, wolna od PHT, posiada dwa paski radioceniujące oraz samodomykający się koreczek z trzpieniem powyżej krawędzi, port umiejscowiony w osi skrzydełek, zabezpieczenie igły w postaci polimerowego zatrzasku, kaniula posiada filtr hydrofobowy oraz elastyczne skrzydełka z dziurkami do przyszycia, nazwa producenta tylko na opakowaniu. Parametry przedstawiają się następująco:

Kolor	Rozmiar kaniuli (GAUGE)	Rozmiar cewnika w mm	Przepływ ml/min
Żółta	24G	0,7x19	23 ml/min

**Odpowiedź Zamawiającego 242:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zaoferowany asortyment odbiega od opisanego przez Zamawiającego. Kaniule stosowane są u dzieci.

**Pytanie Wykonawcy 243 (Pakiet 38 poz. 5 i 6):**

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu badań klinicznych.

**Odpowiedź Zamawiającego 243:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zamawiający opisuje kaniule stosowane u dzieci. Użytkownicy naszych oddziałów dziecięcych mają obowiązek używać sprawdzony, bezpieczny i przetestowany sprzęt, dlatego Zamawiający wymaga badań klinicznych potwierdzających jakość produktu.

**Pytanie Wykonawcy 244 (Pakiet 38 poz. 8 i 10):**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kranika tylko z optycznym identyfikatorem.

**Odpowiedź Zamawiającego 244:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Tylko kaniule posiadające wyczuwalny optyczny indykator dają 100% pewność prawidłowego ustawienia toru przepływu.

**Pytanie Wykonawcy 245 (Pakiet 38 poz. 8 i 10):**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w kraników wykonanych z poliwęglanu.

**Odpowiedź Zamawiającego 245:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 246 (Pakiet 38 poz. 8):**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w kranika o objętości wypełnienia 0,32ml.

**Odpowiedź Zamawiającego 246:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 247 (Pakiet 38 poz. 10):**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w kranika z drenem 10 cm o średnicy 4,1mm/3,0mm, objętość wypełnienia: 1,25ml.

**Odpowiedź Zamawiającego 247:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zaoferowany asortyment posiada za dużą objętość wypełnienia i średnicę drenu.

**Pytanie Wykonawcy 248 (Pakiet 38 poz. 11 i 12):**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w ramp odpornych na ciśnienie 2,5 bara.

**Odpowiedź Zamawiającego 248:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zamawiający oczekuje ramp odpornych na ciśnienie 4 bary, ponieważ stosowane są w systemach ciśnieniowych pomp.

**Pytanie Wykonawcy 249 (Pakiet 38 poz. 13 i 14):**

Czy Zamawiający wymaga aby w/w przyrządy posiadały dodatkowy element konstrukcyjny (nie miejsce do wciskania) z miejscem na dren i igłę po użyciu?

**Odpowiedź Zamawiającego 249:**

Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie Wykonawcy 250 (Pakiet 38 poz. 16):**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie.

**Odpowiedź Zamawiającego 250:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 251 (Pakiet 38 poz. 16):**

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu filtracji bakteryjnej na poziomie 99,99%.

**Odpowiedź Zamawiającego 251:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Filtracja bakteryjna na poziomie 99,99% wymagana jest dla bezpieczeństwa podaży podczas otwarcia filtra.

**Pytanie Wykonawcy 252 (Pakiet 38 poz. 16):**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do przetoczeń płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu w kształcie koła do 300ml/h, długość drenu: 180cm, możliwość obsługi jedną ręką jednoczęściowa komora kroplowa, przyrząd posiada dodatkowy zacisk rolkowy, nie zawiera lateksu, PHT, DEHP.

**Odpowiedź Zamawiającego 252:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 253 (Pakiet 38 poz. 16):**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa o długości 62mm, 15um filtr płynu, dren o długości 150cm, przyrząd z precyzyjnym regulatorem przepływu w kształcie beczułki ze skalą przepływu 5-250ml/h i roztworów o lepkości od 10 do 40% od 5-200ml/h, wolny od ftalanów

**Odpowiedź Zamawiającego 253:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zamawiający oczekuje przyrządu ze skalą w kształcie koła obsługiwana jedną ręką. Zaoferowany asortyment nie spełnia tego wymogu.

**Pytanie Wykonawcy 254 (Pakiet 38 poz. 16):**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu z filtrem Air Stop oraz filtrem hydrofobowym, przyrząd posiada zabezpieczenie na kolec, zaciskacz rolkowy wyposażony w dodatkowy zaczep na dren, elastyczna komora kroplowa wolna od PVC, przyrząd wolny od ftalanów, dwuczęściowa komora kroplowa, długość drenu: 180cm.

**Odpowiedź Zamawiającego 254:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zaoferowany asortyment nie spełnia wymogów Zamawiającego, ponieważ nie posiada regulatora, który zabezpiecza stały przepływ kroplowy.

**Pytanie Wykonawcy 255 (Pakiet 38 poz. 18 i 19):**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na uzyskanie konkurencyjnej oferty na pozostały asortyment w pakiecie.

**Odpowiedź Zamawiającego 255:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 256 (Pakiet 38 poz. 20):**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w zaworu u długości ok 31,32mm.

Odpowiedź Zamawiającego 256:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 257 (Pakiet 38 poz. 20):**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w zaworu o wyrzucie negatywnym -0,02ml.

Odpowiedź Zamawiającego 257:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga zaworu o wyrzucie pozytywnym. Zaoferowany zawór o wyrzucie negatywnym -0,02ml zaciąga płyny/krew/ w przeciwną stronę niż opisany, dodatkowo oczekiwany przez Zamawiającego zawór o wyrzucie pozytywnym, zapobiega wytwarzaniu się niepożądanych skrępow.

**Pytanie Wykonawcy 258 (Pakiet 38 poz. 21):**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie.

Odpowiedź Zamawiającego 258:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 259 (Pakiet 40 poz. 1 i 12):**

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu filtracji bakteryjnej na poziomie 99,99% gdyż wymóg ten wskazuje ewidentnie na konkretnego wykonawcę, tym samym ograniczając wolną konkurencję.

Odpowiedź Zamawiającego 259:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Filtracja test podyktowana bezpieczeństwem podaży podczas otwarcia filtra.

**Pytanie Wykonawcy 260 (Pakiet 40 poz. 1):**

Czy Zamawiający wymaga aby w/w przyrząd posiadał dodatkowy element konstrukcyjny (nie miejsce do wciskania) z miejscem na dren i igłę po użyciu?

Odpowiedź Zamawiającego 260:

Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie Wykonawcy 261 (Pakiet 40 poz. 1):**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu z filtrem Air Stop oraz filtrem hydrofobowym, przyrząd posiada zabezpieczenie na kolec, zaciskacz rolkowy wyposażony w dodatkowy zaczep na dren, elastyczna komora kroplowa wolna od PVC, przyrząd wolny od ftalanów, dwuczęściowa komora kroplowa, długość drenu: 180cm.

Odpowiedź Zamawiającego 261:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zaproponowany przyrząd nie posiada filtra ze skutecznością filtracji 99,99% oraz filtra na końcu drenu, zabezpieczającego przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania.

**Pytanie Wykonawcy 262 (Pakiet 40 poz. 2):**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na uzyskanie konkurencyjnej oferty na pozostały asortyment w pakiecie.

Odpowiedź Zamawiającego 262:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 263 (Pakiet 40 poz. 3):**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w przyrządu z filtrem bakteryjnym 1,2um bez zastawki.

Odpowiedź Zamawiającego 263:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zaproponowany filtr 1,2um, który służy do podaży lipidów oraz brak zastawki co skutkuje otwarciem systemu nie spełniają wymogów Zamawiającego.

**Pytanie Wykonawcy 264 (Pakiet 40 poz. 4 i 5):**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w przyrządu z filtrem cząsteczkowym 5um, filtrem bakteryjnym 0,2um bez zastawki.

Odpowiedź Zamawiającego 264:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Brak zastawki skutkuje otwarciem systemu. W związku z powyższym zaoferowany asortyment nie spełnia wymogów Zamawiającego.

**Pytanie Wykonawcy 265 (Pakiet 40 poz. 6 i 7):**

Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawkę posiadały dwustronna skale pomiarową?

Odpowiedź Zamawiającego 265:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 266 (Pakiet 40 poz. 10 i 11):**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na uzyskanie konkurencyjnej oferty na pozostały asortyment w pakiecie.

Odpowiedź Zamawiającego 266:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 267 (Pakiet 40 poz. 12):**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu z filtrem Air Stop oraz filtrem hydrofobowym, przyrząd posiada zabezpieczenie na kołec, zaciskacz rolkowy wyposażony w dodatkowy zaczep na dren, elastyczna komora kropłowa wolna od PVC, przyrząd wolny od ftalanów, dwuczęściowa komora kropłowa, długość drenu: 180cm.

Odpowiedź Zamawiającego 267:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Proponowany przyrząd nie jest bursztynowy.

**Pytanie Wykonawcy 268 (Pakiet 41 poz. 1):**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł: 0,30x12;0,40x20mm;0,45x25;0,50x20mm, pozostałe z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego 268:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 269 (Pakiet 41 poz. 2):**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł 0,80x40mm.

Odpowiedź Zamawiającego 269:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Jest to igła specjalistyczna długa pod okulistykę.

**Pytanie Wykonawcy 270 (Pakiet 41 poz. 4 i 5):**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł bezpiecznych tylko w rozmiarach:

Rozmiar (mm)

0,6 x 30 mm

0,70 x 40 mm

0,80 x 40 mm

0,90 x 40 mm

Odpowiedź Zamawiającego 270:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. W poz. 4 Zamawiający wymaga mniejszych rozmiarów zgodnie z potrzebami.

**Pytanie Wykonawcy 271 (Pakiet 41 poz. 8):**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w igieł do pena w rozmiarze 0,33x12,7 zamiast 0,33x12mm.

Odpowiedź Zamawiającego 271:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 272 (Pakiet 41 poz. 6 i 7):**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w igieł w klasie IIa.

Odpowiedź Zamawiającego 272:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zamawiający oczekuje złożenia oferty na igły do pobierania leków z fiolek, które należą do klasy Is, a nie igieł iniekcyjnych klasy IIa.

**Pytanie Wykonawcy 273 (Pakiet 41 poz. 10):**

Czy Zamawiający wymaga koreczków z trzpieniem poniżej krawędzi co znacznie zwiększy bezpieczeństwo i aseptykę pracy?

Odpowiedź Zamawiającego 273:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 274 (Pakiet 41 poz. 12):**

**Prosimy Zamawiającego dopuszczenie w/w kranika tylko z optycznym identyfikatorem.**

Odpowiedź Zamawiającego 274:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Kranik z wyczuwalnym optycznym identyfikatorem jest bezpieczniejszy w zastosowaniu ze względu na wyczuwalny "klik", daje 100% pewność prawidłowego ustawienia toru przepływu.

**Pytanie Wykonawcy 275 (Pakiet 41 poz. 13):**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w zaworu o przepływie grawitacyjnym 320ml/min oraz przepływie uzyskanym w mankiecie ciśnieniowym -650ml/min.

Odpowiedź Zamawiającego 275:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zawór o przepływie grawitacyjnym 320ml/min jest za mały.

**Pytanie Wykonawcy 276 (Pakiet 41 poz. 16):**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaworu bezigłowego z dwoma przedłużkami , o objętości wypełnienia: 0,35ml, długość zestawu ok 9,5cm, pozostałe z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego 276:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ ze względu na długość zestawu, która nie jest precyzyjnie określona oraz za dużą objętość wypełnienia.

**Pytanie Wykonawcy 277 (Pakiet 41 poz. 17):**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaworu bezigłowego z dwoma przedłużkami , o objętości wypełnienia: 0,35ml, długość zestawu ok 9,5cm, przepływ na poziomie 143ml/min .

Odpowiedź Zamawiającego 277:

Zamawiający dopuszcza zawór o w/w przepływie zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ, ale nie dopuszcza długości, która nie jest precyzyjnie określona oraz objętości wypełnienia /za duża/.

**Pytanie Wykonawcy 278 (Pakiet 41 poz. 20):**

Czy Zamawiający wymaga aby w/w strzykawki były wyposażone w 2 funkcjonalne reduktory luer?

Odpowiedź Zamawiającego 278:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 279 (Pakiet 41 poz. 20 i 21):**

Czy Zamawiający wymaga aby końcówka w/w strzykawki była ścięta pod kątem 45 stopni?

Odpowiedź Zamawiającego 279:

Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie Wykonawcy 280 (Pakiet 41 poz. 21):**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawek z rozszerzoną skalą 50-60ml.

Odpowiedź Zamawiającego 280:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 281 (Pakiet 41 poz. 22):**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na pozostały asortyment w pakiecie.

Odpowiedź Zamawiającego 281:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 282 (Pakiet 41 poz. 23 i 24):**

Czy Zamawiający wymaga przedłużaczy ze średnicą drenu 1,2mm?

Odpowiedź Zamawiającego 282:

Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie Wykonawcy 283 (Pakiet 41 poz. 25):**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w przyrządu z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC, o długości 62mm, igła biorcza dwukanałowa, ścięta trójplaszczynowo, igła biorcza wykonana z ABS, bez wzmocnienia włóknem szklanym , dren o długości 150cm, zacisk rolkowy wyposażony w dodatkowy element konstrukcyjny ( nie miejsce do wciskania) z miejscem na dren i igłę po użyciu, logo umożliwiające identyfikację wyrobu.

Odpowiedź Zamawiającego 283:



Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ, ponieważ zaoferowane wyżej przyrządy nie zabezpieczają przed zakłuciem. Ponadto igła biorcza bez wzmocnienia włóknem szklanym nie jest sztywna i powoduje zasysanie.

**Pytanie Wykonawcy 284 (Pakiet 41 poz. 25):**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie w/w przyrządu z logiem umożliwiającym identyfikację wyrobu.

Odpowiedź Zamawiającego 284:

Zamawiający wymaga logo producenta na przyrządzie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 285 (Pakiet 41 poz. 25 i 28):**

Czy Zamawiający wymaga aby w/w przyrząd posiadał dodatkowy element konstrukcyjny (nie miejsce do wciskania) z miejscem na dren i igłę po użyciu?

Odpowiedź Zamawiającego 285:

Zamawiający wymaga zacisk rolkowy z pochewką na kolec komory kroplowej zabezpieczającą przed zakłuciem.

**Pytanie Wykonawcy 286 (Pakiet 41 poz. 25 i 28):**

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź Zamawiającego 286:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga przyrządów z komorą bez PCV, ponieważ w niej najdłużej przebywa płyn/lek.

**Pytanie Wykonawcy 287 (Pakiet 41 poz. 28):**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w przyrządu, którego komora kroplowa wykonana jest z medycznego PVC, igła biorcza dwukanałowa ścięta trójplaszczynowo.

Odpowiedź Zamawiającego 287:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga przyrządów z komorą wolną od PCV.

**Pytanie Wykonawcy 288 (Pakiet 41 poz. 29):**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na pozostały asortyment w pakiecie.

Odpowiedź Zamawiającego 288:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 289 (Pakiet 48 poz. 1-10):**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie.

Odpowiedź Zamawiającego 289:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 290 (Pakiet 48 poz. 1 i 2):**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 miejsc po przecinku? Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odpowiedź Zamawiającego 290:

Zamawiający wyraża zgodę w poz. 2 na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 miejsc po przecinku, natomiast w poz. 1 wymaga podania ceny jednostkowej za 1 op=100 szt. zgodnie z opisem w poz. 1 (...) Opakowanie zbiorcze a` 100 (...), w związku z czym modyfikuje kolumnę „j.m.” i „ilość” zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje pkt. 12.7 zgodnie z poniższym:

***„12.7. Ceny jednostkowe netto oraz wartości netto i brutto należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. Nie dotyczy pakietu nr 48 poz. 2. Zamawiający dopuszcza podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 miejsc po przecinku”***

**Pytanie Wykonawcy 291 (Pakiet 48 poz. 1):**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawek dwuczęściowych z kontrastującym niebieskim tłokiem.

Odpowiedź Zamawiającego 291:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 292 (Pakiet 48 poz. 2-5):**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawek z rozszerzoną skalą: 5-6ml;10-12ml;20-22ml.

Odpowiedź Zamawiającego 292:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Brak informacji o poj. 2ml.

**Pytanie Wykonawcy 293 (Pakiet 48 poz. 7):**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawkę z rozszerzoną skalą 50-60ml.

Odpowiedź Zamawiającego 293:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ, pod warunkiem kompatybilności z pompą strzykawkową Perfusor Space i Perfusor Compact.

**Pytanie Wykonawcy 294 (Pakiet 48 poz. 9):**

Czy Zamawiający wymaga koreczków Luer lock?

Odpowiedź Zamawiającego 294:

Zamawiający wymaga zaoferowania w/w pozycji - łącznik bezpośredni sterylny system Luer Lock ze złączem żeńskim.

**Pytanie Wykonawcy 295 (Pakiet 48 poz. 10):**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w przyrządu z jednoczęściową komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC.

Odpowiedź Zamawiającego 295:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ i zaoferowania przyrządu z komorą kroplową dwuczęściową wolną od PVC.

**Pytanie Wykonawcy 296 (Pakiet 48 poz. 10):**

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź Zamawiającego 296:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga przyrządów bez PCV.

**Pytanie Wykonawcy 297 (Pakiet 48 poz. 16):**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie.

Odpowiedź Zamawiającego 297:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 298 (Pakiet 48 poz. 16):**

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu potwierdzania dokumentacją zamkniętego systemu wytwarzanego przez zawór.

Odpowiedź Zamawiającego 298:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Wymóg jest spowodowany bezpieczeństwem przenoszenia/transportu leków cytostatycznych. Szpital pracuje na specjalistycznym sprawdzonym i bezpiecznym zamkniętym systemie przy produkcji cytostatyków, dlatego wymaga dokumentacji potwierdzającej, że łącznik do przygotowywania, transportu i podaży leku cytostatycznego jest bezpieczny i wytwarza zamknięty system.

**Pytanie Wykonawcy 299 (Pakiet 48 poz. 19-20):**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie.

Odpowiedź Zamawiającego 299:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 300 (Pakiet 48 poz. 19-20):**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawkę z rozszerzoną skalą: 30-33ml;50-60ml.

Odpowiedź Zamawiającego 300:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 301 (Pakiet 48 poz. 23-25):**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie.

Odpowiedź Zamawiającego 301:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 302 (Pakiet 48 poz. 28 i 29):**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie.

Odpowiedź Zamawiającego 302:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 303 (Pakiet 48 poz. 28):**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w worka 100ml o wymiarach 11x19cm.

Odpowiedź Zamawiającego 303:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 304 (Pakiet 48 poz. 28):**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w worka 250ml o wymiarach 16x23cm.

Odpowiedź Zamawiającego 304:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 305 (Pakiet 48 poz. 29):**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w worka 500ml o wymiarach 16x30cm.

Odpowiedź Zamawiającego 305:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 306 (Pakiet 48 poz. 29):**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w worka 1000ml o wymiarach 21x30cm.

Odpowiedź Zamawiającego 306:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 307 (Pakiet 48 poz. 30):**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie.

Odpowiedź Zamawiającego 307:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 308 (Pakiet 48 poz. 30):**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w koreczka z trzpieniem powyżej krawędzi.

Odpowiedź Zamawiającego 308:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Trzpień poniżej krawędzi zwiększa bezpieczeństwo i aseptykę Użytkownika.

**Pytanie Wykonawcy 309 (Pakiet 48 poz. 32):**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie.

Odpowiedź Zamawiającego 309:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 310 (Pakiet 48 poz. 32):**

Czy Zamawiający wymaga aby kombinezony spełniały wymogi EN 13982-1 typ 5 ?

Odpowiedź Zamawiającego 310:

Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie Wykonawcy 311 (Pakiet 48 poz. 32):**

Czy Zamawiający wymaga aby kombinezony spełniały wymogi EN 13034 typ 6 ?

Odpowiedź Zamawiającego 311:

Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie Wykonawcy 312 (Pakiet 48 poz. 32):**

Czy Zamawiający wymaga aby kombinezony spełniały wymogi EN 13605 typ 4?

Odpowiedź Zamawiającego 312:

Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie Wykonawcy 313 (Pakiet 48 poz. 32):**

Czy Zamawiający wymaga aby kombinezony spełniać wymogi EN 14126 według co najmniej wyszczególnionych warunków:

- odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego - klasa 6

-odporność na przenikanie czynników infekcyjnych pod wpływem mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze – klasa 6

-odporność na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli – klasa 3

-odporność na przenikanie skażonych cząsteczek stałych – klasa 3

Odpowiedź Zamawiającego 313:

Zamawiający nie wymaga.

**Pytanie Wykonawcy 314 (Pakiet 48 poz. 36):**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie.

Odpowiedź Zamawiającego 314:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 315 (Pakiet 48 poz. 26):**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w fartuch w klasie I.

Odpowiedź Zamawiającego 315:

W podanej pozycji nie występuje fartuch.

**Pytanie Wykonawcy 316 (Pakiet 4 poz. 1):**

Czy Zamawiający dopuści perforację co 38 cm?

Odpowiedź Zamawiającego 316:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 317 (Pakiet 4 poz. 2):**

Czy Zamawiający dopuści podkład – 1 warstwa papieru + 1 warstwa folii?

Odpowiedź Zamawiającego 317:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 318 (Pakiet 4 poz. 2):**

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 50m x 50cm?

Odpowiedź Zamawiającego 318:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 319 (Pakiet 4 poz. 3):**

Czy Zamawiający dopuści podkład – 1 warstwa papieru + 1 warstwa folii?

Odpowiedź Zamawiającego 319:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 320 (Pakiet 4 poz. 3):**

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 50m x 50cm?

Odpowiedź Zamawiającego 320:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 321 (Pakiet 4 poz. 17):**

Czy Zamawiający dopuści elektrody o średnicy 50mm?

Odpowiedź Zamawiającego 321:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zamawiający oczekuje elektrody o kształcie owalnym.

**Pytanie Wykonawcy 322 (Pakiet 4 poz. 22):**

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 22 z Pakietu nr 4 i utworzy z niej oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź Zamawiającego 322:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 323 (Pakiet 4 poz. 31):**

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 31 z Pakietu nr 4 i utworzy z niej oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź Zamawiającego 323:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 324 (Pakiet 13 poz. 1):**

Czy Zamawiający dopuści myjkę wykonaną w 50% z wiskozy oraz w 50% z poliestru, w rozmiarze 15,5 x 21cm?

Odpowiedź Zamawiającego 324:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Myjki dedykowane są dla dzieci. Produkt o wymaganych parametrach jest sprawdzony i spełnia oczekiwania Zamawiającego.

**Pytanie Wykonawcy 325 (Pakiet 13 poz. 2):**

Czy Zamawiający dopuści myjkę nasączoną środkiem myjącym (PH 5,5), kształt rękawicy ze zwężeniem w dolnej części, aktywacja środka poprzez zwilżenie wodą, wykonana w całości z poliestru, rozmiar: 17 cm x 24,5 cm, gramatura: 100 g/m<sup>2</sup> (część przednia pokryta mydłem), 70 g/m<sup>2</sup> (część tylna bez mydła), Wyrób jednorazowy, nie zawiera lateksu?

Odpowiedź Zamawiającego 325:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Myjki dedykowane są dla dzieci. Obecnie stosowany produkt o wymaganych parametrach jest sprawdzony, bezpieczny i spełnia oczekiwania Zamawiającego.

**Pytanie Wykonawcy 326 (Pakiet 13 poz. 2):**

Czy Zamawiający dopuści opakowanie a'20 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego 326:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 327 (Pakiet 13 poz. 2):**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2008”?

Odpowiedź Zamawiającego 327:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Opisany produkt jest używany na oddziałach dziecięcych naszego szpitala, dlatego musi spełniać wyższe wymagania produkcji a co za tym idzie i jakości.

**Pytanie Wykonawcy 328 (Pakiet 13 poz. 2):**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2015 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli”?

Odpowiedź Zamawiającego 328:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Opisany produkt jest używany na oddziałach dziecięcych naszego szpitala, dlatego musi spełniać wyższe wymagania jakościowe i bezpieczeństwa.

**Pytanie Wykonawcy 329 (Pakiet 13 poz. 2):**

Czy Zamawiający dopuści badania potwierdzające brak zawartości Coliforms, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus hemolyticus zamiast tych wskazanych przez Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego 329:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Opisany produkt jest używany na oddziałach dziecięcych naszego szpitala, dlatego musi spełniać wyższe wymagania jakościowe i bezpieczeństwa.

**Pytanie Wykonawcy 330 (Pakiet 13 poz. 2):**

Czy Zamawiający dopuści myjki-ściereczki do toalety pacjenta o następującym opisie:

Miękkie i grube chusteczki, zapewniające higieniczną pielęgnację skóry, nasączone środkami myjącymi. Zawierają delikatny, oczyszczający, odświeżający i nawilżający preparat, z dodatkowymi właściwościami ochronnymi skóry. Stosowane bezpośrednio po wyjęciu z opakowania do codziennych procedur mycia ciała pacjenta. Możliwość wcześniejszego podgrzania w mikrofalówce. Nie wymagają użycia dodatkowej wody. Opakowanie a'12 sztuk z możliwością wielokrotnego zamykania. Zawierające w składzie m.in. ekstrakt z aloesu, ekstrakt z rumianku, witamina E oraz prowitaminą B5 oraz diglukonian chlorheksydyny?

Odpowiedź Zamawiającego 330:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zaoferowany produkt nie spełnia oczekiwań i potrzeb Zamawiającego.

**Pytanie Wykonawcy 331 (Pakiet 13 poz. 2):**

Czy Zamawiający dopuści prostokątną ściereczkę nasączoną środkiem myjącym, aktywacja środka poprzez zwilżenie wodą, wykonana w całości z poliestru, rozmiar 12 x 20 cm, gramatura 100 g/m<sup>2</sup>, wyrób jednorazowy, nie zawiera lateksu, opakowanie 24 sztuki?

Odpowiedź Zamawiającego 331:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zaoferowany produkt nie spełnia oczekiwań i potrzeb Zamawiającego.

**Pytanie Wykonawcy 332 (Pakiet 13 poz. 2):**

Czy Zamawiający dopuści opakowanie bez nadrukowanego rozmiaru, graficznej instrukcji stosowania oraz składu?

Odpowiedź Zamawiającego 332:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zaoferowany produkt nie spełnia oczekiwań i potrzeb Zamawiającego.

**Pytanie Wykonawcy 333 (Pakiet 13 poz. 3):**

Czy Zamawiający dopuści szczoteczkę o łącznej długości 17,5 cm, długość części czyszczącej 2 cm?

Odpowiedź Zamawiającego 333:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 334 (Pakiet 13 poz. 4):**

Czy Zamawiający dopuści aplikator gąbkowy o długości całkowitej 15,5 cm?

Odpowiedź Zamawiającego 334:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 335 (Pakiet 13 poz. 1-4):**

Czy Zamawiający wyłączy pozycje 1, 2, 3, 4 z Pakietu nr 13 i utworzy z nich oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź Zamawiającego 335:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 336 (Pakiet 13 poz. 6):**

Czy Zamawiający ma na myśli podkład celulozowy podfoliowany?

Odpowiedź Zamawiającego 336:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty na ręczniki wykonane z celulozy w opakowaniu followym.

**Pytanie Wykonawcy 337 (Pakiet 13 poz. 6):**

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 6 z Pakietu nr 13 i utworzy z niej oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź Zamawiającego 337:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 338 (Pakiet 26 poz. 6):**

Czy Zamawiający dopuści opakowanie 75 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź Zamawiającego 338:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 339 (Pakiet 26 poz. 7):**

Czy Zamawiający dopuści pojemność 30 ml?

Odpowiedź Zamawiającego 339:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 340 (Pakiet 26 poz. 16):**

Czy Zamawiający dopuści okularki do fototerapii z delikatnego materiału typu bawełna?

Odpowiedź Zamawiającego 340:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 341 (Pakiet 26 poz. 16):**

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 16 z Pakietu nr 26 i utworzy z niej oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź Zamawiającego 341:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 342 (Pakiet 26 poz. 19):**

Czy Zamawiający dopuści worek na wymiociny o pojemności 1500 ml, skala pomiarowa od 100 ml do 1500 ml co 100 ml, worek wyposażony w funkcję "Twist & lock" na obręczy, która pełni funkcję zastawki i umożliwia bezpieczne zamknięcie worka po użyciu?

Odpowiedź Zamawiającego 342:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ ze względu na małą dokładność skali.

**Pytanie Wykonawcy 343 (Pakiet 26 poz. 19):**

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 19 z Pakietu nr 26 i utworzy z niej oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź Zamawiającego 343:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 344 (Pakiet 26 poz. 20-24):**

Czy Zamawiający wyłączy pozycje 20, 21, 22, 23, 24 z Pakietu nr 26 i utworzy z nich oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź Zamawiającego 344:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 345 (Pakiet 26 poz. 33):**

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 460 x 20?

Odpowiedź Zamawiającego 345:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 346 (Pakiet 26 poz. 34):**

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 450 x 15 lub 460 x 20?

Odpowiedź Zamawiającego 346:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 347 (Pakiet 26 poz. 45):**

Czy Zamawiający dopuści wziernik 4.0 mm?

Odpowiedź Zamawiającego 347:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zaoferowany produkt jest niezgodny z potrzebami Zamawiającego. Wymaga się różnych rozmiarów średnic.

**Pytanie Wykonawcy 348 (Pakiet 26 poz. 46):**

Czy Zamawiający dopuści wziernik 4.0 mm?

Odpowiedź Zamawiającego 348:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zaoferowany produkt jest niezgodny z potrzebami Zamawiającego. Wymaga się różnych rozmiarów średnic, szczególnie 4,6mm ,który jest najczęściej używanym wziernikiem.

**Pytanie Wykonawcy 349 (Pakiet 26 poz. 47):**

Czy Zamawiający dopuści wziernik 2.5 mm?

Odpowiedź Zamawiającego 349:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zaoferowany produkt jest niezgodny z potrzebami Zamawiającego. Wymaga się różnych rozmiarów średnic, w tym przypadku chodzi o rozmiar 3,6 mm.

**Pytanie Wykonawcy 350 (Pakiet 26 poz. 47):**

Czy Zamawiający dopuści wziernik 4.0 mm?

Odpowiedź Zamawiającego 350:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zaoferowany produkt jest niezgodny z potrzebami Zamawiającego. Wymagany rozmiar 3,6 mm jest kompatybilny z posiadanym urządzeniem.

**Pytanie Wykonawcy 351 (Pakiet 26 poz. 48):**

Czy Zamawiający dopuści opaskę dla dzieci i noworodków o długości 17 cm?

Odpowiedź Zamawiającego 351:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 352 (Pakiet 28 poz. 4-6):**

Czy Zamawiający dopuści zamiast asortymentu opisanego przez Zamawiającego w pozycjach 4, 5, 6 zamknięty system do odsysania o poniższym opisie:

- posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora
- posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 10 ml NaCl
- posiada zamykany port do podawania leków z końcówką Luer (MDI)
- posiada przezroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej
- posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu

- regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”
- blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
- posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu
- system wyposażony w klips pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów
- cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
- cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
- oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwodce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim
- system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów
- sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- pakowany w rękaw papierowo-foliowy
- Rozmiary 10/12/14/16 FR, długość 60 cm (intubacja) oraz 30 cm (tracheostomia)

oraz utwórz z nich oddzielny Pakiet?

Odpowiedź Zamawiającego 352:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 353 (Pakiet 38 poz. 7):**

Czy Zamawiający dopuści wykonany z TPU?

Odpowiedź Zamawiającego 353:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Do nakłuć wymagany jest twardy materiał jak oczyszczony teflon.

**Pytanie Wykonawcy 354 (Pakiet 38 poz. 7):**

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 7 z Pakietu nr 38 i utwórz z niej oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź Zamawiającego 354:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 355 (Pakiet 38 poz. 16):**

Czy Zamawiający dopuści równoważny zestaw infuzyjny z precyzyjnym regulatorem przepływu:

- dodatkowy, niezależny regulator przepływu z możliwością ustalenia dokładnego przepływu w zakresie 5-250ml/h (dla gęstości 10%) i 5-200 ml/h (dla gęstości 40%) przeznaczony do precyzyjnego przetaczania płynów infuzyjnych i lipidów
- Regulator z wyraźnie zaznaczoną pozycją OPEN/OFF (dla wartości 0 ml)
- komora kroplowa wykonana z materiałów wolnych od DEHP
- ostry kolec komory kroplowej gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami
- odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną niebieską kłapką
- elastyczna komora kroplowa
- kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml
- filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15µm
- uniwersalne zakończenie drenu luer-lock
- precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy
- miękki elastyczny dren wykonany z materiałów wolnych od DEHP
- długość drenu 150 cm
- pozbawiony w całości DEHP oraz lateksu
- sterylizowany tlenkiem etylenu
- pakowany pojedynczo, opakowanie zbiorcze 360 sztuk
- opakowanie papier/folia
- na opakowaniu nadrukowana informacja o braku DEHP oraz zakresie regulacji.

Odpowiedź Zamawiającego 355:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ ze względu na brak możliwości obsługi jedną ręką oraz braku filtra o skuteczności filtracji 99,99%.



**Pytanie Wykonawcy 356 (Pakiet 38 poz. 16):**

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 16 z Pakietu nr 38 i utworzy z niej oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź Zamawiającego 356:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 357 (Pakiet 38 poz. 19):**

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 19 z Pakietu nr 38 i utworzy z niej oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź Zamawiającego 357:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 358 (Pakiet 38 poz. 20):**

Czy Zamawiający dopuści równoważny bezigłowy port do iniekcji o następującej specyfikacji:

- Bezigłowy port wykonany jest z najwyższej jakości materiałów, zapewniających optymalne, w pełni bezpieczne, wygodne i skuteczne użytkowanie
- Wysokiej jakości silikonowa membrana pozwala na wielokrotne stosowanie portu
- Zabezpiecza przed wyciekaniem podawanych płynów poza port
- Wewnętrzna przestrzeń portu nie zawiera martwej przestrzeni, redukuje osadzanie się krwi i leków
- Doskonale szczelna konstrukcja, zapobiega dostawaniu się do łącznika powietrza, płynów i ciał stałych
- Prosty tor przepływu zmniejsza wstrząsy i komplikacje podczas iniekcji
- Mały rozmiar portu
- Przezroczysta obudowa zapewnia kontrolę wzrokową podawanych płynów
- Możliwość stosowania portu podczas badania rezonansem magnetycznym
- Duże światło toru przepływu portu umożliwia stosowanie cewników o zwiększonych przepływach takich jak cewniki do hemodializy
- Nie zawiera ftalanów
- Sterylizowany EO
- Czas użytkowania 7 dni
- Objętość wypełnienia 0,10ml
- Przepływ 400-440ml/min
- Wytrzymałość na ciśnienie płynu iniekcyjnego 3bary=44psi
- Wytrzymałość na ciśnienie zwrotne 2bary=29psi?

Odpowiedź Zamawiającego 358:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ ze względu na brak 'wyrzutu pozytywnego', który zabezpiecza powstawaniu skrzepów.

**Pytanie Wykonawcy 359 (Pakiet 38 poz. 20):**

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 20 z Pakietu nr 38 i utworzy z niej oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź Zamawiającego 359:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 360 (Pakiet 40 poz. 1):**

Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny o następujących parametrach:

Aparat do infuzji grawitacyjnych: długość komory kroplowej wraz z kolcem nie krótsza niż 120 mm, kolec ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym z klapką zamykaną mechanicznie, górna część komory twarda, dolna część komory kroplowej elastyczna w celu łatwego ustawienia poziomu płynu, 15um filtr płynu, precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na unieruchomienie i zabezpieczenie kolca komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu, odporny na ciśnienie 4,5 bara, sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 180 cm zakończony końcówką lock. Aparat wyposażony w system zapobiegający wstęcznemu przepływowi krwi po zakończeniu infuzji? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o jej merytoryczne uzasadnienie.

Odpowiedź Zamawiającego 360:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zaoferowany produkt nie posiada parametrów i cech opisanych w SIWZ:

1/ filtra hydrofobowego na końcu drenu, który zabezpiecza przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego napełniania

2/ filtra hydrofilnego w komorze kroplowej, który zabezpiecza przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu butelki.

**Pytanie Wykonawcy 361 (Pakiet 40 poz. 12):**

Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny o następujących parametrach:

Aparat do infuzji grawitacyjnych: długość komory kroplowej wraz z kolcem nie krótsza niż 120 mm, kołec ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym z klapką zamykaną mechanicznie, górna część komory twarda, dolna część komory kroplowej elastyczna w celu łatwego ustawienia poziomu płynu, 15um filtr płynu, precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na unieruchomienie i zabezpieczenie kolca komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszania drenu, odporny na ciśnienie 4,5 bara, sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 180 cm zakończony końcówką lock. Aparat wyposażony w system zapobiegający wstęcznemu przepływowi krwi po zakończeniu infuzji? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o jej merytoryczne uzasadnienie.

**Odpowiedź Zamawiającego 361:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zaoferowany produkt nie posiada parametrów i cech opisanych w SIWZ:

1/filtra hydrofobowego na końcu drenu, który zabezpiecza przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego napełniania

2/ filtra hydrofilnego w komorze kroplowej, który zabezpiecza przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu butelki;

3/proponowany przyrząd nie jest wersja bursztynową

**Pytanie Wykonawcy 362 (Pakiet 40 poz. 1 i 12):**

Czy Zamawiający wyłączy pozycje 1 oraz 12 z Pakietu nr 40 i utworzy z nich oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

**Odpowiedź Zamawiającego 362:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 363 (Pakiet 42 poz. 1):**

Czy Zamawiający dopuści rurkę z dwoma oznaczeniami rozmiaru na korpusie?

**Odpowiedź Zamawiającego 363:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Podano min. ilość oznaczeń rozmiaru.

**Pytanie Wykonawcy 364 (Pakiet 42 poz. 1):**

Czy Zamawiający dopuści balonik w kształcie baryłki?

**Odpowiedź Zamawiającego 364:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 365 (Pakiet 42 poz. 1):**

Czy Zamawiający dopuści opakowanie proste?

**Odpowiedź Zamawiającego 365:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga opakowania w kształcie wygięcia rurki, które powinno być anatomicznie ukształtowane.

**Pytanie Wykonawcy 366 (Pakiet 42 poz. 2-4):**

Czy Zamawiający dopuści rurkę niesilikonowaną?

**Odpowiedź Zamawiającego 366:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ, ponieważ rurka silikonowa ułatwia intubację.

**Pytanie Wykonawcy 367 (Pakiet 42 poz. 7 i 8):**

Czy zamawiający wyłączy pozycje 7, 8 z Pakietu nr 42 i utworzy z nich oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

**Odpowiedź Zamawiającego 367:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 368 (Pakiet 42 poz. 12):**

Czy Zamawiający dopuści równoważny zamknięty system o poniższym opisie:

- posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora
- posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 10 ml NaCl
- posiada zamykany port do podawania leków z końcówką Luer (MDI)
- posiada przezroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej
- posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu

- regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”
- blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
- posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu
- system wyposażony w klips pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów
- cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
- cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
- oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwodce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim
- system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów
- sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- pakowany w rękaw papierowo-foliowy
- Rozmiary 10/12/14/16 FR, długość 60 cm (intubacja) oraz 30 cm (tracheostomia)?

**Odpowiedź Zamawiającego 368:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga systemu rozłącznego. Zaoferowany system jest integralny czyli nierozłączny. Nie posiada rękawa poliuretanowego zabezpieczającego cewnik przed kontaminacją z zewnątrz oraz atraumatycznej końcówki cewnika z otworem głównym i 4 bocznymi otworami, które znacznie zwiększają bezpieczeństwo odsysania.

**Pytanie Wykonawcy 369 (Pakiet 42 poz. 12):**

Czy zamawiający wyłączy pozycję 12 z Pakietu nr 42 i utworzy z niej oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

**Odpowiedź Zamawiającego 369:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 370 (Pakiet 42 poz. 13):**

Czy Zamawiający dopuści śr. – 2.0 mm – długość 275 mm, 3.3 – 340 mm, 4.7 – 340 mm?

**Odpowiedź Zamawiającego 370:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 371 (Pakiet 42 poz. 14):**

Czy Zamawiający dopuści tylko jeden rozmiar przewodnicy – 6FR o długości 53,5 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego 371:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga też przewodnicy 8CH dla innych rozmiarów rurek.

**Pytanie Wykonawcy 372 (Pakiet 42 poz. 15):**

Czy Zamawiający dopuści tylko jeden rozmiar przewodnicy – 14FR o długości 70,0 cm?

**Odpowiedź Zamawiającego 372:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga też przewodnicy 12 CH dla innych rozmiarów rurek.

**Pytanie Wykonawcy 373 (Pakiet 42 poz. 19 i 20):**

Czy Zamawiający dopuści znacznik w formie dwóch grubych półpierścieni?

**Odpowiedź Zamawiającego 373:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Oring ok. 1cm znacznie poprawia widoczność głębokości podczas intubacji.

**Pytanie Wykonawcy 374 (Pakiet 42 poz. 23):**

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny wymiennik ciepła i wilgoci dla dorosłych, o wadze 9 g, przestrzeni martwej 16 ml, objętości pływowej 200-1000 ml, z celulozowym wymiennikiem, z portem do odsysania, oporności 0,5 przy 30 l/min, z portem do podawania tlenu oraz skuteczności nawilżania 24 przy Vt 500ml, sterylny?

**Odpowiedź Zamawiającego 374:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zaoferowany wymiennik jest o dużo większej wadze i przestrzeni martwej.

**Pytanie Wykonawcy 375 (Pakiet 42 poz. 23):**

Czy zamawiający wyłączy pozycję 23 z Pakietu nr 42 i utworzy z niej oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź Zamawiającego 375:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 376 (Pakiet 42 poz. 30):**

Czy zamawiający wyłączy pozycję 30 z Pakietu nr 42 i utworzy z niej oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź Zamawiającego 376:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 377 (Pakiet 42 poz. 36):**

Czy Zamawiający dopuści równoważną maskę krtaniową wykonaną z PCV, biokompatybilność, nietoksyczna, przezroczysta, mankiet uszczelniający można wygodnie włożyć, minimalizując potencjalne obrażenia i zwiększając szczelność, anatomiczna krzywizna maski ułatwiająca jej wprowadzanie, rurka bez zaginania eliminuje ryzyko zatkania przewodu powietrznego, oznaczenie rozmiaru na masce, posiada identyfikator położenia maski i rozmiar kołnierza, wzmocniona, specjalnie zaprojektowane do różnych zabiegów operacyjnych, posiadająca zintegrowany dren do napełniania mankieta, co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia. kolor mankieta i rurki przezroczysty, wyraźnie oznaczony balonik kontrolny, sterylna, pakowana pojedynczo, rozmiary: <5 kg; 5-10 kg; 10-20 kg; 20-30 kg; 30-50 kg; 50-70 kg; 70-100 kg?

Odpowiedź Zamawiającego 377:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zaoferowany produkt nie posiada wzmocnionego koniuszka rurki, który pomaga blokować górny zwieracz przełyku.

**Pytanie Wykonawcy 378 (Pakiet 42 poz. 39):**

Czy zamawiający dopuści łącznik o długości 15 cm?

Odpowiedź Zamawiającego 378:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 379 (Pakiet 42 poz. 32-41):**

Czy zamawiający wyłączy pozycje 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 z Pakietu nr 42 i utworzy z nich oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź Zamawiającego 379:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 380 (Pakiet 42 poz. 46):**

Czy zamawiający dopuści układ oddechowy wykonany z materiału EVA?

Odpowiedź Zamawiającego 380:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ na układ wykonany z polipropylenu.

**Pytanie Wykonawcy 381 (Pakiet 42 poz. 46):**

Czy zamawiający dopuści ramię dodatkowe o długości maksymalnej 100 cm?

Odpowiedź Zamawiającego 381:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ ze względu na krótkie ramię.

**Pytanie Wykonawcy 382 (Pakiet 42 poz. 47):**

Czy zamawiający dopuści układ oddechowy o całkowitej długości 160 cm?

Odpowiedź Zamawiającego 382:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 383 (Pakiet 42 poz. 46 i 47):**

Czy zamawiający wyłączy pozycje 46-47 z Pakietu nr 42 i utworzy z niej oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź Zamawiającego 383:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 384 (Pakiet 42 poz. 58):**

Czy zamawiający dopuści prowadnice 2.0 mm, 3.3 mm, 4.7 mm?

Odpowiedź Zamawiającego 384:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 385 (Pakiet 42 poz. 59):**

Czy zamawiający dopuści przewodnice do trudnych intubacji o rozmiarach 15FR/70 cm, 10FR/70 cm, 6FR/53,5 cm??

Odpowiedź Zamawiającego 385:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zaoferowany rozmiar 6Fr/53,5cm nie odpowiada potrzebom Użytkownika natomiast brak rozmiaru 5Fr/50cm.

**Pytanie Wykonawcy 386 (Pakiet 42):**

Czy zamawiający wyłączy pozycje 13, 14, 15, 58, 59 z Pakietu nr 42 i utworzy z nich oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź Zamawiającego 386:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 387 (Pakiet 42 poz. 63):**

Czy zamawiający dopuści instrukcję w języku angielskim?

Odpowiedź Zamawiającego 387:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Wymagana instrukcja w języku polskim.

**Pytanie Wykonawcy 388 (Pakiet 42):**

Czy ze względu na bardzo zróżnicowany asortyment zawarty w Pakiecie nr 42 Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na poszczególne pozycje w zakresie tego Pakietu?

Odpowiedź Zamawiającego 388:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 389 (Pakiet 43 poz. 17):**

Czy Zamawiający dopuści równoważny zestaw infuzyjny z precyzyjnym regulatorem przepływu o następującej specyfikacji:

- dodatkowy, niezależny regulator przepływu z możliwością ustalenie dokładnego przepływu w zakresie 5-250ml/h (dla gęstości 10%) i 5-200 ml/h (dla gęstości 40%) przeznaczony do precyzyjnego przetaczania płynów infuzyjnych i lipidów
- Regulator z wyraźnie zaznaczoną pozycją OPEN/OFF (dla wartości 0 ml)
- komora kropłowa wykonana z materiałów wolnych od DEHP
- ostry kolec komory kropłowej gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami
- odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym oraz zamykaną niebieską klapką
- elastyczna komora kropłowa
- kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml
- filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15µm
- uniwersalne zakończenie drenu luer-lock
- precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy
- miękki elastyczny dren wykonany z materiałów wolnych od DEHP
- długość drenu 150 cm
- pozbawiony w całości DEHP oraz lateksu
- opakowanie papier/folia?

Odpowiedź Zamawiającego 389:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 390 (Pakiet 46 poz. 3):**

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 22 g, przestrzeń martwa 35 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 0,6 przy 30 l/min, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylne?

Odpowiedź Zamawiającego 390:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 391 (Pakiet 46 poz. 4):**

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 30 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylne?

Odpowiedź Zamawiającego 391:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 392 (Pakiet 46 poz. 5):**

Czy zamawiający dopuści długość dwóch karbowanych rur 180 cm, a dodatkowej rury 100 cm?

Odpowiedź Zamawiającego 392:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zaproponowane parametry długości znacznie odbiegają od opisanych w SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 393 (Pakiet 46 poz. 5):**

Czy zamawiający dopuści worek oddechowy bez koszyczka?

Odpowiedź Zamawiającego 393:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ, ponieważ koszyczek zapobiega sklejanemu się powierzchni.

**Pytanie Wykonawcy 394 (Pakiet 46 poz. 5):**

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie asortymentu bez silikonowego uchwytu usytuowanego w okolicy połączenia rury z workiem?

Odpowiedź Zamawiającego 394:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 395 (Pakiet 46 poz. 7):**

Czy zamawiający dopuści mankiet z możliwością regulacji objętości?

Odpowiedź Zamawiającego 395:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 396 (Pakiet 46 poz. 8):**

Czy zamawiający dopuści przedłużacze karbowane wewnętrznie?

Odpowiedź Zamawiającego 396:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ, ponieważ gładkie wnętrza zapobiega zbieraniu się zanieczyszczeń.

**Pytanie Wykonawcy 397 (Pakiet 46 poz. 8):**

Czy zamawiający dopuści bez czerwonego kapturka?

Odpowiedź Zamawiającego 397:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ, ponieważ kapturek służy do zamykania światła rury.

**Pytanie Wykonawcy 398 (Pakiet 46 poz. 8):**

Czy zamawiający dopuści wykonane z zastosowaniem PVC?

Odpowiedź Zamawiającego 398:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ, ale wymaga by były pozbawione DEHP.

**Pytanie Wykonawcy 399 (Pakiet 46 poz. 10):**

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny wymiennik ciepła i wilgoci dla dorosłych, o wadze 9 g, przestrzeni martwej 16 ml, objętości pływowej 200-1000 ml, z celulozowym wymiennikiem, z portem do odsysania, oporności 0,5 przy 30 l/min, z portem do podawania tlenu oraz skuteczności nawilżania 24 przy Vt 500ml, sterylne?

Odpowiedź Zamawiającego 399:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ, ponieważ zaproponowane parametry znacząco odbiegają od oczekiwania Zamawiającego /za dużą przestrzeń martwą i wagę/.

**Pytanie Wykonawcy 400 (Pakiet 46 poz. 11):**

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych mechaniczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999 %, wirusowej 99,9999 % waga 46 g, przestrzeń martwa 60 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylne?

Odpowiedź Zamawiającego 400:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 401 (Pakiet 46 poz. 11):**

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 30 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy Vt 500 ml – 32 mg/h<sub>2</sub>O, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylne?

Odpowiedź Zamawiającego 401:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ, ponieważ zaofferowany produkt nie spełnia wymagań Zamawiającego.

**Pytanie Wykonawcy 402 (Pakiet 46 poz. 12):**

Czy zamawiający dopuści długość 2,1 m?

Odpowiedź Zamawiającego 402:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 403 (Pakiet 46 poz. 3-8 i 10-12):**

Czy Zamawiający wyłączy pozycje 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 z Pakietu nr 46 i utworzy z nich oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź Zamawiającego 403:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 404 (Pakiet 46):**

Czy ze względu na zróżnicowany asortyment zawarty w Pakiecie nr 46 Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na poszczególne pozycje w zakresie tego Pakietu?

Odpowiedź Zamawiającego 404:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 405 (Pakiet 46 poz. 35):**

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 35 z Pakietu nr 48 i utworzy z niej oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź Zamawiającego 405:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 406 (Pakiet 48 poz. 38):**

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 38 z Pakietu nr 48 i utworzy z niej oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź Zamawiającego 406:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 407 (Pakiet 48 poz. 42):**

Czy Zamawiający dopuści długość 7,5 cm?

Odpowiedź Zamawiającego 407:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 408 (Pakiet 48 poz. 42):**

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 42 z Pakietu nr 48 i utworzy z niej oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź Zamawiającego 408:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 409 (Pakiet 50 poz. 1):**

Czy Zamawiający dopuści równoważny zamknięty system o poniższym opisie:

- posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora
- posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 10 ml NaCl
- posiada zamykany port do podawania leków z końcówką Luer (MDI)
- posiada przezroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej
- posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu
- regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją „OPEN”
- blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°
- posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu
- system wyposażony w klips pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów

- cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania
- cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm
- oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwodce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym
- w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim
- system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów
- sterylne, sterylizowany tlenkiem etylenu
- jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin
- pakowany w rękaw papierowo-foliowy
- Rozmiary 10/12/14/16 FR, długość 60 cm (intubacja) oraz 30 cm (tracheostomia)?

Odpowiedź Zamawiającego 409:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zaoferowany system nie posiada martwej przestrzeni.

**Pytanie Wykonawcy 410 (Pakiet 50 poz. 2):**

Czy Zamawiający dopuści równoważny zestaw do higieny jamy ustnej zawierający:

- Szczoteczkę do zębów z możliwością odsysania
- Aplikator gąbkowy do nawilżania
- Roztwór 0,12% chlorheksydyny (10 ml)
- Żel nawilżający jamę ustną (3 ml)
- opakowanie zestawu pełni funkcję pojemnika na płyn

Odpowiedź Zamawiającego 410:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 411 (Pakiet 50 poz. 3):**

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych mechaniczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999 %, wirusowej 99,9999 % waga 46 g, przestrzeń martwa 60 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylne?

Odpowiedź Zamawiającego 411:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ z uwagi na brak informacji na temat stosowania przez 7 dni.

**Pytanie Wykonawcy 412 (Pakiet 50 poz. 5):**

Czy zamawiający dopuści długość łyżki dla rozmiaru 4 – 160mm, szerokość 20mm, wysokość końcówki 25mm?

Odpowiedź Zamawiającego 412:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ, ponieważ zaoferowana szerokość łyżki jest za wąska.

**Pytanie Wykonawcy 413 (Pakiet 50 poz. 1, 2 i 5):**

Czy Zamawiający wyłączy pozycje 1, 2, 5 z Pakietu nr 50 i utworzy z nich oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź Zamawiającego 413:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 414 (Pakiet 51 poz. 1):**

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 15 g, przestrzeń martwa 12 ml, objętość 150-300 ml, oporność 1,2 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 24 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylne?

Odpowiedź Zamawiającego 414:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ, ponieważ zaoferowany produkt nie spełnia wymagań Zamawiającego. Produkt przeznaczony jest dla pediatrii.

**Pytanie Wykonawcy 415 (Pakiet 51 poz. 2):**

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dzieci elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 15 g, przestrzeń martwa 12 ml, objętość 150-300 ml, oporność 1,2 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 24 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylne?

Odpowiedź Zamawiającego 415:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 414.



**Pytanie Wykonawcy 416 (Pakiet 51 poz. 3):**

Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 30 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

Odpowiedź Zamawiającego 416:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 414.

**Pytanie Wykonawcy 417 (Pakiet 51 poz. 1-3):**

Czy Zamawiający wyłączy pozycje 1, 2, 3 z Pakietu nr 51 i utworzy z nich oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź Zamawiającego 417:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 418 (Pakiet 56 poz. 7):**

Czy Zamawiający dopuści ustnik wykonany z polietylenu, otwór główny o wymiarach 21 mm x 26,5 mm?

Odpowiedź Zamawiającego 418:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga ustnika wykonanego z silikonu.

**Pytanie Wykonawcy 419 (Pakiet 56 poz. 7):**

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 7 z Pakietu nr 56 i utworzy z niej oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź Zamawiającego 419:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 420 (Pakiet 57 poz. 9):**

Czy Zamawiający dopuści ustnik z otworem o wymiarach 21 mm x 26,5 mm, z otworami bocznymi, opakowanie x 50 sztuk?

Odpowiedź Zamawiającego 420:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 421 (Pakiet 57 poz. 9):**

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 9 z Pakietu nr 57 i utworzy z niej oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź Zamawiającego 421:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 422 (Pakiet 71 poz. 33):**

Czy Zamawiający dopuści resuscytator noworodkowy – objętość oddechowa 280ml, objętość rezerwuaru 1600ml; dziecięcy – objętość oddechowa 600ml, objętość rezerwuaru 1600ml; dla dorosłych - objętość oddechowa 1650ml, objętość rezerwuaru 2000ml?

Odpowiedź Zamawiającego 422:

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian, zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 423 (Pakiet 71 poz. 33):**

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 33 z Pakietu nr 71 i utworzy z niej oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź Zamawiającego 423:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 424 (Pakiet 75 poz. 9):**

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 9 z Pakietu nr 75 i utworzy z niej oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź Zamawiającego 424:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 425 (Pakiet 95 poz. 1):**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby elektroda była radioprzezierna?

Odpowiedź Zamawiającego 425:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ, elektroda musi być do stosowana w rezonansie.

**Pytanie Wykonawcy 426 (Pakiet 95 poz. 2):**

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o średnicy 30mm?

Odpowiedź Zamawiającego 426:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ, ponieważ elektroda przeznaczona jest dzieci, zaoferowana średnica jest za duża.

**Pytanie Wykonawcy 427 (Pakiet 95 poz. 3):**

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o średnicy 30mm?

Odpowiedź Zamawiającego 427:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zaoferowany asortyment jest niezgodny z wymaganiami Zamawiającego.

**Pytanie Wykonawcy 428 (Pakiet 95 poz. 4):**

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o wymiarach 50 mm x 36 mm?

Odpowiedź Zamawiającego 428:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zaoferowany asortyment jest niezgodny z wymaganiami Zamawiającego.

**Pytanie Wykonawcy 429 (Pakiet 95 poz. 1-4):**

Czy Zamawiający wyłączy pozycje 1, 2, 3, 4 z Pakietu nr 95 i utworzy z nich oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź Zamawiającego 429:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 430 (Pakiet 95 poz. 9):**

**Pakiet nr 95 pozycja 9**

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 9 z Pakietu nr 95 i utworzy z niej oddzielne Zadanie? Umożliwi to uzyskanie większej ilości korzystnych cenowo ofert od firm specjalizujących się właśnie w tym asortymencie.

Odpowiedź Zamawiającego 430:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 431 (Pakiet 2 poz. 1, 2, 5 i 6):**

Czy Zamawiający w trosce o bezpieczeństwo personelu i pacjentów oraz zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania równoważny dodatkowo antybakteryjny system do odsysania konkurencyjnego producenta. System ten posiada następujące cechy:

Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce ( pacjent, próżnia ), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny: gładki i rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy. Wkłady okrągłe, wykonane z polietylenu, częściowo sprasowane. Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, oraz w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania, współpraca z dowolnym źródłem ssania. Wkłady oraz kanistry (pojemniki) występują o pojemności 1000ml, 2000ml. Kanistry posiadają niecertyfikowaną skalę pomiarową. Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania.

Zgoda Zamawiającego umożliwi zaoferowanie systemu najnowocześniejszego na rynku, ze względu na opatentowaną,

antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników ( co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196 ) który spełnia zalecenia Ministra Zdrowia w sprawie zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym, poprzez stosowanie materiałów antybakteryjnych. Deklarujemy bezpłatne doposażenia szpitala, na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie (pojemniki, mocowniki).

Odpowiedź Zamawiającego 431:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 432 (Pakiet 2 poz. 3):**

Czy zamawiający dopuści do postępowania wieszak ścienny kompatybilny z oferowanym systemem?

Odpowiedź Zamawiającego 432:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 433 (Pakiet 2 poz. 4):**

Czy zamawiający dopuści do postępowania zawór odcinający montowany na dren?

Odpowiedź Zamawiającego 433:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zamawiający oczekuje złożenia oferty na zawór odcinający próżnię montowany bezpośrednio na pojemnik zewnętrzny.

**Pytanie Wykonawcy 434 (Pakiet 2 poz. 8):**

Czy zamawiający dopuści do postępowania dren łączący do przerywanego odsysania o śr. 5,6mm x 210cm

**Odpowiedź Zamawiającego 434:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 435 (Pakiet 66):**

Dotyczy Pakietu nr 66 (paski do glukometru) – Prosimy o potwierdzenie, że w formularzu specyfikacji asortymentowo-cenowej w kolumnie „ilość” podano liczbę opakowań, którą należy wycenić a nie ilość sztuk.

**Odpowiedź Zamawiającego 435:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. APTEKA Zamawiający oczekuje złożenia oferty na podaną ilość opakowań po 50szt. pasków w opakowaniu.

**Pytanie Wykonawcy 436:**

Prosimy o możliwość startu na pozycje do pakietu 45 pozycji 12 i dopuszczenie strzygarki chirurgicznej bezprzewodowej z w pełni ruchomą głowicą (obrót ostrza o 360stopni w wielu płaszczyznach) akumulatorowa, bateria litowo-jonowa – bez efektu pamięci podczas doładowywania, skracającego żywotność baterii, ładowana w sposób drop-in, z możliwością wielokrotnego doładowania, bez efektu pamięci, wodoszczelna (klasa IPX7 informacja w instrukcji użytkowania i na strzygarce), możliwość dezynfekcji przez zanurzenie, posiadająca lampkę kontroli baterii, dwukolorową, sygnalizującą naładowanie i rozładowanie, czas pracy strzygarki minimum 2,5 godziny minut po pełnym naładowaniu baterii. W typowych warunkach klinicznych ładowanie baterii jest krótsze niż 1 godzina. Bateria spełnia wymogi Dyrektywy 93/42/EEC. Ładowarka typu drop-in, kompatybilną do strzygarki chirurgicznej o możliwości postawienia jej na blacie lub przymocowania do powierzchni pionowych

**Odpowiedź Zamawiającego 436:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zamawiający opisuje strzygarkę, która jest kompatybilna z dwoma rodzajami ostrzy o różnej szerokości.

**Pytanie Wykonawcy 437:**

Prosimy o możliwość startu na pozycje do pakietu 45 pozycji 13 i 14 i dopuszczenie ostrzy jednorazowych, uniwersalnych, kompatybilnych z oferowaną strzygarką z pozycji 12 pakietu 45, które mogą być bezpiecznie stosowane nawet w delikatnych okolicach ciała, ostrze dolne jest nieruchome, strzyże tylko górne ostrze, minimalizując tym samym możliwość przypadkowego skaleczenia, o szerokości cięcia 28mm i wysokości strzyżenia umożliwiającego prawidłowe przygotowanie pola zabiegowego. Ostrza umożliwiają strzyżenie każdego typu włosów: cienkich, grubych, prostych, kręconych, suchych i mokrych, w okolicach wrażliwych i trudnodostępnych. Możliwość strzyżenia w kierunku wzrostu włosów jak i pod włos. Ostrza strzygą płasko lub pod kątem w zależności od konturów strzyżonej powierzchni. Ostrza są czyste mikrobiologicznie, opakowane w przezroczyste opakowanie z nr serii na każdym ostrzu, sklasyfikowane jako wyrób medyczny i posiadające wszelkie wymagane certyfikaty, pakowane po 50sztuk

**Odpowiedź Zamawiającego 437:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zamawiający opisuje strzygarkę, która jest kompatybilna z dwoma rodzajami ostrzy o różnej szerokości: poz. 13 szersze i poz. 14 węższe.

**Pytanie Wykonawcy 438 - Pakiet 26:**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu 26 poz 14 i 15 – pojemniki BiopSafe w celu utworzenie nowego, bardziej konkurencyjnego Pakietu. Zwiększy to ilość oferentów mogących złożyć ofertę

**Odpowiedź Zamawiającego 438:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 439 - Pakiet 49:**

Prosimy o dopuszczenie jako równoważnego do opisanego w Opisie Przedmiotu Zamówienia systemu Equshield zamkniętego systemu Tevadaptor o następujących parametrach:

**Poz. 1**

Adapter/konektor do strzykawki – konstrukcja całkowicie szczelna wraz z podłączoną strzykawką Luer Lock, tworząca połączenie zamknięte, umożliwia pobranie roztworu leku cytostatycznego z fiołki w systemie hermetycznie zamkniętym). Adapter strzykawki uniemożliwia uwalnianie się oparów/aerozoli poprzez tylną część strzykawki – potwierdzają to przeprowadzone badania kliniczne (do wglądu). Adapter/konektor strzykawki wraz z adapterem fiołki z pozycji 2 wyrównuje ciśnienie przy transferze cieczy z oraz do fiołki. Adapter strzykawki w pełni bezpieczny uniemożliwiający nieświadome ukłucie. Nie wymaga nakręcania czy też obracania w momencie łączenia z adapterem fiołki. Materiały z których wykonany jest konektor/adapter strzykawki wolne są od DEHP, lateksu oraz BPA. Adapter strzykawki pasujący do każdej strzykawki typu Luer lock min. Występujących w rozmiarze: 1ml, 3ml, 5ml, 10 ml, 20 ml, 35ml, 60 ml.

Adapter/konektor do strzykawki jest częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB.

**Odpowiedź Zamawiającego 439:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 440 - Pakiet 49:**

Prosimy o dopuszczenie jako równoważnego do opisanego w Opisie Przedmiotu Zamówienia systemu Equshield zamkniętego systemu Tevadaptor o następujących parametrach:

**Poz. 2**

Adapter pasujący do wszystkich typów dostępnych na rynku fiolek, zapewniający bezpieczny i wolny od zanieczyszczeń sposób dostępu do leku. Centralne nakłucie – wymuszane przez konstrukcję oraz zatrzask. Adapter jest kompatybilny z pozycją 1. Materiały z których wykonany jest adapter są wolne od: DEHP, lateksu oraz BPA. Łącznik dostępny w następujących rozmiarach (pojemnościach): kompatybilny z fiolkami o średnicy 13mm, kompatybilny z fiolkami o średni 20 mm, kompatybilny z fiolkami o średnicy 28 mm. Zamawiający przy każdym zamówieniu będzie definiował zapotrzebowanie na poszczególne pojemności. System sygnalizacji akustycznej podczas podłączania łącznika do fiołki. Łącznik zapewnia wyrównanie ciśnienia przy transferze cieczy z oraz do fiołki. Adapter/łącznik jest częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB.

**Odpowiedź Zamawiającego 440:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 441 - Pakiet 49:**

Prosimy o dopuszczenie jako równoważnego do opisanego w Opisie Przedmiotu Zamówienia systemu Equshield zamkniętego systemu Tevadaptor o następujących parametrach:

**Poz. 3**

Adapter kolcowy do pobierania rozpuszczalnika z worka lub butelki umożliwiający wykonanie procedur w bezpiecznym systemie zamkniętym CSTD. Kompatybilny z adapterem strzykawki z pkt. 1. Tak jak w przypadku pozostałych elementów nie zawiera DEHP, lateksu oraz BPA. Element ten jest częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB.

**Odpowiedź Zamawiającego 441:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 442 - Pakiet 49:**

Prosimy o dopuszczenie jako równoważnego do opisanego w Opisie Przedmiotu Zamówienia systemu Equshield zamkniętego systemu Tevadaptor o następujących parametrach:

**Poz. 4**

Dren kolcowy bez komory kroplowej – długość 40 cm; umożliwia dostrzykiwanie leków przy pomocy wbudowanego konektora łączącego się w sposób zamknięty i szczelny ze strzykawką z adapterem z punktu 1. Na drenie znajduje się klips. Element jest częścią systemu zamkniętego posiadającego kod ONB, do drenu można podłączyć standardowe linie do podaży

**Odpowiedź Zamawiającego 442:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 443 - Pakiet 1, poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego 443:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 444 - Pakiet 1, poz. 2, 3:**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego 444:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 445 - Pakiet 1, poz. 2:**

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2?

**Odpowiedź Zamawiającego 445:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 446 - Pakiet 1, poz. 2:**

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 18g/m2?

**Odpowiedź Zamawiającego 446:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zaoferowany parametr nie spełnia wymagań Zamawiającego. Czepki o niskiej gramaturze łatwo ulegają rozdarciom w trakcie użytkowania co powoduje konieczność zużycia większej ilości.

**Pytanie Wykonawcy 447 - Pakiet 1, poz. 2:**

Czy Zamawiający dopuści czepek o średnicy 47cm?

**Odpowiedź Zamawiającego 447:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zaoferowany parametr nie spełnia wymagań Zamawiającego. Zbyt mały czepek nie chowa szczelnie włosów.

**Pytanie Wykonawcy 448 - Pakiet 1, poz. 2:**

Czy Zamawiający dopuści czepek o średnicy 53cm?

Odpowiedź Zamawiającego 448:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 449 - Pakiet 1, poz. 3:**

Czy Zamawiający dopuści czepek głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania, wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m<sup>2</sup> zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, wysokość czepka z przodu 20,5 cm +/- 1cm. Wysokość części przedniej umożliwiająca wywiniecie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem?

Odpowiedź Zamawiającego 449:

Zamawiający dopuszcza, **pod warunkiem, iż zaoferowany czepek posiada wszyty napotnik** - zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 450 - Pakiet 1, poz. 3:**

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany w całości z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20g/m<sup>2</sup> posiadający w części przedniej wstawkę przeciwpotną?

Odpowiedź Zamawiającego 450:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 451 - Pakiet 1, poz. 4:**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego 451:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 452 - Pakiet 1, poz. 5:**

Czy Zamawiający dopuści rękawice foliowe jedynie w rozmiarze M oraz L do wyboru przez Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego 452:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zaoferowany rozmiar nie spełnia wymagań Zamawiającego. Zamawiający wymaga pełnej rozmiarówki.

**Pytanie Wykonawcy 453 - Pakiet 4, poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści podkład jednorazowy 2 warstwowy celulozowy z perforacją co 37,5cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego 453:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 454 - Pakiet 4, poz. 2, 3:**

Czy Zamawiający dopuści podkład jednorazowy w rozmiarze 50cmx50cm (1rolka=80szt)?

Odpowiedź Zamawiającego 454:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 455 - Pakiet 4, poz. 2:**

Czy Zamawiający dopuści podkład jednorazowy tylko w kolorze niebieskim?

Odpowiedź Zamawiającego 455:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zaoferowany produkt nie spełnia wymagań Zamawiającego.

**Pytanie Wykonawcy 456 - Pakiet 4, poz. 12:**

Czy Zamawiający dopuści żel o pojemnik 250ml z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego 456:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 457 - Pakiet 4, poz. 17:**

Czy Zamawiający dopuści elektrody EKG o wielkości 43x45mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego 457:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 458 - Pakiet 4, poz. 17:**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a/50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego 458:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 459 - Pakiet 4, poz. 22:**

Czy Zamawiający dopuści torby na wymiociny o pojemności 1000ml, wyposażone w wyprofilowany kołnierz oraz zastawkę antyzwrotną, która uniemożliwia wydostanie się zapachu i treści na zewnątrz?

Odpowiedź Zamawiającego 459:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zaoferowana pojemność nie spełnia wymagań Zamawiającego.

**Pytanie Wykonawcy 460 - Pakiet 4, poz. 23:**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'90sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego 460:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 461 - Pakiet 4, poz. 29:**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'10sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego 461:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 462 - Pakiet 4, poz. 30:**

Czy Zamawiający dopuści majtki w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź Zamawiającego 462:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zaoferowany produkt nie spełnia wymagań Zamawiającego. Zamawiający wymaga pełnej rozmiarówki z powodu specyfiki pacjenta szpitala dziecięcego.

**Pytanie Wykonawcy 463 - Pakiet 4, poz. 30:**

Czy Zamawiający dopuści majtki pakowane a'10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego 463:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 464 - Pakiet 4, poz. 33, 34:**

Czy Zamawiający dopuści pojemniki w kolorze czerwonym lub żółtym?

Odpowiedź Zamawiającego 464:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zaoferowany produkt nie spełnia wymagań Zamawiającego.

**Pytanie Wykonawcy 465 - Pakiet 13, poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści myjki wykonane z materiału Spunlance?

Odpowiedź Zamawiającego 465:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 466 - Pakiet 13, poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści myjki wykonane z materiału molton?

Odpowiedź Zamawiającego 466:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 467 - Pakiet 13, poz. 7:**

Czy Zamawiający dopuści podkład o chłonności 1100ml?

Odpowiedź Zamawiającego 467:

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian, zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 468 - Pakiet 13, poz. 8, 10:**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego 468:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 469 - Pakiet 13, poz. 8:**

Czy Zamawiający dopuści maseczki w kolorze różowym?

Odpowiedź Zamawiającego 469:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, iż zaoferowane maski w kolorze różowym będą posiadały nadruki przyjazne dzieciom - zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 470 - Pakiet 13, poz. 9:**

Czy Zamawiający dopuści wykonane z 3 warstw włókniny polipropylenowej?

Odpowiedź Zamawiającego 470:

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian (maski muszą być hipoalergiczne), zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 471 - Pakiet 13, poz. 9:**

Czy Zamawiający dopuści maseczki pakowane a'50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego 471:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 472 - Pakiet 13, poz. 10:**

Czy Zamawiający dopuści czepek w kolorze zielonym lub niebieskim?

Odpowiedź Zamawiającego 472:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, iż zaofertowane czepki w kolorze zielonym lub niebieskim będą posiadały nadruki przyjazne dzieciom - zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 473 - Pakiet 13, poz. 10:**

Czy Zamawiający dopuści czepek w kolorze różowym?

Odpowiedź Zamawiającego 473:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, iż zaofertowane czepki w kolorze różowym będą posiadały nadruki przyjazne dzieciom - zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 474 - Pakiet 14, poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści koszule wykonaną z włókniny typu SMS?

Odpowiedź Zamawiającego 474:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 475 - Pakiet 14, poz. 2:**

Czy Zamawiający dopuści komplet operacyjny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2?

Odpowiedź Zamawiającego 475:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zaofertowany produkt nie spełnia wymagań Zamawiającego - zbyt mała gramatura, przezierny.

**Pytanie Wykonawcy 476 - Pakiet 14, poz. 2:**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu aby ubranie operacyjne było zgodne z normą PB EN 1375.

Odpowiedź Zamawiającego 476:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 477 - Pakiet 14, poz. 3:**

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło pakowane a'20szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego 477:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 478 - Pakiet 14, poz. 3:**

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło pakowane a'100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego 478:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zaproponowana ilość w opakowaniu nie spełnia wymagań Zamawiającego.

**Pytanie Wykonawcy 479 - Pakiet 14, poz. 5, 6:**

Czy Zamawiający dopuści podkład pakowany a'25szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego 479:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 480 - Pakiet 14, poz. 5, 6:**

Czy Zamawiający dopuści podkład z warstwą spodnią z niebieskiej folii?

Odpowiedź Zamawiającego 480:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zaproponowany parametr nie spełnia wymagań Zamawiającego.

**Pytanie Wykonawcy 481 - Pakiet 14, poz. 5:**

Czy Zamawiający dopuści podkład o gramaturze 54g oraz chłonności 789ml?

Odpowiedź Zamawiającego 481:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zaproponowany parametr nie spełnia wymagań Zamawiającego.

**Pytanie Wykonawcy 482 - Pakiet 14, poz. 7:**

Czy Zamawiający dopuści podkład wykonany z pulpy celulozowej laminowanej folią w rozmiarze 80x210cm wzmocnione 48 nitkami, pakowane a'25szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego 482:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zaproponowany produkt nie spełnia wymagań Zamawiającego.

**Pytanie Wykonawcy 483 - Pakiet 14, poz. 7:**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego 483:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 484 - Pakiet 14, poz. 8:**

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20g/m<sup>2</sup>?

Odpowiedź Zamawiającego 484:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 485 - Pakiet 14, poz. 9:**

Czy Zamawiający dopuści komplet pościeli o składzie:

prześcieradło: 150 cm x 210 cm , poszwa na kołdrę 160 cm x 210 cm, poszewka na poduszkę: 70 cm x 80 cm?

Odpowiedź Zamawiającego 485:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 486 - Pakiet 14, poz. 10:**

Czy Zamawiający dopuści maski z gumkami do mocowania na uszach?

Odpowiedź Zamawiającego 486:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 487 - Pakiet 26, poz. 6:**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'90sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego 487:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 488 - Pakiet 26, poz. 6:**

Czy Zamawiający dopuści kieliszki niesterylne?

Odpowiedź Zamawiającego 488:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 489 - Pakiet 26, poz. 14:**

Czy Zamawiający dopuści pojemniki na formalinę o pojemności 30ml?

Odpowiedź Zamawiającego 489:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 490 - Pakiet 26, poz. 15:**

Czy Zamawiający dopuści pojemniki na formalinę o pojemności 70ml?

Odpowiedź Zamawiającego 490:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 491 - Pakiet 26, poz. 46:**

Czy Zamawiający dopuści wzierniki uszne dla dzieci w rozmiarze 4mm?

Odpowiedź Zamawiającego 491:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Rozmiar 4,6 mm jest najczęściej używanym wziernikiem przez Zamawiającego, w związku z czym Zamawiający wymaga wziernika o rozmiarze 4,6 mm.

**Pytanie Wykonawcy 492 - Pakiet 26, poz. 48:**

Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dzieci i dorosłych o długości 25cm oraz dla noworodków o długości 17cm?

Odpowiedź Zamawiającego 492:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 493 - Pakiet 28, poz. 8:**

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź Zamawiającego 493:



Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 494 - Pakiet 28, poz. 8:**

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki typu Sengstekena o długości 850mm?

Odpowiedź Zamawiającego 494:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 495 - Pakiet 39, poz. 3:**

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź Zamawiającego 495:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 496 - Pakiet 43, poz. 17:**

Czy Zamawiający dopuści przyrządy do precyzyjnego przetaczania płynów infuzyjnych bez pochewki na igłę biorczą?

Odpowiedź Zamawiającego 496:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zaproponowany produkt nie spełnia wymagań Zamawiającego.

**Pytanie Wykonawcy 497 - Pakiet 43, poz. 17:**

Czy Zamawiający dopuści przyrządy do precyzyjnego przetaczania płynów infuzyjnych bez miejsca na podwieszenie drenu?

Odpowiedź Zamawiającego 497:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zaproponowany produkt nie spełnia wymagań Zamawiającego.

**Pytanie Wykonawcy 498 - Pakiet 43, poz. 20:**

Czy Zamawiający dopuści żel do cewnikowania w ampułkostrzykawkach o pojemności 6ml i 11ml?

Odpowiedź Zamawiającego 498:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 499 - Pakiet 43, poz. 21:**

Czy Zamawiający dopuści worki skalowane co 100ml?

Odpowiedź Zamawiającego 499:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. W przypadku pacjenta pediatrycznego istotne są szczegółowe pomiary.

**Pytanie Wykonawcy 500 - Pakiet 60, poz. 1, 2:**

Czy Zamawiający dopuści jałowy fartuch chirurgiczny w kolorze niebieskim?

Odpowiedź Zamawiającego 500:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 501 - Pakiet 60, poz. 1, 2:**

Czy Zamawiający dopuści jałowy fartuch chirurgiczny o kroju prostym zapewniającym swobodę ruchów?

Odpowiedź Zamawiającego 501:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zaproponowany produkt nie spełnia wymagań Zamawiającego. Krój prosty ogranicza swobodę ruchów.

**Pytanie Wykonawcy 502 - Pakiet 60, poz. 1, 2:**

Czy Zamawiający dopuści jałowy fartuch chirurgiczny z oznaczeniem rozmiaru w postaci kolorowej lamówki i nadruku z rozmiarówką?

Odpowiedź Zamawiającego 502:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 503 - Pakiet 60, poz. 1, 2:**

Czy Zamawiający dopuści jałowy fartuch chirurgiczny z 2 chłonnymi ręcznikami celulozowymi w rozmiarze 30 x 30 cm?

Odpowiedź Zamawiającego 503:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 504 - Pakiet 60, poz. 1, 2:**

Czy Zamawiający dopuści jałowy fartuch chirurgiczny z 4 etykietami do archiwizacji danych?

Odpowiedź Zamawiającego 504:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 505 - Pakiet 60, poz. 2:**

Czy Zamawiający dopuści jałowy fartuch chirurgiczny wzmocniony o odporności na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym 66 cm H<sub>2</sub>O?

Odpowiedź Zamawiającego 505:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zaproponowany produkt nie spełnia wymagań Zamawiającego. Zaproponowana odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym zdecydowanie odbiega od wymaganej przez Zamawiającego. Istnieje prawdopodobieństwo przemakania przy dużych, mokrych zabiegach, szczególnie ortopedycznych, do których dedykowany jest ten fartuch.

**Pytanie Wykonawcy 506 - Pakiet 60, poz. 2:**

Czy Zamawiający dopuści jałowy fartuch chirurgiczny wzmocniony o odporności na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym  $\geq 100$ cm H<sub>2</sub>O?

Odpowiedź Zamawiającego 506:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 505.

**Pytanie Wykonawcy 507 - Pakiet 62, poz. 1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź Zamawiającego 507:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 508 - Pakiet 62, poz. 2:**

Czy Zamawiający dopuści sterylny wzmocniony fartuch chirurgiczny, ze wzmocnieniem w części przedniej o długości od 92 cm do 132 cm w zależności od rozmiaru?

Odpowiedź Zamawiającego 508:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zaproponowany produkt nie spełnia wymagań Zamawiającego, ponieważ zaproponowane wzmocnienie jest za krótkie.

**Pytanie Wykonawcy 509 - Pakiet 62, poz. 2:**

Czy Zamawiający dopuści sterylny wzmocniony fartuch chirurgiczny, ze wzmocnieniem w rękawach o wymiarach: M – 32cm, L, XL, XXL – 34 cm (tolerancja wymiarów +/- 2 cm)

Odpowiedź Zamawiającego 509:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zaproponowane parametry odbiegają od wymagań Zamawiającego.

**Pytanie Wykonawcy 510 - Pakiet 62, poz. 2, 3:**

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny z zapięciem na rzep w okolicy karku o wymiarach: szer. 3cm, dł. 13 i 7 cm?

Odpowiedź Zamawiającego 510:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 511 - Pakiet 62, poz. 2, 3:**

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny dostępny w rozmiarach: M – 124 cm, L – 128 cm, XL – 138 cm, XXL – 127 cm (tolerancja wymiarów +/- 3 cm)?

Odpowiedź Zamawiającego 511:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zaproponowany parametr XXL-127 +/- 3cm odbiega od wymagań Zamawiającego.

**Pytanie Wykonawcy 512 - Pakiet 62, poz. 2, 3:**

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch chirurgiczny z mankietem o długości 7,5 cm (+/- 1 cm)?

Odpowiedź Zamawiającego 512:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 513 - Pakiet 71, poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania Ch 4 i 5 o długości 30cm lub 40cm?

Odpowiedź Zamawiającego 513:

Zamawiający dopuszcza (długość 30 cm) zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 514 - Pakiet 71, poz. 14-16, 18, 36:**

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź Zamawiającego 514:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 515 - Pakiet 71, poz. 17:**

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe wykonane z silikonu, skalowane co 5cm, o długości 1200mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź Zamawiającego 515:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zamawiający dla potrzeb pediatrycznych potrzebuje zgłębnik żołądkowy skalowany co 2 cm i wykonany z poliuretanu.

**Pytanie Wykonawcy 516 - Pakiet 71, poz. 24:**

Czy Zamawiający dopuści worki do godzinowej zbiórki moczu o pojemności 2000ml?

**Odpowiedź Zamawiającego 516:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 517 - Pakiet 71, poz. 25:**

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (linearnie co 1ml od 3ml do 40ml (pojemność 1ml i 2ml wyznaczona przez krzywizny komory), co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezwrotne zastawki – w worku oraz pomiędzy komorą pomiarową a drenem. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z kłami zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?

**Odpowiedź Zamawiającego 517:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 518 - Pakiet 71, poz. 31:**

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki typu Sengstakena 4-światłowe o długości 850mm, rozm. 16CH, 18CH, 20CH?

**Odpowiedź Zamawiającego 518:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 519 - Pakiet 75, poz. 10-14, 16, 26-28:**

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty?

**Odpowiedź Zamawiającego 519:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 520 - Pakiet 78, poz. 1-4, 6, 7:**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu normy ISO 14001, potwierdzonej certyfikatem?

**Odpowiedź Zamawiającego 520:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnej z SIWZ. Zamawiający nie odstępował od normy środowiskowej.

**Pytanie Wykonawcy 521 - Pakiet 78, poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści sterylne zestawy do zabiegów chirurgicznych, o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150cmx190cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 28 g/m<sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m<sup>2</sup>,
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, składana teleskopowo,
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm (taśma lepna 95 cm)
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 4 x ręcznik chłonny z celulozy o wymiarach 30 cm x 40 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>, odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 150 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 75/80 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym >981 cm H<sub>2</sub>O. Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610. Nieprzylepne końcówki przy taśmach o szerokości ok. 1 cm.

Opakowanie typu TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Zestawy pakowane zbiorczo w karton wewnętrzny oraz karton zewnętrzny.

**Odpowiedź Zamawiającego 521:**


Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 522 - Pakiet 78, poz. 2:**

Czy Zamawiający dopuści sterylne zestawy do artroskopii o składzie:

- 2 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, z folii PE 50μ ze wzmocnieniem 75 x 190 cm,
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, składana teleskopowo
- 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm

- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 300 cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 50 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup> w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m<sup>2</sup>. Wytrzymałość na rozzerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H<sub>2</sub>O. Współczynnik pylenia 3.4log<sub>10</sub>. Chłonność wzmocnienia min. 680%. Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.



**Odpowiedź Zamawiającego 522:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 523 - Pakiet 78, poz. 3:**

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw uniwersalny, pediatryczny, wzmocniony, o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, wzmocnienie 60 x 85 cm, składana teleskopowo
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 75cm, przylepiec 2,5 x 71 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, przylepiec 2,5 x 85 cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, przylepiec 2,5 x 85 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 4 x ręcznik chłonny z celulozy o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup> w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 140 g/m<sup>2</sup>. Serwety wyposażone w taśmę lepną o szerokości 2,5cm.

Odporność na rozzerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H<sub>2</sub>O. Współczynnik pylenia 3.4log<sub>10</sub>. Chłonność wzmocnienia min. 680%.

Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.

**Odpowiedź Zamawiającego 523:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 524 - Pakiet 78, poz. 4:**

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym pikowanym 50 x 208cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m<sup>2</sup>, warstwy celulozowej 16 g/m<sup>2</sup>, pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g, warstwy celulozowej 16 g/m<sup>2</sup>, niebieskiej folii PE 40 g/m<sup>2</sup>. Waga całkowita podkładu 280 g ±5g, chłonność 3820,18 ml; opakowanie 10 szt, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego 524:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 525 - Pakiet 78, poz. 5:**

Czy Zamawiający dopuści matę podłogową z możliwością cięcia, w kolorze biało-niebieskim, posiadającą antypoślizgową warstwę spodnią, chłonność około 1 litr, rozmiar 116cm x 76cm., składającą się z 2 warstw: biała warstwa bawełniana, niebieska warstwa antypoślizgowa z folii LDPE Op. 50 szt, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego 525:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zamawiający oczekuje maty o znacznie większych wymiarach tj. 71x182cm oraz ok. 3 razy lepszej chłonności od zaproponowanej.


### **Pytanie Wykonawcy 526 - Pakiet 78, poz. 6:**

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji biodra o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150cmx190cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m<sup>2</sup> i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m<sup>2</sup> oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 230 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 20 cm x 100 cm, rozmiar wzmocnienia w strefie krytycznej 75 x 140 cm, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów,
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie 25 x 60 cm, zintegrowana z organizatorami przewodów
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180 cm x 180 cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 1 x elastyczna osłona na kończyne o wymiarach 30 cm x 120 cm
- 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 1 x bandaż elastyczny o wymiarach 10cm x 450cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup> w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m<sup>2</sup>, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m<sup>2</sup>. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H<sub>2</sub>O. Współczynnik pylenia 3.4log<sub>10</sub>. Chłonność wzmocnienia min. 680%. Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610. Nieprzylepne końcówki przy taśmach o szerokości ok. 1 cm.

Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.



### **Odpowiedź Zamawiającego 526:**


Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zamawiający oczekuje zestawu do operacji biodra złożonego z serwet trzywarstwowych o gramaturze min. 66g/m<sup>2</sup>. Zaoferowany produkt nie spełnia wymagań Zamawiającego.

### **Pytanie Wykonawcy 527 - Pakiet 78, poz. 7:**

Czy Zamawiający dopuści sterylny zestaw do operacji barku o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150cmx190cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 4 x ręcznik chłonny z celulozy o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 1 x serweta o wymiarach 263cm x 406cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 13cm x 14cm, zintegrowana z organizatorami przewodów w formie taśmy typu rzep oraz z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 80cm x 100cm z samouszczelniającym się otworem o wymiarach 6cm x 8cm
- 2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x elastyczna osłona na kończyne o wymiarach 22 cm x 75 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m<sup>2</sup>. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 120/110 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 56/50 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 120 cm H<sub>2</sub>O. Współczynnik pylenia 3.4log<sub>10</sub>. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 600%. Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.



**Odpowiedź Zamawiającego 527:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zamawiający oczekuje zestawu do operacji barku z serwetą główną z materiału SMS, zawierającą dodatkowe wzmocnienia chłonne z laminatu o minimalnej gramaturze 115g/m<sup>2</sup>. Zaproponowany zestaw z serwetą standardową bez wzmocnień o gramaturze 60g/m<sup>2</sup> nie spełnia wymagań Zamawiającego.

**Pytanie Wykonawcy 528 - Pakiet 79, poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>, odporności na rozerwanie na mokro 110 kPa, na sucho 100 kPa, odporności na przenikanie cieczy 120 cm H<sub>2</sub>O, odporności na rozciąganie na mokro 56 N, sucho 50 N, chłonności 600%?

**Odpowiedź Zamawiającego 528:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian, zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 529 - Pakiet 79, poz. 7:**

Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 60g/m<sup>2</sup>, chłonność serwety 600%?

**Odpowiedź Zamawiającego 529:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian, zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 530 - Pakiet 80:**

Czy Zamawiający dopuści półmaskę filtrującą FFP2 NR zgodnie z EN149:2001 + A1:2009, bez zaworu, składaną, płaską konstrukcją, zintegrowaną kształtką na nos. Mocowana na gumki z klipssem do ich połączenia w celu zapewnienia ścisłego przylegania do twarzy. Maskę oraz gumki w kolorze białym. Nie zawiera lateksu. Opakowanie a'5 szt, z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź Zamawiającego 530:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 531 – Pakiet 18:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w Pakiecie nr 18 worka jednorazowego, sterylnego do ewakuacji laparoskopowej materiału do badań histopatologicznych do portu 10mm składającym się z aplikatora z załadowanym woreczkiem tkankowym z drucikiem z pamięcią kształtu o pojemności do wyboru 200, 400, 800, 1200ml. Posiada samoprzylepną kontrolkę identyfikującą do wklejania do protokołu operacyjnego oraz opakowanie zawierające opis w j. polskim, datę produkcji, datę ważności sterylizacji.

**Odpowiedź Zamawiającego 531:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Brak tulei wprowadzającej o dł. 330 mm.

**Pytanie Wykonawcy 532 – Dotyczy SIWZ:**

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

**Odpowiedź Zamawiającego 532:**

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.). Wykonawca składa oświadczenie nie wraz z ofertą, lecz w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 UPZP. Ustawa nie przewiduje odstępstwa lub innego terminu składania oświadczeń dla Podmiotów, które nie należą do żadnej grupy kapitałowej.

**Pytanie Wykonawcy 533 – Dotyczy zawarcia umowy:**

wnosimy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym i przesłanie umowy do podpisu pocztą. Niezwłocznie po podpisaniu, umowa zostanie do Państwa odesłana.

**Odpowiedź Zamawiającego 533:**

Zamawiający zgodnie z pkt. 14.4 SIWZ Zamawiający dostarczy wybranemu Wykonawcy umowę do podpisu listownie.

**Pytanie Wykonawcy 534 – Pakiet 16, poz.15-22:**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie poz.15-22 do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a tym samym zwiększy konkurencyjność ofert. W razie negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

Odpowiedź Zamawiającego 534:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 535 – Pakiet 16, poz.19-22:**

Prosimy o dopuszczenie pojemników z białego PP umożliwiającego weryfikację poziomu płynów.

Odpowiedź Zamawiającego 535:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zamawiający oczekuje złożenia oferty na pojemniki wykonane z polipropylenu przezroczyste, umożliwiające sprawdzanie płynu w pojemniku.

**Pytanie Wykonawcy 536 – Pakiet 16, poz.20:**

Prosimy o dopuszczenie pojemnika o pojemności 1200 ml.

Odpowiedź Zamawiającego 536:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 537 – Pakiet 16, poz.21:**

Prosimy o dopuszczenie pojemnika o pojemności 2300 ml.

Odpowiedź Zamawiającego 537:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 538 – Pakiet 16, poz.22:**

Prosimy o dopuszczenie pojemnika o pojemności 3400 ml.

Odpowiedź Zamawiającego 538:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 539:**

Wykonawca zwraca się z prośbą o odstąpienie przez Zamawiającego od wymogu wniesienia wadium.

Na mocy art. 77 pkt. 24 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1086), dalej Tarcza 4.0, wyłączono obowiązek wnoszenia wadium przewidziany w art. 45 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z treścią uzasadnienia projektu Tarczy 4.0, rozwiązanie to, uwzględniając fakt pogorszenia się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców działających na rynku zamówień publicznych, ma się przyczynić do ograniczenia po stronie wykonawców kosztów uzyskania zamówienia publicznego, a przez to zwiększyć dostępności rynku zamówień publicznych dla wykonawców w okresie występowania epidemii COVID-19 oraz pobudzić koniunkturę gospodarczą. Skoro ustawodawca, z uwagi na sytuację ekonomiczno-gospodarczą towarzyszącą epidemii COVID-19, złagodził wymogi dotyczące postępowań o szacunkowej wartości powyżej progów unijnych, a więc w odniesieniu do postępowań o najwyższych wartościach, to tym bardziej Zamawiający winien rozważyć zasadność sięgania po rozwiązania fakultatywne, nieobligatoryjne, takie jak właśnie żądanie wniesienia wadium w ramach postępowania poniżej progów unijnych. Dokonując oceny stosowności podejmowanych w ramach postępowania działań można sięgnąć do dalszej części uzasadnienia projektu Tarczy 4.0, gdzie jako przesłanki mogące przemawiać za koniecznością żądania wniesienia wadium (o którym mowa w art. 45 ust. 1 ustawy Pzp) wskazano okoliczności skutkujące poważnym zakłóceniem postępowania przetargowego, w tym mogące wpłynąć na jego wynik (np. ryzyko wystąpienia zmowy wykonawców, udziału w postępowaniu niesolidnego wykonawcy). Ponieważ charakter i zakres niniejszego postępowania nie wskazuje na występowanie ww. ryzyk, to żądanie wniesienia wadium w tym przypadku nie jest celowe.

Odpowiedź Zamawiającego 539:

Zamawiający podtrzymuje warunki zawarte w SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 540:**

Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację §6 wzoru umowy w ten sposób, że kara umowna będzie naliczana od wartości netto a nie brutto. Podatek VAT jako należność publicznoprawna jest odprowadzany przez Wykonawcę do urzędu skarbowego i nie prowadzi do powstania po stronie Wykonawcy jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego.

Odpowiedź Zamawiającego 540:

Zamawiający podtrzymuje warunki zawarte w SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 541:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kary umownej, o której mowa w zapisie §6 ust. 1 lit. c i lit. d wzoru umowy od wartości netto niezrealizowanej części umowy/zadania, w jakiej następuje odstąpienie/zakończenie współpracy, tj. w sposób analogiczny jak sposób naliczania kary umownej na rzecz Wykonawcy jeżeli odstąpienie następuje z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego?

Wykonawca wskazuje, iż Zamawiający nie powinien żądać kary umowy w zakresie wykonanej części umowy bowiem nie ponosi w tym względzie żadnej szkody. Brak szkody oznacza brak podstawy do żądania zapłaty ewentualnych kar umownych, które mają charakter kompensacyjny. Wykonawca nadmieniał, iż klauzula przewidująca kary umowne o wygórowanym zakresie (przykładowo od zrealizowanych lub realizowanych części umowy) została wskazana na stronach Urzędu Zamówień Publicznych jako klauzula kontrowersyjna, naruszająca równowagę stron w sposób nadmierny, bowiem „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody” (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13).

([https://www.uzp.gov.pl/\\_data/assets/pdf\\_file/0012/41313/Lista-klauzul-naruszajacych-rownowage-kontraktowa-w-sposob-nadmierny.pdf](https://www.uzp.gov.pl/_data/assets/pdf_file/0012/41313/Lista-klauzul-naruszajacych-rownowage-kontraktowa-w-sposob-nadmierny.pdf)).

Dodatkowo Wykonawca nie widzi podstaw do różnicowania wysokości kary umownej należnej drugiej stronie z tytułu rozwiązania umowy wyłącznie ze względu na posiadany przez stronę status.

Odpowiedź Zamawiającego 541:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 60.

#### **Pytanie Wykonawcy 542:**

Wykonawca zwraca się z prośbą o wskazanie przez Zamawiającego wiążącego Strony mechanizmu naliczania kar umownych odstąpienia od umowy bowiem zapisy §6 ust. 1 lit. c i lit. d są zakresowo tożsame, natomiast powyższą kwestię regulują w odmienny sposób.

Odpowiedź Zamawiającego 542:

Postawy naliczenia kar umownych nie są zbieżne. §6 ust. 1 lit. c określa karę przy częściowym rozwiązaniu, a §6 ust. 1 lit. d określa karę umowną w przypadku rozwiązania umowy w całości.

#### **Pytanie Wykonawcy 543:**

Wykonawca zwraca się z prośbą, o rezygnację z zapisu §7 ust. 7 wzoru umowy, a ewentualne przedłużenie okresu obowiązywania umowy wymagało zawarcia przez strony aneksu. Wykonawca wskazuje, iż żądanie od Zamawiającego de facto wyrażenia przez Wykonawcę zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umowy na bliżej nieokreślony czas w momencie jej zawierania stanowi przykład naruszenia zasady równości stron kontraktu.

Odpowiedź Zamawiającego 543:

Zamawiający podtrzymuje warunki zawarte w SIWZ. Okoliczności zmiany umowy są wprost wskazane w jej treści (§7 ust. 4, 5 i 6 umowy) i odwołują się do sytuacji określonych przepisami prawa zamówień publicznych.

Zamawiający dokonuje natomiast **modyfikacji § 7 ust. 5 Umowy**, jak niżej:

*„5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych **jednakże na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od terminu obowiązywania umowy**, w przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego np. spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi bądź warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.”*

#### **Pytanie Wykonawcy 544:**

W nawiązaniu do zapisu §9 ust. 9 wzoru umowy Wykonawca zwraca się z prośbą o uwzględnienia także po stronie Wykonawcy uprawnienia do rozwiązania, wypowiedzenia, odstąpienia od umowy za jednogodniowym uprzedzeniem w formie pisemnej, o ile Zamawiający narusza postanowienia umowy w sposób rażący lub uporczywy. W sytuacji uporczywego naruszania postanowień umowy, przed złożeniem oświadczenia woli o wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od umowy, Wykonawca wezwie Zamawiającego do przywrócenia stanu zgodnego z umową.

Odpowiedź Zamawiającego 544:

Zamawiający dokonuje **modyfikacji §9, dodając ust. 10** o poniższej treści:

*„10. Wykonawcy służy prawo rozwiązania, wypowiedzenia, odstąpienia od umowy za **jednogodniowym uprzedzeniem w formie pisemnej, o ile Zamawiający narusza postanowienia umowy w sposób rażący lub uporczywy. W sytuacji uporczywego naruszania postanowień umowy, przed złożeniem oświadczenia woli o wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od umowy, Wykonawca wezwie Zamawiającego do przywrócenia stanu zgodnego z umową.**”*

#### **Pytanie Wykonawcy 545:**

W nawiązaniu do §7 wzoru umowy Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie przez Zamawiającego możliwości zmiany treści umowy w trakcie jej trwania także w zakresie:

- a) Możliwości wprowadzenia dostaw zamiennych (odpowiedników) za produkt/asortyment, którego produkcja zastała wstrzymana/zakończona z przyczyn, na które strony nie miały wpływu, bądź którego dostawa nie jest możliwa z uwagi na czasową jego niedostępność na rynku (np. czasowe zaprzestanie produkcji, brak niezbędnych komponentów, surowców, ograniczenia importowe/eksportowe i in.) bądź który został wycofany z obrotu;
- b) Możliwości zmiany terminu dostawy częściowej z przyczyn, na które strony nie miały wpływu – termin dostawy może zostać wydłużony o czas trwania tych okoliczności.



Wykonawca wskazuje, iż umowa będzie wykonywana w dłuższym przedziale czasu, i ewentualne zmiany w zakresie dostępnego na rynku asortymentu są nieuniknione. Wprowadzenie odpowiednich klauzul adaptacyjnych umożliwi Stronom prawidłową realizację umowy.

Odpowiedź Zamawiającego 545:

Zamawiający dokonuje modyfikacji § 7, dodając ust. 8, który otrzymuje następujące brzmienie:

*„8. Zamawiający dopuszcza, w przypadku zaprzestania produkcji lub konieczności wycofania danego produktu, bądź w sytuacji, gdy dostawa nie jest możliwa z uwagi na czasową niedostępność produktu na rynku (np. czasowe zaprzestanie produkcji, brak niezbędnych komponentów, surowców, ograniczenia importowe/eksportowe i in.) zaoferowanie przez Wykonawcę produktu zamiennego, po cenie nie wyższej niż produktu będącego przedmiotem przetargu, pod warunkiem iż taka zmiana przedmiotu umowy nie będzie groziła rażąco strata dla jednej ze stron. Zaoferowany produkt może być innego producenta z zastrzeżeniem, iż będzie posiadać to samo przeznaczenie oraz spełniać parametry opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla danego produktu, przy czym Zamawiający musi wyrazić zgodę na wprowadzenie produktu zamiennego.”*

#### **Pytanie Wykonawcy 546:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy klauzuli waloryzacyjnej?

Wykonawca proponuje następującą treść ww. klauzuli:

*„Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, jeżeli umowa trwa powyżej 12 miesięcy oraz występuje jedna z poniższych okoliczności:*

- a) zmiana średniego kursu EUR ogłoszonego w dniu zawarcia umowy o 2%, lub
- b) zmiana średniego kursu USD ogłoszonego w dniu zawarcia umowy o 2%, lub
- c) po dniu zawarcia umowy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS przekroczy 3%

Odpowiedzi winne być udzielane w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisma, a cały proces negocjacji zakończony w terminie do 30 dni roboczych od daty złożenia wniosku inicjującego proces.

Każdorazowo dokonana zmiana nie może skutkować podwyższeniem wynagrodzenia o 5% pierwotnej wartości Umowy.”

Wykonawca wyjaśnia, iż umowa będzie umową długoterminową, i niewątpliwym jest, iż w okresie jej obowiązywania może nastąpić zmiana siły nabywczej pieniądza. Wprowadzenie klauzuli umożliwi zaktualizowanie wynagrodzenia Wykonawcy pod kątem rzeczywistej wartości ekonomicznej świadczonych dostaw, co przyczyni się zarówno do jak najpełniejszego wykonywania umowy jak również sporządzenia właściwej kalkulacji oferty zobowiązania długoterminowego.

Odpowiedź Zamawiającego 546:

Zamawiający podtrzymuje warunki zawarte w SIWZ.

#### **Pytanie Wykonawcy 547:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do wzoru umowy klauzuli wyłączającej odpowiedzialność Stron na wypadek wystąpienia tzw. siły wyższej?

Wykonawca proponuje następującą treść ww. klauzuli:

1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie lub niewykonanie Umowy w takim zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Stron i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: kataklizmy lub analogiczne zdarzenia wywołane przez siły naturalne, wojnę, strajki, ataki terrorystyczne, zdarzenia medyczne i epidemiologiczne, inne zdarzenia losowe, działania producentów, gwałtowną dekoniunkturę, inne nieprzewidziane zdarzenia polityczne, w tym akty władzy państwowej, akty organów unijnych, a także okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, które wpływają w jakikolwiek sposób na należyte wykonanie umowy.

2. Jeżeli siła wyższa będzie trwała nieprzerwanie przez okres 30 dni, Strony mogą w drodze porozumienia rozwiązać umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań, oprócz płatności należnych z tytułu zrealizowanych dostaw.”

Odpowiedź Zamawiającego 547:

Zamawiający dokonuje modyfikacji § 7, dodając ust. 9, który otrzymuje następujące brzmienie:

*„9. Strony przewidują możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych, w przypadku zaistnienia okoliczności nadzwyczajnych, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy (siła wyższa).*

*9.1 Strony umowy zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).*

*9.2 Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezwzględnego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.*

- 9.3 Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.
- 9.4 Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.
- 9.5 W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i nie rości należności wynikających z §6 ust.1 lit. c) oraz d)“

**Pytanie Wykonawcy 548 - pakiet nr 41, poz. 17:**

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania podwójny bezglowy port do zabezpieczania dostępów naczyniowych z drenem, z silikonową membraną kompatybilny ze sprzętem medycznym typu Luer-Lock, z zaciskaczami na drenach; odporny na lipidy i cytostatyki, zawór wykonany z copoliestru, objętość wypełnienia 0,35 ml, długość 10 cm, przepływ 143-145ml/min, wymagana ilość aktywacji 500, sterylizowany tlenkiem etylenu?

**Odpowiedź Zamawiającego 548:**

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 549 - pakiet 8:**

Prosimy o podanie modelu aparatu Comen

**Odpowiedź Zamawiającego 549:**

Aparat Comen nr 90171128002.

**Pytanie Wykonawcy 550 - pakiet 9, poz. 1:**

Prosimy o wydzielenie pozycji 1 do oddzielnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

**Odpowiedź Zamawiającego 550:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 551 - pakiet 20, poz. 1:**

Prosimy o dopuszczenie produktu o parametrach równoważnych - elektrody piankowej, dzielonej o wymiarach 176 x 122 mm o powierzchni całkowitej 169 cm<sup>2</sup> i powierzchni przewodzącej 110 cm<sup>2</sup> systemem pętli Twin-Safe pozwalającym na równe rozproszenie prądu, pokrytej hydrożelem

Lub

Prosimy o dopuszczenie elektrody biernej, uniwersalnej dla dorosłych, prostokątnej, o zaokrąglonych brzegach, jednorazowej, żelowej, dzielonej na dwie równe symetryczne części, o wymiarach: 202 x 101 mm, powierzchnia aktywna 118 mm<sup>3</sup>, pakowanej pojedynczo.

Prosimy o odstąpienie od wymogu wklejanych etykiet

**Odpowiedź Zamawiającego 551:**

Zamawiający dopuszcza zaferowanie elektrody biernej, uniwersalnej dla dorosłych, prostokątnej, o zaokrąglonych brzegach, jednorazowej, żelowej, dzielonej na dwie równe symetryczne części, o wymiarach: 202 x 101 mm, powierzchnia aktywna 118 mm<sup>3</sup>, pakowanej pojedynczo, **jednocześnie Zamawiający wymaga produktu posiadającego wklejane etykiety identyfikujące, które są niezbędne w chwili wystąpienia zdarzenia niepożądanego** - zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 552 - pakiet 20, poz. 1:**

Prosimy o wydzielenie pozycji 1 do oddzielnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

**Odpowiedź Zamawiającego 552:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 553 - pakiet 20, Poz. 4-12, 13, 14:**

Prosimy o wydzielenie pozycji od 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 do oddzielnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

**Odpowiedź Zamawiającego 553:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 554 - pakiet 20, Poz. 15:**

Prosimy o dopuszczenie długości 180 lub 200 mm

Odpowiedź Zamawiającego 554:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 555 - pakiet 20, Poz. 17:**

Prosimy o dopuszczenie długości 200 mm

Odpowiedź Zamawiającego 555:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 556 - pakiet 20, Poz. 18:**

Prosimy o dopuszczenie długości 150 lub 180 mm

Odpowiedź Zamawiającego 556:

Zamawiający dopuszcza długość 150 mm zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 557 - pakiet 20, Poz. 19:**

Prosimy o dopuszczenie kabla o długości 5m i potwierdzenie że chodzi o kabel do pincet bipolarnych

Odpowiedź Zamawiającego 557:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ. Zamawiający potwierdza, iż chodzi o kabel do pincet bipolarnych.

**Pytanie Wykonawcy 558 - pakiet 20, Poz. 20:**

Prosimy o dopuszczenie elektrody szpatułkowej/nożowej o długości 160 cm oraz o odstąpienie od wymogu podawania rozmiaru ostrza.

Lub

Prosimy o dopuszczenie elektrody szpatułkowej o długości 120 cm oraz wymiarach ostrza 2,4 x 20 mm

Odpowiedź Zamawiającego 558:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie elektrody szpatułkowej o długości 120 cm oraz wymiarach ostrza 2,4 x 20 mm zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 559 - pakiet 22, Poz. 2:**

Prosimy o określenie typu fartucha, jakiego oczekuje Zamawiający czy fartuch ma być dwustronny (np. płaszcz lub garsonka) czy jednostronny?

Prosimy o podanie oczekiwanej ochronności z przodu i z tyłu (w przypadku fartuchów dwustronnych) lub tylko z przodu (w przypadku fartuchów jednostronnych).

Czy fartuchy mają być wykonane z ołowiu, lekkiej mieszanki ołowiu i antymonu, czy też bezołowiowe?

Prosimy o podanie oczekiwanej wielkości fartuchów

Odpowiedź Zamawiającego 559:

Zgodnie z odpowiedzią na pytania nr 1-3.

**Pytanie Wykonawcy 560 - pakiet 30:**

Prosimy o odstąpienie od wymogu etykiet wklejanych do protokołu, w przypadku gdy nr identyfikacyjny jest umieszczony na etykiecie opakowania jednostkowego.

Informujemy, iż urządzenia Vellelaby posiada wejście 3pin a ERBE 1 pin – czy Zamawiający będzie określał rodzaj wtyku na etapie składania zamówienia częściowego?

Odpowiedź Zamawiającego 560:

Zamawiający wymaga produktu posiadającego wklejane etykiety identyfikujące, które są niezbędne w chwili wystąpienia zdarzenia niepożądanego. Zamawiający oczekuje złożenia oferty na wtyk 3pin kompatybilny z diatermią ERBE zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 561 - pakiet 32, poz. 1:**

Prosimy o dopuszczenie jednorazowych, bezklejowych czujników SpO2 dla noworodków o masie ciała od 1 do 15 kg.

Odpowiedź Zamawiającego 561:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zaproponowane parametry odbiegają od wymagań Zamawiającego.

**Pytanie Wykonawcy 562 - pakiet 32, poz. 2:**

Prosimy o dopuszczenie jednorazowych, bezklejowych czujników SpO2 dla noworodków o masie ciała poniżej 3 kg

Odpowiedź Zamawiającego 562:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zaproponowane parametry odbiegają od wymagań Zamawiającego.

**Pytanie Wykonawcy 563 - pakiet 32, poz. 3:**

Prosimy o dopuszczenie jednorazowych czujników SpO2 samoprzylepnych dla noworodków o masie ciała od 1 do 20 kg oraz dzieci o masie od 10 do 50 kg, do wyboru przez Zamawiającego na etapie składania zamówienia.

**Odpowiedź Zamawiającego 563:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zamawiający określił zakres 3-40kg i wymaga czujnika w tym zakresie.

**Pytanie Wykonawcy 564 - pakiet 32, poz. 4:**

Prosimy o wydzielenie pozycji 4 do oddzielnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

**Odpowiedź Zamawiającego 564:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 565 - pakiet 48, poz. 44:**

Prosimy o wydzielenie pozycji 44 do oddzielnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

**Odpowiedź Zamawiającego 565:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 566 - pakiet 48, poz. 44:**

Prosimy o doprecyzowanie czy zapotrzebowanie dotyczy 180 pojedynczych listków czy 180 szt. mat (a'30 listków)?

**Odpowiedź Zamawiającego 566:**

Zamawiający informuje, iż oczekuje mat wielowarstwowych z ilością 30 listków tj. 180 op. a 30 warstw.

**Pytanie Wykonawcy 567 - pakiet 95, poz. 11-17:**

Prosimy o wydzielenie pozycji 11-17 do oddzielnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

**Odpowiedź Zamawiającego 567:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 568 - pakiet 95, poz. 13:**

Z jakim monitorem ma współpracować przewód?

**Odpowiedź Zamawiającego 568:**

Zamawiający informuje, iż opisany przewód ma współpracować z monitorem Datex Ohmeda.

**Pytanie Wykonawcy 569 - pakiet 95, poz. 15:**

Czy chodzi o czujnik wpinany do kabla przedłużającego?

**Odpowiedź Zamawiającego 569:**

Zamawiający potwierdza, iż opisał czujnik wpinany do kabla przedłużającego.

**Pytanie Wykonawcy 570 - pakiet 96, poz. 1:**

Prosimy o dopuszczenie jednorazowych elektrod noworodkowych o powierzchni 36 cm<sup>2</sup>

**Odpowiedź Zamawiającego 570:**

Zamawiający, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SAC dla pakietu 96 poz. 1 – dopuszcza zaoferowanie powierzchni w przedziale od 32 do 40 cm<sup>2</sup>.

**Pytanie Wykonawcy 571 - pakiet 96, poz. 1:**

Prosimy o dopuszczenie elektrody igłowej prostej o wymiarach: 1,6 x 19 mm

**Odpowiedź Zamawiającego 571:**

Zamawiający informuje, iż w pakiecie 96 poz. 1 nie występuje elektroda igłowa.

**Pytanie Wykonawcy 572 - pakiet 96, Poz. 3, 6, 8, 10:**

Prosimy o wydzielenie pozycji 3, 4, 6, 8, 9, 10 do oddzielnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

**Odpowiedź Zamawiającego 572:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 573 - pakiet 96, poz. 6:**

Prosimy o dopuszczenie produktu o parametrach równoważnych - elektrody piankowej, dzielonej o wymiarach 176 x 122 mm o powierzchni całkowitej 169 cm<sup>2</sup> i powierzchni przewodzącej 110 cm<sup>2</sup> systemem pętli Twin-Safe pozwalającym na równe rozproszenie prądu, pokrytej hydrożelem

**Odpowiedź Zamawiającego 573:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zamawiający określił zakres powierzchni przewodzącej 85-90cm<sup>2</sup>.

**Pytanie Wykonawcy 574 - pakiet 96, poz. 7:**

Prosimy o dopuszczenie elektrody kulkowej o średnicy 2 mm

Odpowiedź Zamawiającego 574:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga elektrody kulkowej o średnicy 1 mm (zbyt duża rozbieżność w rozmiarze).

**Pytanie Wykonawcy 575 - pakiet 114, poz. 1:**

Prosimy o podanie modelu aparatu do znieczuleń Ohmeda lub nr katalogowego obecnie używanego lub oryginalnego czujnika.

Odpowiedź Zamawiającego 575:

Zamawiający informuje, iż blok operacyjny szpitala dziecięcego posiada dwa aparaty do znieczulenia, tj.:

1) Ohmeda Aestiva 7900

2) Ohmeda Aespire View.

**Pytanie Wykonawcy 576 - pakiet 114, poz. 2:**

Prosimy o wydzielenie pozycji 2 do oddzielnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź Zamawiającego 576:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 577 - pakiet 114, poz. 3a:**

Prosimy o dopuszczenie mankietu w rozmiarze 25-35 cm w kolorze czarnym lub

Prosimy o dopuszczenie mankietu w rozmiarze 27-35cm w kolorze brązowym

Odpowiedź Zamawiającego 577:

Zamawiający dopuszcza mankiety w rozmiarze 25-35 cm w kolorze czarnym zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 578 - pakiet 114, poz. 3b:**

Prosimy o dopuszczenie mankietu w rozmiarze 18-26 cm w kolorze czarnym lub

Prosimy o dopuszczenie mankietu w rozmiarze 21-27 cm w kolorze jasno niebieskim

Odpowiedź Zamawiającego 578:

Zamawiający dopuszcza mankiety w rozmiarze 18-26 cm w kolorze czarnym zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 579 - pakiet 114, poz. 3c:**

Prosimy o dopuszczenie mankietu w rozmiarze 34-47 cm w kolorze czarnym lub

Prosimy o dopuszczenie mankietu w rozmiarze 35-44 cm w kolorze czarnym ciemno czerwonym

Odpowiedź Zamawiającego 579:

Zamawiający dopuszcza zaferowanie mankietu w rozmiarze 34-47 cm w kolorze czarnym zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 580 - pakiet 114, poz. 3d:**

Prosimy o dopuszczenie mankietu w rozmiarze 10-19 cm w kolorze czarnym lub

Prosimy o dopuszczenie mankietu w rozmiarze 14-21 cm w kolorze zielonym

Odpowiedź Zamawiającego 580:

Zamawiający dopuszcza zaferowanie mankietu w rozmiarze 10-19 cm w kolorze czarnym zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 581 - pakiet 114, poz. 4:**

Prosimy o wydzielenie pozycji 4 do oddzielnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź Zamawiającego 581:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 582 - pakiet 120, poz. 3:**

Prosimy o dopuszczenie przewodów o długości 0,95 m

Odpowiedź Zamawiającego 582:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 583 - pakiet 120, poz. 4:**

Prosimy o dopuszczenie kabla o długości 3 m

Odpowiedź Zamawiającego 583:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 584 - pakiet 120, poz. 6:**

Prosimy o wydzielenie pozycji 6 do oddzielnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź Zamawiającego 584:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 585 - pakiet 121, poz. 1:**

Prosimy o wydzielenie pozycji 1 do oddzielnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź Zamawiającego 585:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 586 - pakiet 121, poz. 2:**

Prosimy o dopuszczenie mankietu w rozmiarze 25-35 cm w kolorze czarnym lub

Prosimy o dopuszczenie mankietu w rozmiarze 27-35cm w kolorze brązowym

Prosimy o odstąpienie od wymogu działania czujnika w technologii Massimo, gdyż ten wymóg nie dotyczy mankietu

Odpowiedź Zamawiającego 586:

Zamawiający dopuszcza mankiety w rozmiarze 25-35 cm w kolorze czarnym zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 587 - pakiet 121, poz. 3:**

Prosimy o dopuszczenie mankietu w rozmiarze 18-26 cm w kolorze czarnym lub

Prosimy o dopuszczenie mankietu w rozmiarze 21-27 cm w kolorze jasno niebieskim

Odpowiedź Zamawiającego 587:

Zamawiający dopuszcza mankiety w rozmiarze 18-26 cm w kolorze czarnym zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 588 - pakiet 121, poz. 4:**

Prosimy o dopuszczenie mankietu w rozmiarze 34-47 cm w kolorze czarnym lub

Prosimy o dopuszczenie mankietu w rozmiarze 35-44 cm w kolorze czarnym ciemno czerwonym

Odpowiedź Zamawiającego 588:

Zamawiający dopuszcza mankiety w rozmiarze 35-44 cm w kolorze czarnym ciemno czerwonym zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 589 - pakiet 121, poz. 5:**

Prosimy o dopuszczenie mankietu w rozmiarze 10-19 cm w kolorze czarnym lub

Prosimy o dopuszczenie mankietu w rozmiarze 14-21 cm w kolorze zielonym

Odpowiedź Zamawiającego 589:

Zamawiający dopuszcza mankiety w rozmiarze 10-19 cm w kolorze czarnym zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 590 - pakiet 121, poz. 6:**

Prosimy o dopuszczenie przewodu o długości 2,5 m lub 3 m

Odpowiedź Zamawiającego 590:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga długiego przewodu.

**Pytanie Wykonawcy 591 - Pakiet nr 77 – Akcesoria do terapii podciśnieniowej, poz. 1:**

czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania jałowego zestawu opatrunkowego z pianką do podciśnieniowej terapii leczenia ran w rozmiarze 10 x 7,5 x 3,3 cm?

Jednocześnie informujemy, że w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na nasze pytania, urządzenie do podciśnieniowej terapii ran zostanie Państwu przekazane na czas trwania umowy. Cena dzierżawy urządzenia zostanie uwzględniona w cenie zakupu akcesoriów.

Odpowiedź Zamawiającego 591:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 592 - Pakiet nr 77 – Akcesoria do terapii podciśnieniowej, poz. 2:**

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu opatrunkowego z pianką do podciśnieniowej terapii leczenia ran w rozmiarze 18 x 12,5 x 3,3 cm?

Jednocześnie informujemy, że w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na nasze pytania, urządzenie do podciśnieniowej terapii ran zostanie Państwu przekazane na czas trwania umowy. Cena dzierżawy urządzenia zostanie uwzględniona w cenie zakupu akcesoriów.

Odpowiedź Zamawiającego 592:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 593 - Pakiet nr 77 – Akcesoria do terapii podciśnieniowej, poz. 3:**

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zestawu opatrunkowego z pianką do podciśnieniowej terapii leczenia ran w rozmiarze 25 x 15 x 3,3 cm?

Jednocześnie informujemy, że w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na nasze pytania, urządzenie do podciśnieniowej terapii ran zostanie Państwu przekazane na czas trwania umowy. Cena dzierżawy urządzenia zostanie uwzględniona w cenie zakupu akcesoriów.

Odpowiedź Zamawiającego 593:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 594 - Pakiet nr 77 – Akcesoria do terapii podciśnieniowej, poz. 5:**

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowego zbiornika na wydzielinę o pojemności 800ml?

Jednocześnie informujemy, że w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na nasze pytania, urządzenie do podciśnieniowej terapii ran zostanie Państwu przekazane na czas trwania umowy. Cena dzierżawy urządzenia zostanie uwzględniona w cenie zakupu akcesoriów.

Odpowiedź Zamawiającego 594:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 595 - Pakiet nr 77 – Akcesoria do terapii podciśnieniowej, poz. 6:**

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania miękkiego portu pakowanego pojedynczo, a następnie w opakowani zbiorcze a' 3 szt.?

Jednocześnie informujemy, że w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na nasze pytania, urządzenie do podciśnieniowej terapii ran zostanie Państwu przekazane na czas trwania umowy. Cena dzierżawy urządzenia zostanie uwzględniona w cenie zakupu akcesoriów.

Odpowiedź Zamawiającego 595:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 596 - Pakiet nr 77 – Akcesoria do terapii podciśnieniowej, poz. 1-7:**

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania produktów jałowych, pakowanych pojedynczo a następnie w zbiorcze opakowania handlowe a' 3 sztuki? Ceny zostaną podane za 1 sztukę.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na nasze pytania, urządzenie do podciśnieniowej terapii ran zostanie Państwu przekazane na czas trwania umowy. Cena dzierżawy urządzenia zostanie uwzględniona w cenie zakupu akcesoriów.

Odpowiedź Zamawiającego 596:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 597 - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE:**

§ 6 ust. 1 pkt. a) i b) – prosimy Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kar umownych do maksymalnie 1% wartości brutto partii towaru/wadliwej partii towaru, niedostarczonego w terminie lub w przypadku zwłoki w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Odpowiedź Zamawiającego 597:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 83.

**Pytanie Wykonawcy 598 - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE:**

§ 6 ust. 1 pkt. d) - czy Zamawiający zgodzi się aby w § 6 ust. 1 pkt d) wzoru umowy wyrażenie „5% wartości brutto umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto”? Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie/wypowiedzenie/rozwiązanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku odstąpienia/wypowiedzenia/rozwiązania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź Zamawiającego 598:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 60.

### **Pytanie Wykonawcy 599 - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów umownych poprzez wprowadzenie do umowy nowego paragrafu regulującego skutki wystąpienia siły wyższej mającej wpływ na realizację obowiązków wynikających z łączącej strony umowy. Proponowane brzmienie:

Siła Wyższa

- a) Strony umowy zgodnie z postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).
- b) Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.
- c) Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.
- d) Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.
- e) W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Wprowadzenie powyższej regulacji pozwoli na jednoznaczne określenie obowiązków stron w przypadku wystąpienia siły wyższej. Wskazać bowiem należy, iż siła wyższa traktowana jest jako jedna z przesłanek wyłączających odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, a więc również umożliwiających wykonawcy uwolnienie się od ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie tej umowy, w tym za uchybienia terminowi wykonania zakontraktowanych prac czy dostaw. Jednakże w celu zapewnienia ochrony interesów obu stron umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej wprowadzenie powyższych zapisów pozwoli na podjęcie działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków wynikających z tego stanu.

Odpowiedź Zamawiającego 599:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 547.

### **Pytanie Wykonawcy 600 - Pakiet nr 56:**

Czy zamawiający wyłączy z pakietu pozycje 1,2,3,6 a, b i dopuści w:

Poz. 1 maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,3 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ Poz. 2 maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,3 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ Poz. 3 średnica pętli 24 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,3 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Poz. 6a. długość robocza 2300 mm

Poz. 6b długość robocza narzędzia 2300 mm, średnica igły 22G- kąt ścięcia ostrza igły 25 stopni lub 25G; kąt ścięcia ostrza igły 27 stopni. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego 600:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

### **Pytanie Wykonawcy 601 - Pakiet nr 57:**

Czy zamawiający wyłączy z pakietu pozycje 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 i dopuści w

Poz. 1 Pętle do polipektomii na zimno średnica osłonki 2.3 mm, średnice otwartej pętli: 15, 20, 24, 36 mm (do wyboru) i na ciepło, jednorazowego użytku; wykonane z plecionego drutu o średniej sztywności, długość robocza min 230 cm, średnica osłonki 2.3 mm, średnice otwartej pętli: 10,15,20, 24, 36 mm (do wyboru), kształt owalny, rękojeść skalowana. Opakowanie x 10 szt.

Poz. 2 Pętle do polipektomii na zimno średnica osłonki 2.3 mm, średnice otwartej pętli: 15, 20, 24, 36 mm (do wyboru) i na ciepło, jednorazowego użytku; wykonane z plecionego drutu o średniej sztywności, długość robocza min 230 cm, średnica osłonki 2.3 mm, średnice otwartej pętli: 10,15,20, 24, 36 mm (do wyboru), kształt owalny, rękojeść skalowana. Opakowanie x 10 szt.

Poz. 3 Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; średnica osłonki 1,8, 2,3 i 3,0 mm, długość robocza 230 cm, łyżeczki z okienkiem i ząbkami z możliwością biopsji stycznej, osłonka z tworzywa sztucznego pokryta substancją



hydrofilną z markerami sygnalizacyjnymi odległość, z igłą, łyżeczki z podwójnymi otworami każda, kształt: okrągły, elipsoidalny i pogłębionymi (do wyboru). Opakowanie x 10 szt.

Poz. 4 Zestawy do opaskowania żyłaków przetyku zawiera 6 podwiązek. Przystosowany do współpracy z endoskopami o średnicy 9,4 – 13,0 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Poz. 5 szerokość rozwarcia ramion klipsa 11 mm i 17 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Poz. 7 Czy zamawiający miał na myśli kleszcze jednorazowego użytku zamiast szczotki do usuwania ciał obcych typu Aliogator i typu Ząb Szczura, średnica 2,3 mm, długość narzędzia 230 cm. Opakowanie x 10 szt.

Poz. 8 Czy zamawiający miał na myśli pułapkę na polipy zamiast pompki?

Poz 10 Komplet szczoteczek do mycia endoskopów/ po obu stronach szczotka kanałowa 2.0-4.2 mm plus oddzielna dwustronna krótka szczoteczka do zaworów i gniazd /, długość kateteru 230 cm, średnica 1,7 mm, długość szczoteczki kanałowej 18 mm, śr. 5mm, dł. całkowita szczotki gniazdowej 15 cm, śr. szczotki gniazdowej 5/10 mm, dł. szczotki gniazdowej 30/15 mm. Opakowanie x 50 szt.

Odpowiedź Zamawiającego 601:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 602 - Pakiet nr 111, poz. 5:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki dł. 80 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego 602:

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian, zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 603 - Pakiet nr 111, poz. 6 do poz. 9:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki nazwa własna MICRO MOSQUITO, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego 603:

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian, zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 604 - Pakiet nr 111, poz. 13:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki nazwa własna MIXTER, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego 604:

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian, zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 605 - Pakiet nr 111, poz. 14:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, imadło dł. 130 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego 605:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga imadła dł. 125 mm, ponieważ narzędzie przeznaczone jest do procedur noworodkowych.

**Pytanie Wykonawcy 606 - Pakiet nr 111, poz. 15, 16:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki nazwa własna METZENBAUM dł. 14 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego 606:

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian, zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 607 - Pakiet nr 111, poz. 17:**

Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pęseta dł. 110 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego 607:

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian, zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 608 - Pakiet nr 111, poz. 18:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pęseta dł. 110 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego 608:

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian, zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 609 - Pakiet nr 111, poz. 19:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pęseta dł. 165 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego 609:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga dł. 150 mm, ponieważ narzędzie przeznaczone jest do procedur noworodkowych.

**Pytanie Wykonawcy 610 - Pakiet nr 111, poz. 20:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, hak 28x20, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź Zamawiającego 610:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga haku 23x20, ponieważ narzędzie przeznaczone jest do procedur noworodkowych.

**Pytanie Wykonawcy 611 - Pakiet nr 111, poz. 21:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, hak nazwa własna MINI LANGENBECK 22x8, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź Zamawiającego 611:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian, zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 612 - Pakiet nr 124, poz. 4, 5:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki nazwa własna MICRO MOSQUITO, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź Zamawiającego 612:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian, zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 613 - Pakiet nr 124, poz. 7:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki szczęka 4,5 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź Zamawiającego 613:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian, zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 614 - Pakiet nr 124, poz. 8:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki nazwa własna MICRO MOSQUITO, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź Zamawiającego 614:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian, zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 615 - Pakiet nr 124, poz. 14:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki nazwa własna GROSS MAIER, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź Zamawiającego 615:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian, zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 616 - Pakiet nr 124, poz. 16:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki nazwa własna HALSTED MOSQUITO, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź Zamawiającego 616:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian, zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 617 - Pakiet nr 124, poz. 18:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, imadło dł. 120 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź Zamawiającego 617:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian, zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 618 - Pakiet nr 125, poz. 1:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki dł. 160 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź Zamawiającego 618:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian, zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 619 - Pakiet nr 125, poz. 5:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki dł. 140 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź Zamawiającego 619:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga nożyczek dł. 130mm, ponieważ narzędzie przeznaczone jest do procedur noworodkowych

**Pytanie Wykonawcy 620 - Pakiet nr 125, poz. 10 do poz. 12:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nóż dł. 225 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź Zamawiającego 620:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian, zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 621 - Pakiet nr 126, poz. 16:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, skalpel dł. 120 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź Zamawiającego 621:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian, zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 622 - Pakiet nr 130, poz. 4:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki śr. płaszczka 3,2 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź Zamawiającego 622:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ, ponieważ śr. płaszczka 3,2 mm jest zbyt delikatna.

**Pytanie Wykonawcy 623 - Pakiet nr 130, poz. 6:**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, optyka dł. 341 mm, lub 425 mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź Zamawiającego 623:**

Zamawiający dopuszcza, przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian, zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 624 - Pakiet nr 121, poz. 1:**

Prosimy o informację, czy pomiar saturacji jest w technologii Masimo LNCS?

**Odpowiedź Zamawiającego 624:**

Zamawiający informuje, że pomiar saturacji jest w technologii Masimo.

**Pytanie Wykonawcy 625 - Pakiet nr 83, poz. 1, 2, 4:**

Prosimy o wydzielenie pozycji 1, 2 i 4 do odrębnego pakietu, celem złożenia oferty bezpośrednio od producenta.

**Odpowiedź Zamawiającego 625:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 626 - Pakiet 15 pozycja 1.:**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z pakietu pozycji nr 1 i utworzenie z osobnego pakietu dla tej pozycji co pozwoli na złożenie korzystniejszej dla Zamawiającego oferty.

**Odpowiedź Zamawiającego 626:**

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 627 - Pytanie dotyczące reglamentacji dostawy towaru:**

Wnosimy o dodanie do projektu umowy dodatkowego postanowienia § ... ust. ... o następującej treści: „Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania *każdomiesięcznie nie więcej towaru aniżeli iloraz jego ilości wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta.*”

**UZASADNIENIE:** Pandemia COVID-19 - w zrozumiały sposób - doprowadziła do nadzwyczajnego, skokowego wzrostu popytu na wyroby medyczne służące jej zwalczaniu, w krótkim czasie prowadząc do wyczerpania – nie tylko posiadanych przez producentów zapasów tychże, lecz również zmniejszenia podaży materiałów niezbędnych do ich dalszej produkcji. Zjawiskom tym towarzyszyły równocześnie, wprowadzane przez kolejne państwa - ograniczenia w przemieszczaniu się i pracy oraz obostrzenia eksportowe dotyczące szerokiego asortymentu wyrobów, komponentów lub materiałów do ich wytwarzania - mające bezpośrednie i niebagatelne przełożenie na zdolności produkcyjne dotychczasowych dostawców wyrobów medycznych, a także trudności w realizacji usług transportowych. W rezultacie, tj. z powodu niedających się przewidzieć, zapobiec, ani przewyżyć przyczyn - dostępność wyrobów medycznych na światowych rynkach uległa radykalnemu ograniczeniu. Co istotne - z powodu dynamicznego charakteru pandemii, a także jej możliwych nawrotów, nie jest w tym momencie oszacowanie – na jak długo. W kontekście powyższego wprowadzenie do umowy wyżej wskazanego ograniczenia jest niezbędne dla

zagwarantowania wszystkim jednostkom odpowiedzialnym za ochronę zdrowia na terytorium RP - odpowiedniego dostępu do niezbędnych wyrobów medycznych."

Odpowiedź Zamawiającego 627:

Zamawiający nie wyraża zgody. Wprowadzenie powyższego zapisu w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na wyroby medyczne negatywnie wpływa na sytuację Zamawiającego.

**Pytanie Wykonawcy 628 - Pytanie dotyczące zmiany cen:**

„Wnosimy o dodanie do projektu umowy dodatkowego postanowienia § ... ust. ... o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” **UZASADNIENIE:** Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążony ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.”

Odpowiedź Zamawiającego 628:

Zamawiający nie wyraża zgody. Wprowadzenie powyższego zapisu powoduje przyjęcie przez Zamawiającego dodatkowego ryzyka w postaci wzrostu cen producenta lub kursu waluty, bez wskazania konkretnego mechanizmu waloryzacji.

**Pytanie Wykonawcy 629:**

Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar do 0,5 % - dot. par 6, pkt 1, a) oraz b).

Odpowiedź Zamawiającego 629:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 83.

**Pytanie Wykonawcy 630 - Pakiet 1 poz. 1:**

Prosimy o dopuszczenie fartucha foliowego z uchwytemi na kciuki, uniwersalnego (min.114,3 cm) w kolorze niebieskim.

Odpowiedź Zamawiającego 630:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 631 - Pakiet 1 poz. 2:**

Prosimy o dopuszczenie okrągłego czepka w kształcie beretu ściągniętego nieuciskającą gumką w rozmiarze  $\pm 53$  cm z włókniny polipropylenowej Spunbond o gramaturze max. 12 g/m<sup>2</sup>. Kolor zielony lub biały do wyboru. Pakowany po 100 szt. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem.

Odpowiedź Zamawiającego 631:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zaoferowany parametr nie spełnia oczekiwań Zamawiającego. Czepki o niskiej gramaturze łatwo ulegają rozdarciom w trakcie użytkowania co powoduje konieczność zużycia większej ilości.

**Pytanie Wykonawcy 632 - Pakiet 1 poz. 3:**

Prosimy o dopuszczenie czepka o kroju furażerki uniwersalnego, oddychającego z możliwością wywijania, wiązane na troki, część boczna wykonana z wzmocnionej włókniny absorpcyjnej pochłaniającej pot o gramaturze 47 g/m<sup>2</sup>, część górna przewiewna z polipropylenu SMS o gramaturze max. 10 g/m<sup>2</sup>. Zgodny z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem.

Odpowiedź Zamawiającego 632:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 633 - Pakiet 1 poz. 5:**

Prosimy o dopuszczenie rękawic foliowych w rozmiarze uniwersalnym

Odpowiedź Zamawiającego 633:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga pełnej rozmiarówki.

**Pytanie Wykonawcy 634 - Pakiet 1 poz. 6:**

Prosimy o dopuszczenie ochraniaczy na obuwie z włókniny sms, pakowanych po 300 sztuk

Odpowiedź Zamawiającego 634:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 635 - Pakiet 41 poz. 1:**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie igieł 0,6x32 i 0,7x32

Odpowiedź Zamawiającego 635:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 636 - Pakiet 41 poz. 4:**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie bezpiecznych igieł 0,3x12,5; 0,4x12,5; 0,4x16; 0,6x32 i 0,7x32

Odpowiedź Zamawiającego 636:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 637 - Pakiet 41 poz. 6:**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie Igiły j.u. do pobierania leków z fiolek, rozmiar 1,25x mm; 1,2x40 mm z otworem centralnym i ostrzem ściętym pod kątem 45°.

Odpowiedź Zamawiającego 637:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 638 - Pakiet 41 poz. 8:**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie igieł do penów w rozmiarach 0,23 x 4 mm; 0,25 x 5mm; 0,25 x 6mm; 0,25 x 8 mm; 0,3 x 8 mm i 0.33x 12,5 mm

Odpowiedź Zamawiającego 638:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 639 - Pakiet 41 poz. 13:**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zawór bezigłowy, o przepływie grawitacyjnym 525 ml/min (+25 ml), możliwość podłączenia u pacjenta przez 7 dni lub 100 aktywacji. Zastawka w postaci łatwej do skutecznej dezynfekcji jednoelementowej, jednolitej materiałowo silikonowej podzielnej membrany, jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki luer przy połączeniu z systemem dostępu naczyniowego, wnętrze pozbawione części mechanicznych, prosty tor przepływu. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chloheksydyną oraz lekami chemioterapeutycznymi. Przestrzeń martwa max. 0,01 ml, protektor męski umożliwiający podłączenie bez ryzyka skażenia wkłucia. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo.

Odpowiedź Zamawiającego 639:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zaoferowane przyrządy mają gorszy parametr przepływu grawitacyjnego od opisanego przez Zamawiającego.

**Pytanie Wykonawcy 640 - Pakiet 41 poz. 14, 15:**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek i butelek o różnych średnicach, umożliwiający wielokrotne aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego z kolcem standardowym. Filtr na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem. Objętość wypełnienia całego systemu- 0,35 ml. Czas stosowania 7 dni lub 140 aktywacji w zależności co nastąpi pierwsze, przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji. Konstrukcja wykluczająca kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu.

Odpowiedź Zamawiającego 640:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 641 - Pakiet 41 poz. 16:**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z podwójnym przedłużaczem o długości 15 cm, z dwoma zaciskami ślizgowymi. Zestaw o objętości wypełnienia 0,87 ml. Każdy z przedłużaczy zakończony zaworem bezigłowym. Zawór bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock, o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji (użyć), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa - max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Zawór o neutralnym ciśnieniu bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donacyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. Do oferty należy dołączyć badania in vitro potwierdzające mniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu do innych rozwiązań

Odpowiedź Zamawiającego 641:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zaoferowane przedłużacze nie są zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

**Pytanie Wykonawcy 642 - Pakiet 41 poz. 17:**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestaw przedłużający z dwoma bezigłowymi zaworami dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z podwójnym przedłużaczem o długości 10 cm, z dwoma zaciskami ślizgowymi, o objętości wypełnienia 0,35 ml, średnica drenu 1,2 mm. Dreny zakończone zaworami bezigłowymi kompatybilnymi z końcówką luer i luer lock, o przepływie min. 165 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez 700 aktywacji (użyć). Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiada przezroczystą obudowę, zawór w postaci bezbarwnej, jednoelementowej, silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa - max.0.04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Zawór o neutralnym ciśnieniu bez względu na sekwencję klemowania.

Odpowiedź Zamawiającego 642:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 643 - Pakiet 49 poz. 1:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie równoważnego zamiennika, do opisanego produktu, o poniższych parametrach: bezigłowy przyrząd, kompatybilny z wyrobem z poz. 2, służący do pobierania leku z fiolki a następnie przeniesienie tego leku do pojemnika lub w miejsce wkłucia ze strzykawką trzyczęściową luer lock w rozmiarze 50/60, 30, 20, 10, 5, 3 i 1 ml, bez możliwości rozłączenia łącznika od strzykawki, po akustycznym potwierdzeniu połączenia. Przyrząd po połączeniu z wyrobem z poz. 2 gwarantuje suche połączenia, dzięki elastomerowym membranom.

Odpowiedź Zamawiającego 643:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zamawiający pracuje na przetestowanym systemie Equshield, który całkowicie odpowiada jego potrzebom i oczekiwaniom.

**Pytanie Wykonawcy 644 - Pakiet 49 poz. 2:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie równoważnego zamiennika, do opisanego produktu, o poniższych parametrach: przyrząd z kodem ONB, kompatybilny z fiolką o rozmiarze 20, 13, 28 mm, w zależności od potrzeb Zamawiającego. Przyrząd gwarantuje suche połączenia dzięki elastomerowym membranom, toksyczne aerozole pochłaniane są do komory rozprężeniowej o objętości min. 20 ml.

Odpowiedź Zamawiającego 644:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zamawiający pracuje na przetestowanym systemie Equshield, który całkowicie odpowiada jego potrzebom i oczekiwaniom.

**Pytanie Wykonawcy 645 - Pakiet 49 poz. 3:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie równoważnego zamiennika, do opisanego produktu, o poniższych parametrach: Urządzenie umożliwiające dodanie roztworu leku do worka z płynem infuzyjnym. Służący do podawania leku bezpośrednio do worka z płynem infuzyjnym poprzez kompatybilne połączenie z urządzeniem do przenoszenia leku w strzykawce. Przyrząd umożliwia podłączenie standardowego zestawu infuzyjnego, jałowe, pakowane oddzielnie (pojedynczo).

Odpowiedź Zamawiającego 645:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zamawiający pracuje na przetestowanym systemie Equshield, który całkowicie odpowiada jego potrzebom i oczekiwaniom.

**Pytanie Wykonawcy 646 - Pakiet 49 poz. 4:**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie równoważnego zamiennika, do opisanego produktu, o poniższych parametrach: Urządzenie dostępne do worka, kompatybilny z urządzeniem na strzykawkę, działający w systemie elastomerowych membran gwarantujących suche połączenie, posiadający kod ONB nadany przez FDA.

Odpowiedź Zamawiającego 646:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zamawiający pracuje na przetestowanym systemie Equshield, który całkowicie odpowiada jego potrzebom i oczekiwaniom.

**Pytanie Wykonawcy 647 - Pakiet 60 poz. 1:**

Prosimy o dopuszczenie fartucha chirurgicznego z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m<sup>2</sup>, repelentnej dla alkoholi, z widocznym kodem kolorystycznym na fartuchu wskazującym na barierowość fartucha. Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości co najmniej w 2 miejscach. Parametry fartucha (obszar krytyczny i niekrytyczny): penetracja wody min. 46 cmH<sub>2</sub>O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 2,8. Dostępny w rozmiarach S/M- 2XLL.

Odpowiedź Zamawiającego 647:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zaproponowany produkt nie spełnia oczekiwań Zamawiającego. Krój prosty ogranicza swobodę ruchów.

**Pytanie Wykonawcy 648 - Pakiet 60 poz. 2:**

Prosimy o dopuszczenie wzmocnionego jałowego pełnobarierowego fartucha chirurgicznego z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m<sup>2</sup>, repelentnej dla alkoholi z widocznym kodem kolorystycznym na fartuchu i etykietce wskazującym na barierowość fartucha. Dodatkowo wzmocnionego bilaminatem: Folia polietylenowa + Spunbond w części przedniej i rękawach, gramatura w miejscu wzmocnienia min. 90 g/m<sup>2</sup>. Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości co najmniej w 2 miejscach. Parametry fartucha – obszar niekrytyczny: penetracja wody min. 46 cmH<sub>2</sub>O,

odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 2,8 – obszar krytyczny: penetracja wody – min. 175 cmH<sub>2</sub>O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – 6,0. Dostępny w rozmiarach S/M- 2XLL.  
Odpowiedź Zamawiającego 648:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ. Zaproponowany produkt nie spełnia oczekiwań Zamawiającego. Krój prosty ogranicza swobodę ruchów.

**Pytanie Wykonawcy 649 – pakiet nr 16, pozycja nr 15-22:**

(Pojemniki do transportu materiału chirurgicznego, (histopatologicznego) z przykrywką, szczelnie zamykane na wcisk lub wkręcane, odporne na formalinę, z wysokiej jakości polipropylenu- przezroczyste, umożliwiające sprawdzenie poziomu płynów w pojemniku bez konieczności otwierania pojemnika) z oznakowaniem dotyczącym substancji niebezpiecznej (roztwór formaldehydu), pojemniki posiadają etykietkę umożliwiającą opis: imię i nazwisko pacjenta, pesel pacjenta, nr badania, data pobrania.)

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji od 15 do 22 oddzielnego pakietu. Wydzielenie tych punktów zwiększy konkurencyjność pakietu – więcej wykonawców będzie mogło złożyć swoją ofertę.

Odpowiedź Zamawiającego 649:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 650 – pakiet nr 16, pozycja nr 21:**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik do transportu materiału chirurgicznego (histopatologicznego) o pojemności 2300 ml??

Odpowiedź Zamawiającego 650:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 651 - Pakiet 52, poz. 2:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych spodnich w systemie podwójnego zakładania o grubości na palcu i dłoni - 0,18 ± 0,02 mm, mankiecie – 0,15±0,02 mm, pozostałość zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego 651:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 652 - Pakiet 52, poz. 8:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych poliizoprenowych przebadanych na przenikanie min. 26 substancji cytostatycznych potwierdzonych raportem z badań jednostki niezależnej, pozostałość zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego 652:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 653 - Pakiet 20, poz. 15:**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczyć pincety bipolarnej o długości 185cm? Reszta specyfikacji zgodna z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego 653:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 654 - Pakiet 30, poz. 1:**

Czy zamawiający dopuści uchwyt monopolarny z elektrodą szpatułkową prostą z przyciskami cięcia /koagulacja, jednorazowy, sterylne, z kablem o długości 5m, z wtyczką kompatybilną z diatermią Valleylab,Erbe Vio300D,300s. Opakowanie jednostkowe nie posiada etykiety identyfikujące produkt, do wklejenia w dokumentację medyczną.

Odpowiedź Zamawiającego 654:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty na produkt, który posiada etykiety identyfikujące do wklejenia w dokumentację medyczną w chwili wystąpienia zdarzenia niepożądanego.

**Pytanie Wykonawcy 655 - Pakiet 71, poz. 16:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 71 pozycjach nr 16 zestawów zakończonych złączem EnFit do pompy Infinity bez przejściówki Transition- końcówki nie są częścią zestawu stanowią odrębną pozycję.

Odpowiedź Zamawiającego 655:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 656 - Pakiet 14, poz. 10:**


zwracam się do Państwa z prośbą o wyłączenie z Pakietu nr 14 części nr 10 "Maska chirurgiczna, wykonana z trzech warstw włókniny z wkładką modelującą na nos" tak aby stanowiła odrębną całość. Pozwoli nam to złożyć Państwu najatrakcyjniejszą ofertę cenową na ten produkt – bezpośrednio od producenta.

Odpowiedź Zamawiającego 656:

Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**Pytanie Wykonawcy 657 - Pakiet 96 - poz. 5:**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie uchwytu monopolarnego sterylnego, jednorazowego z dwoma przyciskami z kablem przyłączeniowym do diatermii firmy Erbe z igłą, oraz dopuści opakowanie 25szt. Dołączam zdjęcie uchwytu:



Odpowiedź Zamawiającego 657:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**II. MODYFIKACJA ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SIWZ - PAKIET 70**

W związku z modyfikacją posiadanego dyspensera Althea, Zamawiający dokonuje zmiany opisu asortymentu z poz. 1 pakiet nr 70 zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Z poważaniem,

ZASTĘPCA DYREKTORA  
DS. LECZNICTWA  
dr n. med. Beata Reszka

Otrzymali:

- 1) <http://zsm.com.pl/>
- 2) <https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl/>
- 3) a/a

Smigajewski  
Bojarski

Kierownik Apteki  
Zespół Szpitali Miejskich  
w Chorzowie  
mgr farm. Krzysztof Grzesik