



Chorzów, dnia 06.12.2018 r.

SP ZOZ ZSM/ZP/102.2/2018

SZANOWNI WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania przetargowego na „**Dostawa źródeł radioaktywnych**”
SP ZOZ/ZSM/ZP/102/2018 dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie.

Informujemy, że w trakcie przetargu na **Dostawa źródeł radioaktywnych** do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1: Dotyczy SIWZ, załącznik nr 2, pakiet nr 2:

Czy zamawiający dopuści do złożenia oferty na źródło kalibracyjne płaskie typu FeatherLite o wymiarach aktywnych Źródła 610 mm x 419 mm (24 in x 16,5 in)? Proszę jednocześnie o sprawdzenie przeliczenia cali na mm w Specyfikacji asortymentowo-cenowej pakiet 2. Wymiary podane w mm nie odpowiadają wymiarom podanym w calach.

Odp.:

Zamawiający dopuszcza i poprawia omyłkę w wymiarach źródła zgodnie z modyfikacją załącznika nr 2 do SIWZ w zakresie pakietu 2.

Pytanie nr 2: Dotyczy SIWZ punkt 12, ppkt 12.2 (OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY)

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie jakiego typu opakowanie jest wymagane do dostarczanego asortymentu. Czy jest tu mowa o opakowaniu typu mobilna walizka?

Odp.:

Treść punktu 12.2 SIWZ wskazuje, że cena oferty ma być ostateczna i uwzględniać wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca w związku z realizacją przedmiotu przetargu.

Pojemnik transportowy/osłonny źródła promieniotwórczego musi spełniać normy w zakresie ochrony radiologicznej i transportu materiałów niebezpiecznych (promieniotwórczych). A to uwzględnia producent źródła. Zamawiający pozostawia w dowolności Wykonawcy rodzaj pojemnika transportowego/osłonnego radioaktywnego źródła. Nie jest wymagane by był on w formie "mobilnej".

UWAGA

Zamawiający przesuwa termin składania ofert oraz wadium:

z 07.12.2018 r. godz. 10⁰⁰ na 11.12.2018 r. godz. 10⁰⁰

oraz przesuwa termin otwarcia ofert

z 07.12.2018 r. godz. 10³⁰ na 11.12.2018 r. godz. 10³⁰

Z poważaniem

- Otrzymali:
1) <http://zsm.com.pl/>
2) a/a

DYREKTOR
SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich

mgr Anna Knysok

AG