

Implanty piersi										
Opis przedmiotu zamówienia	j.m.	ilość	cena j. netto	Wartość netto [3]x[4]	VAT (%)	Wartość brutto [5]x[6]+[5]	Nazwa handlowa	Nr katalogowy produktu	Kraj pochodzenia produktu i nazwa producenta	Data wystawienia certyfikatu/ deklaracji zgodności/ atestu wraz z nadanym numerem ewidencyjnym
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]
1	Implanty anatomiczne do rekonstrukcji piersi po mastektomii	szt.	25	0,00 zł		0,00 zł				
2	Implanty okrągłe	szt.	25	0,00 zł		0,00 zł				
			RAZEM!	0,00 zł		0,00 zł				
1 Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy własnej produktu zamówienia stosowanej przez producenta/ wykonawcę zgodnie z fakturą										
2 W przypadku numeru katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie, które będzie występować na fakturze										
Parametry wymagane i pozostałe wymagania										
1	Implanty anatomiczne do rekonstrukcji piersi po mastektomii	produkt sterylny, do wyboru 2 rodzaje struktur powierzchni (mikroteksturowana lub teksturowana), do wyboru minimum 5 różnych profili, minimum 6 warstw zabezpieczających przed przenikaniem żelu do ciała pacjenta, zakres wielkości od 125cc +/- 5cc do 575cc +/- 5cc, wypełnione w 100% jednorodnym żelem z pamięcią kształtu lub dwom rodzajami żelu, produkt posiada certyfikat CE, gwarancja bezterminowa, gwarancja wymiany implantu przez 10lat od daty wszczęcia w przypadku wadliwego implantu, utraty integralności powłoki na skutek pęknięcia lub wystąpienia przykurczu torebki łącznej implantu (stopień III i IV w skali Bekera)								
2	implanty okrągłe	produkt sterylny, do wyboru minimum 3 rodzaje struktur powierzchni (gładka mikroteksturowana lub teksturowana), do wyboru minimum 5 różnych profili, minimum 6 warstw zabezpieczających przed przenikaniem żelu do ciała pacjenta, zakres wielkości od 115cc +/- 5cc do 650cc +/- 5cc, wypełnione w 100% jednorodnym żelem z pamięcią kształtu lub dwoma rodzajami żelu, posiada certyfikat CE, gwarancja bezterminowa, gwarancja wymiany implantu przez 10lat od daty wszczęcia w przypadku wadliwego implantu, utraty integralności powłoki na skutek pęknięcia lub wystąpienia przykurczu torebki łącznej implantu (stopień III i IV w skali Bekera)								