



SP ZOZ ZSM/ZP/105.3/2018

SZANOWNI WYKONAWCY

Dotyczy: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie” Numer postępowania: **SP ZOZ ZSM ZP/105/2018**.

Informujemy, że w trakcie przetargu na zadanie pt. „Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie” Numer postępowania: **SP ZOZ ZSM ZP/105/2018** do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1: Pakiet 8 – Lampa zabiegowa – 1 sztuka

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z czaszą w kształcie koła o zwartej budowie z jednym tzw. uchwytem brudnym tak jak ukazano na poniższym zdjęciu?



(zdjęcie poglądowe)

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2: Pakiet 8 – Lampa zabiegowa – 1 sztuka

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o współczynniku odwzorowania barw na poziomie $Ra \geq 94$?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3: Pakiet 8 – Lampa zabiegowa – 1 sztuka

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dotyczącego współczynnika oddawania barwy R13 (lp. 9)? Jest to parametr, który nie ma odniesienia do norm dotyczących lamp stosowanych w medycynie, w których odwzorowanie barw mierzy się uśredniając wartości R1 do R8. Ponadto współczynnik ten nie jest wymagany żadną normą dotyczącą oświetlenia medycznego.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4: Pakiet 8 – Lampa zabiegowa – 1 sztuka

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową o głębi ostrości L1+L2 na poziomie 97cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza zgodnie ze **zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ**.

Pytanie 5: Pakiet 8 – Lampa zabiegowa – 1 sztuka

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową z regulacją natężenia oświetlenia od 10% do 100% realizowaną w pięciu skokach?



Odp. Zamawiający dopuszcza zgodnie ze **zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.**

Pytanie 6: Pakiet 8 – Lampa zabiegowa – 1 sztuka

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę zabiegową wyposażoną w 30 diod LED – diody jednakowego koloru (biały) i jednakowej wielkości?

Odp. Zamawiający dopuszcza zgodnie ze **zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.**

Pytanie 7: Pakiet 8 – Lampa zabiegowa – 1 sztuka

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę zabiegową o średnicy kopuły wynoszącej 320mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza zgodnie ze **zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.**

Pytanie 8: Pakiet nr 6 – System nieinwazyjny do kontrolowanej hipotermii pacjenta – 1 szt. Dotyczy punktu 4

Czy zamawiający dopuści urządzenie gdzie minimalna temperatura wody wypływającej z urządzenia: 10 °C, maksymalna temperatura wody wypływającej z urządzenia: 44 °C?

Odp. Zamawiający dopuszcza zgodnie ze **zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.**

Pytanie 9: Pakiet nr 6 – System nieinwazyjny do kontrolowanej hipotermii pacjenta – 1 szt. Dotyczy punktu 6

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach : wysokość -89 cm z uchwytem i bez uchwytu, szerokość - 36 cm, głębokość - 47 cm?

Odp. Zamawiający dopuszcza zgodnie ze **zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.**

Pytanie 10: Pakiet nr 6 – System nieinwazyjny do kontrolowanej hipotermii pacjenta – 1 szt. Dotyczy punktu 7

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze max. 45 kg?

Odp. Zamawiający dopuszcza, jeżeli posiada podstawę jezdną.

Pytanie 11: Pakiet nr 6 – System nieinwazyjny do kontrolowanej hipotermii pacjenta – 1 szt. Dotyczy punktu 13

Czy Zamawiający dopuści archiwizację danych pochodzących z kardiomonitora oraz osobno z hipotermii? Jest możliwość wydrukowania parametrów życiowych bezpośrednio z kardiomonitora. Natomiast Hipotermia pozwala na archiwizującą danych z min. 10 ostatnich.

Wbudowany port USB umożliwi eksport danych na zewnętrzne urządzenie w celu ich archiwizacji i analizy lub wydrukowanie?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie 12: Pakiet nr 6 – System nieinwazyjny do kontrolowanej hipotermii pacjenta – 1 szt. Dotyczy punktu 14

Czy Zamawiający dopuści rozbudowę o moduł aEEG mierzący aktywność mózgu z dwóch lub czterech kanałów w urządzeniu zewnętrznym- kardiomonitor ?

Odp. Zamawiający dopuszcza zgodnie ze **zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.**

Pytanie 13: Pakiet nr 6 – System nieinwazyjny do kontrolowanej hipotermii pacjenta – 1 szt. Dotyczy punktu 16

Czy Zamawiający dopuści 4-częściowe okrycia termoregulacyjne jednorazowego użytku, naklejane na skórę, z możliwością pełnego dostępu do pacjenta?

Odp. Zamawiający dopuszcza zgodnie ze **zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.**

Pytanie 14: Pakiet nr 6 – System nieinwazyjny do kontrolowanej hipotermii pacjenta – 1 szt. Dotyczy punktu 19

Czy Zamawiający dopuści 6 szt. 4-częściowe okrycia termoregulacyjne jednorazowego użytku oraz , 6 szt. jednorazowych czujników temperatury wewnętrznej?



Odp. Zamawiający dopuszcza zgodnie ze **zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.**

Pytanie 15: Pytania dot. pakietu nr 1:

Pakiet złożony jest z kilku urządzeń różnego przeznaczenia, tj. - Kolumna zasilająca w układzie tandem, Centrala monitorująca (2 szt.) wraz z zestawem kardiomonitorów (8 szt.), urządzenie do pomiaru rzutu serca metodą niekalibrowaną (2 szt.), urządzenie EEG (1 szt.) oraz respiratory (8 szt., w tym 4 szt. z wentylacją proporcjonalną PAV).

Jako potencjalny dostawca i producent kolumn zasilających nie jesteśmy w stanie złożyć oferty w ramach pakietu nr 1 ze względu na pozostałe elementy pakietu.

W świetle Dyrektywy klasycznej 2014/24/UE oraz treści znowelizowanego art. 96 ust. 1 pkt 11 PZP Zamawiający nie może ograniczać zasady uczciwej konkurencji. Urząd Zamówień Publicznych przyjął interpretację, że swoboda Zamawiającego w zakresie podziału zamówienia na części lub braku takiego podziału jest ograniczona. UZP podkreślił, że wprawdzie Zamawiający podejmuje decyzję o podziale w zależności od swoich potrzeb, jednak musi kierować się także zasadą zachowania uczciwej konkurencji. Zatem zdaniem UZP brak podziału zamówienia na części, jeśli będzie skutkował brakiem możliwości ubiegania się mniejszych podmiotów o zamówienia, stanowi naruszenie ustawy PZP. W przypadku pakietu nr 1 występuje opisana okoliczność, tj. nie mamy możliwości jako potencjalny dostawca kolumn zasilających złożyć oferty w tym postępowaniu. Prosimy zatem Zamawiającego o podział pakietu nr 1 na części.

Odp. Zgodnie z SIWZ. Podział tego pakietu na części nie jest możliwy z uwagi na zamiar pozyskania pełnej spójności mocowań poszczególnych urządzeń oraz ich całkowitą kompatybilność względem siebie.

Pytanie 16: dotyczy części nr 4:

Czy Zamawiający dopuści aparat do ogrzewania pacjenta o parametrach różniących się względem SIWZ:

- możliwość zamocowania do pionowych rur i uchwytów (stojak do kroplówek, łóżko pacjenta)
 - system filtracji 0,2 µm
 - 4 zakresy temperatury: temperatura otoczenia, $36^{\circ} \pm 1^{\circ}C$, $40^{\circ} \pm 1^{\circ}C$, $44^{\circ} \pm 1^{\circ}C$
 - prędkość przepływu powietrza 8,4-12,7m/sec
 - waga urządzenia 6,8 kg bez podstawy jezdnej
 - brak licznika przepracowanych godzin, przeglądy wykonywane w stałych odstępach czasu
 - wyświetlacz LED z możliwością wyświetlania temperatury powietrza wpływającej z przewodu grzewczego;
- w proponowanym rozwiązaniu czujnik temperatury umieszczony jest na końcu rury transmisyjnej a więc monitorowana jest wysokość temperatury wpływającej do kołderki grzewczej
- w ofercie 16 rodzajów kołderek grzewczych przystosowanych do urządzenia dostosowane do różnego rodzaju potrzeb, w których ciepłe powietrze rozprowadzane jest równomiernie poprzez podłużnie ułożone kanały tubowe, na których spodniej stronie znajdują się otworki wylotowe. Konstrukcja kocyka pozwala na równomierne oddawanie ciepła pacjentowi dzięki unikatowemu rozmieszczeniu otworów
 - przewód zasilający 3,5m

Odp. Zamawiający nie dopuszcza. Wymaga m. in. 5 zakresów temperatur oraz własną podstawę jezdną.

Pytanie 17:Dotyczy pakietu nr 8 - lampa zabiegowa 1 sztuka (załącznik nr 2 do SIWZ):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o kształcie zaokrąglonym jak na poniższej wizualizacji? Oferowana lampa nie posiada dodatkowego uchwytu przy kopule do pozycjonowania. Do precyzyjnego ustawienia lampy służy uchwyt sterylny umieszczony centralnie w czaszy. - dotyczy l.p. nr 3-4





Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy o kształcie zaokrąglonym natomiast uchwyt do pozycjonowania lampy musi być umiejscowiony na krawędzi czaszy.

Pytanie 18: Dotyczy pakietu nr 8 – lampa zabiegowa 1 sztuka (załącznik nr 2 do SIWZ):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o natężeniu 60 000lux? – dotyczy l.p. 6

Odp. Zamawiający dopuszcza zgodnie ze **zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.**

Pytanie 19: Dotyczy pakietu nr 8 – lampa zabiegowa 1 sztuka (załącznik nr 2 do SIWZ):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o współczynniku R9= 93 – dotyczy l.p. 9

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 20: Dotyczy pakietu nr 8 – lampa zabiegowa 1 sztuka (załącznik nr 2 do SIWZ):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o średnicy pola 240mm? – dotyczy l.p. 11

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 21: Dotyczy pakietu nr 8 – lampa zabiegowa 1 sztuka (załącznik nr 2 do SIWZ):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o regulacji natężenia w zakresie 5-100% realizowanego elektronicznie w 7 krokach? – dotyczy l.p. 14

Odp. Zamawiający dopuszcza zgodnie ze **zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.**

Pytanie 22: Dotyczy pakietu nr 8 – lampa zabiegowa 1 sztuka (załącznik nr 2 do SIWZ):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy z ilością diod 36? – dotyczy l.p. 16

Odp. Zamawiający dopuszcza zgodnie ze **zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.**

Pytanie 23: Dotyczy pakietu nr 8 – lampa zabiegowa 1 sztuka (załącznik nr 2 do SIWZ):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o średnicy kopuły 350mm – dotyczy l.p. 17

Odp. Zamawiający dopuszcza zgodnie ze **zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.**

Pytanie 24: Wzór umowy, par. 8

W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/podjęciu działań serwisowych oraz 10% w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 25: Wzór umowy, par. 6 ust. 7

Czy Zamawiający uznaje za reakcję serwisową zdalną diagnostykę/naprawę wykonaną za pomocą połączenia serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej lub poprzez rozmowę telefoniczną?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie 26: Wzór umowy § 6 ust. 12:

Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 48 godzin. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 3 dni roboczych z w przypadku braku konieczności wymiany części oraz do 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych?

Odp. Zamawiający modyfikuje §6 ust. 12 zgodnie z poniższym:



„Naprawa powinna być wykonana w terminie 3 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, a w przypadku, gdy naprawa wymaga sprowadzenia nowych elementów w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.”

Pytanie 27 Wzór umowy § 6 ust. 7:

Czy Zamawiający dopuści zmianę brzmienia tego punktu na następujący: "Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sprzęt zastępczy, o parametrach technicznych nie gorszych niż wymieniany sprzęt, na czas naprawy, jeśli czas naprawy przekracza czas określony w umowie/SIWZ"?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 28 Dotyczy Pakiet nr 1 załącznik nr 2 do SIWZ; RESPIRATOR typ II – 4 szt.

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie respiratorów typu II do osobnego pakietu? Umożliwi to złożenie konkurencyjnej oferty

Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 15.

Pytanie 29 Dotyczy Pakiet nr 1 załącznik nr 2 do SIWZ; RESPIRATOR typ II – 4 szt.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie po demonstracyjne wyprodukowane 2017 roku?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 30 Dotyczy Pakiet nr 1 załącznik nr 2 do SIWZ; RESPIRATOR typ II – 4 szt.

Pkt. 8 Czy Zamawiający dopuści respirator umożliwiający pracę na zasilaniu akumulatorowym przez czas do 85 minut bez możliwości użycia dodatkowego akumulatora i jego wymiany?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 31 Dotyczy Pakiet nr 1 załącznik nr 2 do SIWZ; RESPIRATOR typ II – 4 szt.

Pkt. 22 Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator bez opisanych w tym punkcie technologii charakterystycznych dla tylko dwóch producentów ale z inną formą automatycznego odzwyczajania pacjenta od wentylacji mechanicznej czyli z automatyczną funkcją SBT? Jest to użyteczna funkcja umożliwiająca kontrole wentylacji pacjenta w zależności od jego stanu, tj jeśli pacjent oddycha samodzielnie respirator w wspiera go w próbach i kontroluje osiągnięte parametry jak np. wentylacje minutową wydechowa niską i wysoka, ilość oddechów, czas trwania próba a jeśli stan pacjenta się pogorszy respirator rozpoczyna wentylację określoną przez Użytkownika.

Dopuszczenie kolejnej technologii umożliwi nam zaproponowanie Państwu wysokiej jakości sprzętu.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 32 Dotyczy Pakiet nr 1 załącznik nr 2 do SIWZ; RESPIRATOR typ II – 4 szt.

Pkt. 28 Czy Zamawiający dopuści respirator umożliwiający regulację czasu wdechu od 0,25 do 12 sekund

Odp. Zamawiający dopuszcza zgodnie ze **zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.**

Pytanie 33 Dotyczy Pakiet nr 1 załącznik nr 2 do SIWZ; RESPIRATOR typ II – 4 szt.

Pkt. 32 Czy Zamawiający dopuści ciśnienie PEEP/CAPA w zakresie: wyłączony, 1-50 cmH2O?

Odp. Zamawiający dopuszcza zgodnie ze **zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.**

Pytanie 34 Dotyczy Pakiet nr 1 załącznik nr 2 do SIWZ; RESPIRATOR typ II – 4 szt.

Pkt. 33 Czy Zamawiający zaakceptuje skokowo regulowany czas narastania?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 35 Dotyczy Pakiet nr 1 załącznik nr 2 do SIWZ; RESPIRATOR typ II – 4 szt.

Pkt. 35, 36: Czy Zamawiający dopuści do przetargu respirator z regulacją czułości przepływowej w zakresie 1 do 9 l/min wraz z możliwością regulacji czułości ciśnieniowej w zakresie 0,25 do 10 cmH2O?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.



Pytanie 36 Dotyczy Pakiet nr 1 załącznik nr 2 do SIWZ; RESPIRATOR typ II – 4 szt.

Pkt. 38 Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które nie wymaga sterylizacji czujników pomiarowych pomiędzy pacjentami w przypadku zastosowania specjalnego filtra na zastawce wdechowej, natomiast wymaga sterylizacji w przypadku, gdy taki filtr nie jest wykorzystywany?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 37 Dotyczy Pakiet nr 1 załącznik nr 2 do SIWZ; RESPIRATOR typ II – 4 szt.

Pkt. 55 Czy Zamawiający w ramach akceptacji równoważnego rozwiązania dopuści pomiar obrazujący procent przecieku w układzie pacjenta? Przeciek w % wskazuje wielkość przecieku z poprzedniego oddechu i jest skalkulowany na podstawie rzeczywistych wdechowych i wydechowych objętości oddechowych, który można obserwować także przy włączonej kompensacji przecieku. Możliwe jest obrazowanie objętości przecieku podczas testu urządzenia.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 38 Dotyczy Pakiet nr 1 załącznik nr 2 do SIWZ; RESPIRATOR typ II – 4 szt.

Pkt. 56: Czy Zamawiający w ramach promowania nowoczesnych technologii, w zamian za brak pomiaru z tego punktu, dopuści możliwość rozbudowy o pomiar kalorymetrii pośredniej z wizualizacją pomiarów na ekranie respiratora oraz obsługą pomiaru z menu respiratora?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 39 Dotyczy Pakiet nr 1 załącznik nr 2 do SIWZ; RESPIRATOR typ II – 4 szt.

Pkt. 61 Czy Zamawiający dopuści w zamian za dodatkowy monitor funkcję umożliwiającą zamrożenie krzywych np. w sytuacji alarmowej z zapisem 15 sekund danych krzywych, a więc nie tylko sytuacja alarmowa ale zapisana ale także okres tuż przed wystąpieniem sytuacji alarmowej. Całość zapisu można analizować za pomocą kursorów a także wartości numerycznych zmierzonych danych. Dodatkowy monitor respiratora jest oferowany tylko przez jedną firmę na rynku, co uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 40 Dotyczy Pakiet nr 1 załącznik nr 2 do SIWZ; RESPIRATOR typ II – 4 szt.

Pkt. 80 Czy Zamawiający dopuści respirator bez tej funkcji?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 41 Dotyczy Pakiet nr 1 załącznik nr 2 do SIWZ; RESPIRATOR typ II – 4 szt.

Pkt. 81 Czy Zamawiający dopuści respirator umożliwiający kształtowanie krzywej przepływu za pomocą odpowiednich nastaw parametrów wentylacji? Oferowany respirator wyposażony jest także w przydaną funkcję o której mówią najnowsze rekomendacje: bezpośredniego pomiaru ciśnienia w tchawicy za pomocą cewnika w niej umieszczonego. W przyszłości za pomocą odpowiedniego cewnika będzie można realizować także pomiar ciśnienia w przełyku.

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pytanie 42 Dotyczy Pakiet nr 1 załącznik nr 2 do SIWZ; RESPIRATOR typ II – 4 szt.

Pkt. 89 Czy Zamawiający dopuści respirator, którego konstrukcja nie wymaga wykorzystywania wydechowych filtrów? Jest to rozwiązanie konstrukcyjne i nie ma ono wpływu na wartość kliniczną oferowanego urządzenia, natomiast pozytywna odpowiedź na to pytanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 43 Dotyczy : Pakiet 8 – Lampa zabiegowa – 1 szt.

(lp. 5) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę zabiegową z włącznikiem/wyłącznikiem lampy umieszczonym przy czaszy na ramieniu lampy oraz z ergonomicznym panelem do sterowania natężeniem oświetlenia umieszczonym na ramieniu przy uchwycie pozycjonującym?

Odp. Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.



Pytanie 44 Dotyczy : Pakiet 8 – Lampa zabiegowa – 1 szt.

(Lp. 6) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę zabiegową o natężeniu 60.000 luksów w odległości 1 m? Natężenia na poziome 60.000 luxów jest wystarczające do przeprowadzania każdego zabiegu

Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 18.

Pytanie 45 Dotyczy : Pakiet 8 – Lampa zabiegowa – 1 szt.

Lp. 14) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę zabiegową z płynną regulacją natężenia w zakresie 45-100%? Taka regulacja pozwala na dostosowanie natężenia światła do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 46 Dotyczy : Pakiet 8 – Lampa zabiegowa – 1 szt.

(Lp. 17) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy lampę zabiegową o średnicy kopuły 308 mm? Parametr ten minimalnie różni się od opisanego w specyfikacji i nie ma wpływu na użytkowanie produktu.

Odp. Zamawiający dopuszcza zgodnie ze **zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.**

Pytanie 47 Dotyczy : Pakiet 8 – Lampa zabiegowa – 1 szt.

Czy Zamawiający będzie oczekiwał aby źródło światła lampy było osłonięte łatwą do czyszczenia jednorodną osłoną odporną na zarysowania wykonaną ze szkła bezpiecznego gwarantującą idealną przezroczystość przez cały okres użytkowania?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 48 Dotyczy : Pakiet 8 – Lampa zabiegowa – 1 szt.

Czy Zamawiający będzie oczekiwał lampy emitującej homogenne światło dzięki zastosowaniu technologii odbłyśników? Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania moduły składające się z reflektorów odbijających padające na nie światło diod gwarantują wysoką jednolitość światła.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 49 Pakiet 4 Pkt. 2

Prosimy o odstąpienie od wymogu zaczepu, w przypadku zaferowania przewodu wzmocnionego drutem, zabezpieczającym przed zaginaniem

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 50 Pakiet 4 Pkt. 5

Prosimy o odstąpienie od wymogu podstawy jezdnej, w przypadku zaferowania urządzenia przeznaczonego do montażu na stojaku do kroplówek

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 51 Pakiet 4 Pkt. 7

Prosimy o dopuszczenie filtra Hepa 0,2 micronów o efektywności 99,97%

Odp. Zamawiający dopuszcza zgodnie ze **zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.**

Pytanie 52 Pakiet 4 Pkt. 8

Prosimy o dopuszczenie 4 zakresów regulacji temperatury 32°C / 38°C / 43°C / temperatura pokojowa i 2-stopniowej regulacji prędkości przepływu powietrza

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 53 Pakiet 4 Pkt. 9

Prosimy o dopuszczenie dwóch zakresów regulacji przepływu powietrza wysoki około 1275 l/min i niski około 793 l/min

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.



Pytanie 71 Dotyczy zapisów SIWZ oraz wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy do 7 dni jeżeli naprawa nie będzie wymagać sprowadzania części zamiennych z zagranicy i 14 dni jeżeli zaistnieje taka konieczność.

Należy zwrócić uwagę, iż na czynności serwisowe składają się: dojazd serwisu, diagnoza usterki, naprawa lub wymiana części. W przypadku każdej z usterek, termin wymagany przez zamawiającego jest niemożliwy do dotrzymania. Ponadto w przypadku braku części w magazynie, lub też elementów potrzebnych w celu dokonania naprawy urządzenia zachodzi konieczność sprowadzenia ich spoza granic Polski.

Odp. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 26.

Z poważaniem,

DYREKTOR
SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich
mgr Anna Knysok

Otrzymali:

- 1) <http://zsm.com.pl/>
- 2) a/a