



Pytanie 54 Pakiet 4 Pkt. 12

dopuszczenie licznika przepracowanych godzin wskazującego konieczność wymiany filtra (wskaźnik diodowy)

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 55 Pakiet 4 Pkt. 15

Prosimy o odstąpienie od wymogu kołdry sterylnej i dopuszczenie wersji mikrobiologicznie czystej

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 56 Pakiet 4 Pkt. 7

Prosimy o dopuszczenie urządzenia wyposażonego w filtr wysokiej czułości dla cząstek 0,2 mikrona wg MERV14.

Odp. Zamawiający dopuszcza zgodnie ze **zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.**

Pytanie 57 Pakiet 4 Pkt. 8

Prosimy o dopuszczenie urządzenia oferującego 4 zakresy temperatur: temperatura otoczenia, 32°C, 38°C, 43°C oraz 2 prędkości przepływu powietrza co gwarantuje szybkie dojście do zadanej temperatury oraz efektywne ogrzewanie pacjenta potwierdzone badaniami klinicznymi.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 58 Pakiet 4 Pkt. 9

Prosimy o dopuszczenie urządzenia o przepływie powietrza 1380 l/min

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 59 Pakiet 4 Pkt. 11

Prosimy o dopuszczenie ergonomicznego urządzenia o wadze 7,3 kg.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 60 Pakiet 4 Pkt. 12

Prosimy o dopuszczenie urządzenia z licznikiem przepracowanych godzin i wymianą filtra co 500 godzin pracy lub 1 raz w ciągu roku.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 61 Pakiet 4 Pkt. 16

Prosimy o dopuszczenie kocy grzewczych wykonanych z polipropylenu - włókninowych lub włókninowo-foliowych z równomierną perforacją dla efektywnej transmisji ciepła, bez lateksu, przepuszczalne dla promieni rtg.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 62 Pakiet 4

Czy Zamawiający oczekuje możliwości ogrzewania płynów infuzyjnych przez oferowane urządzenie jednocześnie z ogrzewaniem pacjenta?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 63 Dotyczy przedmiotu zamówienia

Dot. Pkt. 4. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania czesze w kształcie wpisanej w koło o zwartej budowie bez relingów okalających czaszę?

Odp. Zamawiający dopuszcza zgodnie z **modyfikacją załącznika nr 2 do SIWZ.**

Pytanie 64 Dotyczy przedmiotu zamówienia

Dot. Pkt. 5. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania obok uchwytu do pozycjonowania lampy panel do regulacji natężenia lampy, włączania i wyłączania?



Odp. Zamawiający dopuszcza zgodnie z **modyfikacją załącznika nr 2 do SIWZ.**

Pytanie 65 Dotyczy przedmiotu zamówienia

Dot. Pkt. 7. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania temperaturę barwową 4350K, najbardziej zbliżoną do światła dziennego?

Odp. Zamawiający dopuszcza zgodnie z **modyfikacją załącznika nr 2 do SIWZ.**

Pytanie 66 Dotyczy przedmiotu zamówienia

Dot. Pkt. 14. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania regulację natężenia oświetlenia od 10% do 100% realizowaną w pięciu skokach?

Odp. Zamawiający dopuszcza zgodnie z **modyfikacją załącznika nr 2 do SIWZ.**

Pytanie 67 Dotyczy przedmiotu zamówienia

Dot. Pkt. 6 i 16. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania liczbę diod w kopule 6 szt. zachowując przy tym samym natężenie oświetlenia w odległości 1 m: 70 000 luksów?

Odp. Zamawiający dopuszcza zgodnie z **modyfikacją załącznika nr 2 do SIWZ.**

Pytanie 68 Dotyczy przedmiotu zamówienia

Dot. Pkt. 17. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę o wymiarach kopuły 230mm x 330mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza zgodnie z **modyfikacją załącznika nr 2 do SIWZ.**

Pytanie 69 Dotyczy zapisów SIWZ oraz wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §8 ust. 1 a-c) wzoru umowy w następujący sposób:

„Wykonawca płaci Kupującemu kary umowne:

- a) za zwłokę w dostawie towaru w terminie określonym w umowie lub zamówieniu, powstałą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,4% wartości brutto partii towaru nie dostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
- b) za zwłokę w usunięciu wad, w wysokości 0,4% wartości brutto towaru nie dostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, „
- c) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad w okresie gwarancji lub rękojmi, w wysokości 0,4% wartości brutto towaru uszkodzonego, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, „

Odp. Zamawiający modyfikuje §8 ust. 1 a-c) zgodnie z poniższym:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- a) za zwłokę w dostawie i uruchomieniu przedmiotu umowy **w terminie określonym w umowie lub zamówieniu**, powstałą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,4% **wartości brutto partii towaru nie dostarczonego w terminie** za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
- b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 0,4% **wartości brutto towaru nie dostarczonego w terminie**, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
- c) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad w okresie gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,4% **wartości brutto towaru uszkodzonego, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki**. Dostarczenie przez Wykonawcę na własny koszt sprzętu zastępczego spowoduje zaniechanie naliczania kar umownych,

Pytanie 70 Dotyczy zapisów SIWZ oraz wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego w przypadku naprawy wydłużającej się ponad wyznaczony termin?

Obowiązek taki ciążyący na wykonawcy powoduje, iż zobowiązany jest on do posiadania na stanie dodatkowego egzemplarza sprzętu będącego przedmiotem umowy a jego koszty uwzględnić w cenie oferty. Rezygnacja z tego zapisu pozwoli wykonawcy przedstawić ofertę najkorzystniejszą pod względem finansowym.

Odp. Zgodnie z SIWZ.