



CERTYFIKAT

ISO 9001:2008



**SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH**

ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów

tel. (032) 3499115, faks (032) 2413952

NIP: 627-19-23-530 REGON: 271503410

**Dział Zamówień Publicznych**

tel. (032) 3499-298, faks (032) 3499-299

po godz. 15<sup>00</sup> faks (032) 3499119

e-mail: [zp@zsm.com.pl](mailto:zp@zsm.com.pl), <http://www.zsm.com.pl>

SP ZOZ ZSM /ZP/230/35.5/2014

Chorzów, dnia 29.10.2014r.

**Szanowni Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej w złotych równowartość kwoty 207 000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: **„Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dla SPZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na części”**.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający uszczegółowia opis przedmiotu zamówienia w zakresie **części zamówienia nr 5.26 – „Zestaw opasek do leczenia ostrych krwawień z żyłaków przełyku oraz planowej eradykacji żyłaków”** poprzez dodanie wyrazów: jednorazowego użytku.

Dotychczasowy opis:

„Zestaw zawierający 6 opasek, przedostatnia z nich powinna być w innym kolorze niż pozostałe, nasadka przezroczysta pasująca do endoskopów Model GIF -Q165 firmy Olympus, średnica zewnętrzna zgłębnika 9,2 mm i średnica wewnętrzna kanału - 2,8 mm.

Wymagane jest ściśle przyleganie nasadki do końcówki endoskopu oraz wskazany odpowiednio wyczuwalny charakterystyczny moment zwolnienia opaski podczas zrzucania jej na wessany do nasadki żyłak.”

Opis zmieniony, aktualny:

„Zestaw jednorazowego użytku zawierający 6 opasek, przedostatnia z nich powinna być w innym kolorze niż pozostałe, nasadka przezroczysta pasująca do endoskopów Model GIF - Q165 firmy Olympus, średnica zewnętrzna zgłębnika 9,2 mm i średnica wewnętrzna kanału - 2,8 mm.

Wymagane jest ściśle przyleganie nasadki do końcówki endoskopu oraz wskazany odpowiednio wyczuwalny charakterystyczny moment zwolnienia opaski podczas zrzucania jej na wessany do nasadki żyłak.”

Zamawiający prosi Wykonawców składających oferty w zakresie części zamówienia nr 5.26 – „Zestaw opasek do leczenia ostrych krwawień z żyłaków przełyku oraz planowej eradykacji żyłaków” o uwzględnienie powyższego w ofercie przetargowej i dokonanie stosownej zmiany w formularzu cenowym (załącznik nr 6 do SIWZ).