



Chorzów, dnia 11.07.2018 r.

SP ZOZ ZSM/ZP/ 58.1 /2018

Dotyczy: „Zakup i dostawa diatermii chirurgicznej dla Bloku Operacyjnego Chirurgii Ogólnej SP ZOZ Szpitali Miejskich” SP ZOZ ZSM/ZP/58/2018.

SZANOWNI WYKONAWCY

Informujemy, że w trakcie przetargu na **„Zakup i dostawa diatermii chirurgicznej dla Bloku Operacyjnego Chirurgii Ogólnej SP ZOZ Szpitali Miejskich” SP ZOZ ZSM/ZP/58/2018** do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia punkt 2

Czy Zamawiający dopuści diatermię posiadającą możliwość rozbudowy o kolejną przystawkę tego samego producenta lub innych producentów, umożliwiającą wykonywanie zabiegów za pomocą jałowego płynu podawanego pod wcześniej ustawionym ciśnieniem. Przystawka posiada możliwość umieszczenia na jednym wózku z diatermią oraz podłączenia końcówek do preparowania jałowym strumieniem wody i prądem.

ODP: Tak, zamawiający dopuszcza poniższe rozwiązanie, pod warunkiem że zaproponowana przystawka będzie posiadała możliwość podpięcia instrumentu, który oprócz selektywnej preparacji za pomocą strumienia cieczy pod wymaganym ciśnieniem, będzie posiadał możliwość odsysania płynu oraz koagulacji z jednego instrumentu, a przystawkę będzie można połączyć w jeden zestaw z dostarczoną diatermią.

Pytanie 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia punkt 3

Czy Zamawiający dopuści diatermię posiadającą wielokolorowy, czytelny ekran dotykowy obrazujący parametry urządzenia, służący do komunikacji aparat-użytkownik, wielkość wyświetlacza 9" ?

ODP: TAK, zamawiający dopuszcza

Pytanie 3 do Opisu Przedmiotu Zamówienia punkt 5

Wykonawca prosi o dopuszczenie rozwiązania, w którym możliwe jest tworzenie co najmniej 400 programów zapisanych pod nazwą procedury lub nazwiskiem lekarza w języku polskim, z których to najczęściej używane mogą być przeniesione do menu „ULUBIONE”, łatwo dostępne bezpośrednio z pulpitu . Wybrane przez lekarza programy mogą także zostać skopiowane na pamięć zewnętrzną i w dowolnym momencie niezależnie wczytane do urządzenia.

ODP: Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 4. do Opisu Przedmiotu Zamówienia punkt 7

Czy Zamawiający dopuści diatermię wyposażoną w system gniazd mono i bipolarnych umożliwiających jednoczesne podłączenie 5 narzędzi



(2 monopolarne i 3 bipolarne), w tym narzędzia do zamykania „dużych naczyń”

- monopolarne – 2szt.
- bipolarne – 2szt.
- elektrody neutralnej - 1szt.

ODP: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5. do Opisu Przedmiotu Zamówienia punkt 8

Czy Zamawiający dopuści diatermię wyposażoną w 2 uniwersalne gniazda bipolarne z możliwością podłączenia kabli z wtykiem typu- 2 Pin w rozstawie 28mm, wtykiem typu- 3 pin oraz kabli z wtykiem 1 Pin 8/4mm (ERBE)?

ODP: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6. do Opisu Przedmiotu Zamówienia punkt 10

Czy Zamawiający dopuści diatermię wyposażoną w system gniazd mono i bipolarnych umożliwiających jednoczesne podłączenie 5 narzędzi

(2 monopolarne i 3 bipolarne), w tym narzędzia do zamykania „dużych naczyń”.

- monopolarne – 2szt.
- bipolarne – 2szt

ODP: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7. do Opisu Przedmiotu Zamówienia punkt 11

Czy Zamawiający dopuści diatermię wyposażoną w gniazdo neutralne , które pozwala na podłączenie wtyczki płaszej z 2 bolcami (standard Valleylab) ?

ODP: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 8. Pytanie 8 do Opisu Przedmiotu Zamówienia punkt 12

Czy Zamawiający dopuści diatermię z możliwością wymiany gniazd przyłączeniowych (zmiana konfiguracji gniazd).

Wykonawca zwraca uwagę, że z uwagi na to , że diatermia pracuje w zakresach wysokich częstotliwości i wysokich napięć wymiana taka ze względu na bezpieczeństwo pracy aparatu oraz gwarancję prawidłowości wykonania takiej wymiany powinna być wykonana przez wykwalifikowaną , uprawnioną do takich czynności osobę , najlepiej przez autoryzowanego serwisanta.

ODP: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia punkt 16

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania diatermię, w której moc wyjściowa dla cięcia bipolarnego regulowana jest do 250W ?

Wykonawca uważa, że wartość oferowanego przez niego parametru jest lepsza od opisanego przez Zamawiającego ponieważ nowoczesne rozwiązania technologiczne zastosowane w diatermii, którą ma zamiar zaoferować Wykonawca pozwalają na skuteczne realizowanie



procedur chirurgicznych z zastosowaniem cięcia bipolarnego także realizowanego w środowisku płynnym przy niższej mocy niż niektóre diatermie konkurencji.

ODP: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 10 do Opisu Przedmiotu Zamówienia punkt 17

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania diatermii z możliwością wyboru trybu cięcia dla trybu monopolarnego – co najmniej 3 rodzaje: standard, mikro, suche, laparoscopia ...?

ODP: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 11 do Opisu Przedmiotu Zamówienia punkt 18

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania diatermii z możliwością wyboru trybu cięcia dla trybu bipolarnego – co najmniej 2 rodzaje: delikatny i intensywny?

ODP: TAK, zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 SIWZ

Pytanie 12 do Opisu Przedmiotu Zamówienia punkt 22

Czy Zamawiający dopuści diatermię w której, moc wyjściowa maksymalna do koagulacji bipolarnej i monopolarnej w trybach standardowych nie mniejsza niż 120 W.

W trybach specjalnych:

- monopolarne:

- forsowna nietnąca - 80W
- tryby kardio - 60W
- gastro cut - 50W

- bipolarne:

- mikro - 40W

ODP: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 13 do Opisu Przedmiotu Zamówienia punkt 25

Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana diatermia miała możliwość jednoczesowej koagulacji przy użyciu dwóch instrumentów monopolarnych lub bipolarnych, w trybie koagulacji bipolarnej parametry pracy podłączonych instrumentów regulowane niezależnie.

ODP: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie 14 do Opisu Przedmiotu Zamówienia punkt 27

Czy Zamawiający dopuści diatermię z możliwością pracy z funkcją automatycznej dezaktywacji tzw. Auto Stop (po skutecznym skoagulowaniu tkanki) dla koagulacji bipolarnej?

ODP: TAK, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 15 do Opisu Przedmiotu Zamówienia punkt 31

Czy Zamawiający dopuści diatermię z możliwością wyboru sposobu aktywacji funkcji bipolarnego zamykania dużych naczyń przez wybrany włącznik nożny lub przycisk aktywacyjny na instrumencie.



Wykonawca uważa, że stosowanie funkcji „Auto Start” w aktywacji procedury zamykania dużych naczyń stwarza ryzyko przedwczesnej (jeszcze przed dokładnym spozycjonowaniem i zamknięciem narzędzia w szczególności laparoskopowego) aktywacji, tym samym stwarza ryzyko niekontrolowanej koagulacji.

ODP: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 16 do Opisu Przedmiotu Zamówienia punkt 32 i 33

Czy Zamawiający dopuści diatermię w której program do urologicznej elektroresekcji bipolarnej w soli fizjologicznej oparty na dostarczaniu prądu w.cz. o wartości regulowanej automatycznie w zakresie do:

- resekcja bipolarna cięcie regulowana automatycznie do 350W z funkcją nacinania 860W
- resekcja bipolarna koagulacja regulowana automatycznie do 350W
- waporyzacja bipolarna koagulacja regulowana automatycznie do 250W
- waporyzacja bipolarna cięcie regulowana automatycznie do 400W ?

ODP: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 17 do Opisu Przedmiotu Zamówienia punkt 34

Czy Zamawiający dopuści diatermię w której komunikacja z aparatem np. do celów serwisowych lub w systemie zintegrowanej sali operacyjnej odbywa się poprzez gniazda USB lub LAN na tylnym panelu aparatu?

ODP: TAK, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 18 do Opisu Przedmiotu Zamówienia punkt 35

Czy Zamawiający dopuści diatermię z możliwością regulacji jasności ekranu, natężenia dźwięku sygnału aktywacyjnego, maksymalnego opóźnienia czasu aktywacji, itd. ?

ODP: TAK, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 19 do Opisu Przedmiotu Zamówienia punkt 38, 39 i 40

Czy Zamawiający dopuści diatermię wyposażoną w system stałej kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej oraz system bezpieczeństwa nadzorujący jakość kontaktu elektrody neutralnej ze skórą pacjenta, mierzący rezystancję tkanki pacjenta z częstotliwością 44 kHz i na tej podstawie ustawiający między innymi aktualne parametry pracy diatermii, sygnalizujący graficznie a w wypadku takiej potrzeby także cyfrowo jakość i wielkość rezystancji połączenia elektroda – skóra pacjenta ?

ODP: TAK, Zamawiający dopuszcza powyższe pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązanie posiada system stałej kontroli aplikacji elektrody neutralnej dwudzielnej, dopasowujący się indywidualnie do każdego pacjenta, w zakresie ukierunkowania elektrody, wielkości aktywnej powierzchni oraz pomiaru i wskazania oporu z zakresem obciążenia połówek w trybie cyfrowym i graficznym .

Pytanie 20 do Opisu Przedmiotu Zamówienia punkt 41

Czy Zamawiający dopuści diatermię, której konfiguracja gniazd zarówno monopolarnych jak i bipolarnych umożliwia podłączenie narzędzi większości producentów obecnych na polskim rynku w szczególności narzędzi monopolarnych i bipolarnych produkowanych przez firmę ERBE za wyjątkiem narzędzi specjalnych dedykowanych tylko do określonego typu diatermii,



które dodatkowo zabezpieczone są przed nieautoryzowanym użyciem nietypową wtyczką pasującą tylko i wyłącznie do aparatów ERBE (do wtyczek tych nie można używać także popularnych adapterów), tak jak opisana w tym punkcie wtyczka typu MF.

Wykonawca podkreśla, że Zamawiający stosując taki wymóg skutecznie blokuje możliwość złożenia konkurencyjnej oferty innym producentom niż Firma ERBE.

ODP: TAK, Zamawiający dopuszcza

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje kryteria oceny ofert i tym samym zmienia zapisy SIWZ w pkt. 13.1 jak poniżej:

13.1 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium Waga Maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać oferta

A – CENA	60 pkt.
B – TERMIN DOSTAWY	20 pkt.
C - GWARANCJA	10 pkt.
D- FUNKCJONALNOŚĆ	10 pkt.
Suma punktów:	100 pkt.

Na sumaryczną ocenę oferty Wykonawcy składają się punkty otrzymane w poszczególnych kryteriach.

Sumaryczna ocena punktowa oferty „X” = liczba punktów (A) + liczba punktów (B) + liczba punktów (C) + **liczba punktów (D) ≤ 100**

Zamawiający dokona wyboru oferty, która otrzyma najwyższą ilość punktów.

A. Kryterium „Cena” sposób oceny ofert

Ocena ofert w kryterium cena zostanie przeprowadzona na podstawie wyliczeń matematycznych zgodnie z poniższym wzorem.

$$\text{Liczba punktów (A)} = \frac{\text{najniższa cena}}{\text{cena badanej oferty}} \times 60$$

Do wyliczenia punktowego w kryterium ceny zostanie przyjęta wartość brutto wyrażona w złotych zgodnie z danymi zamieszczonymi przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

B. Kryterium „Termin dostawy” sposób oceny ofert

Punkty za kryterium „Termin dostawy” to suma punktów przyznanych na podstawie informacji zadeklarowanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.

Punkty za deklarowany termin dostawy będą przyznawane wg następujących zasad:

od 28 do 42 dni kalendarzowych	0 pkt.
od 14 do 21 dni kalendarzowych	10 pkt.
do 7 dni kalendarzowych	20 pkt.

Wykonawca zobowiązany jest podać termin dostawy w pełnych dniach kalendarzowych.



Zamawiający dokona zaokrąglenia do pełnych dni termin, który zostanie podany w inny sposób.

Zaokrąglenie nastąpi „w górę”, czyli 5,5 dnia zostanie zaokrąglone do 6 dni.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w niniejszym kryterium wynosi: 20 pkt.

C. Kryterium „Gwarancja” sposób oceny ofert

Punkty za kryterium Gwarancja zostaną przyznane w następującej skali:

Oferowany okres gwarancji	Ocena punktowa
24 -36 miesiące	0 pkt.
Powyżej 36 miesięcy	10 pkt.

Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia co najmniej 2 letniej gwarancji na przedmiot zamówienia, jego montaż i instalację. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach zaoferowanej wartości brutto do przeglądów serwisowych w okresie zaoferowanej gwarancji.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w niniejszym kryterium wynosi: **10 pkt.**

D. Kryterium „Funkcjonalność” sposób oceny ofert

Kryterium funkcjonalności	Ocena punktowa
urządzenie nie posiada możliwości podpięcia instrumentów z wtyczką wielofunkcyjną 5 kołową	0 pkt.
urządzenie posiada możliwość podpięcia instrumentów z wtyczką wielofunkcyjną 5 kołową	10 pkt.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w niniejszym kryterium wynosi: **10 pkt.**

Pytanie 21 do Opisu Przedmiotu Zamówienia, akcesoria punkt 3

Wykonawca prosi Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania pincety bipolarnej, zagiętej pod kątem 30°- 40°, końcówki dł. 8mm, grubość 1 mm, tępe, długość 195 mm.

ODP: TAK, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 22 do Opisu Przedmiotu Zamówienia, akcesoria punkt 4

Wykonawca prosi Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania pincety bipolarnej, prostej końcówki dł. 8mm, grubość 1 mm, tępe, długość 195 mm.

ODP: TAK, Zamawiający dopuszcza zgodnie z SIWZ

Pytanie 23 do Opisu Przedmiotu Zamówienia, akcesoria punkt 6

Wykonawca prosi Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania adapter monopolarny (ERBE 9/5mm do gniazd monopolarnych w oferowanej diatermii).

ODP: Tak, pod warunkiem że zaproponowany aparat będzie posiadał możliwość podpięcia kabli z wtyczką w standardzie ERBE 9/5mm oraz średnicy 8mm typ Bovi Jack za pomocą adaptera lub bez niego.



Pytanie 24 do Opisu Przedmiotu Zamówienia, akcesoria punkt 7

Wykonawca prosi Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania kabel do jednorazowych el. neutralnych, dł.4,5m wejście płaskie, odpowiadające diatermii, którą wykonawca ma zamiar zaoferować.

ODP: TAK, Zamawiający dopuszcza

**W związku z otrzymaniem pytań i czasem potrzebnym na udzielenie odpowiedzi
Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz wadium:**

z 13.07.2018 r. godz. 10⁰⁰ na 16.07.2018 r. godz. 14⁰⁰

oraz przesuwają termin otwarcia ofert

z 13.07.2018 r. godz. 10³⁰ na 16.07.2018 r. godz. 14¹⁵

Z poważaniem

DYREKTOR
SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich
mgr Anna Knysok

Otrzymali:

- 1) <http://zsm.com.pl/>
- 2) a/a

