



Chorzów, dnia 12.09.2018 r.

SP ZOZ ZSM/ZP/ 76.1 /2018

Dotyczy: „Dzierżawa analizatora parametrów fizyko-chemicznych moczu wraz z dostawą pasków testowych 10-parametrowych i materiałów kontrolnych dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Władysława Truchana 7”, **SP ZOZ ZSM/76/2018**

SZANOWNI WYKONAWCY

Informujemy, że w trakcie przetargu na zadanie pt. „Dzierżawa analizatora parametrów fizyko-chemicznych moczu wraz z dostawą pasków testowych 10-parametrowych i materiałów kontrolnych dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Władysława Truchana 7” SP ZOZ ZSM/ZP/76/2018 do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1. dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia (zał. 3) pkt 26 - PARAMETRY OZNACZENIA JAKIE MA SPEŁNIAĆ ANALIZATOR; LINIOWOŚĆ

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania analizatora, który wykazuje liniowość oznaczeń hemoglobiny 0,15 – 0,62 mg/L hemoglobiny oraz erytrocytów w zakresie 5-20 erytrocytów/uL? Biorąc pod uwagę standardową zawartość hemoglobiny w erytrocycie, wyspecyfikowane stężenia hemoglobiny odpowiadają 5-20 erytrocytom widocznym w obrazie mikroskopowym.

Odp. Zamawiający dopuszcza opisaną liniowość dla erytrocytów, przy zgodnej liniowości dla hemoglobiny.

Pytanie 2. dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia (zał.3) pkt 28 – PARAMETRY OZNACZENIA JAKIE MA SPEŁNIAĆ ANALIZATOR; LINIOWOŚĆ

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania analizator, który wykazuje próg detekcji dla azotynów 0,06 – 0,1 mg/dL?

Odp. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie analizatora z dolną liniowością dla azotynów od 0,06 mg/dl.

Pytanie 3. dotyczy Opisu przedmiotu zamówienia (zał.3) pkt 47 - POZOSTAŁE FUNKCJE TECHNICZNE I INFORMATYCZNE

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o rezygnację z wymogu menu w języku polskim? Analizator będzie docelowo wpięty w system informatyczny LIS, co gwarantuje pracę na oprogramowaniu w języku polskim.

Odp. Zamawiający dopuszcza menu w języku angielskim przy posiadaniu instrukcji obsługi w języku polskim.



Pytanie 4. dotyczy SIWZ pkt 3.1 – TERMIN REALIZACJI zał. Nr 3 do SIWZ, punkt 52 oraz §3 ust. 1 projektu umowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie terminu oddania analizatora do eksploatacji do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy z uwagi na to, że jest potrzebny czas na dostarczenie i zainstalowanie analizatora, podłączenie go do LIS, które wykonuje firma która instalowała sieć laboratoryjną oraz na koniec przeszkolenie personelu. Jest to bardzo trudne do zorganizowania w ciągu 14 dni.

Odp. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu dostarczenia czytnika – analizatora do 4 tygodni.

Zgodnie z powyższym Zamawiający modyfikuje treść SIWZ, które przyjmuje brzmienie:

I. W zakresie pkt. 3.1 SIWZ Termin realizacji:

„Dostawa, zainstalowanie, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji dzierżawionego analizatora na okres 24 miesięcy oraz przeszkolenie personelu nastąpi w terminie **4 tygodni** od dnia zawarcia umowy, opóźnienie dostawy, zainstalowania oraz uruchomienia i przekazanie do eksploatacji wydierżawianego urządzenia podlega karze umownej, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt. d) Umowy, przy czym naliczanie czynszu dzierżawnego można zacząć nie wcześniej niż od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego analizatora.”

II. W zakresie załącznika nr 1 do SIWZ -Formularz Ofertowy pkt. 8:

7. Analizator niezbędny do wykonania badań zobowiązujemy się dostarczyć, zainstalować oraz uruchomić i przekazać do eksploatacji wraz z urządzeniami dodatkowymi w terminie **4 tygodni** od dnia zawarcia umowy.

III. W zakresie załącznika nr 6 do SIWZ – Umowa :

§3 ust.1 :

1. Wykonawca w ramach wartości brutto o której mowa w § 2 ust. 1 umowy zobowiązuje się dostarczyć Analizator Zamawiającemu, zamontować go, zainstalować i przeszkolić Personel Pracowni Analitycznej (zgodnie z §7) w terminie do **4tygodni** od dnia zawarcia umowy. Ostateczny termin dostawy przedmiotu zamówienia oraz szkolenia winien zostać uzgodniony z Zamawiającym.

Zamawiający na podstawie odpowiedzi wprowadza również zmiany w Opisie przedmiotu Zamówienia zgodnie z załączonym zmodyfikowanym załącznikiem nr 3 do SIWZ.

z poważaniem

Otrzymali:

- 1) <http://zsm.com.pl/>
2) a/a

DYREKTOR
SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich
[Podpis]
mgr inż. Kaysok