Nr sprawy: SPZOZ ZSM ZP/57.1/2018

Chorzów, dnia 10.07.2018r.

Szanowni Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartość kwoty 221 000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego" na realizację zamówienia pod nazwą: **„Dzierżawę analizatora do morfologii krwi 5 diff z retikulocytami wraz z dostawą odczynników"**

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca zadał pytania. Zamawiający przytacza poniżej treść pytań i udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie czasu na dostaw, uruchomienie oraz przekazanie do eksploatacji analizatora w ciągu 21 dni od daty zawarcia umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający dopuszcza wydłużenie czasu dostawy do 21 dni.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje specyfikację istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ) **pkt. 3.2** który przyjmuje następujące brzmienie:

„3.2. Dostawa, zainstalowanie oraz uruchomienie i przekazanie do eksploatacji dzierżawionego analizatora na okres 36 miesięcy nastąpi w terminie **21 dni** od dnia zawarcia umowy, opóźnienie dostawy, zainstalowania oraz uruchomienia i przekazanie do eksploatacji wydzierżawianego urządzenia podlega karze umownej, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt. d)."

Jednocześnie Zamawiający zmienia zapisy **pkt 10 formularza ofertowego oraz pkt 47 zał. nr 9 tj. Zestawienie Parametrów Technicznych** zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika.

Zamawiający modyfikuje również **§ 3 ustęp 1 ppkt. a) załącznika nr 6 do SIWZ** (wzór umowy), który przyjmuje następujące brzmienie:

„1.Wykonawca w ramach wartości brutto o której mowa w § 2 ust. 1 umowy zobowiązuje się m. in. do:
a) Dostawy, uruchomienia i przekazania do eksploatacji urządzenia pracowni analitycznej wraz z komputerem sterującym do Pracowni Analitycznej znajdującej się przy ul. Władysława Truchana 7 w terminie ***do 21 dni*** *od dnia zawarcia umowy."*

Pytanie nr 2:
Zwracamy się z prośbą o rozszerzenie zapisów §4 pkt. 9 i dopuszczenie 2 -3 miesięcznego terminu ważności dla asortymentu, który z racji swojej specyfiki nie posiada tak długiego terminu przydatności do użycia jak wymagany w treści umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający dopuszcza 2 -3 miesięczny termin ważności dla asortymentu, który z racji swojej specyfiki nie posiada 12- miesięcznego terminu przydatności do użycia. Według Zamawiającego dotyczy to krwi kontrolnej.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje specyfikację istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ) **pkt. 2.7** który przyjmuje następujące brzmienie:

2.7. Odczynniki oraz niezbędne materiały zużywalne, kalibratory i kontrole do badań hematologicznych (w dalszej części nazwane akcesoriami) muszą spełniać wymogi Ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 211) oraz określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (tj. Dz. U. z 2013 r poz. 1127), załącznikach do wymienionego rozporządzenia oraz innych znajdujących zastosowanie przepisów (dotyczy sytuacji, kiedy dany asortyment jest wyrobem medycznym - jeśli dany asortyment nie jest wyrobem medycznym wyżej wymienione wskazanie nie dotyczy go).

Wykonawca zobowiązany jest do przeglądów serwisowych (w ramach zaoferowanej ceny brutto) o ile są one wymagane.

W czasie trwania umowy koszty wszystkich napraw, dojazdu i czasu pracy serwisanta pokrywa Wykonawca.
Koszty wymiany części zużywalnych nie ujętych przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym pokrywa Wykonawca. Zamawiający płaci tylko za części zużywalne wyszczególnione w Formularzu Cenowym. W przypadku zaniżenia przez Wykonawcę ilości akcesoriów potrzebnych do wykonania w okresie 36 miesięcy badań określonych w Formularzu Cenowym ich koszt pokrywa Wykonawca (zgodnie z uwagami pod tabelką w zał. nr 2).

Zaoferowane akcesoria winny posiadać w momencie dostarczenia do Zamawiającego co najmniej **2 -3** *miesięczny termin ważności.*

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania od Wykonawcy potwierdzonych kserokopii świadectw (decyzji, atestów, certyfikatów) dopuszczenia do obrotu oferowanego przedmiotu zamówienia na rynku polskim. Wykonawca zobowiązany jest do ich okazania na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 3 dni od daty wezwania (po zawarciu umowy i w trakcie jej realizacji).

Jednocześnie Zamawiający zmienia zapisy **pkt 17 formularza ofertowego oraz pkt 29 zał. nr 9** tj. Zestawienie Parametrów Technicznych zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika.

Zamawiający modyfikuje również **§ 4 ustęp 9 załącznika nr 6 do SIWZ** (wzór umowy), który przyjmuje następujące brzmienie:

„9.Zaoferowane akcesoria w momencie dostarczenia go do Zamawiającego winny posiadać co najmniej **2 -3** *miesięczny termin ważności."*

Pytanie nr 3:
Prosimy o zmianę zapisów pkt. e) §6 umowy, w związku z dopuszczonym 4 dniowym terminem na naprawę w przypadku konieczności sprowadzenia nowych elementów i wydłużenie terminu na dokonanie naprawy do 96 godzin, po którym to czasie wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia i zainstalowania w ciągu następnych 24 godzin analizatora zapasowego.

Odpowiedź na pytanie nr 3:
Zamawiający modyfikuje **§ 6 ustęp 1 pkt. e) załącznika nr 6 do SIWZ** (wzór umowy który przyjmuje następujące brzmienie:
*„e) W przypadku, kiedy naprawa nie zostanie dokonana w terminie **96** godzin w dni robocze od daty zgłoszenia awarii, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i zainstalowania w ciągu następnych 24 godzin analizatora zapasowego posiadającego co najmniej taki sam zakres badań jak Analizator. Analizator zapasowy będzie kompatybilny z materiałami eksploatacyjnymi ujętymi w załączniku nr 3."*

Jednocześnie Zamawiający zmienia zapisy **pkt 56 zał. nr 9** tj. Zestawienie Parametrów Technicznych zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją załącznika.

Pytanie nr 4:
Prosimy o rozszerzenie w §6 pkt. b) możliwości zgłaszania nieprawidłowego działania analizatora o kontakt e-mailowy oraz telefonicznie na numer serwisowej infolinii.
zmienić zapis w oparciu o powyższe, czyli
„b) Zgłoszenia nieprawidłowego funkcjonowania Analizatora, Zamawiający dokonuje na piśmie przesłanym do Wykonawcy e-mailem na adres: lub telefonicznie pod numerem: ....."

Odpowiedź na pytanie nr 4:
Zamawiający przystaje na zapis zaproponowany przez Wykonawcę i w związku z tym modyfikuje **§6 pkt. b) załącznika nr 6 do SIWZ** (wzór umowy który przyjmuje następujące brzmienie:

b) *Zgłoszenia nieprawidłowego funkcjonowania **Analizatora,** Zamawiający dokonuje na piśmie przesłanym do Wykonawcy **e-mailem na adres: lub telefonicznie pod numerem: .....**"*

UWAGA

Zamawiający przesuwa termin składania ofert:
z 12.07.2018 r. godz. 10^{00} na 13.07.2018 r. godz. 10^{00}
oraz przesuwa termin otwarcia ofert
z 12.07.2018 r. godz. 10^{30} na 13.07.2018 r. godz. 10^{30}

Z poważaniem,

DYREKTOR
SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich
mgr Anna Knysok

Otrzymali:
1. www.zsm.com.pl
2. a/a

Bojewdu
Świnielski