



CERTYFIKAT

ISO 9001:2008



SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH
ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
tel. (032) 3499115, faks (032) 2413952
NIP: 627-19-23-530 REGON: 271503410
Dział Zamówień Publicznych
tel. (032) 3499-298, faks (032) 3499-299
po godz. 15⁰⁰ faks (032) 3499119
e-mail: zp@zsm.com.pl, <http://www.zsm.com.pl>

SP ZOZ ZSM / ZP/ 37 /2016

Chorzów, dnia 30.11.2016r.

Szanowni Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartość kwoty 209 000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: „**Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na części**”.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcy zadali pytania. Zamawiający przytacza poniżej treść pytań i udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1: Mając na uwadze fakt, iż oferowane wyroby medyczne przeznaczone są dla profesjonalistów, czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zaofertowane Paski fluorescynowe z części zamówienia nr 13, posiadały wymagane przepisami oznakowania, ulotkę, etykiety w języku angielskim?

Odpowiedź nr 1: Zamawiający dopuszcza możliwość, aby zaofertowane Paski fluorescynowe posiadały wymagane przepisami oznakowania, ulotkę, etykiety w języku angielskim.

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni?

Odpowiedź nr 2: Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące terminu płatności.

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do Wzoru Umowy zapisu, zgodnie z którym w przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie cena brutto, uwzględniająca nową stawkę - cena netto pozostanie niezmienną?

Odpowiedź nr 3: Zamawiający informuje, że regulacja cen w związku ze zmianą stawki podatku VAT ujęta jest w § 2 ust. 4 projektu umowy.

Cyt. „W przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT ceny jednostkowe ulegną automatycznej zmianie, adekwatnie do zmiany stawki VAT. Sprzedający zobowiązuje się przedstawić Kupującemu na piśmie zestawienie nowych cen jednostkowych uwzględniających dokonaną zmianę.”

Pytanie nr 4: Uprzejmie prosimy o zmniejszenie kar umownych zawartych w § 8 ust. 1, lit. a,b,c, ust. 2 Wzoru Umowy:

1. Sprzedający płaci Kupującemu kary umowne:

- a) za zwłokę w dostawie towaru w terminie określonym w umowie lub zamówieniu, powstałą z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, w wysokości 0,1% wartości brutto partii towaru nie dostarczonego w terminie wskazanego w bieżącym zamówieniu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
- b) za zwłokę w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad oraz za zwłokę w wymianie towaru niezgodnego z zamówieniem lub umową, bądź za zwłokę w wymianie towaru dostarczonego w niewłaściwym opakowaniu w terminie określonym w § 7 w wysokości 0,1% wartości brutto wadliwej partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
- c) za rozwiązanie umowy przez Kupującego z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego w wysokości 5% wartości brutto nie zrealizowanej części umowy. W przypadku rozwiązania umowy w zakresie części umowy (jednej lub więcej części zamówienia) w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto tej części umowy, której dotyczy rozwiązanie.

2. Kupujący płaci Sprzedającemu karę umowną z tytułu rozwiązania umowy przez Sprzedającego z przyczyn leżących po stronie Kupującego w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy (części zamówienia), o ile nie ma zastosowania art. 145 ust. 1 ustawy – „Prawo zamówień publicznych” [par. 9 ust. 5 umowy].

Odpowiedź nr 4: Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy w zakresie kar umownych.

Pytanie nr 5: Czy Zamawiający w Części zamówienia nr 11 dopuści materiał wiskoelastyczny o masie cząsteczkowej: $2,7-3,0 \times 10^6$ Da, lepkości: $(0,1s^{-1})$ 80 000 mPas, osmolarności: 280-330 mOsmol/l, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź nr 5: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania proponowanego materiału wiskoelastycznego.

Pytanie nr 6: dotyczy części nr 4 poz. 1. Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanej pozycji do oddzielnego pakietu. Podział umożliwi złożenie konkurencyjnej cenowo oferty większej liczbie oferentów.

Odpowiedź nr 6: Zamawiający prosi o złożenie kompleksowej oferty w części zamówienia nr 4.

Pytanie nr 7: dotyczy części nr 4 poz. 1. Czy zamawiający dopuści testy w opakowaniach po 200 sztuk?

Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź nr 7: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania testów w opakowaniach po 200 sztuk i prosi o przeliczenie ilości w formularzu ofertowym.

Pytanie nr 8: dotyczy części nr 5. Czy Zamawiający dopuści etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji para wodną, konfekcjonowane po 500 etykiet w rolce, z miejscem informacyjnym:

- w pierwszym rzędzie - data procesu i numer sterylizatora,

- w drugim rzędzie - data ważności i numer cyklu,

- w trzecim rzędzie - numer operatora i kod procesu,

W przypadku użyczenia na czas trwania umowy metkownicy trzyczłowej z zapisem informacji w poprzek przesuwu etykiety, kompatybilnej z oferowanymi etykietami?

Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź nr 8: Zamawiający oczekuje zaoferowania etykiet opisanych w SIWZ i pasujących do posiadanych przez Zamawiającego metkownic.

Pytanie nr 9: dotyczy części zamówienia nr 11 - Czy Zamawiający dopuści hialuronian sodu 1,4% o objętości ampukłóstrzawkki 0,85ml, masie cząsteczkowej 5 milionów Daltonów, lepkości 3,3 mln cPs, osmolarności 320 mOsmol/L?

Odpowiedź nr 9: Zamawiający oczekuje zaoferowania materiału wiskoelastycznego opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 10: dotyczy części zamówienia nr 14:

1. Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 1 zaoferowano zestaw operacyjny uniwersalny o składzie?:

1x serweta 150x190 cm do owinięcia zestawu

1x serweta 240x150 cm z taśmą lepną o szerokości 5-6 cm i długości 90cm na dłuższym boku

1x serweta 175x175 cm z taśmą lepną o szerokości 5-6 cm i długości 90cm na dłuższym boku

2x serweta 90x75 cm z taśmą lepną o szerokości 5-6 cm i długości 84cm na dłuższym boku

1x taśma OP 9x49 cm

4x ściereczka 18x25 cm

1x Mayo 79x145 cm

Zestaw wykonany z włókniny trójwarstwowej o gramaturze 80g/m², której wytrzymałości na rozierwanie na mokro wynosi 50kPa a współczynnik pylenia (Lint Count) wynosi 2,1.

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 2 zaoferowano zestaw operacyjny uniwersalny o składzie?:

1x serweta 140x190 cm do owinięcia zestawu

1x serweta 240x150 cm z taśmą lepną o szerokości 5-6 cm i długości 74cm na dłuższym boku

1x serweta 175x175 cm z taśmą lepną o szerokości 5-6 cm i długości 74cm na dłuższym boku

2x serweta 90x75 cm z taśmą lepną o szerokości 5-6 cm i długości 84cm na dłuższym boku

1x taśma OP 9x49 cm

4x ściereczka 18x25 cm

1x Mayo 79x145 cm

Zestaw wykonany z włókniny o gramaturze 60g/m², której współczynnik pylenia (Lint Count) wynosi 1,2 natomiast odporność na przenikanie płynów wynosi 100cm H₂O.

3. Czy Zamawiający dopuści aby w poz. 3 zaoferowano taśmę samoprzylepną o wymiarach 9x49 cm?

Odpowiedź nr 10: Zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

Pytanie nr 11: dotyczy części zamówienia nr 14: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie oznaczenia dotyczącego wydzielania się pyłu włókienniczego jakie zastosowano w części 14, poz. 1 i poz. 2- „CL”. Prosimy o informację od czego pochodzi skrót CL?

Odpowiedź nr 11: Zamawiający informuje, że współczynnik pylenia wynikający z badań jakie należy wykonać na tkaninie zgodnie z normą EN ISO 9073-10 określonej w tabeli numer 2 normy 13795 oznaczono symbolem CL.

Pytanie nr 12: Pytanie nr 1 - dotyczy pakietu nr 14 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający opisując parametr „wydzielanie się pyłu włókienniczego” ma na myśli badanie wykazujące Czystość pod względem cząstek stałych oraz odporności na pylenie, zgodnie z metodą badania opisaną w Normie Europejskiej PN-EN ISO 9073 – 10 : 2006 "Tekstylnia – Metody badania włókien, - Część 10: Wydzielanie się pyłu włókiennego i innych cząstek w stanie suchym”?


Jednocześnie prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający dopuszcza przedstawienie wyników badań wymienionego powyżej parametru zgodnie z wymaganiami zawartymi w najnowszej wersji Normy Europejskiej: EN 13795 – 2: 2006 „Obłożenia chirurgiczne, fartuchy chirurgiczne i odzież dla bloków operacyjnych, stosowane jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia – Część 2: Metody badania” w postaci przedstawienia karty technicznej potwierdzającej spełnienie wymagań normy oraz wyniki badania wyrobu odnośnie pylenia oraz czystości w odniesieniu do cząstek stałych.

Odpowiedź nr 12: Zamawiający oczekuje oferty kompleksowej w zakresie części zamówienia nr 14 oraz informuje, że ma na myśli badanie jakie należy wykonać na tkaninie zgodnie z normą EN ISO 9073-10 określone w tabeli numer 2 normy 13795.

Pytanie nr 13: Pytanie nr 2 – dotyczy pakietu nr 14 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tego samego obłożenia w obu pozycjach ?

- 1 wzmocniona serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, stanowiąca owinięcie zestawu
- 1 serweta duża 150 x 240 cm z taśmą przylepną o szerokości 5cm i długości 100cm umieszczoną na dłuższym boku
- 1 serweta średnia 180 x 180 cm z taśmą przylepną o szerokości 5cm i długości 100cm umieszczoną na dłuższym boku
- 2 serwety 75 x 90 cm z taśmą przylepną 95cm, umieszczoną na dłuższym boku
- 1 taśma mocująca 9 x 50 cm
- 2 ręczniki do rąk 30,5x34cm
- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm



Materiał: laminat dwuwarstwowy 60g/m² o parametrach:

- wytrzymałość na rozierwanie na sucho/mokro: 168kPa
- odporność na przenikanie płynów: 165cm H₂O
- odporność na pylenie 1,9 log₁₀
- czystość cząstek stałych: 1,7 IPM

Na opakowaniu informacja graficzna o rozmiarze oraz ilości serwet

Odpowiedź nr 13: Zamawiający oczekuje złożenia oferty na asortyment opisany w SIWZ.

Pytanie nr 14: Pytanie nr 3 – dotyczy pakietu nr 14 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 14 poz.3 taśmy samoprzylepnej 9x50cm?

Odpowiedź nr 14: Zamawiający oczekuje złożenia oferty na asortyment opisany w SIWZ.


Pytanie nr 15: Czy w Części nr 11 Zamawiający dopuści hialuronian sodu o lepkości: 200 000 mPas i osmolarności: 300-350mOsm/kg pozostałe wymagania bez zmian?

Odpowiedź nr 15: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania proponowanego powyżej materiału wiskoelastycznego.

Pytanie nr 16: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w części nr 14 w pozycji:

a) nr 1 zestaw operacyjny uniwersalny sterylne w następującym składzie:

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m².
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm o gram. 30g, folia PE 0,050mm.
- 1 serweta przylepna 150x240cm (5x90cm – rozmiar taśmy klejącej na serwecie)
- 1 serweta przylepna 170x175cm (5x90cm – rozmiar taśmy klejącej na serwecie)
- 2 serwety przylepne 75x90cm (5x90cm – rozmiar taśmy klejącej na serwecie)
- 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,
- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze 68g/m², materiał: laminat dwuwarstwowy z folii PE i włókniny PP o gramaturze 62g/m² o parametrach:



- Odporność na przesieknięcie płynów 200cm H₂O
- Siła wypychania (na sucho) 180kPa (na mokro) 170kPa
- Odporność na przenikanie mikroorganizmów – na sucho – 0 CFU
- Odporność na przenikanie mikroorganizmów – na mokro – 6.0 IB
- Czystość mikrobiologiczna – 210 CFU/100dm²
- Czystość- cząstki stałe – 1,6 IPM
- Pylenie - 1.7 Log₁₀(liczba nitek))
- Siła rozciągania (na sucho) – 40N, (na mokro) – 35N


b) pozycji nr 2 zestaw operacyjny uniwersalny sterylne w następującym składzie:

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m².
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm o gram. 30g, folia PE 0,050mm.

- 1 serweta przylepna 150x240cm (5x90cm – rozmiar taśmy klejącej na serwecie)
- 1 serweta przylepna 170x175cm (5x90cm – rozmiar taśmy klejącej na serwecie)
- 2 serwety przylepne 75x90cm (5x90cm – rozmiar taśmy klejącej na serwecie)
- 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,
- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze 68g/m2 materiał: laminat dwuwarstwowy z folii PE i włókniny PP o gramaturze 62g/m2 o parametrach:

- Odporność na przesiąkanie płynów 200cm H₂O
- Siła wypychania (na sucho) 180kPa (na mokro) 170kPa
- Odporność na przenikanie mikroorganizmów – na sucho – 0 CFU
- Odporność na przenikanie mikroorganizmów – na mokro – 6.0 IB
- Czystość mikrobiologiczna – 210 CFU/100dm²
- Czystość- cząstki stałe – 1,6 IPM
- Pylenie - 1.7 Log10(liczba nitek))
- Siła rozciągania (na sucho) – 40N, (na mokro) – 35N

c) pozycji nr 3 taśmę samoprzylepną w rozmiarze 9cm x 50cm, pakowana a'1 sztuka i w opakowanie zbiorcze a'150 sztuk.



Odpowiedź nr 16: Zamawiający dla opisanych wyżej pozycji 1, 2 i 3 w części zamówienia nr 14 oczekuje zaoferowania asortymentu ujętego w SIWZ.

DYREKTOR
SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich
mgr Anna Krzysok

[Podpis]