



CERTYFIKAT
ISO 9001:2008



SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH
ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
tel. (032) 3499115, faks (032) 2413952
NIP: 627-19-23-530 REGON: 271503410
Dział Zamówień Publicznych
tel. (032) 3499-298, faks (032) 3499-299
po godz. 15⁰⁰ faks (032) 3499119
e-mail: zp@zsm.com.pl, http:www.zsm.com.pl

Chorzów, dnia 22.10.2015r.

SP ZOZ ZSM / ZP/230/37.2/2015

Szanowni Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równoważność kwoty 207 000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: „Zakup i dostawa elementów wieży artroskopowej dla Sali operacyjnej Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz sprzętu do Pracowni Histopatologii – procesora tkankowego, zatapiarki parafinowej, mikrotomu z zestawem żyłek i mikroskopu SPZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na części: 1) Bipolarny aparat elektrochirurgiczny przeznaczony do zabiegów artroskopowych wraz z akcesoriami (elektrodami) – 1 sztuka, 2) Źródło światła (LED) wraz ze światłowodem - 1 sztuka, 3) Optyka artroskopowa – 1 sztuka, 4) Procesor tkankowy karuzelowy – 1 sztuka, 5) Mikrotom półautomatyczny – 1 sztuka, 6) Zatapiarka parafinowa (stacja do zatapiania) – 1 sztuka, 7) Mikroskop optyczny ze statywem – 1 sztuka”.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcy zadali pytania. Zamawiający przytacza poniżej ich treść i udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1 (dot. części nr 3 zamówienia – optyka artroskopowa): Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, z systemem jakiej firmy kompatybilna jest optyka?

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zgodnie z zapisem zawarty w Załączniku nr 2 do SIWZ (Załącznik nr 2C do SIWZ; ppkt. 7.): Zamawiający wymaga, by zaoferowana optyka artroskopowa była kompatybilna z kamerą Hermes Ready model nr 688i firmy Stryker.

Pytanie nr 2 (dot. części nr 2 zamówienia – optyka artroskopowa): Czy Zamawiający dopuści optykę artroskopową HD z płaszczem, trokarem i światłowodem renomowanego Niemieckiego producenta sprzętu artroskopowego, równoważną do opisanej w SIWZ w pkt. (1,2,3):

- Optyka artroskopowa szerokokątna „PanoView” w standardzie HD o średnicy 4,0 mm, kącie patrzenia 30°, dł. rob. 175 mm, optyka kompatybilna z kamerą Hermes Ready model nr 688i firmy Stryker.
- Płaszcz artroskopowy do oferowanej optyki wysokiego przepływu „High Flow” o śr. 6.0mm, dł. rob. płaszcz 130mm, płaszcz wyposażony w wymienne kurki (bez ingerencji serwisu), system samozatraskowy na tzw. click (optyka, trokar), dystalna część płaszcz chroniąca czoło optyki przed uszkodzeniami mechanicznymi (shaver, waporyzator itp.).
- Trokar pół-tępy do oferowanego płaszczu.
- Światłowód endoskopowy 3.5mm, dł. 2.3m, kompatybilny z przyłączami źródeł światła Storz, Stryker, Wolf, przyłącze światłowodowe od strony optyki samozatraskowe na tzw. „click” znacząco poprawiające ergonomię pracy zarówno w rękawie jak i bez.
- Kosz do sterylizacji optyki.

Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie optyki artroskopowej HD z płaszczem, trokarem i światłowodem równoważnej z opisaną w SIWZ:

Ad. a) optyka artroskopowa szerokokątna „PanoView” w standardzie HD o średnicy 4,0 mm, kącie patrzenia 30°, dł. rob. 175 mm, optyka kompatybilna z kamerą Hermes Ready model nr 688i firmy Stryker;


Ad. b) płaszcz artroskopowy do oferowanej optyki wysokiego przepływu „High Flow” o śr. 6.0mm, dł. rob. płaszcz 130mm, płaszcz wyposażony w wymienne kurki (bez ingerencji serwisu), dystalna część płaszcz chroniąca czoło optyki przed uszkodzeniami mechanicznymi (shaver, waporyzator itp.),

Ad. c) Trokar pół-tępy do oferowanego płaszczu.

Ad. d) Światłowód endoskopowy 3.5mm, dł. 2.3m, kompatybilny z przyłączami źródeł światła Storz, Stryker, Wolf.

Ad e) Kosz do sterylizacji optyki.

Zamawiający **nie wyraża zgody na zaoferowanie optyki**, której przyłącze światłowodowe od strony optyki jest typu samozatraskowego (na tzw. „click”). Złącze powinno być typu Hopkins (na wkręt) – jak na zdjęciu poniżej.



Pytanie nr 3 (Dotyczy: Rozdział V, pkt C ust. 2 SIWZ w zw. z zał. nr 3 do SIWZ):

1. Czy Zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunku dotyczącego posiadanej wiedzy i doświadczenia uzna za wystarczające dla części 4, 5 oraz 6 wykazanie się dostawami urządzeń medycznych do histopatologii (dygestoria, szafy formalinowe, drukarki do szkiełek bądź kasetek, mikrotomy, łaźnie wodne, procesory tkankowe, stacje zatapiające, systemy do wykonywania i obróbki zdjęć itp.) o minimalnej wartości określonej w SIWZ dla poszczególnych części wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyłą realizację?
1. 2 Czy Zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunku dotyczącego posiadanej wiedzy i doświadczenia dla części nr 4 uzna za wystarczające wykazanie się dostawami procesora tkankowego o minimalnej wartości określonej w SIWZ wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyłą realizację?
2. Czy Zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunku dotyczącego posiadanej wiedzy i doświadczenia dla części nr 5 uzna za wystarczające wykazanie się dostawami mikrotomu rotacyjnego o minimalnej wartości określonej w SIWZ wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyłą realizację?
3. Czy Zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunku dotyczącego posiadanej wiedzy i doświadczenia dla części nr 6 uzna za wystarczające wykazanie się dostawami Zatapiarki parafinowej na kwotę minimum 25.000,00 zł netto wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyłą realizację?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Ad. 1. Wymagania wobec Wykonawców w zakresie posiadania przez nich **wiedzy i doświadczenia** zostały precyzyjnie określone. **Zamawiający wymaga wykazania w ww. wykazie minimum jednego zamówienia (i wystarczy tylko jedno) o charakterze i złożoności oraz o wartości nie niższej niż (w przypadku dostawy):** Bipolarnego aparatu elektrochirurgicznego: 25 000 zł (netto) – dla części zadania nr 1, Źródła światła ze światłowodem: 15 000zł (netto) – dla części zadania nr 2, Optyki artroskopowej: 9 000 zł (netto) – dla części zadania nr 3, Procesora tkankowego, karuzelowego: 70 000zł (netto) – dla części zadania nr 4, Mikrotomu półautomatycznego rotacyjnego: 44 000 zł (netto) – dla części zadania nr 5, Zatapiarki parafinowej: 40 000 zł netto – dla części zadania nr 6, Mikroskopu optycznego ze statywem: 32 000zł (netto) – dla części zadania nr 7, **wraz z załączeniem dowodu należytego wykonania tego zamówienia, bądź poświadczenia /oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa powyżej.** Jednocześnie Zamawiający dopuszcza możliwość załączenia przez Wykonawcę do oferty przetargowej wykazu wykonanych i wykonywanych dostaw obejmującego dłuższy okres niż wskazany w niniejszym punkcie.

Jeżeli Wykonawca chce złożyć ofertę na kilka części zadania np. 4, 5 i 6, to dla spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia składa dowody (referencje) należytego wykonania dostawy (może być to sprecyzowane na jednym dokumencie), ale ze wskazaniem, że dostawa dotyczyła: a) Procesora tkankowego, karuzelowego – dla części zadania nr 4, b) Mikrotomu półautomatycznego rotacyjnego:– dla części zadania nr 5, c) Zatapiarki parafinowej– dla części zadania nr 6 na kwotę (wynikającą z umowy dostawy) nie mniejszą niż suma wskazanych kwot dla poszczególnych części zadania, czyli nie mniej niż 154 000 zł netto.

Ad. 2. i 3. Pytanie zadane przez Wykonawcę nie jest zrozumiałe dla Zamawiającego.

Zamawiającym wymaga złożenia dokumentu potwierdzającego (dowodu/ referencji) dostawę Procesora tkankowego, karuzelowego na kwotę minimum 70 000zł (netto). Podobnie jest w przypadku części nr 5 zadania - Zamawiającym wymaga złożenia dokumentu potwierdzającego (dowodu/referencji) dostawę Mikrotomu półautomatycznego rotacyjnego na kwotę minimum 44 000 zł.

Ad. 4 Zamawiający wymaga - na potwierdzenie spełnienia warunku dotyczącego posiadanej wiedzy i doświadczenia dla części nr 6 - wykazania się dostawą Zatapiarki parafinowej na kwotę minimum 40.000,00 zł netto wraz z dowodem potwierdzającymi jej należyłą realizację.

Pytanie nr 4 (dotyczy części nr 4 – Procesor tkankowy, karuzelowy):

1. Punkt 7 – Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające dwie stacje parafinowe?
2. Punkt 9 – Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające 3 koszyki o pojemności 85 kasetek każdy?
3. Punkt 10 – Czy Zamawiający dopuści urządzenie z możliwością zaprogramowania 9 niezależnych programów?
4. Punkt 13 – Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające pojemniki o pojemności 2 l?
5. Punkt 14 – Czy Zamawiający dopuści urządzenie nieposiadające wyciągu z filtrem?
5. Punkt 15 – Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające system zapobiegający mieszaniu się odczynników bez rotacji (60 sekund.)?
6. Punkt 17 – Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez awaryjnego wyłącznika – możliwość zatrzymania urządzenia przez panel dotykowy?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia posiadającego dwie stacje parafinowe.

Ad. 2. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia posiadającego 3 koszyki o pojemności 85 kasetek każdy.

Ad. 3. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia z możliwością zaprogramowania 9 niezależnych programów.

Ad. 4. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia posiadającego pojemniki o pojemności 2 l.

Ad. 5. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie urządzenia nie posiadającego wyciągu z filtrem.

Ad. 6. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie urządzenia posiadające system zapobiegający mieszaniu się odczynników bez rotacji (60 sekund).

Ad. 7. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanie urządzenia bez awaryjnego wyłącznika (– możliwość zatrzymania urządzenia przez panel dotykowy).

Pytanie nr 5 (dotyczy części nr 5– Mikrotom rotacyjny – półautomatyczny):

1. Punkt 9 – Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wysuwem poziomym 30mm?
2. Punkt 10 – Czy Zamawiający dopuści urządzenie z ruchem pionowym 70mm?
3. Punkt 16 – Czy Zamawiający dopuści urządzenie z bardziej precyzyjnym nastawem cięcia, tj.:
 - 0,5 µm – 10 µm co 0,5 µm
 - 10 µm – 20 µm co 1 µm
 - 20 µm – 50 µm co 5 µm
 - 50 µm – 100 µm co 10 µm
4. Punkt 17 i 18 – Czy Zamawiający dopuści urządzenie z bardziej precyzyjnym nastawem trymowania, tj. zakres od 1 µm do 500 µm ze skokiem co 1 µm?

5. Punkt 19 – Czy Zamawiający dopuści urządzenie z bardziej precyzyjnym nastawem retrakcji, tj. zakres od 0µm do 100 µm ze skokiem co 5 µm?
6. Punkt 26 – Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze 38 kg?
7. Punkt 30 – Czy Zamawiający dopuści żyłetki o kącie 35°?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

- Ad. 1. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia z wysuwem poziomym 30mm.
Ad. 2. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia z ruchem pionowym 70mm.
Ad. 3. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia z bardziej precyzyjnym nastawem cięcia, tj.:
- 0,5 µm – 10 µm co 0,5 µm
 - 10 µm – 20 µm co 1µm
 - 20 µm – 50 µm co 5µm
 - 50 µm – 100 µm co 10µm
- Ad. 4. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia z bardziej precyzyjnym nastawem trymowania, tj. zakres od 1 µm do 500 µm ze skokiem co 1µm.
Ad. 5. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia z bardziej precyzyjnym nastawem retrakcji, tj. zakres od 0 µm do 100 µm ze skokiem co 5µm.
Ad. 6. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o wadze 38kg.
Ad. 7. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie żyłetek o kącie ostrzenia 35°.

Pytanie nr 6 (dotyczy części nr 6– Stacja do zatapiania (zatapiarka) parafinowa):

Zamawiający wymaga zaoferowania urządzenia o budowie modułowej (moduł parafiny, urządzenie grzewcze, urządzenie chłodzące) z elementami rozdzielnymi. Jednocześnie opis parametrów w sposób jednoznaczny przedstawia urządzenie składające się z dwóch modułów – Histostar Embedding Workstation. W urządzeniu tym część parafinowa oraz grzewcza stanowi jeden moduł, natomiast drugim modułem jest urządzenie chłodzące, którego sterowanie znajduje się w panelu modułu parafinowego w związku z czym moduł ten również nie może istnieć oddzielnie. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wykreślenie parametrów, które w sposób jednoznaczny określają to urządzenie (urządzenie Histostar jako jedyne na rynku posiada takie parametry), tj. punkty 12, 18 oraz 21 (dodatkowa taca na module płyty chłodzącej).

Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści urządzenie składające się z trzech niezależnych modułów posiadające wyświetlacz LCD z przyciskami, pojemność zbiornika na parafinę 4 l, 6 podgrzewanych miejsc na pęsety, zakres regulacji temperatury zbiornika z parafiną od +20°C do + 70°C, oświetlenie halogenowe z jednym stopniem intensywności światła, punkt chłodzący o średnicy 55 mm i temperaturze - 3°C, regulację temperatury płyty chłodzącej do – 20°C, wbudowany programator (timer) dla modułów parafinującego oraz grzewczego, z możliwością rozbudowy o podgrzewaną pęsetę (osobne urządzenie), z możliwością opróżnienia zbiornika na kasetki poprzez wyciągnięcie wewnętrznego pojemnika, z pojemnością płyty chłodzącej – 80 kasetek, bez tacki nad modułem chłodzącym?

Odpowiedź na pytanie nr 6: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia składającego się z trzech niezależnych modułów posiadające wyświetlacz LCD z przyciskami, pojemność zbiornika na parafinę 4 l, 6 podgrzewanych miejsc na pęsety, zakres regulacji temperatury zbiornika z parafiną od +20°C do + 70°C, oświetlenie halogenowe z jednym stopniem intensywności światła, punkt chłodzący o średnicy 55 mm i temperaturze - 3°C, regulację temperatury płyty chłodzącej do – 20°C, wbudowany programator (timer) dla modułów parafinującego oraz grzewczego, z możliwością rozbudowy o podgrzewaną pęsetę (osobne urządzenie), z możliwością opróżnienia zbiornika na kasetki poprzez wyciągnięcie wewnętrznego pojemnika, z pojemnością płyty chłodzącej – 80 kasetek, bez tacki nad modułem chłodzącym.

Pytanie nr 7 (dot. części nr 2 zamówienia – źródło światła): Czy Zamawiający dopuści do postępowania źródło światła o wskaźniku odwzorowania barw na poziomie 95 CRI, o temperaturze barwowej równej 5500K.

Odpowiedź na pytanie nr 7: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie źródła światła o wskaźniku odwzorowania barw na poziomie 95 CRI, o temperaturze barwowej równej 5500K.

Pytanie nr 8 (dot. części nr 3 zamówienia – optyka artroskopowa): Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej jakości optykę artroskopową o długości 175mm.

Odpowiedź na pytanie nr 8: Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie optyki artroskopowej o długości 175mm.

DYREKTOR
SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich
mgr Anna Knysok