



CERTYFIKAT
ISO 9001:2008



SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH
ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
tel. (032) 3499115, faks (032) 2413952
NIP: 627-19-23-530 REGON: 271503410
Dział Zamówień Publicznych
tel. (032) 3499-298, faks (032) 3499-299
po godz. 15⁰⁰ faks (032) 3499119
e-mail: zp@zsm.com.pl, <http://www.zsm.com.pl>

Nr sprawy: SPZOZZSM /ZP/230/ 32. 2/2017

Chorzów, dnia 18.07.2017r.

Szanowni Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 209 000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą:
„Zakup i dostawa cyfrowego ultrasonografu z kolorowym dopplerem do badań naczyń domózgowych i przezczaszkowych dla Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym SPZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie”.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcy zadali pytania.
Zamawiający przytacza poniżej treść pytań i udziela wyjaśnień.

Pytanie: Z uwagi na fakt, iż kary umowne wynikające ze wzoru umowy są bardzo wysokie zwracamy się z prośbą o zmianę punktu 1, a §8 - załącznik nr 5 – wzór umowy na:

- za zwłokę w dostawie i uruchomieniu przedmiotu umowy powstałą z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego, w wysokości 0,1% wynagrodzenia ustalonego w umowie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy umowne.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści urządzenie z pełnym postprocessingiem po zamrożeniu, na obrazach cine i na obrazach zarchiwizowanych min.: autooptymalizacja, redukcja artefaktów, koloryzacja B i M, optymalizacja map szarości, korekcja kąta, zmiana linii bazowej, zmiana szybkości przemieszczania, wyświetlanie obrazu B z Dopplerem Kolorowym lub Mocy oraz bez.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Zapis w pkt. 17 Opisu przedmiotu zamówienia zawiera następujące wymagania: „Eksport i import w formatach: JPEG, DICOM, AVI, Raw Data (surowe dane z zapisem informacji o pacjencie). Pełny postprocessing po zamrożeniu, na obrazach cine i na obrazach zarchiwizowanych min.: autooptymalizacja, redukcja artefaktów, skrzyżowane ultradźwięki (wyświetlanie obrazu z funkcją skrzyżowanych ultradźwięków oraz bez), koloryzacja B i M, optymalizacja map szarości, automatyczna korekcja kąta, zmiana linii bazowej. Wykonawca w pytaniu (celowo?) pominął następujący zapis: „Eksport i import w formatach: JPEG, DICOM, AVI, Raw Data (surowe dane z zapisem informacji o pacjencie)”.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści urządzenie cechujące się zakresem korekcji kąta +/-80°?

Uzasadnienie: Kąt dostępu do naczynia zależy od fizycznego ustawienia głowicy w stosunku do naczynia, a gdy jest to konieczne – także od elektronicznego ugięcia wiązki fal USG. Łączne połączenie obu tych parametrów z reguły pozwala na uzyskanie kąta dostępu do naczynia – poniżej 60°. Pomiary wykonywane pod wyższymi kątami są bezwartościowe klinicznie, ponieważ kąty powyżej 60° powodują wykładniczy przyrost błędów pomiaru prędkości. (Journal of Ultrasonography 2014, Standards of the Polish Ultrasound Society).

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie aparatu USG z zakresem korekcji kąta +/- 80 stopni.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w funkcjonalność Auto optymalizacji obrazu PW przy pomocy jednego przycisku (min. linii bazowej oraz skali)?

Odpowiedź: Nie, zgodnie ze SIWZ. Zapis w pkt. 35 Opisu przedmiotu zamówienia zawiera następujące wymagania: „Auto optymalizacja obrazu PW przy pomocy jednego przycisku (optymalizacja funkcji – linii bazowej, inwersji, PRF, korekcji kąta)”.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w funkcjonalność DICOM (min.: Print, Store, Modality worklist, Modality Performed Procedure step (MPPS)).

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie aparatu USG urządzenie wyposażone w funkcjonalność DICOM (min.: Print, Store, Modality worklist, Modality Performed Procedure step (MPPS)).

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w głowicę sektor o kącie skanowania 90°?

Odpowiedź: Nie, zgodnie ze SIWZ.

Pytanie: Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Czy w ramach prowadzonego postępowania Zamawiający będzie wymagał podłączenia aparatu USG do systemu RIS/PACS Alteris?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie będzie wymagał podłączenia aparatu USG do systemu RIS/PACS Alteris.


DYREKTOR
SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich
mgr Anna Knysok

