



SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH
ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
tel. (032) 34-99-115, fax. (032) 24-13-952
NIP: 627-19-23-530 REGON: 271503410
Dział Zamówień Publicznych
tel. (032) 34-99-298, fax (032) 34-99-299
po godz. 15⁰⁰ fax (032) 34-99-119
e-mail: zp@zsm.com.pl., <http://www.zsm.com.pl>

SP ZOZ ZSM / ZP/230/22.1/2013

Chorzów, dnia 28.06.2013r.

Szanowni Wykonawcy

Dotyczy: pytań zadanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartość kwoty 130 000 euro, prowadzone w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29.01.2004 r. – „Prawo zamówień publicznych” z późn. zm. w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zadania: **„Zakup i dostawa mikrotomu dla Pracowni Histopatologicznej SPZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie”**.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcy zadali pytania dotyczące SIWZ. Zamawiający poniżej przytacza treść pytań i udziela wyjaśnień.

1. Czy Zamawiający dopuszcza mikrotom z cięciem nastawianym w zakresie:
 - 0,5 do 5 μm skok co 0,5 μm
 - 5 do 20 μm skok co 1 μm
 - 20 do 60 μm skok co 5 μm
 - 60 do 100 μm skok co 10 μm
2. Czy Zamawiający dopuszcza mikrotom z trymowaniem w zakresie 1 - 600 μm nastawianym w zakresie:
 - 1 do 10 μm skok co 1 μm
 - 10 do 20 μm skok co 2 μm
 - 20 do 50 μm skok co 5 μm
 - 50 do 100 μm skok co 10 μm
 - 100 do 600 μm skok co 50 μm
3. Czy Zamawiający dopuszcza mikrotom z łaźnią wodną niezintegrowaną, o budowie modułowej (moduł łaźni z systemem transportu skrawków po torze wodnym, podłączany do mikrotomu)?
4. Czy Zamawiający dopuszcza nożyki o standardowym kącie ostrzenia 35°, ogólnie stosowane i bardziej dostępne?

Odpowiedzi

Ad. 1 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania mikrotomu z cięciem nastawianym o zakresie ujętym w pytaniu nr 1.

Ad. 2 Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na mikrotom z trymowaniem w zakresie 1 - 600 μm nastawianym w zakresie, o którym mowa w pytaniu nr 2.

Ad. 3 Nie. Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ w zakresie dotyczącym łaźni wodnej.

Ad. 4 Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty przetargowej ujmującej nożyki o standardowym kącie ostrzenia 35°.