



CERTYFIKAT

ISO 9001:2008



SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH
ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
tel. (032) 3499115, faks (032) 2413952
NIP: 627-19-23-530 REGON: 271503410
Dział Zamówień Publicznych
tel. (032) 3499-298, faks (032) 3499-299
po godz. 15⁰⁰ faks (032) 3499119
e-mail: zp@zsm.com.pl, <http://www.zsm.com.pl>

SP ZOZ ZSM / ZP/230/42.2/2013

Chorzów, dnia 11.09.2014r.

Szanowni Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartość kwoty 207 000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: **„Zakup i dostawa produktów do sterylizacji dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na części”.**

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcy zadali pytania dotyczące SIWZ. Zamawiający przytacza poniżej treść pytań i udziela wyjaśnień.

Dotyczy zamówienia nr 1:

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (Lp. 1 - 10) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odpowiedź nr 1: Zamawiający oczekuje złożenia oferty na wszystkie pozycje asortymentowe w części zamówienia nr 1. Zamawiający w SIWZ część II pkt. 5 informował, że „(...) dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod ofertą częściową rozumie się pojedyncze części zamówienia nie zaś pozycje.”

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający w poz. 7 dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe, spełniające wymagania SIWZ, o wysokości fałdy 35 mm zamiast 25 mm?

Odpowiedź nr 2: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wyżej wymienionych rękawów z fałdą.

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe, spełniające wymagania SIWZ, wyposażone w folię sześciowarstwową, łącznie z warstwą klejącą, co nie wpływa na jakość opakowania z uwagi na porównywalną grubość folii biorąc pod uwagę opakowania dostępne na rynku?

Odpowiedź nr 3: Zamawiający oczekuje zaoferowania rękawów i torb papierowo-foliowych z folią minimum 7 warstwową, które ujęto w SIWZ.

Większa ilość warstw folii gwarantuje wyższą wytrzymałość mechaniczną rękawów oraz wyższą ich elastyczność, tym samym minimalizuje ryzyko uszkodzenia jałowych pakietów i w rezultacie daje lepszy wynik ekonomiczny. Z wiedzy Zamawiającego wynika, że asortymentem takim dysponuje więcej niż jeden dostawca.

Pytanie nr 4: Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe, spełniające wymagania SIWZ, posiadające nadruk symbolu jednoznacznego kierunku otwierania tylko od strony folii, co z praktycznego punktu widzenia właściwe, gdyż każdy użytkownik otwierając pakiet obserwuje go od strony folii w celu identyfikacji zawartości?

Odpowiedź nr 4: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania proponowanych powyżej rękawów papierowo-foliowych.

Pytanie nr 5: Prosimy o dopuszczenie oznakowania znakiem CE na etykiecie umieszczonej wewnątrz rolki oraz na opakowaniu zbiorczym, zgodnie z art. 6 ust. 3 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który mówi, że zabronione jest umieszczanie na wyrobie medycznym, jego opakowaniu oraz instrukcji używania oznaczeń lub napisów, które mogłyby wprowadzić w błąd co do oznaczenia znakiem CE oraz co do oznaczenia numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej. Kwestia jest związana z możliwością pomylenia, czy znak CE umieszczony na opakowaniu, którym jest rękaw, dotyczy jego samego, czy też wysterylizowanej zawartości. Na potwierdzenie powyższego załączamy pismo Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 31.08.2009r. wyjaśniające w sposób wyczerpujący kwestię oznakowania znakiem CE opakowań do sterylizacji narzędzi.

Odpowiedź nr 5: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania asortymentu posiadającego oznaczenie symbolem CE na etykiecie opakowania handlowego dla oferowanego w części zamówienia nr 1 asortymentu, w tym na opakowaniu zbiorczym.