



SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH

ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów

tel. (032) 3499115, faks (032) 2413952

NIP: 627-19-23-530 REGON: 271503410

Dział Zamówień Publicznych

tel. (032) 3499-298, faks (032) 3499-299

po godz. 15⁰⁰ faks (032) 3499119

e-mail: zp@zsm.com.pl, <http://www.zsm.com.pl>

SP ZOZ ZSM / ZP/230/25.1/2014

Chorzów, dnia 08.05.2014r.

Szanowni Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 207 000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: **„Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dla SPZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na części”.**

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca zadał pytanie. Zamawiający przytacza poniżej treść i udziela wyjaśnień.


Pytanie nr 1: dotyczy części zamówienia nr 2 poz. 1 i 2.

Czy Zamawiający dopuści zestaw 60g w składzie:

Zestaw uniwersalny z serwetą na stół Mayo

REF 1005-01

- 1 taśma przylepna 9 x 50 cm
- 1 serweta na stół Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm
- 4 ręczniki do rąk
- 2 przylepne serwety z organizatorami przewodów 75 x 90 cm
- 1 przylepna serweta średnia z organizatorami przewodów 180 x 180 cm
- 1 przylepna serweta duża 150 x 240 cm
- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm



Odpowiedź nr 1: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania ww zestawu jednak pod warunkiem, że pod słowem „serweta na stół mayo” umieszczona jest wsuwana osłona na stół mayo.

Pytanie nr 2: Prosimy o dopuszczenie uchwytu monopolarnego europejskiego producenta, najwyższej jakości, spełniającego wszystkie wymagania SIWZ, bez naklejki do wklejenia w protokół. Pozytywna odpowiedź na pytanie poszerzy grono oferentów, co wpłynie na obniżenie ceny. Oferowane przez nas uchwyty używane są obecnie na terenie całej Unii Europejskiej, a ich cena jest ok 30% niższa od cen uchwytów wiodących producentów.

Odpowiedź nr 2: Zamawiający informuje, że naklejka identyfikuje produkt, jego serię, datę ważności sterylności, producenta oraz inne konieczne dane w przypadku procesu epidemiologicznego. Zamawiający wymaga zaoferowania uchwytu monopolarnego zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia.