



CERTYFIKAT

ISO 9001:2008



SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH
ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
tel. (032) 3499115, faks (032) 2413952
NIP: 627-19-23-530 REGON: 271503410
Dział Zamówień Publicznych
tel. (032) 3499-298, faks (032) 3499-299
po godz. 15⁰⁰ faks (032) 3499119
e-mail: zp@zsm.com.pl, <http://www.zsm.com.pl>

SP ZOZ ZSM / ZP/230/42.1/2013

Chorzów, dnia 11.09.2014r.

Szanowni Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartość kwoty 207 000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: **„Zakup i dostawa produktów do sterylizacji dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na części”**.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcy zadali pytania dotyczące SIWZ. Zamawiający przytacza poniżej treść pytań i udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1: Część 3, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści pakiety typu Bowie-Dick o parametrach 121°C – 11 min.?

Odpowiedź nr 1: Zamawiający oczekuje zaofiarowania asortymentu opisanego w SIWZ, ponieważ program testowy zainstalowany w autoklawach posiadanych przez Zamawiającego zaprogramowany jest na cykl testowy o parametrach 134 C° 3.3 min i 121 C° 15 min i wymaga testów o takich parametrach.

Pytanie nr 2: Część 4, pozycja 4:

a) Czy należy zaofiarować zestaw testowy ze wskaźnikami klasy 6 o parametrach 134°C/5,3 min. - 121°C/15 min., czy 134°C/7 min. - 121°C/20 min.?

b) Uprzejmie prosimy o wskazanie na jakie parametry ma być skalibrowany test kl. 6, gdyż opisane w załączniku nr 2 parametry tj. 121°C/20 min. oraz 134°C/ 5,3 min. nie występują łącznie. Dostępne na polskim rynku testy posiadają wartości ustalone:

- 121°C/20 min oraz 134°C/7min,

lub

- 121°C/15 min oraz 134°C/5,3 min.

Odpowiedź nr 2: Zamawiający rozpatrując powyższe pytania, oczekuje złożenia oferty na zestaw testowy klasy 6 o parametrach 134°C/5,3 min – 121°C/ 15 min.

Pytanie nr 3: Część 1 pozycja 10 - Czy Zamawiający dopuści rękaw papierowo-foliowy z fałdą w rozmiarze: 420 mm x 90 mm. Opakowanie jednostkowe 1 rolka – 100 m.

Odpowiedź nr 3: Zamawiający dopuszcza możliwość zaofiarowania proponowanych powyżej rękawów.

Pytanie nr 4: Dotyczy projektu umowy – Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku, gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź nr 4: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy, w tym zawarte w § 2 ust. 3 projektu umowy dotyczące wymaganej stałości cen netto przez cały okres trwania umowy.

Pytanie nr 5: Część zamówienia nr 4 poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści przyrząd oraz testy zgodnie z wymaganiami SIWZ, konfekcjonowane po 400 sztuk w opakowaniu, wraz z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Ponadto prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób przeliczyć niepełną ilość opakowań, zaokrąglić ich ilość w górę, czy wycenić niepełną ilość opakowań?

Odpowiedź nr 5: Zamawiający oczekuje zaofiarowania asortymentu opisanego w SIWZ. Jednocześnie informujemy, że optymalna zapotrzebowana przez szpital ilość wynosi 15 kompletów, przy czym 1 komplet stanowi 250 testów wraz z przyrządem testowym.

Pytanie nr 6: Część nr 4 poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu 500 sztuk + przyrząd PCD? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź nr 6: Zamawiający oczekuje dostosowania asortymentu oferowanego przez Wykonawców w ofertach przetargowych do potrzeb Zamawiającego opisanych w SIWZ, gdzie w poz. 4 części zamówienia nr 4 wskazano jednoznacznie wielkość zapotrzebowania.

Pytanie nr 7: Część 2 - Czy Zamawiający dopuści testy biologiczne o szybkim odczycie do sterylizacji parą wodną ze wstępnym odczytem po 30 minutach oraz ostatecznym po 3 godzinach?

Odpowiedź nr 7: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wyżej proponowanych testów biologicznych.

Pytanie nr 8: Część 2 - Czy Zamawiający dopuści dostarczenie inkubatora zgodnego z opisem SIWZ bez panelu LCD?

Odpowiedź nr 8: Nie. Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego ze SIWZ i wymaga dostarczenia inkubatora z panelem LCD i inkubatorem w komplecie. Oczekiwania Zamawiającego dotyczące asortymentu ujętego w przetargu zgodne są z przyjętymi procedurami obowiązującymi w Centralnej Sterylizatorni.

Pytanie nr 9: Część nr 4 poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści standardową taśmę o wysokiej wytrzymałości w rozmiarze 12 mm x 50 m ? Taśmy wzmacnione są dostępne na polskim rynku przy szerokościach 19 mm lub 25 mm.

Odpowiedź nr 9: Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia taśmy standardowej o wysokiej wytrzymałości w rozmiarze 12 mm x 50 m.

Pytanie nr 10: Część nr 6 - Czy Zamawiający dopuści etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną, konfekcjonowane po 500 etykiet w rolce, z miejscami informacyjnymi:

- w pierwszym rzędzie – data procesu i numer sterylizatora,
- w rzędzie drugim – data ważności i numer cyklu,
- w rzędzie trzecim – numer operatora i kod procesu,

w przypadku użyczenia na czas trwania umowy metkownicy trzyrzędowej firmy Blitz z zapisem informacji w poprzek przesuwu etykiety, kompatybilnej z oferowanymi etykietami?

Odpowiedź nr 10: Zamawiający oczekuje zaoferowania etykiet opisanych w SIWZ do posiadanej przez szpital metkownicy.