



## SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH

ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów

tel. (032) 3499115, faks (032) 2413952

NIP: 627-19-23-530 REGON: 271503410

### Dział Zamówień Publicznych

tel. (032) 3499-298, faks (032) 3499-299

po godz. 15<sup>00</sup> faks (032) 3499119

e-mail: [zp@zsm.com.pl](mailto:zp@zsm.com.pl), <http://www.zsm.com.pl>

SP ZOZ ZSM / ZP/230/25.2/2014

Chorzów, dnia 12.05.2014r.

### Szanowni Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 207 000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: **„Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dla SPZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na części”**.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca zadał pytanie. Zamawiający przytacza poniżej treść i udziela wyjaśnień.

#### Pytanie nr 1: rozdział III pkt. 4 pdpkt. b SIWZ

Czy Zamawiający zgodzi się na określenie terminu dostawy na do 4 tygodni od daty zamówienia?

**Odpowiedź nr 1:** Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji dostaw w dłuższym terminie niż określony w SIWZ, czyli do 28 dni kalendarzowych.

Zamawiający prosi wykonawców, którzy przewidują dłuższy okres realizacji dostaw o ujęcie tej informacji w formularzu ofertowym załącznik nr 1 do SIWZ.

Dotychczasowa treść oświadczenia Wykonawcy ulega zmianie, jak niżej:

#### „Gwarantujemy:

- utrzymanie stałych cen jednostkowych netto dla oferowanego asortymentu przez cały okres trwania umowy;
  - termin dostawy przedmiotu umowy wynoszący do ..... dni kalendarzowych od chwili złożenia zamówienia przez Zamawiającego (uwaga: **maksymalnie do 28 dni kalendarzowych**);
  - czas wymiany wadliwego asortymentu w terminie do **7 dni** kalendarzowych od chwili otrzymania reklamacji ze strony Zamawiającego;
  - termin ważności dostarczonego asortymentu nie krótszy niż określony w formularzach cenowych”
- W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje zmiany wymagania określonego w rozdziale III pkt. 4 pdpkt. b SIWZ.

**Pytanie nr 2: Część zamówienia nr 7** - Uchwyt monopolarny. Asortyment: Uchwyt monopolarny z nożykiem prostym z przyciskiem cięcia/koagulacja, jednorazowy, sterylny z kablem o dł. ok. 5m i wtyczką kompatybilną z diatermią ERBE VIO 300D i 300S oraz VALEYLAB. Dostarczany asortyment posiada kontrolkę identyfikującą do wklejania do protokołu operacyjnego.

Czy zamawiający dopuści uchwyt z kablem o długości 3m z zachowaniem pozostałych wymaganych parametrów?

**Odpowiedź nr 2:** Zamawiający oczekuje dostawy uchwyty monopolarnego z kablem o długości ok. 5 m, ponieważ długość ta jest podyktowana odległością stołu operacyjnego od generatorów będących na kolumnach. Zamawiający informuje, że przewód przyłączeniowy nie może być krótszy niż 4,5 m.

**Pytanie nr 3: Część zamówienia nr 1 poz. 7.** Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 53x118 cm spełniającą pozostałe wymogi SIWZ?

**Odpowiedź nr 3:** Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wyżej proponowanej osłony na kończynę.

#### Pytanie nr 4: Część zamówienia nr 7

a) Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o umożliwienie zaoferowania w Części 7, obok istniejących zapisów SIWZ, również elektrody czynnej o następujących parametrach: Jednorazowy uchwyt monopolarny (elektroda czynna) z przełącznikiem cięcia i koagulacji, dostarczony z plastikowym futerałem do umieszczenia w polu operacyjnym, z przewodem przyłączeniowym o długości ok. 4,5m, z wymiową elektrodą nożową, współpracującą z generatorami typu Valleylab lub ERBE.

b) Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w Części 7 dwóch kodów jednorazowych uchwytów monopolarnych, posiadających wtyk typu Valleylab lub wtyk typu ERBE, przy czym Zamawiający określi rodzaj wtyku przy składaniu zamówienia?

c) Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane uchwyty posiadały elektrodę nożową pokrytą specjalną farbą silikonową zapobiegającą przywieraniu tkanek podczas koagulowania i ułatwiającą utrzymanie elektrody w czystości?

**Odpowiedź nr 4: Ad. a)** Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wyżej proponowanego uchwytu monopolarnego dostarczanego wraz z plastikowym futerałem do umieszczania w polu operacyjnym.

Zamawiający informuje, że przewód przyłączeniowy nie może być krótszy niż 4,5 m.

**Ad. b)** Zamawiający informuje, że wtyczka kompatybilną zarówno z diatermią ERBE VIO 300D i 300S, jak i VALEYLAB jest zakończona wtykiem 3-pinowy.

**Ad. c)** Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania proponowanego powyżej uchwytu monopolarnego z elektrodą nożową pokrytą specjalną farbą silikonową zapobiegającą przywieraniu tkanek podczas koagulowania.

#### **Pytanie nr 5: Część nr 7 pozycji 1.**

a) Czy Zamawiający ma na myśli uchwyt monopolarny z nożykiem prostym z przyciskiem cięcia/koagulacja, jednorazowy, sterylny z kablem o dł. ok. 5m i wtyczką 3- pin kompatybilną z diatermią ERBE VIO 300D i 300S oraz VALLEYLAB?

b) Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania sterylny uchwyt z opisem w języku polskim na opakowaniu zbiorczym, bez kontrolki identyfikującej do wklejenia do protokołu operacyjnego?

**Odpowiedź nr 5: Ad. a)** Zamawiający oczekuje uchwytu monopolarnego jednorazowego, sterylnego i zgodne z opisem zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ.

**Ad. b)** Zamawiający w odpowiedziach z dnia 08.05.2014r symb. SP ZOZ ZSM / ZP/230/25.1/2014 informował, że wymaga zaoferowania asortymentu wraz z kontrolką identyfikującą do wklejenia do protokołu operacyjnego. Jeżeli producent oryginalnie nie załącza ww. kontrolki to może to uczynić dystrybutor / dostawca.

Wymagana kontrolka ma identyfikować produkt, jego serię, datę ważności sterylności, producenta oraz inne konieczne dane w przypadku procesu epidemiologicznego i ma być dołączona do dostarczanego produktu.

**Pytanie nr 6: Część nr 4 pozycji 1.** Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania czyścik z opisem w języku polskim na opakowaniu zbiorczym?

**Odpowiedź nr 6:** Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania i dostawy czyścik z opisem w języku polskim na opakowaniu zbiorczym.

#### **Pytanie nr 7: Część nr 2 poz. 1 i 2.**

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny w składzie jak poniżej spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

|                                                                   |         |   |
|-------------------------------------------------------------------|---------|---|
| 1. serweta górna z taśmą samoprzylepną - ekran anestetyczny ..... | 240x150 | 1 |
| 2. serwety boczne z taśmą samoprzylepną .....                     | 90x75   | 2 |
| 3. serweta dolna z taśmą samoprzylepną .....                      | 175x175 | 1 |
| 4. taśma samoprzylepna .....                                      | 9x49    | 1 |
| 5. ręczniki chłonne .....                                         | 18x25   | 4 |
| 6. osłona na stół MAYO .....                                      | 79x145  | 1 |
| 7. serweta na stół - (owinięcie zestawu) .....                    | 150x190 | 1 |

**Odpowiedź nr 7:** Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wyżej proponowanego zestawu uniwersalnego.

#### **Pytanie nr 8: Część zamówienia nr 1:**

**a) poz. 4** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji sterylnego pokrowca na przewody w rozmiarze 15 x 250cm, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli nam na złożenie korzystnej cenowo oferty.

**b) poz. 6** - Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycji pokrowca na stół Mayo w kolorze niebieskim, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

**Odpowiedź nr 8: Ad. a)** Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w w/w pozycji sterylnego pokrowca na przewody w rozmiarze 15 x 250cm, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

**Ad. b)** Zamawiający oczekuje złożenia oferty przetargowej zgodnie z SIWZ.

#### **Pytanie nr 9: Część zamówienia nr 1:**

**a) poz. 1-5** Czy Zamawiający dopuści serwety o gramaturze 56g/m<sup>2</sup> spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**b) poz. 1-5** Czy Zamawiający dopuści serwety trójwarstwowe spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**c) poz. 6** Czy Zamawiający dopuści sterylny pokrowiec wykonany z folii o grubości 25µm warstwa chłonna o gramaturze 56g/m<sup>2</sup> w rozmiarze 80x140cm?

**d) poz. 7** Czy Zamawiający dopuści osłony w rozmiarze 35x120 pakowane pojedynczo z taśmą lepłą?

Czy Zamawiający dopuści osłony w rozmiarze 70x120 z taśmami pakowanymi osobno?

**Odpowiedź nr 9:** Zamawiający oczekuje złożenia oferty przetargowej zgodnie z opisami zawartymi w SIWZ.

**Pytanie nr 10: Część zamówienia nr 2:**

**a) poz.1** Czy Zamawiający dopuści zestaw w składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm. Serweta 2- warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm. Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety.

1 x Serweta o wym. 150 x 180cm. Serweta 2 warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

Serweta 2-warstwowa, samoprzylepna.

1 x Serweta o wym. 150 x 240cm. Serweta 2 warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

2 x Serweta o wym. 75 x 90cm. Serweta 2 warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm.

2 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30 cm.

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

**b) poz. 2** Czy Zamawiający dopuści zestaw w składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm. Serweta 2- warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm. Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety.

1 x Serweta o wym. 150 x 180cm. Serweta 2 warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

Serweta 2-warstwowa, samoprzylepna.

1 x Serweta o wym. 150 x 240cm. Serweta 2 warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

2 x Serweta o wym. 75 x 90cm. Serweta 2 warstwowa, samoprzylepna. Gramatura serwety 56 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie cieczy 188 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm.

2 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30 cm.

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

**Odpowiedź nr 10:** Zamawiający oczekuje złożenia oferty przetargowej zgodnie z opisami zawartymi w SIWZ.

**Pytanie nr 11: Paragraf 5 ust. 7 Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały:**

Obowiązkiem Sprzedającego jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia do 24 godzin od momentu wpłynięcia zamówienia (wyłączając dni ustawowo wolne od pracy). Potwierdzenie to zostanie wysłane na adres mailowy podany przez Kupującego.

**Odpowiedź nr 11:** Zamawiający dopuszcza możliwość potwierdzenia zamówienia drogą elektroniczną – zwrotnym e-mail.

**Pytanie nr 12: Paragraf 7 ust. 2 Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiały:**

Sprzedający jest zobowiązany do załatwienia reklamacji Kupującego w terminie:

- a) do **3 dni** kalendarzowych od chwili otrzymania reklamacji ze strony Zamawiającego, w przypadku reklamacji ilościowych
- b) do **14 dni** kalendarzowych od chwili otrzymania reklamacji ze strony Zamawiającego, w przypadku reklamacji jakościowych.

**Pytanie nr 13: Paragraf 5** Niniejszym wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie w § 5 zapisu:

**„Zamówienie jest ważne, jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”**

Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy, ponieważ nieczytelne zamówienia znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.

**Odpowiedź nr 12 i nr 13:** Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy.