



Nr sprawy: SPZOZZSM /ZP/49.1/2017

Chorzów, dnia 13.11.2017r.

Szanowni Wykonawcy

Dotyczy: w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 209 000 euro, prowadzonym w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: „**Zakup i dostawa wyposażenia i urządzeń medycznych dla SPZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na części**”.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcy zadali pytania. Zamawiający przytacza poniżej treść pytań i udziela wyjaśnień.

Pytanie 1: Pytania do SIWZ, Część zamówienia nr 1 - Kardiomonitor dla Pracowni Rezonansu Magnetycznego

(Pkt 14.) Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor, wyposażony w bezprzewodowy moduł (SpO₂ - w technologii Masimo) zasilany akumulatorem, którego dokładność pomiaru SpO₂ wynosi ± 3 ppm (ppm – uderzenia na minutę)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2: Pytania do SIWZ, Część zamówienia nr 1 - Kardiomonitor dla Pracowni Rezonansu Magnetycznego

(Pkt 20.) Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor, w którym pomiar stężenia dwutlenku węgla (EtCO₂) dokonywany jest ze strumienia bocznego, zakres pomiarowy od 0 do 115 mmHg?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3: Pytania do SIWZ, Część zamówienia nr 1 - Kardiomonitor dla Pracowni Rezonansu Magnetycznego

(Pkt 22.) Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor, w którym czas ładowania akumulatora do poziomu 90% wynosi do 5 h?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4: Część zamówienia nr 6 - Shaver artroskopowy dla Sali Operacyjnej Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej:

Zwracam się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści następujące zmiany w parametrach: **Akcesoria do shaver'a.**

– Poz. 23:

Pkt. 1: typ: ostro-ostre o średnicy: 4,2 mm, okienko prostokątne, ilość obrotów: **do 6000/min** – ilość 1 sztuka (poglądowe zdjęcie poniżej);- Aggressive Meniskus Cuter



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 5: Część zamówienia nr 6 - Shaver artroskopowy dla Sali Operacyjnej Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej:

Zwracam się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści następujące zmiany w parametrach: **Akcesoria do shaver'a.**

- Poz. 23:

Pkt. 2: typ: ostro-ostre o średnicy: 3,5 mm, okienko prostokątne, ilość obrotów: **do 6000/min.** - ilość 1 sztuka (poglądowe zdjęcie poniżej); -);- Aggressive Meniskus Cuter




Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 6: Część zamówienia nr 6 - Shaver artroskopowy dla Sali Operacyjnej Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej:

Zwracam się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści następujące zmiany w parametrach: **Akcesoria do shaver'a.**

- Poz. 23:

Pkt. 3: typ: ostro-ostre o średnicy: 4,2 mm, okienko owalne, ilość obrotów: **do 6000/min.** - ilość 1 sztuka (poglądowe zdjęcie poniżej); - -Bi cut.



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 7: Część zamówienia nr 6 - Shaver artroskopowy dla Sali Operacyjnej Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej:

Zwracam się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści następujące zmiany w parametrach: **Akcesoria do shaver'a.**

- Poz. 23:

Pkt. 4: typ: frez owalny o średnicy: 5,5 mm, ilość obrotów **do 8000/min** ilość 1 sztuka; - Oval Bur .

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 8: Część zamówienia nr 6 - Shaver artroskopowy dla Sali Operacyjnej Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej:

Zwracam się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści następujące zmiany w parametrach: **Akcesoria do shaver'a.**

- Poz. 24:

Sterownik nożny 5 – przyciskowy: 1) ustawienie obrotów „w prawo”, 2) ustawienie obrotów „w lewo”, 3) ustawienie pracy: oscylacja, **4) przełączanie gniazda napędów; gniazdo 1 lub gniazdo: 2, 5. – zwiększenie obrotów (w pętli).**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 9: Dotyczy części 9:

Ad. 8. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z 120-godzinny trendami z rozdzielczością 1 minuta?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10: Dotyczy części 9:

Ad. 9, 20. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z ciągłym zapisem w pamięci monitora monitorowanych parametrów (wartości liczbowych i krzywych dynamicznych) z 48 godz. z wbudowanym złączem USB do przenoszenia tych danych do PC?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11: Dotyczy części 9:

Ad. 13. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z:

- analizą ST z 7 odprowadzeń jednocześnie,
- analizą 24 kategorii arytmii,
- detekcją stymulatora serca,
- jednoczesne wyświetlanie 7 krzywych przy użyciu kabla 5-żyłowego,
- wyposażenie: kabel 3- żyłowy – 1 szt. oraz 5-żyłowy – 1 szt.?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12: Dotyczy części 9:

Ad. 14. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z funkcją nadzoru bezdechu w zakresie od 10 do 40 s?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13: Dotyczy części 9:

Ad. 18. Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor ze stojakiem jezdny wykonanym z aluminium z podstawą wyposażoną w pięć kół?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14: Dotyczy: Tabela 3. Część zamówienia nr 3 - Aparat USG dla Izby Przyjęć

Prosimy o dopuszczenie aparatu usg renomowanego producenta, którego parametry w nieznacznym sposób odbiegają od wymogów Zamawiającego.

Chcemy zauważyć, że w aparatach tej klasy różnice w parametrach technicznych są praktycznie niezauważalne dla użytkownika.

Prosimy zatem o dopuszczenie aparatu usg ważący ok 61 kg, który posiada:

- 114 688 kanałów procesowych
- Zakres pracy aparatu: 2-12 MHz
- Głębokość penetracji: 2-30 cm
- 4 regulowane ogniska widoczne na obrazie
- Uchyłność bramki Dopplerowskiej 12 stopni
- Zakres kąta korekcji +1- 70 stopni
- Regulację bramki dopplerowskiej 0,5-15 mm
- Odświeżanie obrazu tzw. „frame rate” w trybie Dopplera Kolorowego 211 Hz
- Głowicę liniową 5-12 MHz, 2 pasma harmoniczne
- Głowicę convex z promieniem krzywizny 51 mm
- Głowicę sektorową 2-4 MHz, 2 pasma harmoniczne
- Możliwość rozbudowy o micro-convex 4-9 MHz, kąt skanowania 92 stopnie, 2 pasma harmoniczne
- Możliwość eksport i import w formatach: JPEG, DECOM, AVI, oraz postprocessing w zakresie: zmiana wzmocnienia, zmiana mapy chroma
- Auto optymalizacja obrazu PW przy pomocy jednego przycisku (optymalizacja funkcji - linii bazowej, PRF)
- Gniazda USB umiejscowione z tyłu aparatu - 5 sztuk

„Nie posiadający”

- Funkcji uczącej podstawowych technik skanowania z graficznym oznaczaniem pozycji głowicy (dodatkowy obraz pojawiający się na ekranie pokazujący technikę badania), schematami anatomicznymi oraz przykładowymi obrazami klinicznymi
- Możliwość rozbudowy o 4 port
- Możliwość rozbudowy o dicom Verify oraz Query/Retrieve

- Możliwości rozbudowy o opcję wizualizacji igły bez utraty jakości i rozdzielczości obrazu z doskonałym uwidocznieniem struktur anatomicznych
- Możliwości rekonstrukcji 3D z zapisami pętli dno
- Możliwości dokonania pomiarów, kalkulacji oraz adnotacji na przywołanych pętlach cine
- Możliwości przeglądania klatka po klatce oraz odtwarzania pętli z różnymi prędkościami
- Trybu powiększenia z podglądem całego obrazu w czasie rzeczywistym.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15: Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczne – warunki graniczne i pożądane

Tabela 5. Część zamówienia nr 5 - Aparat EKG 12 kanałowy z dedykowanym wózkiem i akcesoriami

1. Pkt. 2. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy elektrokardiograf o przekątnej ekranu 12,1" TFT o wysokiej rozdzielczości 800x600dpi, bez możliwości ukrywania paska menu? Oferowana wielkość ekranu pozwala na przejrzysty ogłęd prezentowanych wartości oraz komfortową pracę personelu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

2. Pkt. 5. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy elektrokardiograf z pamięcią 300 badań z możliwością rozbudowy za pomocą dysku USB (ilość ograniczona tylko pojemnością pamięci USB) oraz z akumulatorem wystarczający na 2 godziny ciągłej pracy?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

3. Pkt. 6. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy elektrokardiograf bez funkcji EKG-M@IL oraz wyposażony w dwa porty USB? Funkcja EKG-M@IL jest opcją posiadaną jedynie przez jednego producenta elektrokardiografów – firmę Aspel co w znaczący sposób ogranicza możliwość złożenia ofert konkurencyjnych.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

4. Pkt. 7. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy elektrokardiograf z prostym systemem wymiany papieru w drukarce termicznej, konkurencyjnym do rozwiązania Easy Load. System Easy Load jest opcją posiadaną jedynie przez jednego producenta elektrokardiografów – firmę Aspel co w znaczący sposób ogranicza możliwość złożenia ofert konkurencyjnych.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16: Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania techniczne – warunki graniczne i pożądane

Tabela 9. Część zamówienia nr 9 - Kardiomonitor z pulsoksymetrem dla Izby Przyjęć

1. Pkt. 8, 9. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z zapamiętywaniem trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów ze 160 godzin z rozdzielczością 1 min, 5 min, 10 min, 30 min, 60 min, z ostatniej godziny w rozdzielczości 1 i 5 sekund oraz z zapisem 1 krzywej full disclosure z ostatnich 48 godzin? Jest to wystarczający sposób oraz czas do retrospektywnej analizy stanu zdrowia pacjenta.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

2. Pkt. 11. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z pamięcią 200 zdarzeń alarmowych z zapisem 16-sekundowej krzywej, która wyzwoliła alarm oraz wszystkich mierzonych parametrów cyfrowych? Liczba zapisywanych zdarzeń alarmowych wraz z parametrami im towarzyszącymi pozwala na wystarczającą dla bezpieczeństwa pacjenta ocenę sytuacji krytycznych.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

4. Pkt. 13. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor bez możliwości jednoczesnego wyświetlania min. 6 krzywych przy użyciu kabla 3-żyłowego, z analizą ST wszystkich monitorowanych odprowadzeń jednocześnie? Zaoferowany kardiomonitor pozwala na wyświetlanie 1, 2, 7 lub 12 odprowadzeń EKG w zależności od zastosowanego kabla EKG (3, 5, 12 - żyłowego). Posiada także funkcję wykrywania stymulatora oraz analizę ponad dwudziestu typów arytmii.

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

5. Pkt. 14. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor z alarmem bezdechu w przedziale 10-60 sekund, bez licznika bezdechów? Licznik bezdechów jest opcją posiadaną jedynie przez jednego producenta kardiomonitorów – firmę EMTEL co w znaczący sposób ogranicza możliwość złożenia ofert konkurencyjnych.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

6. Pkt. 18. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor ze stojakiem bez uchwytu do prowadzenia oraz ze stabilną, pięcioramienną podstawą jezdną? Brak uchwytu do prowadzenia wynika z konstrukcji stojaka - stojak prowadzi się wygodnie trzymając za uchwyt monitora.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

7. Pkt. 20. Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy kardiomonitor ze złączem USB umożliwiającym przenoszenie do komputera wszystkich zapamiętywanych danych, tj. danych cyfrowych ze 160 godzin oraz jednej krzywej dynamicznej 48-godzinnej za pomocą nośnika elektronicznego? Pragniemy ponadto nadmienić, że wbudowane gniazdo USB służy w zaproponowanym urządzeniu także do przenoszenia profilu użytkownika (konfiguracja ekranu, granic alarmowych, jasności itp.) do innego kardiomonitora przy pomocy nośnika pendrive.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR
SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich

mgr Anna Knysok