



CERTYFIKAT
ISO 9001:2008



SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH
ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
tel. (032) 3499115, faks (032) 2413952
NIP: 627-19-23-530 REGON: 271503410
Dział Zamówień Publicznych
tel. (032) 3499-298, faks (032) 3499-299
po godz. 15⁰⁰ faks (032) 3499119
e-mail: zp@zsm.com.pl., http://www.zsm.com.pl

Chorzów, dnia 21.10.2015r.

SP ZOZ ZSM / ZP/230/37.1/2015

Szanowni Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartość kwoty 207 000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: „**Zakup i dostawa elementów wieży artroskopowej dla Sali operacyjnej Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz sprzętu do Pracowni Histopatologii – procesora tkankowego, zatapiarki parafinowej, mikrotomu z zestawem żyłek i mikroskopu SPZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na części: 1) Bipolarny aparat elektrochirurgiczny przeznaczony do zabiegów artroskopowych wraz z akcesoriami (elektrodami) – 1 sztuka, 2) Źródło światła (LED) wraz ze światłowodem - 1 sztuka, 3) Optyka artroskopowa – 1 sztuka, 4) Procesor tkankowy karuzelowy – 1 sztuka, 5) Mikrotom półautomatyczny – 1 sztuka, 6) Zatapiarka parafinowa (stacja do zatapiania) – 1 sztuka, 7) Mikroskop optyczny ze statywem – 1 sztuka**”.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcy zadali pytania. Zamawiający przytacza poniżej ich treść i udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1 (dot. części nr 5 zamówienia): Czy Zamawiający uzna za urządzenie równoważne i dopuści zaoferowanie medycznego mikrotomu rotacyjnego - półautomatycznego o poniższych parametrach technicznych?

- Mikrotom elektromechaniczny (półautomatyczny) umożliwiający cięcie ręczne przy użyciu koła zamachowego, posiadający automatyczne podprowadzenie głowicy z preparatem do nożyka
- Przesuw głowicy za pomocą napędu elektromechanicznego sterowanego przez układ mikroprocesorowy
- Precyzyjne i stabilne mocowanie kasetki z preparatem do głowicy mikrotomu
- Całkowity wysuw poziomy głowicy mikrotomu 28mm
- Zakres pionowy ruchu głowicy mikrotomu 70mm
- Możliwość obrotu preparatu (błoczek) w uchwycie o 360°
- Mocowanie preparatu w uchwycie z możliwością precyzyjnej regulacji w płaszczyźnie X i Y; kąt regulacji - minimum 8°
- Możliwość pracy w dwóch trybach: cięcia i trymowania
- Możliwość dowolnego przełączania pomiędzy ustawieniami cięcia i trymowania
- Cięcie w zakresie od 0 do 100µm (mikrometrów)
- Cięcie nastawiane w zakresach:
 - ⇒ 0 do 10µm - skok co 1µm (mikrometrów)
 - ⇒ 10 do 20µm - skok co 2µm (mikrometrów)
 - ⇒ 20 do 50µm - skok co 5µm (mikrometrów)
 - ⇒ 50 do 100µm - skok co 10µm (mikrometrów)
- Trymowanie w zakresie od 0 do 500µm – skok o 1 µm
- Funkcja retrakcji podczas ruchu powrotnego głowicy mikrotomu z możliwością jej wyłączenia
- Baza (uchwyt) do cięcia, przystosowany do zamontowania nożyków jednorazowych. Mocowanie precyzyjne i stabilne.
- Baza (uchwyt) na nożyki jednorazowe posiadająca możliwość nastawy kąta nachylenia w zakresie od 0° do 10°
- Osłona na ostrze nożyka
- Wyświetlacz LCD umożliwiający wyświetlanie parametrów i funkcji po naciśnięciu odpowiednich klawiszy z panelu sterującego takich jak:
 - ⇒ ilość cięć
 - ⇒ grubość cięcia
 - ⇒ grubość trymowania
 - ⇒ pozycja cięcia
- Blokada koła zamachowego w dowolnej pozycji
- Waga urządzenia – 30kg
- Tacka na akcesoria mikrotomu
- Funkcja szybkiego przywrócenia pozycji próbki względem noża np.: po wymianie nożyka jednorazowego.
- Możliwość rozbudowy o system transportu skrawków po torze wodnym do podświetlanej łaźni wodnej, system chłodzenia preparatu na głowicy mikrotomu, lupę.
- Nożyki mikrotomowe o kącie ostrzenia 34° (50 szt.)
- Urządzenie wyposażone w uchwyt na nożyki jednorazowe oraz uchwyt na kasetki z preparatem
- Środek do czyszczenia mikrotomu, pojemność min. 100 ml

- Wymiary: głębokość nie większa niż 550mm (ograniczenie wynikające z powierzchni blatu roboczego oraz powierzchni w lokalizacji (przestrzeni), w której ma zostać zainstalowane urządzenie)
- Zasilanie: 220~240V A: 50~60 Hz

Odpowiedź na pytanie nr 1: Większość parametrów technicznych podanych przez Wykonawcę jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia. Jedynie w punkcie: "cięcie nastawiane w zakresach" - dokładność nastawień grubości preparatu nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego.

Zamawiający oczekuje mikrotomu o precyzyjnej nastawie cięcia w dolnym zakresie, a mianowicie od 0,5 do 2µm co 0,5µm oraz od 2 do 10µm co 1 µm, ze względu na specyfikę prowadzonych badań i stosowanych odczynników. Grubość skrawków jest szczególnie istotna przy wykonywaniu badań immunohistochemicznych, a ich liczba stale wzrasta w codziennej praktyce patomorfologicznej, zgodnie z wymaganiami stawianymi przez onkologów i dalszego specjalistycznego leczenia. **Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania mikrotomu z oferowanymi nastawieniami cięcia** [czyli w zakresach: 0 do 10µm - skok co 1µm (mikrometrów); 10 do 20µm - skok co 2µm (mikrometrów); 20 do 50µm - skok co 5µm (mikrometrów); 50 do 100µm - skok co 10µm (mikrometrów)].

Pytanie nr 2 (dot. części nr 2 zamówienia - źródło światła) - dot. poz. 9 i 10: Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisów w pozycji 9 i 10? Producent nie podaje tak szczegółowych parametrów pracy źródła światła.

Pytanie nr 3 (dot. części 2 zamówienia - źródło światła): Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania źródła światła bez podawania parametru dotyczącego temperatury barwowej oraz wskaźnika odwzorowania barw CRI jako rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź na pytanie nr 2 i 3: Nie. Zamawiający wymaga podania informacji o parametrach źródła światła. Proszę zwrócić uwagę, że współczesne technologie pozwalają na uzyskanie takich parametrów promiennika (żarówki), że odwzorowują on barwę charakterystyczną np. dla światła dziennego. Nie przez przypadek Zamawiający wymaga podania tego parametru. Odwzorowanie barw CRI (*Color Rendering Index* - Współczynnik Oddawania Barw) na poziomie co najmniej 95 wskazuje wyraźnie, że Zamawiający wymaga dostarczenie sprzętu, którego barwa (barwa źródła światła) jest zbliżona do światła dziennego. Ten parametr podaje wielu producentów sprzętu, oferując źródło światła z różnymi lampami – np. halogenowymi lub LED (różniącymi się wyraźnie barwą). Parametr wymagany przez Zamawiającego potwierdzony w oryginalnym folderze producenta.

Pytanie nr 4 (dot. części nr 3 zamówienia - optyka artroskopowa): Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania optyki artroskopowej wysokiej rozdzielczości z płaszczem i trokarem, autoklawowalnej, średnica 4mm, kąt 30 stopni, spajana laserowo, szkło szafirowe na czele optyki, długość robocza 165mm, jako rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź na pytanie nr 4: Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie optyki artroskopowej wysokiej rozdzielczości z płaszczem i trokarem, autoklawowalnej, średnica 4mm, kąt 30 stopni, spajana laserowo, szkło szafirowe na czele optyki, długość robocza 165mm, jako rozwiązanie równoważne.

Pytanie nr 5 (dot. części nr 3 zamówienia - optyka artroskopowa): Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania optyki bez podawania oznaczenia średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci graficznej lub cyfrowej umieszczone obok przyłącza światłowodowego jako rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź na pytanie nr 5: Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie optyki bez podawania oznaczenia średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci graficznej lub cyfrowej umieszczone obok przyłącza światłowodowego jako rozwiązanie równoważne.

Pytanie nr 6 (dot. części nr 3 zamówienia - optyka artroskopowa): Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kasety sterylizacyjnej do proponowanej optyki, jako rozwiązanie równoważne?

Odpowiedź na pytanie nr 6: Tak. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kasety sterylizacyjnej do proponowanej optyki, jako rozwiązanie równoważne.

Pytanie nr 7 (dot. części nr 2 i 3): Prosimy o wydłużenie czasu reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym z 24h do 72h. Czas ten jest optymalny pod względem planowania prac serwisu i tym samym zapewnienia usług na najwyższym poziomie.

Odpowiedź na pytanie nr 7: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie czasu reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym z 24h do 72h.

Pytanie nr 8 (dot. części nr 2 i 3): Prosimy o wydłużenie czasu usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw, w przypadku kiedy usunięcie usterki i wykonanie naprawy będzie wymagało importu części zamiennych lub podzespołów w okresie gwarancyjnym z maksymalnie 3 dni roboczych do 14 dni.

Odpowiedź na pytanie nr 8: Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie czasu usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw, w przypadku kiedy usunięcie usterki i wykonanie naprawy będzie wymagało importu części zamiennych lub podzespołów w okresie gwarancyjnym z maksymalnie 3 dni roboczych do 14 dni. Zamawiający przypomina, że zgodnie z zapisami art. 90. ust. 5: Podmiot (o którym mowa w ust. 3 i 4 art. 90. Ustawy o WM) powinien: dysponować określonym przez wytwórcę zapleczem technicznym, częściami zamiennymi, częściami zużywalnymi i materiałami eksploatacyjnymi. Fakt, że dana naprawa wymaga importu części zamiennych lub podzespołów, nie jest wystarczającym powodem do wydłużenia czasu na usunięcie usterki na proponowany przez Wykonawcę.

Pytanie nr 9 (dot. części nr 2 i 3): Czy Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych w wypadku wstawienia sprzętu zastępczego na czas usunięcia wad i usterek?

Odpowiedź na pytanie nr 9: Tak, zgodnie z zapisami projektu umowy § 7 (Kary umowne) ust. 1 c): „(...) Dostarczenie przez Wykonawcę na własny koszt sprzętu zastępczego spowoduje zaniechanie naliczania kar umownych”.

Pytanie nr 10 (dot. części nr 1): Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie wyposażone w dwa wyjścia z rozpoznawaniem podłączonych instrumentów?

Odpowiedź na pytanie nr 10 (dot. części nr 1): Zamawiający dopuszcza do zaoferowania (nie wymaga) urządzenie wyposażone w dwa wyjścia z rozpoznawaniem podłączonych instrumentów.

DYREKTOR
SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich
mgr Anna Knysok