



CERTYFIKAT
ISO 9001:2008

SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH
ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów
tel. (032) 3499115, faks (032) 2413952
NIP: 627-19-23-530 REGON: 271503410
Dział Zamówień Publicznych
tel. (032) 3499-298, faks (032) 3499-299
po godz. 15⁰⁰ faks (032) 3499119
e-mail: zp@zsm.com.pl., http://www.zsm.com.pl

SP ZOZ ZSM / ZP/ 24. 1/2016

Chorzów, dnia 13.09.2016r.

Szanowni Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartość kwoty 209 000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: „**Zakup i dostawa wyrobów medycznych: staplerów i ładunków do staplerów dla bloku operacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie**”.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcy zadali pytania. Zamawiający przytacza poniżej treść pytania i udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuści w Załączniku nr 1 do SIWZ poz. 1 równoważny, jednorazowy stapler liniowy, tnąco-zamykający z nożem w ładunku o efektywnej długości zespolenia i przecięcia 60mm do tkanki normalnej 1,5mm (wys. zszywki 3,85mm) lub tkanki grubej 2,0mm (wys. zszywki 4,50mm) do wyboru. Stapler liniowy z nożem zaopatrzony w dwa podwójne rzędy naprzemiennie ustawionych zszywek tytanowych. Jednocześnie z wykonywanym cięciem oddziela tkanki zespalać każdą z nich podwójną linią zszywek z zastosowaniem specjalnego systemu zamykania zszywek (Safe Formation System) są one zawsze formatowane w wymagany kształt litery B. Stapler prosty w obsłudze, bo należy ścisnąć rączkę a następnie przesunąć nóż tam i z powrotem. Posiada blokadę uniemożliwiającą ponowne odpalenie staplera?

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający dopuści w Załączniku nr 1 do SIWZ poz. 2 równoważny, jednorazowy ładunek z nożem 60mm kompatybilny ze staplerem liniowym z nożem z poz.1?

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający dopuści w Załączniku nr 1 do SIWZ poz. 3 równoważny, jednorazowy automatyczny stapler liniowy o efektywnej długości zespolenia 60mm załadowany ładunkiem do tkanki grubej (z wysokością otwartej zszywki 4,8mm po zamknięciu 2,0mm), zielony, sterylony gdzie jedna dźwignia spełnia rolę dwóch dźwigni (zamykającej i spustowej). Posiada blokadę uniemożliwiającą ponowne odpalenie staplera?

Pytanie nr 4: Czy Zamawiający dopuści w Załączniku nr 1 do SIWZ poz. 4 równoważny, ładunek do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o efektywnej długości zespolenia 60mm kompatybilny ze staplerem z poz.3 Do wyboru do tkanki grubej 2,0mm o wys. zszywki 4,8mm i standardowej 1,5mm o wys. zszywki 3,8mm?

Odpowiedź nr 1 – 4: Zamawiający oczekuje zaoferowania asortymentu opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie asortymentu o następującej charakterystyce:
Pozycja 3 - Stapler liniowy jednorazowego użytku 60 mm , z automatycznym dociskiem tkanki, z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem, o wysokości zszywek 4,8. Zszywki wykonane z drutu obustronnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance”.

Pozycja 4 - „Ładunki do staplera liniowego jednorazowego użytku 60 mm kompatybilne ze staplerem z pozycji 3, z automatycznym dociskiem tkanki, z blokadą uniemożliwiającą zamknięcie staplera z wystrzelonym ładunkiem, o wysokości zszywek 4,8 mm lub 3,5 mm; zszywki wykonane z drutu obustronnie spłaszczonego dla uzyskania pewnego zamknięcia na zmienionej chorobowo tkance. Zamawiający określi wysokość zszywki przy składaniu zamówienia”.

Odpowiedź nr 5: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania proponowanego powyżej staplera oraz ładunków posiadających zszywki wykonane z drutu obustronnie spłaszczonego przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian.

DYREKTOR
SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich

mgr Anna Kryszek