



CERTYFIKAT

ISO 9001:2008



## SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH

ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów

tel. (032) 3499115, faks (032) 2413952

NIP: 627-19-23-530 REGON: 271503410

### Dział Zamówień Publicznych

tel. (032) 3499-298, faks (032) 3499-299

po godz. 15<sup>00</sup> faks (032) 3499119

e-mail: zp@zsm.com.pl., http:www.zsm.com.pl

Chorzów, 7.11.2016

Nr sprawy: SP ZOZ ZSM /ZP/35.3/2016

### Szanowni Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pod nazwą: **Zakup i dostawa wyposażenia i urządzeń medycznych: wózka, kardiomonitorów, aparatu EKG, defibrylatorów, pomp infuzyjnych, ssaka próżniowego oraz lodówki na leki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie.**

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie informuje, że Wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartość kwoty 209 000 euro zwrócili się do zamawiającego z prośbą o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania. Zamawiający przytacza poniżej treść pytań oraz udziela wyjaśnień.

#### PYTANIA DOTYCZA POZYCJI NR 7 – DEFIBRYLATOR Z MONITOREM I WYPOSAŻENIEM ORAZ TORBA TRANSPORTOWA

**Pytanie nr 1.:** Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator bez funkcji metronomu?

**Pytanie nr 2.:** Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z czasem ładowania do energii 300J poniżej 9 sekund?

**Pytanie nr 3.:** Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator, którego waga z akumulatorem i łyżkami twardymi wynosi maksymalnie 7kg?

**Pytanie nr 4.:** Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy defibrylator z zakresem wzmocnień sygnału EKG: 0,25; 0,5; 1; 2; 4?

**Odpowiedź na pytania nr 1, 2, 3 i 4:** Tak, Zamawiający dopuszcza do zaoferowania defibrylator posiadający ww. opisane funkcje, bez funkcji metronomu, o wadze z akumulatorem i łyżkami twardymi wynoszącej maksymalnie 7kg, z czasem ładowania do energii 300J poniżej 9 sekund oraz z zakresem wzmocnień sygnału EKG: 0,25; 0,5; 1; 2; 4.

DYREKTOR  
SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich  
mgr Anna Knysok