



CERTYFIKAT  
ISO 9001:2008



## SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH

ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów

tel. (032) 3499115, faks (032) 2413952

NIP: 627-19-23-530 REGON: 271503410

### Dział Zamówień Publicznych

tel. (032) 3499-298, faks (032) 3499-299

po godz. 15<sup>00</sup> faks (032) 3499119

e-mail: [zp@zsm.com.pl](mailto:zp@zsm.com.pl), <http://www.zsm.com.pl>

SP ZOZ ZSM / ZP/230/44.3/2012

Chorzów, dnia 26.11.2012r.

### Szanowni Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartość kwoty 130 000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: **„Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na części”.**

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcy zadali pytania. Zamawiający przytacza poniżej treść pytania i udziela wyjaśnień.

**Pytanie nr 1:** część zamówienia nr 9 pkt. 1. Czy Zamawiający wymaga zaoferowania elektrod biernych jednorazowego użytku pokrytych wysokiej jakości hydrożelem przewodzącym, który gwarantuje prawidłowe przyleganie do ciała pacjenta przez cały czas trwania zabiegu, dzielonych, wielkości 176 x 122 mm, powierzchnia przewodzenia: 110 cm<sup>2</sup>, powierzchnia całkowita: 170 cm<sup>2</sup> kompatybilnych z systemem typu TWIN SAFE lub równoważnym, dostosowanych do pracy z gastroskopem i kolonoskopem Q 165 Firmy Olympus oraz diatermią Spectrum Firmy Emed?

**Odpowiedź nr 1:** Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania elektrod biernych jednorazowego użytku zgodnych z powyższym opisem.

DYREKTOR  
SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich  
Jerzy Szafranowicz