



**SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH**  
ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów  
tel. (032) 3499115, faks (032) 2413952  
NIP: 627-19-23-530 REGON: 271503410  
**Dział Zamówień Publicznych**  
tel. (032) 3499-298, faks (032) 3499-299  
po godz. 15<sup>00</sup> faks (032) 3499119  
e-mail: zp@zsm.com.pl, http:www.zsm.com.pl

SP ZOZ ZSM / ZP/230/17.2/2015

Chorzów, dnia 11.05.2015r.

### Szanowni Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartość kwoty 207 000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: „**Zakup i dostawa urządzeń medycznych dla SPZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na części: Część zamówienia nr 1: Kardiomonitoring dla oddziałów szpitalnych – 2 sztuki, Część zamówienia nr 2: Pompy infuzyjne i objętościowe wraz z dodatkowym wyposażeniem dla oddziałów szpitalnych – 7 kompletów, Część zamówienia nr 3: Aparat rentgenowski, mobilny dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 1 komplet**”.

Sprostowanie do udzielonych odpowiedzi z dnia 11 maja br. [znak pisma: SP ZOZ ZSM / ZP/230/17.2/2015].  
Sprostowanie dotyczy udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 26.

**Pytania nr 26** (dot. części nr 3 zamówienia - Aparat rentgenowski, mobilny; punkt 29): Zamawiający wymaga jak powyżej zaprzeczenia w opisie oraz wymaga, aby odległość wynosiła 2011mm, czyli 201,1cm?  
Czy nie chodziło o odległość 210cm, czyli 2100mm?

**Błędnie podano skorygowany opis w sposób następujący:** „Położenie ogniska lampy od podłogi  $\geq$  2110mm”

**Odpowiedź powinna brzmieć (na pytanie nr 26):** Zamawiający dokonuje korekty (poprawienia) zapisu w punkcie 29. na następujący: ” Położenie ogniska lampy od podłogi  $\geq$  2011mm”.

Właściwe brzmienie punktu 29. Załącznika nr 4 (punkt 28.): „Położenie ogniska lampy od podłogi  $\geq$  2011mm”

29	Położenie ogniska lampy od podłogi $\geq$ 2011mm	TAK, podać	
----	--	------------	--

Zamawiający informuje, że nie będzie publikował poprawionego formularza (zawierającego ww. zmianę w pkt. 29. Załącznika nr 4 do SIWZ) i wnosi o dokonanie poprawki – wpisania poprawnego sformułowania przez uczestników postępowania (opublikowane dokumenty są w wersji edytowalnej).