



CERTYFIKAT
ISO 9001:2008



SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH
ul. Strzelców Bytomskich 11 41-500 Chorzów
NIP: 627-19-23-530 REGON: 271503410
Dział Zamówień Publicznych
tel. (032) 34-99-298 fax. (032) 34-99-299
po godz. 15⁰⁰ fax. (032) 34-99-119
e-mail: zp@zsm.com.pl <http://www.zsm.com.pl>

SP ZOZ ZSM/ZP/230/3.3/2016

Chorzów, dnia 9.02.2016r.

Szanowni Wykonawcy

SPROSTOWANIE / WYJAŚNIENIE

Dotyczy: odpowiedzi na pytania zadane do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 209 000 euro, prowadzonym w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: „Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczeń w serologii transfuzjologicznej metodą aglutynacji kolumnowej wraz z dzierżawą automatycznego analizatora, systemu zastępczego/backup przeznaczonego do wykonania badań, w którego skład wchodzi wirówka, pipeta i inkubator oraz oprogramowania pozwalającego na prowadzenie i wydruk ksiąg serologicznych, w tym: księgi prób zgodności, księgi badań grup krwi, księgi badań kontrolnych i odczynników diagnostycznych i krwinek wzorcowych, wraz z modulem obsługi banku krwi dla potrzeb Laboratorium Analitycznego Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie”.

Zamawiający składa dodatkowe wyjaśnienia dotyczące udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 5 (opublikowanej 8 lutego br.; znak pisma SP ZOZ ZSM/ZP/230/3.2/2016)

Na pytanie brzmiące (Pytanie nr 5): W związku z wymogiem (zał. Nr 2.4 do SIWZ), otwieranie kaset zabezpieczone przed kontaminacją (dedykowany nakłuwacz/system otwierający do każdego rodzaju kaset, czy Zamawiający dopuści system/technologię, w której karty/kasety są zabezpieczone przed kontaminacją i nie wymagają użycia nakłuwacza do ich otwarcia?

Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi: **Nie**, Zamawiający **nie dopuszcza zaoferowanie** automatycznego analizatora pracującego w systemie /technologii, w której karty/kasety są zabezpieczone przed kontaminacją i nie wymagają użycia nakłuwacza do ich otwarcia.

Z powyższego wynika, że Zamawiający nie dopuszcza **zaoferowanie** automatycznego analizatora pracującego w systemie /technologii niewymagającej użycia nakłuwacza do otwarcia kart/ kaset. **Nie oznacza jednakże**, że Zamawiający dopuszcza aparat pracujący w systemie /technologii, w której karty/kasety nie są zabezpieczone przed kontaminacją.

Dla pozbycia się wszelkich wątpliwości bliższe sensu byłoby więc zdanie (odpowiedź na powyższe pytanie nr 5): Zamawiający **nie dopuszcza zaoferowanie** automatycznego analizatora pracującego w systemie /technologii, w której karty/kasety zabezpieczone przed kontaminacją, nie wymagają użycia nakłuwacza do ich otwarcia.

Przewodniczący
Komisji Przetargowej

mgr Arkadiusz Jakubczyk