



Nr sprawy: SP ZOZ ZSM ZP/28.3/2018

Chorzów, dnia 18.05.2018r.

Szanowni Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartość kwoty 221 000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: **„Dostawa implantów dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie.”**

Część 2 odpowiedzi na pytania

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca zadał pytania. Zamawiający przytacza poniżej treść pytań i udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania (dot. § 1 ust. 1) oraz udostępnienia (dot. § 1 ust. 1), których wzory przesyłamy w załączeniu?

Odpowiedź na pytanie nr 1: Przedmiot zamówienia, warunki i sposób realizacji dostaw opisany w SIWZ nie przewidywał zawierania dodatkowej umowy na przechowywanie lub depozyt implantów. Zamawiający na obecnym etapie postępowania nie przewiduje zmiany sposobu realizacji zamówienia, ponad zasady realizacji dostaw określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. W związku z powyższym, Zamawiający nie wprowadza zmiany do SIWZ w postaci dodatkowej umowy proponowanej przez Wykonawcę w pytaniu.

W odniesieniu do zapisów w par. 3 ust. 2 projektu umowy Zamawiający ustali z Wykonawcą, któremu w wyniku przetargu zostanie powierzone do realizacji zamówienia, wzór protokołu przekazania „banku implantów”. Wzór protokołu stanowić będzie załącznik nr 3 do umowy. Protokół zostanie spisany między stronami przy realizacji pierwszej dostawy implantów do Zamawiającego.

Pytanie nr 2: dotyczy pakietu nr 6

Czy w Pakiecie 6 Zamawiający dopuści również:

- w punkcie 1 - implant typu endobutton, posiadający przymocowaną pętlę z nici o zwiększonej wytrzymałości, służąca do zamocowania przeszczepu - tytanowa płytka z nicią prowadzącą, zaopatrzona w dwie pętle bez węzła, o długości 15-55 mm, wykonane z UHMWPE. Jeden z końców płytki ostro zakończony. Jako opcja mocowanie udowe - typu endobutton: ostro zakończona płytka tytanowa 13 mm (oraz jako opcja ostro zakończona, wydłużona - 20 mm, płytka tytanowa) połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Płytkę z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nic prowadząca implant.

- w punkcie 2 - śruby interferencyjne TCP, osteokondukcyjne - wykonane z 40% PLDLA i 60% TCP (beta Tri-Calcium Phosphate) i 70% PLDLA (Poly L/D-lactide Acid) i 30% TCP z gwintem na całej długości lub zakończona główką. Gwint półokrągły dla ochrony przeszczepu. Kaniulowane dla drutu nitinolowego 0,9-1.1mm Dostępne w rozmiarach od 7x20 mm do 11x35 mm.

Pozostałe warunki zgodne z SIWZ - Drut prowadzący przeszczep i drut prowadzący nitinolowy do śrub interferencyjnych oraz użyczenie (w ramach zaoferowanej wartości brutto) na czas trwania umowy całego zestawu narzędzi do rekonstrukcji ACL z użyciem proponowanych implantów. Przeprowadzenia niezbędnych szkoleń personelu medycznego Kupującego i maksymalny termin dostawy to: 48 godzin ?

ML

Odpowiedź na pytanie nr 2: Zamawiający oczekuje zaoferowania i późniejszej dostawy asortymentu zgodnego z opisaniem w załączniku nr 2 do SIWZ dla pakietu nr 6 – „Implanty ortopedyczne m.in. do operacji barku, kolana, biodra (2)”.

Pytanie nr 3: dotyczy pakietu 8 i 9

Czy Zamawiający w pakietach 8 i 9 odstąpi od wymogu:


„ Dla wyrobów medycznych ujętych w Załączniku Nr 2 do SIWZ Zamawiający wymaga dostarczenia instrumentarium do zabiegów oraz wymiany zużytych elementów ww. instrumentarium, a także zagwarantowania, iż instrumentarium do zakładania implantów dostarczone będzie w kontenerze do sterylizacji.

Zamawiający wymaga zagwarantowania dostarczenia ostrza do piły wskazanej przez Zamawiającego, pistoletu do punkcji LAVAGE. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia np. mieszalnika oraz pistoletu, a także napędów: piły i wiertarki z „jakobsem” oraz kluczyka z osprzętem, zagwarantowania frezarki z kompatybilnym rymerem do uchwytu do frezów, itp.”

Odpowiedź na pytanie nr 3: Zamawiający informuje, że w zakresie pakietu nr 8 – „Forma dla implantu stawu kolanowego” i nr 9 – „Forma dla implantu stawu biodrowego” nie wymaga dostarczenia asortymentu, o który mowa w **Rozdziale 2. „OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” pkt. 10** SIWZ, a który nie został wpisany do załącznika nr 2 do SIWZ, czyli formularza asortymentowo – cenowego zawierającego precyzyjny opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający w zdaniu ostatnim ww. pkt. 10 SIWZ zawarł informację, że: „Opis powyższych wymagań zamieszczono odpowiednio w opisie przedmiotu zamówienia dla danej części, której dotyczą niniejsze dodatkowe wymagania. Zamawiający wymaga przygotowania oferty zgodnej z załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Z poważaniem


ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. LECZNICTWA

dr n. med. Henryk Konik

