

SP ZOZ ZSM ZP/32.2/2019

Chorzów, dnia 16.07.2019 r.

### Szanowni Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty 221 000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zadania pod nazwą: „**Zakup i dostawa wyposażenia dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie z podziałem na pakiety**”, nr sprawy: **SP ZOZ ZSM ZP/32/2019**

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie reprezentujący Zamawiającego informuje, że w przedmiotowym postępowaniu Wykonawcy zadali pytania. Zamawiający przytacza poniżej treść pytań i udziela odpowiedzi.

#### Pytanie nr 1: Pakiet nr 12 – szafki przyłóżkowe ze stolikiem (11 sztuk)

1. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę przyłóżkową z podwójnymi kołami o średnicy 50 mm blokowanymi indywidualnie hamulcami umieszczonymi nad kołami?
2. Czy Zamawiający dopuści do zaferowania szafkę przyłóżkową o wymiarach:
  - szerokość całkowita 51,5 cm,
  - głębokość całkowita 40,5 cm,
  - wysokość 84,0 cm,
  - wymiary blatu bocznego 59,0 x 34,0 cm,
  - zakres regulacji wysokości blatu bocznego 74,0 – 104 cm.
3. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu umieszczenia na boku szafki uchwyty poziomego w sytuacji, gdy zamontowane na blacie głównym stalowe relingi stanowią nie tylko ochronę przed zsuwaniem się przedmiotu, ale także pełnią funkcję wygodnych uchwytów do przetaczania?

#### Odpowiedź nr 1:

Ad. 1 Zamawiający oczekuje zaferowania szafki z kołami opisanymi w poz. 3, jak i blokadą kół zgodną z opisem w poz. 2 załącznika nr 2 SIWZ – OPZ.

Ad. 2 W ocenie Zamawiającego szafka o proponowanych przez Wykonawcę wymiarach jest za niska do łóżek ortopedycznych. Zamawiający oczekuje dostarczenia szafki o parametrach zgodnych z podanymi w poz. 3 OPZ – załącznik nr 2 do SIWZ.

Ad. 3 Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące uchwytów ujęte w poz. 12 OPZ – załącznik nr 2 do SIWZ.

#### Pytanie nr 2: Pakiet nr 10 - Chłodziarka do przechowywania leków (1 sztuka dla oddział ortopedii)

Pyt. 1 Prosimy o wyrażenie zgody na zaferowanie chłodziarki o pojemności użytkowej 194 L ?

Pyt. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie chłodziarki o poziomie hałasu 56 dB ?

Pyt. 3 Prosimy o wyrażenie zgody na zaferowanie chłodziarki o wymiarach zewnętrznych (SxGxW) 575\*640\*152 2 mm?

#### Odpowiedź nr 2:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania chłodziarki o wymiarach zewnętrznych W: 120÷140 cm, S: 48÷61 cm, G: 50÷64 cm. Zamawiający rezygnuje z określania parametru ujętego w poz. 5 - pojemność chłodziarki. Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące głośności urządzenia – poz. 8 poziom hałasu.

Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ - OPZ w zakresie pakietu nr 10 - Chłodziarka do przechowywania leków (1 sztuka dla oddział ortopedii).

#### Pytanie nr 3: dotyczy:

Pakietu nr 4 - Łóżka elektryczne z panelem sterowania dla dorosłych (4 sztuki dla oddziału chirurgicznego),  
Pakietu nr 5 - Łóżka elektryczne z panelem sterowania dla dorosłych (5 sztuk dla oddziału neurologicznego),  
Pakietu nr 6 - Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej dla dorosłych (2 sztuki dla oddziału chirurgicznego),  
Pakietu nr 12 - Szafki przyłóżkowe ze stolikiem przyjaciół dla dorosłych (11 sztuk dla oddział ortopedii).

Czy Zamawiający dopuści 8 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

### **Odpowiedź nr 3:**

Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji dostawy w dłuższym terminie niż wskazano pierwotnie w SIWZ, lecz maksymalnie do 8 tygodni dla dostawy wyposażenia ujętego w pakiecie nr 4, nr 5, nr 6 i nr 12.

Zamawiający modyfikuje SIWZ jak wskazano poniżej oraz dokonuje zmiany w opisie kryterium oceny ofert „Kryterium - Termin realizacji” dla pakietów nr 4, nr 5, nr 6 i nr 12.

### **Modyfikacja SIWZ:**

#### **Pkt. 3 SIWZ - TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

**Zmianie ulega treść pkt 3.1, który otrzymuje nowe, aktualne brzmienie dla pakietu:**

nr 4 - Łóżka elektryczne z panelem sterowania dla dorosłych (4 sztuki dla oddziału chirurgicznego),  
nr 5 - Łóżka elektryczne z panelem sterowania dla dorosłych (5 sztuk dla oddziału neurologicznego),  
nr 6 - Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej dla dorosłych (2 sztuki dla oddziału chirurgicznego),  
nr 12 - Szafki przyłóżkowe ze stolikiem przyjacieli dla dorosłych (11 sztuk dla oddział ortopedii).

**„Dostawa i uruchomienie przedmiotu: od dnia zawarcia umowy do maksymalnie 8 tygodni, który jest nieprzekraczalnym terminem dostawy.”**

**Dla pozostałych pakietów treść nie ulega zmianie.**

#### **Pkt 13. SIWZ - OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY**

**Zmianie ulega treść opisu „Kryterium - Termin realizacji”, który otrzymuje nowe, aktualne brzmienie dla pakietu:**

nr 4 - Łóżka elektryczne z panelem sterowania dla dorosłych (4 sztuki dla oddziału chirurgicznego),  
nr 5 - Łóżka elektryczne z panelem sterowania dla dorosłych (5 sztuk dla oddziału neurologicznego),  
nr 6 - Wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej dla dorosłych (2 sztuki dla oddziału chirurgicznego),  
nr 12 - Szafki przyłóżkowe ze stolikiem przyjacieli dla dorosłych (11 sztuk dla oddział ortopedii).

#### **„Kryterium - Termin realizacji**

Punkty za kryterium Termin realizacji (P<sub>t</sub>) zostaną przyznane w następującej skali:

- realizacja do 1 tygodnia – 20 punktów
- realizacja do 2 tygodni – 15 punktów
- realizacja do 3 tygodni – 10 punktów
- realizacja do 4-5 tygodni – 5 punktów
- realizacja do 8 tygodni – 0 punktów**

Wykonawca zobowiązany jest zaoferować termin dostawy w formularzu ofertowym.

Termin realizacji wynoszący 1 tydzień rozumiany jest jako 7 kolejnych dni kalendarzowych liczonych od dnia następnego po dniu zawarcia umowy.

**Maksymalny termin realizacji to 8 tygodni licząc od dnia następnego po dniu zawarcia umowy czyli 56 dni kalendarzowe.**

Oferta w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 20 punktów.”

**Dla pozostałych pakietów treść nie ulega zmianie.**

W odniesieniu do dokonanej zmiany SIWZ Zamawiający udostępnia **zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ – „Formularz ofertowy” gdzie wprowadzono zmianę w pkt. 9.**

Złożenie oferty na pierwotnym „Formularzu ofertowym” ujętym w SIWZ (nie zawierającym modyfikacji) nie zostanie uznane za błąd.

Jednocześnie, Zamawiający dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w BZP.

Otrzymali:

1. [www.zsm.com.pl](http://www.zsm.com.pl)
2. a/a