



Nr sprawy: SP ZOZ ZSM/ZP/41.1/2019

Chorzów, dnia 20.09.2019 r.

Szanowni Wykonawcy

Dotyczy zamówienia pod nazwą: „Zakup i dostawa urządzeń medycznych dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie (3)” nr referencyjny SP ZOZ ZSM/ZP/41/2019

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcy zadali pytania. Zamawiający przytacza poniżej treść pytań i udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1 (dot. pakietu nr 2 poz. nr 3):

Czy Zamawiający dopuści aparat o kącie skanowania 52 stopnie?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający dopuścił niniejsze rozwiązanie – zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia w zakresie pakietu nr 2.

Pytanie nr 2 (dot. pakietu nr 2 poz. nr 6):

Czy Zamawiający dopuści aparat wykorzystujący wysokiej klasy sondę typu B-skan o częstotliwości pracy 10MHz i głębokości skanowania 48mm? Parametry te w pełni odpowiadając specyfice badania okulistycznego. Czy wymagane w SIWZ wartości głębokości skanowania dla sondy 15MHz (5 cm i 10 cm) nie zostały podane omyłkowo? Badanie USG na takiej głębokości (10 cm) nie ma zastosowania w okulistyce.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający dopuścił niniejsze rozwiązanie – zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia w zakresie pakietu nr 2.

Pytanie nr 3 (dot. pakietu nr 2 poz. nr 7):

Czy Zamawiający dopuści aparat z projekcją B o rozdzielczości osiowej 0,05 mm i poprzecznej 0,1 mm?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający dopuścił niniejsze rozwiązanie – zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia w zakresie pakietu nr 2.

Pytanie nr 4 (dot. pakietu nr 2 poz. nr 8):

Czy Zamawiający wymaga rozdzielczości obrazu HD zgodnie z pkt. 1. SIWZ?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający wymaga minimum rozdzielczości HD (High Definition) – zgodnie z punktem nr 2 Opisu Przedmiotu Zamówienia w zakresie pakietu nr 2.

Pytanie nr 5 (dot. pakietu nr 2 poz. nr 9):

Czy Zamawiający dopuści aparat z możliwością wzmocnienia sygnału otrzymanego 0-90dB i dodatkową możliwością regulacji sygnału transmitowanego, co pozwala na większe możliwości dostosowania optymalnych parametrów obrazowania?

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający dopuścił niniejsze rozwiązanie – zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia w zakresie pakietu nr 2.

Pytanie nr 6 (dot. pakietu nr 2 poz. nr 10):

Czy Zamawiający dopuści aparat zakresem ogniskowania 15-35mm?

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający dopuścił niniejsze rozwiązanie – zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia w zakresie pakietu nr 2.

Pytanie nr 7 (dot. pakietu nr 2 poz. nr 11):

Czy Zamawiający dopuści aparat pozwalający na zapętlenie sekwencji video od 2 do 256 klatek odpowiadającym 10 sekundą filmu? Istotna diagnostycznie jest nie tyle sama długość zapisanego filmu, co ilość rejestrowanych klatek na sekundę (bez straty jakości obrazowania), co pozwala zarejestrować płynny ruch tkanek.

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający dopuścił niniejsze rozwiązanie – zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia w zakresie pakietu nr 2.

Pytanie nr 8 (dot. pakietu nr 2 poz. nr 18):

Czy Zamawiający wymaga możliwości rozbudowy o sondę standaryzowaną diagnostyczną A, sondę biometryczną A i sondę UBM?

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający nie wymaga powyższego rozwiązania, ale dopuszcza możliwość zaoferowania aparatu z możliwością rozbudowy jak w pytaniu.

Pytanie nr 9 (dot. pakietu nr 2):

Czy Zamawiający wymaga sondy z 10-pinowym złączem z zabezpieczeniem przed przypadkowym wypięciem?

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający nie wymaga powyższego rozwiązania, ale dopuszcza możliwość zaoferowania sondy z 10-pinowym złączem.

Pytanie nr 10 (dot. pakietu nr 2):

Czy Zamawiający wymaga chipu wbudowanego w sondę zapewniającego autokalibrację przy uruchomieniu urządzenia?

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający nie wymaga powyższego rozwiązania, ale dopuszcza.


Pytanie nr 11 (dot. pakietu nr 2):

Czy Zamawiający wymaga wbudowanego w konsolę aparatu pokrętła sterującego z możliwością zmiany wzmocnienia sygnału, powiększenia/pomniejszenia obrazu i nawigacji w zapisanym filmie z badania? Zamawiający dopuści tacę o wymiarach 265x160x25mm?

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający nie wymaga powyższego rozwiązania, ale dopuszcza.

Z poważaniem,

Z-CIA DYREKTORA
d/s administracyjnych

Arkadiusz Jakubczyk

Otrzymali:

- 1) <http://zsm.com.pl/>
- 2) a/a

Smigielski