



Nr sprawy: SP ZOZ ZSM/ZP/41.3/2019

Chorzów, dnia 26.09.2019 r.

Szanowni Wykonawcy

Dotyczy zamówienia pod nazwą: „Zakup i dostawa urządzeń medycznych dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie (3)” nr referencyjny SP ZOZ ZSM/ZP/41/2019

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcy zadali pytania. Zamawiający przytacza poniżej treść pytań i udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1 (Pakiet 1 poz. 3-7):

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pulsoksymetr z dokładnością pomiaru saturacji określona przez producenta urządzenia w następujący sposób:

Dzieci/dorośli

Od 70% do 100%: ± 2 cyfry[%]

Od 50% do 69%: ± 3 cyfry[%]

Noworodki

Od 70% do 100%: ± 3 cyfry[%]

Od 50% do 69%: ± 4 cyfry[%]

bez rozróżnienia na bezruch, ruch, czy niską perfuzję? Oferowany pulsoksymetr wyposażony jest w system eliminacji wpływu efektów ruchowych oraz możliwość skutecznego pomiaru przy niskiej perfuzji.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający dopuszcza – zgodnie ze zmodyfikowanym OPZ będącym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 2 (Pakiet 1 poz. 8-10):

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pulsoksymetr z pomiarem pulsu w zakresie 30–250 bpm, bez rozróżnienia na bezruch, ruch czy niską perfuzję? Oferowany pulsoksymetr wyposażony jest w system eliminacji wpływu efektów ruchowych oraz możliwość skutecznego pomiaru przy niskiej perfuzji.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający dopuszcza – zgodnie ze zmodyfikowanym OPZ będącym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 3 (Pakiet 1 poz. 15):

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pulsoksymetr z czasem ładowania akumulatora określonym maksymalnie na 6 godzin, przy założeniu, że w pełni naładowany akumulator pozwala na minimum 5 godzin pracy?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający dopuszcza – zgodnie ze zmodyfikowanym OPZ będącym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 4 (Pakiet 1 poz. 16):

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pulsoksymetr z prezentacją trendów tabelarycznych z ostatnich 10 dni, z rozdzielczością 10 sekundową oraz graficznych z rozdzielczością 1 h oraz z możliwością przenoszenia danych do PC za pomocą przewodu połączeniowego?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający dopuszcza – zgodnie ze zmodyfikowanym OPZ będącym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 5 (Pakiet 1 poz. 17):

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pulsoksymetr z trybem uśredniania: 2, 4, 8, 12 sekund (dorosły/dziecko) i 8, 12 (noworodek)?

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający dopuszcza – zgodnie ze zmodyfikowanym OPZ będącym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 6 (Pakiet 1 poz. 18):

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pulsoksymetr bez trybów czułości, z wykrywaniem odłączenia czujnika?

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający dopuszcza – zgodnie ze zmodyfikowanym OPZ będącym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 7 (Pakiet 1 poz. 20):

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pulsoksymetr z manualnym ustawieniem granic alarmowych wszystkich parametrów (dla SPO2 20-100%, dla pulsu 15-300 bpm)?

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający dopuszcza – zgodnie ze zmodyfikowanym OPZ będącym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 8 (Pakiet 1 poz. 26):

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pulsoksymetr z kablem połączeniowym o długości 2,4 m?

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający dopuszcza – zgodnie ze zmodyfikowanym OPZ będącym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 9 (Pakiet 1 poz. 24):

Czy Zamawiający w ramach dostawy dopuści mniejszą ilość czujników i zgodzi się na dostawę czujnika dla dzieci o wadze w przedziale od 10-50 kg po 1 na pulsoksymetr?

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający dopuszcza – zgodnie ze zmodyfikowanym OPZ będącym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 10 (Pakiet 1 poz. 25):

Czy Zamawiający w ramach dostawy dopuści mniejszą ilość czujników i zgodzi się na dostawę czujnika dla dorosłych o wadze powyżej 30 kg po 1 na pulsoksymetr?

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ w zakresie pakietu nr 1 oraz zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13 – wykreśla pozycję nr 25 w OPZ.

Pytanie nr 11 (Pakiet 1 poz. 26):

Czy Zamawiający w ramach dostawy dopuści jeden kabel łączący do każdego oferowanego pulsoksymetru)?

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający dopuszcza – zgodnie ze zmodyfikowanym OPZ będącym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 12 (Pakiet 1 poz. 27):

Czy Zamawiający w ramach dostawy dopuści czujnik jednorazowy owijalny na przylepiec dla dorosłych, dzieci i niemowląt o masie ciała pacjenta bez ograniczeń (w ilości po 2 na pulsoksymetr)?

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający wymaga co najmniej 10 sztuk na 1 pulsoksymetr – zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 14.

Pytanie nr 13 (Pakiet 1):

Czy w związku z ograniczonym budżetem Zamawiający zrezygnuje z dodatkowych akcesoriów (czujniki i kable) i będzie wymagał kompletu złożonego z pulsoksymetru kabla i czujnika wielorazowego?

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2 do SIWZ rezygnując w pakiecie nr 1 z:

- 1 szt. czujnika napalcowego wielokrotnego użytku (poz. nr 24),
- 2 szt. czujnika owijalnego napalcowego wielokrotnego użytku (poz. nr 25),
- 1 szt. kabla łączącego (poz. nr 26)

zgodnie z odpowiedziami na pytania nr 8, 9, 10, 11 i 12. Jednocześnie Zamawiający oczekuje stałej dostępności do akcesoriów zużywalnych.

Pytanie nr 14 (Pakiet 1 poz. 27):

Czy Zamawiający wymaga 50 szt. czujników 1pacjentowych na wszystkie 5 urządzeń , czyli po 10 szt. czujników przypadając na 1 urządzenie?

Odpowiedź nr 14:

Zamawiający wymaga 50 szt. czujników jednorazowych na 5 pulsoksymetrów, tj. 10 sztuk na 1 urządzenie – zgodnie ze zmodyfikowanym OPZ będącym załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Pytanie nr 15 (Dotyczy SIWZ/Istotnych Postanowień Umownych):

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §8 ust. 1 a-c) wzoru umowy w następujący sposób:

„Wykonawca płaci Kupującemu kary umowne:

- a) za zwłokę w dostawie towaru w terminie określonym w umowie lub zamówieniu, powstałą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,4% wartości brutto partii towaru nie dostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
- b) za zwłokę w usunięciu wad, w wysokości 0,4% wartości brutto towaru nie dostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,”
- c) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad w okresie gwarancji lub rękojmi, w wysokości 0,4% wartości brutto towaru uszkodzonego, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,”

Odpowiedź nr 15:

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapis §8 ust. 1 a-d), który przyjmuje nowe brzmienie zgodnie z poniższym:

- 8. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) za zwłokę w dostawie w terminie określonym w umowie lub zamówieniu, powstałą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,4% wartości brutto partii towaru nie dostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
 - b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 0,4% wartości brutto towaru nie dostarczonego w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
 - c) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad w okresie gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,4% wartości brutto towaru, którego dotyczy zaistniała sytuacja, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Dostarczenie przez Wykonawcę na własny koszt sprzętu zastępczego spowoduje zaniechanie naliczania kar umownych,
 - d) za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

Z poważaniem,

Z-CA DYREKTORA
d/s administracyjnych
Arkadiusz Jakubczyk

Otrzymali:

- 1) <http://zsm.com.pl/>
- 2) a/a

Arkadiusz
Smigielski