



Nr sprawy: SPZOZ ZSM ZP/63.3/2018

Chorzów, dnia 05.09.2018 r.

Szanowni Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej w złotych równowartość kwoty 221 000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: **„Dostawa odczynników chemicznych wraz z akcesoriami dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Władysława Truchana 7”**

Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w **odpowiedzi na pytanie nr 84 udzielone Wykonawcom w dniu 27.08.2018 r. oraz w zmodyfikowanym załączniku nr 2 w pakiecie nr 33 zmieniając pkt. 3 w „UWAGA” pod pakietem następująco:**

Pytanie nr 84 - Pakiet 33 – Odczynniki do cytometru przepływowego firmy Becton Dickinson

W związku z zapisem SIWZ dotyczącym terminu dostawy (do 5 dni), który przypadnie prawdopodobnie na okres letni (ryzyko wysokich temperatur otoczenia), czy Zamawiający wymaga, aby asortyment stanowiący przedmiot zamówienia był dostarczany w warunkach rekomendowanych przez producenta i zabezpieczony w pojemnikach styropianowych z wkładami chłodzącymi typu „gel-pack” wraz z dołączonym do przesyłki wydrukiem temperaturowym z ostatnich 5 dni przechowywania?

Odpowiedź na pytanie nr 84:

Zamawiający wymaga, aby odczynniki, testy i materiał kontrolny były przesyłane w warunkach zgodnych z dedykowaną temperaturą dla produktu. Jeśli zabezpieczeniem jest opakowanie styropianowe z wkładem chłodzącym, zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. Zgodnie z powyższym Zamawiający modyfikuje pakiet nr 33 dodając pkt. 3 w „UWAGA” pod pakietem zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Z poważaniem

DYREKTOR
SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich

mgr Anna Knysok

Otrzymali:

- 1) <http://zsm.com.pl/>
- 2) a/a

Knysok