

Nr sprawy: SP ZOZ ZSM/ZP/6.3/2020

Chorzów, dnia 05.03.2020 r.

Szanowni Wykonawcy

Dotyczy zamówienia pod nazwą: „Zakup i dostawa materiałów szewnych” o numerze referencyjnym SP ZOZ ZSM/ZP/6/2020.

- I. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcy zadali pytania. Zamawiający przytacza poniżej treść pytań i udziela częściowych wyjaśnień.

Pytanie nr 1 (Dot. pakietu nr 9 – poz. 2,5, 10-16):

„Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w tych pozycjach nici o długości 75cm zamiast wymaganych 70cm?”

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga – zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 2 (Dot. pakietu nr 15 – poz. 1):

„Czy zamawiający dopuści uchwyt monopolarny z elektrodą szpatułkową prostą z przyciskami cięcia /koagulacja, jednorazowy, sterylny, z kablem o długości 5m, z wtyczką kompatybilną z diatermią Valleylab, Erbe Vio300D, 300s. Opakowanie jednostkowe zaopatrzone w etykiety identyfikujące produkt, do wklejenia w dokumentację medyczną?”

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający postanawia usunąć pakiet nr 15 z prowadzonego postępowania, w związku z tym, iż przedmiot zamówienia zgodnie ze specyfiką będzie ogłoszony w najbliższym postępowaniu na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Pytanie nr 3 (Dot. pakietu nr 15 – poz. 1):

„kolumna M – „Należy podać pełną liczbę miesięcy zgodnie z opisem w pkt 13 SIWZ.” – zapis niezgodny z punktem 13 SIWZ, proponujemy zapis „Należy podać pełną liczbę dni zgodnie z opisem w pkt 13 SIWZ.”

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający informuje, iż dokonał modyfikacji w Specyfikacji Asortymentowo-Cenowej w modyfikacji z dnia 27.02.2020 r.

Pytanie nr 4 (Dot. pakietu nr 8 – poz. 4):

„Zwracamy się z prośbą o wydzielenie ww. produktów do osobnego pakietu. Wydzielenie ww. pozycji spowoduje dopuszczenie innych firm do udziału oraz zaproponowanie konkurencyjnych cen przy jakości wymaganej przez Zamawiającego. W obecnym kształcie pakiet faworyzuje wyroby jednego producenta.”

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający usuwa pozycję nr 1-4 w pakiecie nr 8 . ww. Pozycje zostaną ogłoszone w postępowaniu na dostawę opatrunków. W związku z tym dokonuje się modyfikacji w zakresie pakietu nr 8 zgodnie z zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 5 (Dot. pakietu nr 8 – poz. 5):

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozmiaru 5 x 7,5 cm. Tak mała różnica nie wpływa na jakość ani użytkowanie produktu.”

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga – zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ (po modyfikacji poz.1 w pakiecie nr 8).

Pytanie nr 6 (Dot. pakietu nr 8 – poz. 6):

„Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rozmiaru 7,5 x 10 cm. Tak mała różnica nie wpływa na jakość ani użytkowanie produktu.”

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga – zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ (po modyfikacji poz.2 w pakiecie nr 8).

Pytanie nr 7 (Dot. pakietu nr 8 – poz. 8):

„Czy Zamawiający dopuści gazę hemostatyczną z utlenionej regenerowanej celulozy, która posiada następujące właściwości:

- w całości pochodzenia roślinnego,
- sterylizowane promieniami gamma,
- nie strzępią się, nie rozrywają się i nie przyklejają się do narzędzi
- nie ulegają dezintegracji w miejscu zabiegu
- strukturalna włóknina siedmiowarstwowa;
- działanie bakteriobójcze przeciwko 40 typom bakterii gram (+) i gram (-) , potwierdzone w instrukcji użytkowania;
- działanie bakteriobójcze na MSRA, MRSE, VRE, PRSP, E.Coli potwierdzone w badaniach in vitro oraz w instrukcji użytkowania,
- działanie bakteriobójcze na Klebsiella pneumonie, która jest odporna na antybiotyki i jest przyczyną około 8% zakażeń szpitalnych oraz na Listeria monocytogenes, która wywołuje m.in. sepsę oraz zapalenie mózgu,
- hemostaza w czasie 3-4 minut po kontakcie z miejscem krwawienia;
- okres wchłaniania – od 7 do 14 dni;
- posiadający niskie pH 2,5 – 3,5, kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii
- warunki przechowywania do 25 stopni
- rozmiar 2,6 x 5,1 cm?”

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga – zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ (po modyfikacji poz.4 w pakiecie nr 8).

Pytanie nr 8 (Dot. pakietu nr 15):

Czy Zamawiający dopuści Uchwyt monopolarny z nożykiem prostym z przyciskami cięcia /koagulacja, jednorazowy, sterylny, z kablem o dł.5 m, z wtyczką kompatybilną z diatermią Valleylab, Erbe Vio300D,300s. Opakowanie jednostkowe ma być zaopatrzone w etykiety identyfikujące produkt, do wklejenia w dokumentację medyczną ? Prosimy również o sprecyzowanie czy wtyk od strony diatermii ma być 3-pinowy czy 1-pinowy ?

Odpowiedź nr 8:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2.

Pytanie nr 9 (Dot. pakietu nr 1 poz. 1-12, 23-25):

„Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie materiału szewnego bez dodatku triclosanu”

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający wymaga dodatku triclosanu, który ma właściwości przeciwwgrzybicze, bakteriobójcze i bakteriostatyczne.

Pytanie nr 10 (Dot. pakietu nr 1 poz. 13-21):

„Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie szwów wchłaniających, syntetycznych, monofilamentowych o czasie całkowitego wchłaniania 180-210 dni, bez dodatku triclosanu”

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający dopuszcza szwy o czasie całkowitego wchłaniania 180-210 dni, jednocześnie podtrzymuje warunek o obowiązkowej zawartości triclosanu.

Pytanie nr 11 (Dot. pakietu nr 1 poz. 22):

„Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wyłączenie w/w pozycji do osobnego pakietu”

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie poz. 22 z pakietu nr 1 do nowego pakietu nr 17 – zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ, zgodnie z poniższym:

Punkt 2.1. SIWZ

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa materiałów szewnych na potrzeby Apteki z podziałem na pakiety:

Pakiet 1 - Nici specjalistyczne wchłaniające (1)

Pakiet 2 - Nici specjalistyczne niewchłaniające

Pakiet 3 - Nici chirurgiczne - 1

Pakiet 4 - Szwy specjalistyczne

Pakiet 5 - Nici chirurgiczne-2

Pakiet 6 - Nici okulistyczne

Pakiet 7 - Staplery 1

Pakiet 8 - Sterylna gąbka żelatynowa wchłaniająca

Pakiet 9 - Nici chirurgiczne - 3

Pakiet 10 - Siatka przepuklinowa – 1 i stapler

Pakiet 11 - Siatka przepuklinowa - 2

Pakiet 12 - Staplery, trokary, siatki

Pakiet 13 - Matryca z klejem do tkanek

Pakiet 14 - Staplery-2

Pakiet 15 - Uchwyt monopolarny z nożykiem

Pakiet 16 - Nici chirurgiczne - blok operacyjny dziecięcy

Pakiet 17 - Nici specjalistyczne wchłaniające (2)

Pakiet 18 - Siatka przepuklinowa (2)

Pakiet nr 19 - Nici chirurgiczne - Blok operacyjny dziecięcy (2)

Punkt 7.1 SIWZ

Wykonawcy składający oferty na wszystkie części zamówienia (pakiety) zobowiązani są do wniesienia wadium w kwocie: **11 610,00 zł**. Natomiast, dla ofert częściowych wadium wynosi odpowiednio:

Pakiet 1 - Nici specjalistyczne wchłaniające (1): 450,00 zł,

Pakiet nr 2 - Nici specjalistyczne niewchłaniające: wadium nie wymagane,

Pakiet nr 3 - Nici chirurgiczne – 1: 940,00 zł,

Pakiet nr 4 - Szwy specjalistyczne: wadium nie wymagane,

Pakiet nr 5 - Nici chirurgiczne-2: 860,00 zł,

Pakiet nr 6 - Nici okulistyczne: wadium nie wymagane,

Pakiet nr 7 - Staplery 1: 3 600,00 zł,

Pakiet nr 8 - Sterylna gąbka żelatynowa wchłaniająca: wadium nie wymagane,

Pakiet nr 9 - Nici chirurgiczne – 3: 200,00 zł,

Pakiet nr 10 - Siatka przepuklinowa – 1 i stapler: 480,00 zł,

Pakiet nr 11 - Siatka przepuklinowa – 2: 660,00 zł,

Pakiet nr 12 - Staplery, trokary, siatki: 1 160,00 zł,

Pakiet nr 13 - Matryca z klejem do tkanek: 120,00 zł,

Pakiet nr 14 - Staplery-2: 740,00 zł,

~~Pakiet nr 15 - Uchwyt monopolarny z nożykiem: 510,00 zł,~~

Pakiet 16 - Nici chirurgiczne - blok operacyjny dziecięcy: 1 870,00 zł,

Pakiet 17 - Nici specjalistyczne wchłaniające (2): 390,00 zł.

Pakiet 18 - Siatka przepuklinowa (2): 140,00 zł

Pakiet nr 19 - Nici chirurgiczne - Blok operacyjny dziecięcy (2) - wadium nie wymagane

Jednocześnie dokonuje się zmian w załączniku nr 1 do SIWZ. Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ w załączeniu do niniejszego pisma.

Pytanie nr 12 (Dot. pakietu nr 3):

„Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w pozycjach, gdzie wymagana jest długość nici 70 cm również długości 75 cm”

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga – zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 13 (Dot. pakietu nr 3 poz. 29-34):

„Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie nici monofilamentowych, syntetycznych, o gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego zgodnym z SIWZ i wchłanianiu 90-120 dni”

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga – zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 14 (Dot. pakietu nr 3 poz. 35-39):

„Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie nici monofilamentowej, syntetycznej, wchłanialnej w 180-210 dni”

Odpowiedź nr 14:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający oczekuje nici o długim okresie podtrzymywania i wchłaniania, ponieważ nić jest używana do szycia struktur o wysokim napięciu tkankowym i fiksowania siatek chirurgicznych.

Pytanie nr 15 (Dot. pakietu nr 3 poz. 70-74):

„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach materiału szewnego plecionego o podtrzymywaniu tkankowym po 7 dniach ok. 65% i ok. 50% po 8 – 11 dniach, o okresie wchłonięcia masy szwu po ok. 42 dniach”

Odpowiedź nr 15:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga – zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 16 (Dot. pakietu nr 3 poz. 75-81):

„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach materiału szewnego polipropylenowego bez dodatku polietylenu”

Odpowiedź nr 16:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 17 (Dot. pakietu nr 5 poz. 1 i 2):

„Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie materiału szewnego z igłą o średnicy 230 mikronów”

Odpowiedź nr 17:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 18 (Dot. pakietu nr 5 poz 3 i 4):

„Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie materiału szewnego z igłą o średnicy 350 mikronów”

Odpowiedź nr 18:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga – zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 19 (Dot. pakietu nr 5 poz. 24):

„Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji igły odwrótnie tnącej z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point) lub igły odwrótnie tnącej kosmetycznej, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego”

Odpowiedź nr 19:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga – zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 20 (Dot. pakietu nr 6 poz. 3 i 4):

„Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach igły o długości 5,6mm”

Odpowiedź nr 20:

Zamawiający w pakiecie nr 6 nie posiada pozycji asortymentowych nr 3 i 4.

Pytanie nr 21 (Dot. pakietu nr 9):

„Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w pozycjach, gdzie wymagana jest długość nici 70 cm również długości 75 cm”

Odpowiedź nr 21:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga – zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 22 (Dot. pakietu nr 9 poz. 27-38):

„Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie szwów wchłaniających, syntetycznych, monofilamentowych wykonanych z polidiodksanonu, o zdolności podtrzymywania tkankowego po 2 tygodniach 75% pierwotnej wytrzymałości, po 4 tygodniach 65-70% oraz o czasie całkowitego wchłonięcia 180-210 dni”

Odpowiedź nr 22:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 23 (Dot. pakietu nr 10 poz. 6 i 7):

„Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wyłącznie w/w pozycji do osobnego pakietu”

Odpowiedź nr 23:

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie poz. 6 i 7 pakiet nr 10 do nowego pakietu nr 18 – zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ. Jednocześnie dodaje poz. nr 3 w pakiecie.

Pytanie nr 24 (Dot. pakietu nr 10 poz. 6 i 7):

„Czy Zamawiający dopuści siatki chirurgiczne wykonane z monofilamentu polipropylenowego o wielkości porów 1,2-1,4 mm, gramaturze 70 g/m² +/-10%, grubości 0,60 mm +/-10%, grubości nici 0,15-0,20 mm?”

Odpowiedź nr 24:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 25 (Dot. pakietu nr 16 poz. 1-5):

„Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie nici monofilamentowych, syntetycznych, o gwarantowanym okresie podtrzymywania tkankowego zgodnym z SIWZ i wchłanianiu 90-120 dni”

Odpowiedź nr 25:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 26 (Dot. pakietu nr 16 poz. 6-7):

„Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie nici monofilamentowej, syntetycznej, wchłaniającej w 180-210 dni”

Odpowiedź nr 26:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 27 (Dot. pakietu nr 16 poz. 46-48):

„Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o wyłącznie w/w pozycji do osobnego pakietu”

Odpowiedź nr 27:

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie poz. 46-48 pakiet nr 16 do nowego pakietu nr 19 – zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Jednocześnie w związku z powyższymi zmianami Zamawiający dokonuje modyfikacji w punkcie 1.4 SIWZ zgodnie z poniższym:

„1.4. Tryb udzielenia zamówienia, procedura: (...)”

d) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolnie wybrany pakiet (maksymalnie na wszystkie pakiety tj. na 19 części), lecz nie dopuszcza składania ofert na wybrane pozycje w pakiecie. (...)”

II. Zamawiający w związku z niezbędnym czasem na udzielenie pozostałych odpowiedzi na pytania Wykonawców, informuje o zmianie terminów składania i otwarcia ofert oraz składania wadium.

W związku z powyższym Zamawiający przesuwając termin składania ofert oraz wadium:

z 04.03.2020 r. godz. 10:00 na 11.03.2020 r. godz. 10:00

oraz przesuwając termin otwarcia ofert

z 04.03.2020 r. godz. 10:30 na 11.03.2020 r. godz. 10:30

Z poważaniem,

SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich

dr n. ełon. Jerzy Stafroniewicz

Otrzymali:

- 1) <http://zsm.com.pl/>
- 2) a/a

Stafroniewicz