



Szanowni Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej w złotych równowartość kwoty 214 000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zadania pod nazwą: **„Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku na potrzeby Apteki” nr sprawy SP ZOZ ZSM/ZP/15/2020.**

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie reprezentujący Zamawiającego informuje, że w przedmiotowym postępowaniu Wykonawcy zadali pytania. Zamawiający przytacza poniżej treść pytań i udziela odpowiedzi.

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 30 dniowy termin dostawy w zakresie pakietu nr 10, zaofiarowane narzędzia są wykonywane na specjalne zamówienia szpitala, w związku z tym Wykonawca nie dysponuje narzędziami w siedzibie firmy umożliwiając tym samym szybką dostawę.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający wyraża zgodę na 30 dniowy termin dostawy w zakresie pakietu nr 10.
W związku z powyższym Zamawiający **dokонуje modyfikacji pkt. 13 SIWZ** jak niżej:

„Zamawiający w niniejszym postępowaniu przetargowym przy ocenie ofert będzie stosował procedurę określoną w art. 24aa UPZP.

Przy wyborze i ocenie oferty Zamawiający będzie się kierować wyłącznie następującymi kryteriami:

Cena oferty – 60 %

Termin dostawy – 40%

(...)

Kryterium: Termin dostawy asortymentu w dniach kalendarzowych – dotyczy pakietu nr 1-4, 11, 13

(...)

Jednocześnie Zamawiający **dodaje do pkt. 13 SIWZ** poniższą treść:

„Kryterium: Termin dostawy asortymentu w dniach kalendarzowych – dotyczy pakietu nr 10

Oferta oceniona zostanie w następujący sposób (Pt):

40 pkt – otrzymuje oferta z terminem dostawy do **10 dni** z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy licząc od dnia złożenia zamówienia.

30 pkt – otrzymuje oferta z terminem dostawy do **15 dni** z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy licząc od dnia złożenia zamówienia.

20 pkt – otrzymuje oferta z terminem dostawy do **20 dni** z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy licząc od dnia złożenia zamówienia.

10 pkt – otrzymuje oferta z terminem dostawy do **25 dni** z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy licząc od dnia złożenia zamówienia.

0 pkt – otrzymuje oferta z terminem dostawy do **30 dni** z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy licząc od dnia złożenia zamówienia

Zamawiający zastrzega, że termin dostawy podany przez Wykonawcę w godzinach zostanie zmieniony na dni, natomiast podany w niepełnych dniach zostanie zaokrąglony w górę (np. 3,5 dnia zostanie zamienione na 4 dni.)

Wykonawcy, który nie poda w ofercie terminu dostawy zostanie przyznane w niniejszym kryterium 0 pkt.
Zamawiający w sytuacji opisanej powyżej uzna, że Wykonawca realizuje zamówienie w terminie **do 30 dni** z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy licząc od dnia złożenia zamówienia.

Kryterium: Termin dostawy asortymentu w dniach kalendarzowych – dotyczy pakietu nr 5-9, 12

Oferta oceniona zostanie w następujący sposób (Pt):

40 pkt – otrzymuje oferta z terminem dostawy do **21 dni** z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy licząc od dnia złożenia zamówienia.

30 pkt – otrzymuje oferta z terminem dostawy do **35 dni** z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy licząc od dnia złożenia zamówienia.

20 pkt – otrzymuje oferta z terminem dostawy do **42 dni** z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy licząc od dnia złożenia zamówienia.

10 pkt – otrzymuje oferta z terminem dostawy do **49 dni** z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy licząc od dnia złożenia zamówienia.

0 pkt – otrzymuje oferta z terminem dostawy do **56 dni** z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy licząc od dnia złożenia zamówienia

Zamawiający zastrzega, że termin dostawy podany przez Wykonawcę w godzinach zostanie zmieniony na dni, natomiast podany w niepełnych dniach zostanie zaokrąglony w górę (np. 3,5 dnia zostanie zamienione na 4 dni.)

Wykonawcy, który nie poda w ofercie terminu dostawy zostanie przyznane w niniejszym kryterium 0 pkt.

Zamawiający w sytuacji opisanej powyżej uzna, że Wykonawca realizuje zamówienie w terminie **do 56 dni** z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy licząc od dnia złożenia zamówienia."

Jednocześnie Zamawiający dokonuje **modyfikacji formularza ofertowego** zgodnie z zmodyfikowanym załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Pytanie nr 2: Pakiet 1 Pozycja 1

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie jaki moduł znajduje się w aparacie Aespire View.

Odpowiedź nr 2:

Moduł, jaki znajduje się w aparacie Aespire View to E-PRESTN.

Pytanie nr 3: Pakiet 1 Pozycja 1

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii (Massimo, Nellcor,Oximax) w jakiej ma działać kabel, numeru katalogowego lub numeru REF.

Odpowiedź nr 3:

Technologia, w jakiej ma działać kabel to technologia GE True Signal. Numer REF: 2020980-001.

Pytanie nr 4: Pakiet 1 Pozycja 2

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii (Massimo, Nellcor,Oximax) w jakiej ma działać kabel, numeru katalogowego lub numeru REF.

Odpowiedź nr 4:

Numer REF:TS-G3

Pytanie nr 5: Pakiet 1 Pozycja 5

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii (Massimo, Nellcor,Oximax) w jakiej ma działać czujnik, numeru katalogowego lub numeru REF.

Odpowiedź nr 5:

Numer REF: TS-F-D

Pytanie nr 6: Pakiet 1 Pozycja 5

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji dla kogo ma być przeznaczony czujnik i czy ma być końcówka typu klips czy silikon.

Odpowiedź nr 6:

Czujnik typu klips ma być przeznaczony dla dorosłych.

Pytanie nr 7: Pakiet 1 Pozycja 6

Czy Zamawiający z uwagi na niejednorodny charakter produktów w **pakiecie 1**, wydzieli pozycje **6** i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Odpowiedź nr 7:

Cały pakiet dotyczy asortymentu tylko do jednego typu aparatu do znieczulania. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8: Pakiet 2 Pozycja 1

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie jaki moduł znajduje się w monitorze Delta XL.

Odpowiedź nr 8:

Moduł znajdujący się w monitorze Delta XL to Multi Med.

Pytanie nr 9: Pakiet 2 Pozycja 1

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii (Massimo, Nellcor, Oximax) w jakiej ma działać czujnik, numeru katalogowego lub numeru REF.

Odpowiedź nr 9:

Czujnik musi działać w technologii Massimo. Dane: MS1323S, 9 L46132, nr katalogowy: 4050

Pytanie nr 10: Pakiet 2 Pozycja 1

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie informacji jaka ma być końcówka typu klips czy silikon ? Długość 1 metr czy 3 metry ?

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający wymaga końcówki typu klips. Długość 1 metr zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 11: Pakiet 2 Pozycja 6

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF kabla połączeniowego.

Odpowiedź nr 11:

Numer: MP00953

Pytanie nr 12: Pakiet 2 Pozycja 3

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów w rozmiarze 21-28 cm ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13: Pakiet 2 Pozycja 4

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów w rozmiarze 33-47 cm ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14: Pakiet 2 Pozycja 5

Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów w rozmiarze 14-26 cm ? Reszta bez zmian.

Odpowiedź nr 14:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15: Pakiet 2 Pozycja 5

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do **żadnej** grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

Odpowiedź nr 15:

Tak. Jeżeli Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej i na potwierdzenie złoży stosowne oświadczenie wraz z ofertą to takie oświadczenie, z którego wynikać będzie jednoznacznie, że Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, zostanie uwzględnione jako spełnienie wymagania o którym mowa w pkt. 5.2 a) SIWZ oraz art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Pytanie nr 16: Pakiet nr 5 Narzędzia chirurgiczne – Pincety:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Lp.5 Pinceta o dł. 130 mm.

Lp.9 Pinceta o dł. całkowitej 85 mm.

Lp.10 Pinceta o dł. 140 mm.

Lp.11 Prosimy sprecyzowanie czy pinceta ma mieć długość 130, 145, 160 czy 180 mm.

Odpowiedź nr 16:

Lp.5 - Zamawiający dopuszcza pincetę o dł. 130 mm zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Lp.9 - Zamawiający nie dopuszcza pincety o dł. całkowitej 85 mm.

Lp.10 - Zamawiający dopuszcza pincetę o dł. 140 mm zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Lp.11 - Pinceta ma mieć długość 145 mm.

Pytanie nr 17: Pakiet nr 6 Narzędzia chirurgiczne – kleszczyki, imadła, zaciski:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Lp.1 Imadło o dł. 180 mm.

Lp.6 Kleszczyki Halsted o dł. 180 mm.

Lp.7 Prosimy o wydzielenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców przy zachowaniu zasad wolnej konkurencji.

Lp.9 Kleszczyki Coller-Crile o dł. 160 mm.

Lp.10 Kleszcze o dł. 160 mm.

Lp.11 Kleszcze o dł. 190 mm.

Lp.12 Kleszcze o dł. 240 mm.

Lp.13 Kleszczyki o dł. 150 mm.

Lp.14 Kleszczyki o dł. 260 mm.

Lp.15 Kleszczyki o dł. 190 mm.

Lp.16 Kleszczyki o dł. 180 mm.

Lp.18 Imadło Wright(Derf) o dł. 125 mm.

Odpowiedź nr 17:

Lp.1 - Zamawiający dopuszcza Imadło o dł. 180 mm zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Lp.6 - Zamawiający nie dopuszcza kleszczyków Halsted o dł. 180 mm.

Lp.7 - Zamawiający nie wydziela niniejszej pozycji.

Lp.9 - Zamawiający dopuszcza Kleszczyki Coller-Crile o dł. 160 mm zgodnie ze zmodyfikowanym zał. nr 2 do SIWZ.

Lp.10 - Zamawiający dopuszcza Kleszcze o dł. 160 mm zgodnie ze zmodyfikowanym zał. nr 2 do SIWZ.

Lp.11 - Zamawiający dopuszcza Kleszcze o dł. 190 mm zgodnie ze zmodyfikowanym zał. nr 2 do SIWZ.

Lp.12 - Zamawiający dopuszcza Kleszcze o dł. 240 mm zgodnie ze zmodyfikowanym zał. nr 2 do SIWZ.

Lp.13 - Zamawiający dopuszcza Kleszczyki o dł. 150 mm zgodnie ze zmodyfikowanym zał. nr 2 do SIWZ.

Lp.14 - Zamawiający dopuszcza Kleszczyki o dł. 260 mm zgodnie ze zmodyfikowanym zał. nr 2 do SIWZ.

Lp.15 - Zamawiający dopuszcza Kleszczyki o dł. 190 mm zgodnie ze zmodyfikowanym zał. nr 2 do SIWZ.

Lp.16 - Zamawiający dopuszcza Kleszczyki o dł. 180 mm zgodnie ze zmodyfikowanym zał. nr 2 do SIWZ.

Lp.18 - Zamawiający dopuszcza Imadło Wright(Derf) o dł. 125 mm zgodnie ze zmodyfikowanym zał. nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 18: Pakiet nr 7 Narzędzia chirurgiczne – nożyczki:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Lp.2 Nożyczki o dł. 160 mm.

Lp.3 Nożyczki Wagner o dł. 120 mm.

Lp.9 Nożyce o dł. 240 mm.

Lp.10 Nóż o szer. 13 lub 15 mm i dł. 215 mm.

Lp.11 Nóż o dł. 215 mm.

Lp.12 Nóż o szer. 19 mm i dł. 220 mm.

Lp.15 Nożyczki o dł. 140 mm.

Lp.17 Nożyczki o dł. 180 mm.

Odpowiedź nr 18:

- Lp.2 - Zamawiający dopuszcza Nożyczki o dł. 160 mm zgodnie ze zmodyfikowanym zał. nr 2 do SIWZ.
- Lp.3 - Zamawiający dopuszcza Nożyczki Wagner o dł. 120 mm zgodnie ze zmodyfikowanym zał. nr 2 do SIWZ.
- Lp.9 - Zamawiający dopuszcza Nożyce o dł. 240 mm zgodnie ze zmodyfikowanym zał. nr 2 do SIWZ.
- Lp.10 - Zamawiający dopuszcza Nóż o szer. 15 mm i dł. 215 mm zgodnie ze zmodyfikowanym zał. nr 2 do SIWZ.
- Lp.11 - Zamawiający dopuszcza Nóż o dł. 215 mm zgodnie ze zmodyfikowanym zał. nr 2 do SIWZ.
- Lp.12 - Zamawiający dopuszcza Nóż o szer. 19 mm i dł. 220 mm zgodnie ze zmodyfikowanym zał. nr 2 do SIWZ.
- Lp.15 - Zamawiający dopuszcza Nożyczki o dł. 140 mm zgodnie ze zmodyfikowanym zał. nr 2 do SIWZ.
- Lp.17 - Zamawiający dopuszcza Nożyczki o dł. 180 mm zgodnie ze zmodyfikowanym zał. nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 19: Pakiet nr 8 Narzędzia chirurgiczne:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznaczących różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

- Lp.1,2,3,4,5,6,7 Łyżeczka o dł. 170 mm.
- Lp.8 Łyżeczka o dł. 210 mm.
- Lp.10 Sonda o dł. 115 mm.
- Lp.11 Sonda z uchwytem płaskim z oczkiem.
- Lp.12 Wziernik o śr. 4,0 mm.
- Lp.13 Wziernik o śr. 5,0 mm.
- Lp.14 Kaniula o śr. 1,67 mm.
- Lp.16 Hak Langenbeck-Mini o wym 17x5 mm.
- Lp.17 Młotek Hajek o wadze 180 g, śr. 27 mm, dł. 210 mm.
- Lp.18 Igła Politzer(Royce).

Odpowiedź nr 19:

- Lp.1,2,3,4,5,6,7 - Zamawiający dopuszcza łyżeczkę o dł. 170 mm zgodnie ze zmodyfikowanym zał. nr 2 do SIWZ.
- Lp.8 - Zamawiający dopuszcza łyżeczkę o dł. 210 mm zgodnie ze zmodyfikowanym zał. nr 2 do SIWZ.
- Lp.10 - Zamawiający dopuszcza Sondę o dł. 115 mm zgodnie ze zmodyfikowanym zał. nr 2 do SIWZ.
- Lp.11 - Zamawiający nie dopuszcza Sondy z uchwytem płaskim z oczkiem.
- Lp.12 - Zamawiający dopuszcza Wziernik o śr. 4,0 mm zgodnie ze zmodyfikowanym zał. nr 2 do SIWZ.
- Lp.13 - Zamawiający nie dopuszcza Wziernika o śr. 5,0 mm. Zamawiający dopuszcza wziernik o śr. 4,0 mm.
- Lp.14 - Zamawiający dopuszcza Kaniulę o śr. 1,67 mm zgodnie ze zmodyfikowanym zał. nr 2 do SIWZ.
- Lp.16 - Zamawiający dopuszcza Hak Langenbeck-Mini o wym. 17x5 mm zgodnie ze zmodyfikowanym zał. nr 2 do SIWZ.
- Lp.17 - Zamawiający dopuszcza Młotek Hajek o wadze 180 g, śr. 27 mm, dł. 210 mm zgodnie ze zmodyfikowanym zał. nr 2 do SIWZ.
- Lp.18 - Zamawiający dopuszcza Iglę Politzer(Royce) zgodnie ze zmodyfikowanym zał. nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 20: Pakiet nr 9 Narzędzia manualne do zabiegów artroskopowych:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznaczących różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

- Lp.2 Narzędzie artroskopowe o śr. trzpienia roboczego 2,8 mm.
- Lp.3 Narzędzie artroskopowe o śr. trzpienia roboczego 2,8 mm.
- Lp.4 Prosimy o wydzielenie niniejszej pozycji i ustanowienie dla niej odrębnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie wykonawców przy zachowaniu zasad wolnej konkurencji.

Odpowiedź nr 20:

- Lp.2 - Zamawiający dopuszcza Narzędzie artroskopowe o śr. trzpienia roboczego 2,8 mm zgodnie ze zmodyfikowanym zał. nr 2 do SIWZ.
- Lp.3 - Zamawiający dopuszcza Narzędzie artroskopowe o śr. trzpienia roboczego 2,8 mm zgodnie ze zmodyfikowanym zał. nr 2 do SIWZ.
- Lp.4 - Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji. Cały pakiet jest uzupełnieniem posiadanego zestawu z jednej firmy, a wydzielenie może spowodować brak kompatybilności.

Pytanie nr 21: Pakiet nr 12 Sprzęt endoskopowy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie nieznacznych różnic w wymiarach niżej wyspecyfikowanych narzędzi i nazwach (specyfika danego producenta), co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty:

Lp.3 Światłowód o dł. 230 lub 350 mm, bez metalowego oplotu.

Lp.4 Kleszczyki o śr. płaszcza 3,4 mm.

Lp.6 Optyka o dł. 347 mm.

Lp.7 Retraktor o dł. całkowitej 320 mm, śr. 5 mm, 3 palczasty, odgięty od osi 60 st, rozstaw 40 st.

Lp.8 Optyka o dł. 347 mm.

Lp.9 Optyka o dł. 347 mm.

Lp.10 Kosz siatkowy druciany ze stali nierdzewnej o wym. 460x80x52 mm, na 2 optyki z silikonowymi pozycjonerami podpierającymi optyki w 5 miejscach, bez kolorowej pokrywy i etykiet aluminiowych.

Lp.11 Kosz siatkowy druciany ze stali nierdzewnej o wym. 290x80x52 mm, na 2 optyki, bez kolorowej pokrywy i etykiet aluminiowych.

Odpowiedź nr 21:

Lp.3 - Zamawiający nie dopuszcza światłowodu o dł. 230 lub 350 mm, bez metalowego oplotu.

Lp.4 -Zamawiający dopuszcza Kleszczyki o śr. płaszcza 3,4 mm zgodnie ze zmodyfikowanym zał. nr 2 do SIWZ.

Lp.6 - Zamawiający dopuszcza Optykę o dł. 347 mm zgodnie ze zmodyfikowanym zał. nr 2 do SIWZ.

Lp.7 - Zamawiający dopuszcza Retraktor o dł. całkowitej 320 mm, śr. 5 mm, 3 palczasty, odgięty od osi 60 st, rozstaw 40 st. zgodnie ze zmodyfikowanym zał. nr 2 do SIWZ.

Lp.8 - Zamawiający dopuszcza Optykę o dł. 347 mm zgodnie ze zmodyfikowanym zał. nr 2 do SIWZ.

Lp.9 - Zamawiający dopuszcza Optykę o dł. 347 mm zgodnie ze zmodyfikowanym zał. nr 2 do SIWZ.

Lp.10 - Zamawiający nie dopuszcza Kosza siatkowego drucianego ze stali nierdzewnej o wym. 460x80x52 mm, na 2 optyki z silikonowymi pozycjonerami podpierającymi optyki w 5 miejscach, bez kolorowej pokrywy i etykiet aluminiowych.

Lp.11 - Zamawiający nie dopuszcza Kosza siatkowego drucianego ze stali nierdzewnej o wym. 290x80x52 mm, na 2 optyki, bez kolorowej pokrywy i etykiet aluminiowych.

Pytanie nr 22:

Prosimy o zmianę kryterium oceny ofert za termin dostawy na następujący:

40 pkt	21 dni kalendarzowych z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy licząc od dnia złożenia zamówienia
30 pkt	35 dni kalendarzowych z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy licząc od dnia złożenia zamówienia
20 pkt	42 dni kalendarzowych z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy licząc od dnia złożenia zamówienia
10 pkt	49 dni kalendarzowych z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy licząc od dnia złożenia zamówienia
0 pkt	56 dni kalendarzowych z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy licząc od dnia złożenia zamówienia

Odpowiedź nr 22:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Pytanie nr 23:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5 poz. 6 pincetę anatomiczną o długości 15 cm ?

Odpowiedź nr 23:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 5 poz. 6 pincetę anatomiczną o długości 15 cm zgodnie ze zmodyfikowanym zał. nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 24:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5 poz. 9 pincetę mikro anatomiczną Adson o długości 12 cm ?

Odpowiedź nr 24:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 25:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 5 poz. 10 pincetę anatomiczną rozszczepiającą o długości 11,5 cm?

Odpowiedź nr 25:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 26:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6 poz. 1 imadło chirurgiczne o długości 18 cm ?

Odpowiedź nr 26:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 6 poz. 1 imadło chirurgiczne o długości 18 cm zgodnie ze zmodyfikowanym zał. nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 27:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6 poz. 2 kleszczyki naczyniowe o długości 14 cm ?

Odpowiedź nr 27:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 6 poz. 2 kleszczyki naczyniowe o długości 14 cm zgodnie ze zmodyfikowanym zał. nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 28:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6 poz. 3 kleszczyki naczyniowe o długości 13 cm ?

Odpowiedź nr 28:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 6 poz. 3 kleszczyki naczyniowe o długości 13 cm zgodnie ze zmodyfikowanym zał. nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 29:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6 poz. 6 kleszczyki naczyniowe o długości 21 cm ?

Odpowiedź nr 29:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 6 poz. 6 kleszczyki naczyniowe o długości 21 cm zgodnie ze zmodyfikowanym zał. nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 30:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6 poz. 10 kleszcze intubacyjne o długości 17 cm ?

Odpowiedź nr 30:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 31:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6 poz. 13 kleszczyki do opatrunków o długości 14 cm ?

Odpowiedź nr 31:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 6 poz. 13 kleszczyki do opatrunków o długości 14 cm zgodnie ze zmodyfikowanym zał. nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 32:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6 poz. 14 kleszczyki do materiałów opatrunkowych o długości 25 cm?

Odpowiedź nr 32:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 6 poz. 14 kleszczyki do materiałów opatrunkowych o długości 25 cm zgodnie ze zmodyfikowanym zał. nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 33:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 6 poz. 15 kleszczyki naczyniowe o długości 19 cm ?

Odpowiedź nr 33:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 6 poz. 15 kleszczyki naczyniowe o długości 19 cm zgodnie ze zmodyfikowanym zał. nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 34:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7 poz. 2 nożyczki preparacyjne o długości 16 cm ?

Odpowiedź nr 34:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 7 poz. 2 nożyczki preparacyjne o długości 16 cm zgodnie ze zmodyfikowanym zał. nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 35:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7 poz. 9 nożyce do ciecienia gipsu o długości 23 cm ?

Odpowiedź nr 35:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 7 poz. 9 nożyce do ciecienia gipsu o długości 23 cm zgodnie ze zmodyfikowanym zał. nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 36:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7 poz. 10 nóż do adenotomii o szerokości okienka 13 mm ?

Odpowiedź nr 36:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 7 poz. 10 nóż do adenotomii o szerokości okienka 13 mm zgodnie ze zmodyfikowanym zał. nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 37:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7 poz. 11 nóż do adenotomii o szerokości okienka 15,5 mm ?

Odpowiedź nr 37:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 7 poz. 11 nóż do adenotomii o szerokości okienka 15,5 mm zgodnie ze zmodyfikowanym zał. nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 38:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7 poz. 12 nóż do adenotomii o szerokości okienka 16,5 mm ?

Odpowiedź nr 38:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 7 poz. 12 nóż do adenotomii o szerokości okienka 16,5 mm zgodnie ze zmodyfikowanym zał. nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 39 Pakiet nr 5 poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści pęsetę anatomiczną? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 39:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 40 Pakiet nr 5 poz. 6:

Czy Zamawiający dopuści pęsetę o długości 130 mm? Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź nr 40:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 5 poz. 6 pęsetę o długości 130 mm zgodnie ze zmodyfikowanym zał. nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 41 Pakiet nr 5 poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści pęsetę mikrochirurgiczną, anatomiczną, prostą o długości 110mm, końcówka w rozmiarze 0,4mm?

Odpowiedź nr 41:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 42 Pakiet nr 5 poz. 10:

Czy Zamawiający dopuści pęsetę o długości 105mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 42:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 43 Pakiet nr 7 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści pęsetę o długości 160mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 43:

W pakiecie 7 brak jest pozycji o nazwie pęseta.

Pytanie nr 44 Pakiet nr 7 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści nożyczki o długości 140 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 44:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 7 poz. 3 nożyczki o długości 140 mm zgodnie ze zmodyfikowanym zał. nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 45 Pakiet nr 7 poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści nożyce o długości 230 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 45:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 7 poz. 9 nożyczki o długości 230 mm zgodnie ze zmodyfikowanym zał. nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 46 Pakiet nr 7 poz. 15:

Czy Zamawiający dopuści nożyczki o długości 140 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 46:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 7 poz. 15 nożyczki o długości 140 mm zgodnie ze zmodyfikowanym zał. nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 47 Pakiet nr 7 poz. 17:

Czy Zamawiający dopuści nożyczki o długości 17 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 47:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 7 poz. 17 nożyczki o długości 17 cm zgodnie ze zmodyfikowanym zał. nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 48 Pakiet nr 8 poz. 9:

czy Zamawiający dopuści pętle o średnicy 0,3mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 48:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 49 Pakiet nr 8 poz. 12 i 13:

Czy Zamawiający dopuści wziernik o średnicy 4mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 49:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 8 poz. 12 i 13 wziernik o średnicy 4mm zgodnie ze zmodyfikowanym zał. nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 50 Pakiet nr 8 poz. 14:

Czy Zamawiający dopuści kaniulę o nazwie własnej Fergusson i średnicy 1,5mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 50:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 8 poz. 14 kaniulę o nazwie własnej Fergusson i średnicy 1,5mm zgodnie ze zmodyfikowanym zał. nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 51 Pakiet nr 8 poz. 17:

Czy Zamawiający dopuści młotek o dł. 18,5 cm, śr. 25mm, waga 140 g? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 51:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 8 poz. 17 młotek o dł. 18,5 cm, śr. 25mm, waga 140 g zgodnie ze zmodyfikowanym zał. nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 52 Pakiet nr 8 poz. 1-7:

Czy Zamawiający dopuści łyżeczkę kostną typ Bruns długość 160 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 52:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 8 poz. 1-7 łyżeczkę kostną typ Bruns długość 160 mm zgodnie ze zmodyfikowanym zał. nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 53 Pakiet nr 8 poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści łyżeczkę kostną typu Lempert główka owalna szerokość 2,2 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 53:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 8 poz. 8 łyżeczkę kostną typu Lempert główka owalna szerokość 2,2 mm zgodnie ze zmodyfikowanym zał. nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 54 - Dotyczy Zał nr2 -Pakiet nr 3 - Akcesoria do laparoskopii poz. 3:

Zamawiający w w/w pozycji wymaga 1 sztukę „USZCZELKA WEWNĘTRZNA SILIKONOWA DO TROKARÓW ŚR. 5,5 MM” Czy Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze w ilości 1op=20szt, zamiast jednostki miary 1szt?

Odpowiedź nr 54:

Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 3 poz. 3 „USZCZELKA WEWNĘTRZNA SILIKONOWA DO TROKARÓW ŚR. 5,5 MM” w ilości 1op=20szt zgodnie ze zmodyfikowanym zał. nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 55 - Dotyczy Zał nr2 -Pakiet nr 3 - Akcesoria do laparoskopii poz. 4:

Zamawiający w w/w pozycji wymaga 1 sztukę „USZCZELKA WEWNĘTRZNA SILIKONOWA DO TROKARÓW ŚR.10/12,5MM” Czy Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze w ilości 1op=20szt, zamiast jednostki miary 1szt?

Odpowiedź nr 55:

Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 3 poz. 4 „USZCZELKA WEWNĘTRZNA SILIKONOWA DO TROKARÓW ŚR.10/12,5MM” w ilości 1op=20szt zgodnie ze zmodyfikowanym zał. nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 56:

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź nr 56:

Zamawiający **modyfikuje treść § 5 ust. 2 projektu umowy** w następujący sposób:

„ 2. Wykonawca jest zobowiązany do załatwienia reklamacji Zamawiającego w terminie **do 5 dni** z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (niedziel i świąt ustawowo wolnych) oraz sobót:

- a) od daty otrzymania reklamacji w przypadku reklamacji ilościowych;
- b) od daty otrzymania zwróconego towaru w przypadku reklamacji jakościowych.

Pytanie nr 57:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 6 ust. 5 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź nr 57:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 58:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1 pkt. a-b, d:

Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- a) w wysokości 2% wartości brutto partii towaru nie dostarczonego w terminie wskazanego w bieżącym zamówieniu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie towaru w terminie określonym w umowie lub zamówieniu, powstałą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej partii towaru.**
- b) za zwłokę w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad oraz za zwłokę w wymianie towaru niezgodnego z zamówieniem lub umową, bądź za zwłokę w wymianie towaru dostarczonego w niewłaściwym opakowaniu w terminie określonym w § 5 w wysokości 2 % wartości brutto wadliwej partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej partii towaru.**
- d) w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, gdy Zamawiający rozwiąże, wypowie, odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

Odpowiedź nr 58:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 71.

Pytanie nr 59 – Pakiet nr 13:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 zestawu składającego się z trokara optycznego o średnicy 5mm, 2 kaniule, 1 obturator, długość kaniuli 75mm; kaniule z wewnętrznym żebrowaniem i zaworem gazowym pozwalającym na insuflację podczas wprowadzania trokara, obturator z separatorem tkankowym?

Odpowiedź nr 59:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 60 – Pakiet nr 13:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 2 zestawu składającego się z trokara optycznego o średnicy 5mm, 2 kaniule, 1 obturator, długość kaniuli 100mm; kaniule z wewnętrznym żebrowaniem i zaworem gazowym pozwalającym na insuflację podczas wprowadzania trokara, obturator z separatorem tkankowym?

Odpowiedź nr 60:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 61 – Pakiet nr 9:

Czy Zamawiający w Pakiecie 9 dopuści również narzędzia artroskopowe o parametrach podanych w poniższym opisie (tłustym drukiem zaznaczono różnice z opisem w SIWZ, katalog w załączeniu):

1. Narzędzie artroskopowe, szerokość 3,4mm, długość 130mm, proste, agresywne;
2. Narzędzie artroskopowe, **szerokość 3,4mm**, długość 130mm, 45 stopni prawe;
3. Narzędzie artroskopowe, **szerokość 3,4mm**, długość 130mm, 45 stopni lewe;
4. Narzędzie do artroskopowego obcinania supermocnych nici lub taśm, otwarte bocznie.

Poniżej zdjęcia z katalogu, a w załączeniu katalog (strony 105 i 109) i broszura (strona 5).



Odpowiedź nr 61:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 62:

Czy zamawiający w pakiecie 13 pozycja 1 dopuści do postępowania zestaw składający się z dwóch osobno pakowanych trokarów - trokara optycznego o średnicy 5mm, 1 kaniuli, 1 obturator, długość kaniuli 70mm; kaniule z balonikiem i dyskiem dociskowym, zawór gazowy na kaniuli, obturator z separatorem tkankowym i z przezierną końcówką i wejściem na optykę 5 mm?

Odpowiedź nr 62:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 63:

Czy zamawiający w pakiecie 13 pozycja 2 dopuści do postępowania zestaw składający się z dwóch osobo pakowanych trokarów - trokara optycznego o średnicy 5mm, 1 kaniuli, 1 obturator, długość kaniuli 100mm; kaniule z balonikiem i dyskiem dociskowym, zawór gazowy na kaniuli, obturator z separatorem tkankowym i z przezierną końcówką i wejściem na optykę 5 mm?

Odpowiedź nr 63:

Zamawiający w pakiecie 13 pozycja 2 dopuszcza zestaw składający się z dwóch osobo pakowanych trokarów - trokara optycznego o średnicy 5mm, 1 kaniuli, 1 obturator, długość kaniuli 100mm; kaniule z balonikiem i dyskiem dociskowym, zawór gazowy na kaniuli, obturator z separatorem tkankowym i z przezierną końcówką i wejściem na optykę 5 mm.

Pytanie nr 64:

Czy zamawiający w pakiecie 13 pozycja 1 dopuści do postępowania zestaw składający się z osobno zapakowanej kaniuli 5 mm, 70 mm i trokara- trokar optyczny o średnicy 5 mm, 1 kaniuli, 1 obturator, długość kaniuli 70 mm, kaniula przezroczysta i karbowana, zawór gazowy na kaniuli, obturator z separatorem tkankowym i przezierną końcówką i wejściem na optykę 5 mm?

Odpowiedź nr 64:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 65:

Czy zamawiający w pakiecie 13 pozycja 1 dopuści do postępowania zestaw składający się z osobno zapakowanej kaniuli 5 mm, 100 mm i trokara- trokar optyczny o średnicy 5 mm, 1 kaniuli, 1 obturator, długość kaniuli 100 mm, kaniula przezroczysta i karbowana, zawór gazowy na kaniuli, obturator z separatorem tkankowym i przezierną końcówką i wejściem na optykę 5 mm?

Odpowiedź nr 65:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 66 - Pakiet nr 5 - Narzędzia chirurgiczne – pincety:

Poz.6. Czy Zamawiający dopuści PINCETA ANATOMICZNA TYP TROELTSCH ODGIĘTA KOLANKOWO DŁUGOŚĆ 100 MM ZĄBKOWANA?

Poz.7. Czy Zamawiający dopuści PINCETA CHIRURGICZNA PROSTA KOŃCÓWKĄ ROBOCZĄ 2 x 3 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM?

Poz.9. Czy Zamawiający dopuści PINCETA MIKROCHIRURGICZNA ANATOMICZNA DŁ. 100 MM PROSTA 0,4X0,4 MM SKOK ZĄBKÓW 0,25 MM DŁUGOŚĆ 10 MM?

Odpowiedź nr 66:

Poz.6. Zamawiający nie dopuszcza

Poz.7. Zamawiający dopuszcza PINCETĘ CHIRURGICZNĄ PROSTĄ Z KOŃCÓWKĄ ROBOCZĄ 2 x 3 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM

Poz.9. Zamawiający dopuszcza PINCETĘ MIKROCHIRURGICZNĄ ANATOMICZNĄ O DŁ. 100 MM PROSTA 0,4X0,4 MM SKOK ZĄBKÓW 0,25 MM DŁUGOŚĆ 10 MM

Pytanie nr 67 - Pakiet nr 6 - Narzędzia chirurgiczne - kleszczyki, imadła, zaciski:

Poz.1. Czy Zamawiający dopuści IMADŁO CHIRURGICZNE TYP MAYO-HEGAR DŁUGOŚĆ 180 MM SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5MM Z KANAŁIKIEM?

Poz.3. Czy Zamawiający dopuści KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP DUNHIL PROSTE DŁUGOŚĆ 130 MM DELIKATNE?

Poz.6. Czy Zamawiający dopuści KLESZCZYKI NACZYNIOWE DELIKATNE TYP HALSTED-MOSQUITO ODGIĘTE DŁ. 210 MM, SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM?

Poz.9. Czy Zamawiający dopuści ZACISK ARTERII TYP COLLER-CRILE ZAKRZYWIONY DŁUGOŚĆ 160MM?

Poz.13. Czy Zamawiający dopuści KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW typu Gross-Maier PROSTE 160 MM, BEZ ZAMKA?

Poz.14. Czy Zamawiający dopuści KLESZCZYKI DO MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH TYP GROSS-MAIER DŁUGOŚĆ 270 MM PROSTE BEZ ZAPADKI SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM?

Poz.16. Czy Zamawiający dopuści KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED PROSTE DŁUGOŚĆ 180 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM?

Poz.17. Czy Zamawiający dopuści KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-DELICATE PROSTE WYSZCZUPLONE DŁUGOŚĆ 140 MM 5 1/2" KOŃCÓWKĄ ROBOCZĄ 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM?

Poz.18. Czy Zamawiający dopuści IMADŁO CHIRURGICZNE TYP DERF DŁUGOŚĆ 127 MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI POPRZECZNYMI I KANALIKIEM?

Odpowiedź nr 67:

Poz.1. Zamawiający dopuszcza IMADŁO CHIRURGICZNE TYP MAYO-HEGAR DŁUGOŚĆ 180 MM SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5MM Z KANALIKIEM

Poz.3. Zamawiający dopuszcza KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP DUNHIL PROSTE DŁUGOŚĆ 130 MM DELIKATNE

Poz.6. Zamawiający dopuszcza KLESZCZYKI NACZYNIOWE DELIKATNE TYP HALSTED-MOSQUITO ODGIĘTE DŁ. 210 MM, SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM

Poz.9. Zamawiający dopuszcza ZACISK ARTERII TYP COLLER-CRILE ZAKRZYWIONY DŁUGOŚĆ 160MM

Poz.13. Zamawiający nie dopuszcza

Poz.14. Zamawiający dopuszcza KLESZCZYKI DO MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH TYP GROSS-MAIER DŁUGOŚĆ 270 MM PROSTE BEZ ZAPADKI SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7 MM SKOK ZĄBKÓW 1,25 MM

Poz.16. Zamawiający dopuszcza KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED PROSTE DŁUGOŚĆ 180 MM DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM

Poz.17. Zamawiający dopuszcza KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-DELICATE PROSTE WYSZCZUPLONE DŁUGOŚĆ 140 MM 5 1/2" KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM

Poz.18. Zamawiający dopuszcza IMADŁO CHIRURGICZNE TYP DERF DŁUGOŚĆ 127 MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI POPRZECZNYMI I KANALIKIEM

Pytanie nr 68 - Pakiet nr 7 - Narzędzia chirurgiczne – nożyczki:

Poz. 3. Czy Zamawiający dopuści NOŻYCZKI PREPARACYJNE typu Joseph PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM OSTRZA OSTRO OSTRE?

Poz.6. Czy Zamawiający dopuści NOŻYCZKI CHIRURGICZNE STANDARD ODGIĘTE DŁ. 150 MM KOŃCE TĘPE?

Poz.9. Czy Zamawiający dopuści NOŻYCE DO CIĘCIA GIPSU I MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH typu SEUTIN DŁUGOŚĆ 230 MM ?

Poz.15. Czy Zamawiający dopuści NOŻYCZKI DO MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH TYP UNIVERSAL DŁUGOŚĆ 145MM? (poniżej zdjęcie)



Odpowiedź nr 68:

Poz. 3. Zamawiający dopuszcza NOŻYCZKI PREPARACYJNE typu Joseph PROSTE DŁUGOŚĆ 140 MM OSTRZA OSTRO OSTRE

Poz.6. Zamawiający dopuszcza NOŻYCZKI CHIR. STANDARD ODGIĘTE DŁ. 150 MM KOŃCE TĘPE

Poz.9. Zamawiający dopuszcza NOŻYCE DO CIĘCIA GIPSU I MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH typu SEUTIN DŁUGOŚĆ 230 MM

Poz.15. Zamawiający dopuszcza NOŻYCZKI DO MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH TYP UNIVERSAL DŁUGOŚĆ 145MM, jeżeli możliwa jest sterylizacja parowa.

Pytanie nr 69 - Pakiet nr 8 - Narzędzia chirurgiczne:

Poz.1-7. Czy Zamawiający dopuści ŁYŻECZKA KOSTNA TYP BRUNS DŁUGOŚĆ 170 MM pozostałe parametry bez zmian?

Poz. 12-13. Czy Zamawiający dopuści WZIERNIK USZNY TYP HARTMANN DLA DZIECI ŚREDNICA 5MM?

Poz. 14. Czy Zamawiający dopuści MIKROKANIULA SSĄCA PLESTER ŚREDNICA 1,5MM KOŃCÓWKA TYP LUER?

Poz. 17. Czy Zamawiający dopuści MŁOTEK typu PARTSCH 200 GR.GŁÓW.-ŚR.22MM 190MM?

Odpowiedź nr 69:

Poz.1-7. Zamawiający dopuszcza ŁYŻECZKA KOSTNA TYP BRUNS DŁUGOŚĆ 170 MM pozostałe parametry bez zmian

Poz. 12-13. Zamawiający nie dopuszcza WZIERNIKA USZNEGO TYP HARTMANN DLA DZIECI ŚREDNICA 5MM. Zamawiający dopuszcza wziernik o średnicy 4,0 mm.

Poz. 14. Zamawiający dopuszcza MIKROKANIULĘ SSĄCĄ PLESTER ŚREDNICA 1,5MM KOŃC. TYP LUER
Poz. 17. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 70 - Dotyczy pakietu 2, poz.1:

W celu dopasowania odpowiedniego czujnika, prosimy o informację w jakiej technologii jest pomiar SpO2 – Masimo LNCS, czy Nellcor?

Odpowiedź nr 70:

Pomiar SpO2 jest w technologii Masimo.

Pytanie nr 71 - Dotyczy zapisów SIWZ oraz wzoru umowy:

W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2 zwracamy się z wnioskiem wprowadzenie, na podstawie art. 473 §2 KC zastrzeżenia, że do czasu ustania ww. okoliczności łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), będzie ograniczona wyłącznie do szkody wyrządzonej umyślnie zgodnie z art. 473 §2 KC.

W świetle aktualnych uwarunkowań związanych w sytuacją epidemiologiczną na świecie praktycznie żaden dystrybutor sprzętu medycznego nie może zagwarantować dostawy towarów stanowiących przedmiot zamówienia. Producenci realizują Zamówienia wg określonych priorytetów, wynikających z tendencji i zapotrzebowań ogólnoswiatowych. Ponadto, nawet w przypadku wytworzenia puli jakiegoś asortymentu przeznaczonego na Państwa rzecz może być problem z jego dostarczeniem (importem, procedurami i transportem wewnętrznym). W związku z powyższym zaciąganie zobowiązań w aktualnych warunkach, obarczonych dużym ryzykiem odpowiedzialności kontraktowej, może być niemożliwe, nawet przy dołożeniu maksimum staranności przy ich realizacji. Dlatego wnosimy o dodanie zapisu o następującej treści:

„W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, do czasu ich ustania łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), ograniczona jest wyłącznie do szkody wyrządzonej umyślnie zgodnie z art. 473 §2 KC.”

Odpowiedź nr 71:

Zamawiający modyfikuje § 7 Istotnych postanowień umownych poprzez dodanie ust. 8 do umowy zgodnie z poniższym:

„8. Strony przewidują możliwość zmiany okresu obowiązywania umowy i realizacji dostaw sukcesywnych, w przypadku zaistnienia okoliczności nadzwyczajnych, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy (siła wyższa).

8.1 Strony umowy zgodnie postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).

8.2 Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przewidziane, aby te konsekwencje złagodzić.

8.3 Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

8.4 Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.

8.5 W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze

skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i nie rości należności wynikających z §6 ust.1 pkt c), d)“

Jednocześnie zmianie ulega §6 ust. 1 zgodnie z poniższym:

„1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- a) w wysokości 5% wartości brutto partii towaru nie dostarczonego w terminie wskazanego w bieżącym zamówieniu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie towaru w terminie określonym w umowie lub zamówieniu, powstałą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, **z zastrzeżeniem okoliczności o których mowa w §7 ust. 8 umowy**
- b) za zwłokę w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad oraz za zwłokę w wymianie towaru niezgodnego z zamówieniem lub umową, bądź za zwłokę w wymianie towaru dostarczonego w niewłaściwym opakowaniu w terminie określonym w § 5 w wysokości 5 % wartości brutto wadliwej partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
- c) w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto tej części umowy (pakietu), której dotyczy rozwiązanie, gdy Zamawiający rozwiąże umowę w zakresie części (pakietu) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a w szczególności z powodu trzykrotnej dostawy towaru wadliwego lub trzykrotnego niedostarczenia towaru, **z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w § 7 ust. 8 pkt. 8.5 umowy**
- d) w wysokości 5% wartości brutto **niezrealizowanej części** umowy, gdy Zamawiający rozwiąże, wypowie, odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, **z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w § 7 ust. 8 pkt. 8.5 umowy.**“

Pytanie nr 72 - Dotyczy zapisów SIWZ oraz wzoru umowy:

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §8 ust. 1 a-b) wzoru umowy w następujący sposób:

„Wykonawca płaci Kupującemu kary umowne:

- a) *za zwłokę w dostawie towaru w terminie określonym w umowie lub zamówieniu, powstałą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,2% wartości brutto partii towaru nie dostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,*
- b) *za zwłokę w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad oraz za zwłokę w wymianie towaru niezgodnego z zamówieniem lub umową, bądź za zwłokę w wymianie towaru dostarczonego w niewłaściwym opakowaniu w terminie określonym w § 7 w wysokości 0,2% wartości brutto partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.*“

Odpowiedź nr 72:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 71.

Pytanie nr 73 - Dotyczy zapisów SIWZ oraz wzoru umowy:

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §6 ust 10 na : „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

Odpowiedź nr 73:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 74 - dot. Pakietu nr 12 poz. 1.:

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie rozwiązania równoważnego a mianowicie nożyczki artroskopowe proste o wymiarach 3,5 mm i długości 14 cm. Zaoferowany sprzęt jest wypełni równoważny, funkcjonalny i niezawodny?

Odpowiedź nr 74:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 75 - dot. Pakietu nr 12 poz. 2:

Proszę o doprecyzowanie czy zamawiający wymaga płaszczu pasującego do oferowanej optyki o kanale 4 mm czy też podana średnica jest wymiarem zewnętrznym?

Odpowiedź nr 75:

Zamawiający wymaga płaszczu pasującego do oferowanej optyki o kanale 4 mm.

Pytanie nr 76 - dot. Pakietu nr 12 poz. 4:

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie porównywalnych kleszczyków artroskopowych okienkowych o śr. 3,5 mm, bransze proste, szer. cięcia 2,7 mm, dł. rob. 12 cm?

Odpowiedź nr 76:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 77 - dot. Pakietu nr 12 poz. 5:

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie rozwiązania równoważnego czyli Optyki artroskopowej 30°, średnica 4 mm, dł. 18 cm, autoklawowalna do 137°C. Ciśnienie do 3 barów?

Odpowiedź nr 77:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 78 - dot. Pakietu nr 12 poz. 6:

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie rozwiązania równoważnego a mianowicie Optyki laparoskopowej 0°, śr. 10 mm, dł. 42 cm, autoklawowalna do 137°C. Ciśnienie do 3 barów?

Odpowiedź nr 78:

Zamawiający dopuszcza zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 79 - dot. Pakietu nr 12 poz. 7:

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie rozwiązania równoważnego narzędzia czyli Retraktora wachlarzowego, rozbieralnego pięciopalczastego o śr. 5 mm, dł. 36 cm

Odpowiedź nr 79:

Zamawiający dopuszcza retractor rozbieralny, pięciopalczasty, przy zachowaniu pozostałych warunków zgodnych z SIWZ.

Pytanie nr 80 - dot. Pakietu nr 12 poz. 10:

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie rozwiązania równoważnego a mianowicie Kosza drucianego o wym. 487x125x54, na 2 optyki sztywne o dł. do 32 cm i śr. do 10 mm z silikonowymi pozycjonerami do potrzymanie optyki i mocowaniem na światłowód, to rozwiązanie daje możliwość jednoczesnej sterylizacji ze światłowodem?

Odpowiedź nr 80:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 81 - dot. Pakietu nr 12 poz. 11:

Czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie rozwiązania równoważnego a mianowicie Kosza drucianego o wym. 352x125x54, na 2 optyki sztywne o dł. do 32 cm i śr. do 10 mm z silikonowymi pozycjonerami do potrzymanie optyki i mocowanie na światłowód, to rozwiązanie daje dodatkową możliwość jednoczesnej sterylizacji ze światłowodem?

Odpowiedź nr 81:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 82 - dot. Pakietu nr 12:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 14 dni od daty złożenia zamówienia?

Odpowiedź nr 82:

Zamawiający wyraża zgodę zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.

Pytanie nr 83 - treść SIWZ (załącznik nr 6 do SIWZ):

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan zagrożenia epidemicznego oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy – załącznik nr 6 do SIWZ klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie:
a/terminu dostawy, b/wysokości lub w ogóle naliczania kar umownych oraz c/ możliwości odstąpienia od umowy przez wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, ale spowodowanych czynnikami od niego niezależnymi?

Odpowiedź nr 83:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 71.

Pytanie nr 84 - treść SIWZ (załącznik nr 6 do SIWZ):

Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 3 ust. 3 wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycją z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby termin dostawy został dostosowany do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (zagrożenie epidemiczne) z jaką mamy obecnie do czynienia?

Odpowiedź nr 84:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 71.

Pytanie nr 85 - treść SIWZ (załącznik nr 6 do SIWZ):

Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 6 ust. 1 wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycją z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby prawo do naliczania ewentualnych kar umownych za zwłokę/opóźnienie w dostawie, zostało dostosowane do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (zagrożenie epidemiczne) z jaką mamy obecnie do czynienia?

Odpowiedź nr 85:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 71.

Pytanie nr 86 - treść SIWZ (załącznik nr 6 do SIWZ):

Czy w związku z obecnym stanem zagrożenia epidemicznego oraz związanymi z tym implikacjami natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na możliwość realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, w treści § 9 wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ) Zamawiający wprowadzi zapis pozwalający wykonawcy, w razie wystąpienia szczególnych okoliczności, z przyczyn leżących po jego stronie, ale niezależnych od niego, odstąpić jednostronnie od umowy o zamówienie publiczne bez ponoszenia przez niego negatywnych skutków natury prawno-finansowych z tym związanych?

Odpowiedź nr 86:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 71.

Pytanie nr 87 - Dot. projekt umowy – załącznik nr 6 do SIWZ § 5 ust. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu załatwienia reklamacji przez Wykonawcę w terminie do 7 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (niedziele świąt ustawowo wolnych) oraz sobót:

- a) od daty otrzymania reklamacji w przypadku reklamacji ilościowych;
- b) od daty otrzymania zwróconego towaru w przypadku reklamacji jakościowych.

Odpowiedź nr 87:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 56.

Pytanie nr 88 - Dot. projekt umowy – załącznik nr 3A do SIWZ § 6 ust. 1 a):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do wysokości 0,5% wartości brutto partii towaru nie dostarczonego w terminie wskazanego w bieżącym zamówieniu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie towaru w terminie określonym w umowie lub zamówieniu?

Odpowiedź nr 88:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 71.

Pytanie nr 89 - Dot. projekt umowy – załącznik nr 6 do SIWZ § 6 ust. 1 b):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej za zwłokę w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad oraz za zwłokę w wymianie towaru niezgodnego z zamówieniem lub umową, bądź za zwłokę w wymianie towaru dostarczonego w niewłaściwym opakowaniu w terminie określonym w § 5 do wysokości 0,5 % wartości brutto wadliwej partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?

Odpowiedź nr 89:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 71.

Z poważaniem,

Otrzymali:

- 1. www.zsm.com.pl
- 2. a/a

Z-CA DYREKTORA
d/s administracyjnych
Arkadiusz Jakubczyk

Bojarska