



SP ZOZ ZSM ZP/21.1/2020

Chorzów, dnia 03.06.2020 r.

Szanowni Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej w złotych równowartość kwoty 214 000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zadania pod nazwą: **„Zakup i dostawa odczynników, testów wraz z dzierżawą analizatora koagulologicznego oraz analizatora mikrobiologicznego dla jednostki przy ul. Władysława Truchana 7” nr sprawy SP ZOZ ZSM/ZP/21/2020.**

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie reprezentujący Zamawiającego informuje, że w przedmiotowym postępowaniu Wykonawcy zadali pytania. Zamawiający przytacza poniżej treść pytań i udziela odpowiedzi.

Pytanie nr 1: Dotyczy Pakietu nr 1

Załącznik nr 2A do SIWZ oraz Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora do oceny prawidłowości procesu hemostazy pierwotnej oraz analizatora do badań hemostazy z oprogramowaniem w j. angielskim z pełną instrukcją obsługi w języku polskim?

Odpowiedź nr 1:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie analizatora do badań hemostazy z oprogramowaniem w języku angielskim z pełną instrukcją obsługi w języku polskim.

Uwaga: Zamawiający nie wnioskował o analizator do hemostazy pierwotnej.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2A do SIWZ.

Pytanie nr 2: Dotyczy Pakietu nr 1

Załącznik nr 2A do SIWZ oraz Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy)

Prosimy o informację czy w opisie przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań dla wydajności analizatora parametrów hemostazy Zamawiający wymaga: APTT - minimum 180 ozn. / godzinę oraz PT - minimum 180 ozn. / godzinę.?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający wymaga APTT- min. 180 oznaczeń / godz. oraz PT – min. 180 oznaczeń/godz. zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2A do SIWZ.

Pytanie nr 3: Dotyczy Pakietu nr 1

Załącznik nr 2A do SIWZ oraz Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy)

Prosimy o doprecyzowanie zapisu w tabeli (Wymagania z zakresu gwarancji, serwisu, dopuszczenia do użytkowania, warunki dodatkowe dla oferowanych urządzeń laboratoryjnych)

„W dni wolne od pracy Zamawiający będzie mógł zgłosić awarię do Centrum Opieki Serwisowej (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku) i skorzystać z pomocy zdalnej inżyniera serwisowego.”

Kontakt przez Centrum Opieki Serwisowej gwarantuje przekierowanie sprawy do aktualnie dostępnego inżyniera.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający zgadza się na przekierowanie sprawy do aktualnie dostępnego inżyniera pełniącego dyżur w Centrum Opieki Serwisowej. Zamawiającemu zależy głównie na kontakcie z inżynierem serwisowym i fachowej opinii dotyczącej zauważonego problemu. W związku z tym Zamawiający doprecyzowuje zapis w tabeli w załączniku nr 2A do SIWZ. Jednocześnie zmianie ulega **§6 ust. 1 lit. k) Umowy** jak niżej:

„k) „W przypadku pakietu nr 1 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości bezpośredniego telefonicznego kontaktu z Centrum Opieki Serwisowej oraz pomocy zdalnej inżyniera serwisowego przez 7 dni w tygodniu 24 h pod numerem telefonu

W przypadku pakietu nr 2 Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia możliwości bezpośredniego telefonicznego kontaktu z serwisantem od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00, pod

numerem telefonu W pozostałych godzinach w dni robocze Wykonawca jest zobowiązany zapewnić możliwość zawiadamiania Wykonawcy o awariach/usterkach oraz zgłaszania napraw drogą mailową."

Pytanie nr 4: Dotyczy Pakietu nr 1

Załącznik nr 2A do SIWZ oraz Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy)

Prosimy o odstąpienie od wymogu podania danych osoby odpowiedzialnej za serwisowanie sprzętu.

Z różnych przyczyn takie dane mogą stać się nieaktualne lub w danym momencie osoba taka może nie wykonywać obowiązków służbowych.

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający odstępuje od tego wymogu, w związku z czym wykreśla zapis w tabeli: *Dane osoby odpowiedzialnej za serwisowanie sprzętu.*

Pytanie nr 5: Dotyczy Pakietu nr 1

Załącznik nr 2A do SIWZ oraz Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy)

Prosimy o wyjaśnienie zapisu zawartego w §2 ust. 5 dotyczącego kosztów związanych z wymianą analizatora na większy.

W zapisach SIWZ Zamawiający nigdzie nie stawia i nie precyzuje takich wymagań.

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający odstępuje od tego wymogu, w związku z czym modyfikuje **§2 ust. 4 i ust. 5 Umowy** jak niżej:

„4. Zamawiający zastrzega możliwość wymiany Analizatora na większy w przypadku konieczności zwiększenia liczby wykonywanych oznaczeń o czym powiadomi Wykonawcę z 30 dniowym wyprzedzeniem (dotyczy pakietu nr 2).

5. Cena brutto zawiera wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia do Zamawiającego w tym: transport, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, koszt montażu (wraz z ewentualną adaptacją pomieszczenia) i instalacji wraz z podłączeniem do systemu LIS, HIS u Zamawiającego, czynsz za dzierżawę Analizatora przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru, koszty związane z wymianą Analizatora na większy (dotyczy pakietu nr 2), a także opłaty wynikające z polskiego prawa celnego i podatkowego, a także odczynniki potrzebne do wykonania badań wraz z wszystkimi wymaganymi parametrami przez okres 36 miesięcy, szkolenia personelu itp.”

Pytanie nr 6: Dotyczy Pakietu nr 1

Załącznik nr 2A do SIWZ oraz Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy)

Prosimy o uzupełnienie zapisu §6 ust. 1 pkt. e)

„ Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i zainstalowania w ciągu następnych 48 godzin analizatora zastępczego, posiadającego co najmniej taki sam zakres badań jak analizator przekazany po zawarciu umowy lub pokrycia wszystkich kosztów wykonywania badań na zewnątrz do czasu usunięcia awarii”

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający modyfikuje **§6 ust. 1 pkt. e) Umowy** jak niżej:

*„e) W przypadku, kiedy naprawa nie zostanie dokonana w terminie 72 godzin w dni robocze od daty zgłoszenia awarii, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i zainstalowania w ciągu następnych **24 godzin (pakiet nr 1)/ 48 godzin (pakiet nr 2)** Analizatora zastępczego, posiadającego co najmniej taki sam zakres badań jak Analizator przekazany po zawarciu umowy **lub pokrycia wszystkich kosztów wykonywania badań na zewnątrz do czasu usunięcia awarii.** Analizator zapasowy będzie kompatybilny z materiałami eksploatacyjnymi ujętymi w zał. nr 3 do umowy.”*

Pytanie nr 7: Dotyczy Pakietu nr 1

Załącznik nr 2A do SIWZ oraz Załącznik nr 5 do SIWZ (projekt umowy)

Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego wymiana analizatora w przypadku 3 napraw po których urządzenie zostanie wymienione na egzemplarz wolny od wad: 3 naprawy w ciągu 12 m-cy.

Odpowiedź nr 7:

W przypadku 3 krytycznych awarii w ciągu 12 miesięcy, urządzenie powinno być wymienione na egzemplarz wolny od wad. Zatem Zamawiający doprecyzowuje zapis w tabeli zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2A do SIWZ oraz modyfikuje **§6 ust. 1 pkt. i) Umowy** jak niżej:

*„i) Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne w ciągu 12 miesięcy tego samego elementu lub podzespołu uprawniają do wymiany **urządzenia na nowe.**”*

Pytanie nr 8: Dotyczy zapisów SIWZ – pkt. 2 ppkt. 2.4

Prosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego konieczności zaoferowania kontroli międzynarodowej wewnętrznej. Firma Siemens Healthcare Sp. z o. o. zaoferuje zgodnie z wymaganiami zewnętrzną kontrolę międzynarodową i zgodnie z oferowanym asortymentem własne kontrole wewnętrzne do prawidłowego wykonywania badań i pracy analizatora.

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający odstępuje od zapisu dot. konieczności zaoferowania kontroli międzynarodowej wewnętrznej, jednocześnie wymaga, aby Oferent zabezpieczył na czas trwania umowy kontrole zewnętrzne – międzynarodowe i własne kontrole wewnętrzne do oceny poprawności wykonywanych badań i pracy analizatora. W związku z tym **pkt. 2.4 SIWZ** przyjmuje poniższe brzmienie:

„2.4. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu w trakcie trwania umowy (dotyczy pakietu nr 1):

- *kontrolę zewnętrzną międzynarodową wszystkich parametrów wg harmonogramu badań jednej z wiodących firm dla międzynarodowego programu QC*
- *kontrolę międzynarodową wewnętrzną lub własne kontrole wewnętrzne do oceny poprawności wykonywanych badań i pracy analizatora.”*

Pytanie nr 9: Dotyczy Pakietu nr 2**Pytania do Umowy (Załącznik nr 5): §4 ust. 1**

Czy Zamawiający wyraża na odstępnie od telefonicznej oraz faksowej formy składania zamówień? Uzasadnienie: Wykonawca planuje w najbliższym czasie zrezygnować z użytkowania faksu jako środka komunikacji. W bezpieczeństwie o poprawne i sprawne odbieranie korespondencji przez cały okres trwania umowy, zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego postanowienia.

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający wyraża zgodę, w związku z czym zmianie ulega **§4 ust. 1 Umowy**, który przyjmuje brzmienie:

*„1. Realizacja dostaw Odczynników odbywać się będzie zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego. Zamówienia będą zgłaszane faksem lub e-mailem z terminem dostawy do 5 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy). **W przypadku pakietu nr 2 zamówienia będą zgłaszane wyłącznie e-mailem.**”*

Zmianie ulega również **pkt. 3.4 SIWZ**, gdzie dodaje się poniższą treść: *“...powiadomienie Wykonawcy wyłącznie e-mailowo w przypadku pakietu nr 2”*

Pytanie nr 10: Dotyczy Pakietu nr 2**Pytania do Umowy (Załącznik nr 5): §4 ust. 8**

Czy Zamawiający wyraża na odstępnie od telefonicznej oraz faksowej formy składania zamówień? „Do każdej dostawy Wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające rodzaj i ilość towaru znajdującego się w opakowaniu zbiorczym wraz z oryginałem faktury VAT oraz w miarę możliwości jej elektroniczną wersję przesyłaną na adres: W odniesieniu do Wykonawców nie mających możliwości dostarczania faktur VAT wraz z realizowanym zamówieniem, Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia faktur za pośrednictwem poczty/ kuriera w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty dostawy na adres siedziby Zamawiającego lub faktur elektronicznych (format PDF) za pośrednictwem maila na adres:”?

Odpowiedź nr 10:

Zamawiający modyfikuje **§4 ust. 8 Umowy** jak niżej:

*„8. Do każdej dostawy Wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające rodzaj i ilość towaru znajdującego się w opakowaniu zbiorczym wraz z oryginałem faktury VAT oraz w miarę możliwości jej elektroniczną wersję przesyłaną na adres: **W odniesieniu do Wykonawców nie mających możliwości dostarczania faktur VAT wraz z realizowanym zamówieniem, Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia faktur za pośrednictwem poczty/ kuriera w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty dostawy na adres siedziby Zamawiającego lub faktur elektronicznych przesyłanych poprzez Platformę Elektronicznego fakturowania (www.efaktura.gov.pl)**”*

Pytanie nr 11: Dotyczy Pakietu nr 2**Pytania do Umowy (Załącznik nr 5): §6 ust. 1 lit. b**

Czy Zamawiający wyraża na odstępnie od faksowej formy zgłoszeń nieprawidłowego działania analizatora? Uzasadnienie: Wykonawca planuje w najbliższym czasie zrezygnować z użytkowania faksu

jako środka komunikacji. W bezpieczeństwie o poprawne i sprawne odbieranie korespondencji przez cały okres trwania umowy, zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego postanowienia.

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od faksowej formy zgłoszeń nieprawidłowego działania analizatora, w związku z czym modyfikuje **§6 ust. 1 lit. b Umowy** jak niżej:

*„b) Zgłoszenia nieprawidłowego funkcjonowania Analizatora, Zamawiający dokonuje na piśmie przesłanym do Wykonawcy faksem lub adres e-mail. **W przypadku pakietu nr 2 zgłoszenia przekazywane Wykonawcy wyłącznie na adres e-mail**”*

Pytanie nr 12: Dotyczy Pakietu nr 2

Pytania do Umowy (Załącznik nr 5): §6 ust. 1 lit. c

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 48 godzin w dni robocze?

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 13: Dotyczy Pakietu nr 2

Pytania do Umowy (Załącznik nr 5): §6 ust. 1 lit. d

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie po kropce sformułowania w brzmieniu: „Zamawiający zobowiązany jest do uprzedniego udokumentowania poniesionych kosztów”?

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje **§6 ust. 1 lit. d Umowy** jak niżej:

*„d) W przypadku gdy awaria nie zostanie usunięta w terminie wskazanym w pkt c) Wykonawca pokryje koszty badań, które Zamawiający będzie musiał wykonać (sam lub zlecić) w sytuacji awarii Analizatora do czasu dostarczenia Analizatora zastępczego. W przypadku zlecenia badań Wykonawca pokrywa także koszty transportu materiału. **Zamawiający zobowiązany jest do uprzedniego udokumentowania poniesionych kosztów**”*

Pytanie nr 14: Dotyczy Pakietu nr 2

Pytania do Umowy (Załącznik nr 5): §6 ust. 1 lit. e

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „W przypadku, kiedy naprawa nie zostanie dokonana w terminie 72 godzin w dni robocze od daty zgłoszenia awarii, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i zainstalowania w ciągu następnych 48 godzin w dni robocze Analizatora zastępczego, posiadającego co najmniej taki sam zakres badań jak Analizator przekazany po zawarciu umowy. Analizator zapasowy będzie kompatybilny z materiałami eksploatacyjnymi ujętymi w załączniku nr 3 do umowy.”?

Odpowiedź nr 14:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 6.

Pytanie nr 15: Dotyczy Pakietu nr 2

Pytania do Umowy (Załącznik nr 5): §11 ust. 1 lit. a

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „ilościowych w dostarczonym towarze Zamawiający (- osoby wymienione w § 10. ust. 5 powiadomi Wykonawcę e-mailem niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 3 dni, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (niedziele i święta) oraz sobót, od daty dostawy”? Uzasadnienie: Wykonawca planuje w najbliższym czasie zrezygnować z użytkowania faksu jako środka komunikacji. W bezpieczeństwie o poprawne i sprawne odbieranie korespondencji przez cały okres trwania umowy, zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego postanowienia.

Odpowiedź nr 15:

Zamawiający wyraża zgodę, zatem **§11 ust. 1 lit. a Umowy** przyjmuje brzmienie:

*„a) ilościowych w dostarczonym towarze Zamawiający (- osoby wymienione w § 10. ust. 5 powiadomi ~~telefonicznie lub~~ na piśmie przesłanym do Wykonawcy faksem lub e-mailem niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 3 dni, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (niedziele i święta) oraz sobót, od daty ich **dostawy; w przypadku pakietu nr 2 zgłoszenia przekazywane wyłącznie e-mailowo**”*

Pytanie nr 16: Dotyczy Pakietu nr 2

Pytania do Umowy (Załącznik nr 5): §11 ust. 1 lit. b

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „jakościowych w dostarczonym towarze Zamawiający (- osoby wymienione w § 10. ust. 5) powiadomi Wykonawcę e-

mailem niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 3 dni, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (niedziele i święta) oraz sobót, od daty ich stwierdzenia oraz niezwłocznie odeśle wadliwy towar na koszt Wykonawcy. Zawiadomienie pisemne zostanie przesłane Wykonawcy „do wiadomości” pocztą elektroniczną, a oryginał pisma zostaje wysłany na koszt Wykonawcy wraz z wadliwym towarem.”? Uzasadnienie: Wykonawca planuje w najbliższym czasie zrezygnować z użytkowania faksu jako środka komunikacji. W bezpieczeństwie o poprawne i sprawne odbieranie korespondencji przez cały okres trwania umowy, zwracamy się z prośbą o modyfikację powyższego postanowienia.

Odpowiedź nr 16:

Zamawiający wyraża zgodę, zatem **§11 ust. 1 lit. b Umowy** przyjmuje brzmienie:

*„b) jakościowych w dostarczonym towarze Zamawiający (- osoby wymienione w § 10. ust. 5) powiadomi Wykonawcę pisemnie faksem lub e-mailem niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie **3 dni**, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (niedziele i święta) oraz sobót, od daty ich stwierdzenia oraz niezwłocznie odeśle wadliwy towar na koszt Wykonawcy. Zawiadomienie pisemne zostanie przesłane Wykonawcy „do wiadomości” pocztą elektroniczną lub faksem, a oryginał pisma zostaje wysłany na koszt Wykonawcy wraz z wadliwym towarem. **W przypadku pakietu nr 2 zgłoszenia przekazywane będą wyłącznie e-mailowo**”*

Pytanie nr 17: Dotyczy Pakietu nr 2

Pytania do Umowy (Załącznik nr 5): §12 ust. 1 lit. c

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy,”?

Odpowiedź nr 17:

Zamawiający wyraża zgodę, zatem **§12 ust. 1 lit. c Umowy** przyjmuje brzmienie:

*„c) za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto **niezrealizowanej części umowy,**”*

Pytanie nr 18: Załącznik nr 2B do SIWZ, pkt. 1 tabeli

Czy Zamawiający dopuści aparat z 2010 roku, po przeglądzie technicznym oraz w pełni sprawny?

Odpowiedź nr 18:

Zamawiający dopuszcza analizator z 2010 roku lub nowszy niż 2010 rok, po przeglądzie technicznym oraz w pełni sprawny.

Pytanie nr 19: Załącznik nr 2B do SIWZ, pkt. 14 tabeli

Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogu, jeżeli Wykonawca zapewni możliwość identyfikacji mechanizmów oporności jak: MRSA, MRSE, ELAR, ESBL, VRE, GISA, MLSb, AmpC oraz informacja o podejrzeniu produkcji karbapenemaz zostanie potwierdzona wydrukiem z aparatu?

Odpowiedź nr 19:

Zamawiający uzna za spełnienie wymogu, jeżeli Wykonawca zapewni możliwość identyfikacji mechanizmów oporności jak: MRSA, MRSE, ELAR, ESBL, VRE, GISA, MLSb, AmpC oraz informacja o podejrzeniu produkcji karbapenemaz zostanie potwierdzona wydrukiem z aparatu. W związku z powyższym zmianie ulega pkt 14 tabeli w załączniku nr 2B do SIWZ.

Pytanie nr 20: Formularz ofertowy

Czy w punkcie 9 Parametrów ocenianych, Zamawiający wymaga, aby system ekspertowy był przygotowany w oparciu o bazę wiedzy zawierającą dane ze światowych publikacji naukowych, inny niż system oparty o proste reguły oporności?

Odpowiedź nr 20:

Zamawiający potwierdza, iż wymaga, aby system ekspertowy był przygotowany w oparciu o bazę wiedzy zawierającą dane ze światowych publikacji naukowych, inny niż system oparty o proste reguły oporności.

Pytanie nr 21: Załącznik nr 3B do SIWZ

Czy w tabeli asortymentowo-cenowej nie nastąpiła pomyłka z podaniem wartości w kolumnie „Cena netto za opakowanie”?

Odpowiedź nr 21:

Zamawiający potwierdza, iż nastąpiła omyłka pisarska w kolumnie „Cena netto za opakowanie”. Wprowadzone wartości odnoszą się wyłącznie do kolumny: „Liczba opakowań”. W związku z powyższym zmianie ulega załącznik nr 3B do SIWZ.

Pytanie nr 22: Załącznik nr 3B do SIWZ oraz Załącznik nr 2B do SIWZ pkt. 17 oraz §4 ust. 7 umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na poniższe terminy ważności? Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić minimalnego terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SIWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

Tabela 1:

poz. 1, 5, 6 i 7 – 7 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego

poz. 2, 3 i 4 – 4-7 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego

Tabela 2:

poz. 1– 7 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego

poz. 2- 4 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego

Odpowiedź nr 22:

Zamawiający wyraża zgodę na poniższe terminy ważności w pakiecie nr 2:

Tabela 1:

poz. 1, 5, 6 i 7 – 7 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego

poz. 2, 3 i 4 – 4-7 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego

Tabela 2:

poz. 1– 7 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego

poz. 2- 4 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego

Zmianie ulga zatem załącznik nr 3B do SIWZ oraz załącznik nr 2B do SIWZ pkt. 17.

Wprowadza się również zmianę w **§4 ust. 7 Umowy** zgodnie z poniższym:

*„7. Odczynniki dostarczone w uzgodnionych opakowaniach, powinny mieć na opakowaniu oznaczenia fabryczne, tzn. rodzaj, nazwę, ilość, datę produkcji lub datę ważności, nazwę i adres producenta oraz winny być właściwie transportowane. Opakowanie zbiorcze zapewnia prawidłowe warunki transportu i przechowywania. Zaoferowane Odczynniki w momencie dostarczenia go do Zamawiającego winny posiadać co najmniej 6 miesięczny termin ważności (Pakiet 1)/ **co najmniej termin ważności określony zgodnie z poniższym:***

Tabela 1:

poz. 1, 5, 6 i 7 – 7 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego

poz. 2, 3 i 4 – 4-7 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego

Tabela 2:

poz. 1– 7 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego

poz. 2- 4 miesiące od daty dostawy do Zamawiającego (Pakiet 2).”

Pytanie nr 23: SIWZ rozdział 3 pkt 3.2.

Czy Zamawiający zrezygnuje z faksu jako formy składania zamówień, z uwagi na to, że Wykonawca odchodzi od tego środka komunikacji, w dobie elektronizacji?

Odpowiedź nr 23:

Zamawiający rezygnuje z faksu jako formy składania zamówień, z uwagi na to, że Wykonawca odchodzi od tego środka komunikacji, w dobie elektronizacji, w związku z czym **pkt 3.2 SIWZ** przyjmuje brzmienie jak niżej:

„3.2. Zasady składania zamówienia:

- a) *bieżące zamówienia na odczynniki i materiały zużywalne należy realizować z uwzględnieniem terminu dostawy, rodzaju, ilości towaru, rodzaju opakowania oraz innych warunków szczegółowych zgodnie z zamówieniami składanymi e-mailowo/faxem - **wyłącznie e-mailowo w przypadku pakietu nr 2***
- b) *obowiązkiem Wykonawcy jest potwierdzenie faxem lub pocztą elektroniczną przyjęcia zamówienia nie później niż następnego dnia roboczego -**wyłącznie e-mailowo w przypadku pakietu nr 2***
- c) *do każdej dostawy Wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające rodzaj i ilość towaru znajdującego się w opakowaniu zbiorczym wraz z oryginałem faktury VAT oraz w miarę możliwości jej elektroniczną wersję przesyłaną na adres: spilarz@zsm.com.pl (pakiet 1) lub ekozero@zsm.com.pl (pakiet 2). **W odniesieniu do Wykonawców nie mających możliwości dostarczania faktur VAT wraz z realizowanym zamówieniem, Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia faktur za pośrednictwem poczty/ kuriera w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty dostawy na adres siedziby Zamawiającego”***

Pytanie nr 24: SIWZ rozdział 3 pkt 3.2.

Czy Zamawiający zgodzi się na udostępnienie adresu bezpłatnej strony internetowej, na której znajdują się aktualne ulotki producenta?

Odpowiedź nr 24:

Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie adresu bezpłatnej strony internetowej, na której znajdują się aktualne ulotki producenta, natomiast podkreśla, iż nie odstępuje od wymogów ujętych w pkt. 5.9 SIWZ.

Z poważaniem,

Z-CA DYREKTORA
d/s administracyjnych
Arkadiusz Jakubczyk

Otrzymali:

1. www.zsm.com.pl
2. a/a

Bojarska