



Chorzów, dnia 25.10.2018 r.

SP ZOZ ZSM/ZP/63.30/2018

SZANOWNI WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania przetargowego na „Dostawę odczynników chemicznych wraz z akcesoriami dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Władysława Truchana 7” SP ZOZ ZSM/ZP/63/2018

- I. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na „Dostawę odczynników chemicznych wraz z akcesoriami dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Władysława Truchana 7” SP ZOZ ZSM/ZP/63/2018 Zamawiający ze złożonych ofert dokonał następującego wyboru częściowego:

Pakiet 2: postępowanie w toku, o jego zakończeniu Wykonawcy zostaną powiadomieni odrębnym pismem.

Pakiet 3: Unieważnienie na podstawie art. 93.1.1 UPZP - do dnia składania ofert nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Pakiet 5: AQUA-MED. ZPAM - KOLASA Sp.J., ul. Targowa 55, 90 -323 Łódź

Cena brutto: 7 547,25 zł

Zgodnie z art. 91 ust 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (dalej w treści: UPZP) wybrano ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej w treści SIWZ). Oferta jest ważna i spełnia wymagania SIWZ. Jedyna złożona oferta na dany pakiet.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Wykonawca	Liczba punktów w kryterium Cena (60%)	Termin dostawy (40%)	Suma punktów (100%)
AQUA-MED. ZPAM - KOLASA Sp.J. ul. Targowa 55, 90 -323 Łódź	60	40	100

Pakiet 12: DIAG-MED., ul. Modularna 11A, 02-238 Warszawa

Cena brutto: 11 646,18 zł

Zgodnie z art. 91 ust 1 UPZP wybrano ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Oferta jest ważna i spełnia wymagania SIWZ. Jedyna złożona oferta na dany pakiet.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Wykonawca	Liczba punktów w kryterium Cena (60%)	Termin dostawy (40%)	Suma punktów (100%)
DIAG-MED ul. Modularna 11A 02-238 Warszawa	60	40	100

Pakiet 14: DIAG-MED., ul. Modularna 11A, 02-238 Warszawa

Cena brutto: 2 117,16 zł

Zgodnie z art. 91 ust 1 UPZP wybrano ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Oferta jest ważna i spełnia wymagania SIWZ. Jedyna złożona oferta na dany pakiet.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Wykonawca	Liczba punktów w kryterium Cena (60%)	Termin dostawy (40%)	Suma punktów (100%)



DIAG-MED ul. Modularna 11A 02-238 Warszawa	60	40	100
---	----	----	-----

Pakiet 16: DIAG-MED., ul. Modularna 11A, 02-238 Warszawa

Cena brutto: 10 743,43 zł

Zgodnie z art. 91 ust 1 UPZP wybrano ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Oferta jest ważna i spełnia wymagania SIWZ. Oferta z najwyższą ilością punktów.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Wykonawca	Liczba punktów w kryterium Cena (60%)	Termin dostawy (40%)	Suma punktów (100%)
DIAG-MED ul. Modularna 11A 02-238 Warszawa	40,29	40	80,29
BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5 20-277 Lublin	60	20	80

Pakiet 18: DIAG-MED., ul. Modularna 11A, 02-238 Warszawa

Cena brutto: 1 616,09 zł

Zgodnie z art. 91 ust 1 UPZP wybrano ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Oferta jest ważna i spełnia wymagania SIWZ. Jedyna złożona oferta na dany pakiet.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Wykonawca	Liczba punktów w kryterium Cena (60%)	Termin dostawy (40%)	Suma punktów (100%)
DIAG-MED ul. Modularna 11A 02-238 Warszawa	60	40	100

Pakiet 20: DIAG-MED., ul. Modularna 11A, 02-238 Warszawa

Cena brutto: 4 941,19 zł

Zgodnie z art. 91 ust 1 UPZP wybrano ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Oferta jest ważna i spełnia wymagania SIWZ. Oferta z najwyższą ilością punktów.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Wykonawca	Liczba punktów w kryterium Cena (60%)	Termin dostawy (40%)	Suma punktów (100%)
DIAG-MED ul. Modularna 11A 02-238 Warszawa	60	40	100
Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED S.A. Al. Sosnowa 8 30-224 Kraków	56,42	16	72,42

Pakiet 21: DIAG-MED., ul. Modularna 11A, 02-238 Warszawa

Cena brutto: 2 440,80 zł

Zgodnie z art. 91 ust 1 UPZP wybrano ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Oferta jest ważna i spełnia wymagania SIWZ. Oferta z najwyższą ilością punktów.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:



Wykonawca	Liczba punktów w kryterium Cena (60%)	Termin dostawy (40%)	Suma punktów (100%)
DIAG-MED ul. Modularna 11A 02-238 Warszawa	48	40	88
Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED S.A. Al. Sosnowa 8 30-224 Kraków	60	16	76
„GRASO” Zenon Sobiecki 83-200 Starogard Gdański – Krąg 4A	41,09	26,67	67,76

Pakiet 22: DIAG-MED., ul. Modularna 11A, 02-238 Warszawa

Cena brutto: 1 620,00 zł

Zgodnie z art. 91 ust 1 UPZP wybrano ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ. Oferta jest ważna i spełnia wymagania SIWZ. Oferta z najwyższą ilością punktów.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Wykonawca	Liczba punktów w kryterium Cena (60%)	Termin dostawy (40%)	Suma punktów (100%)
DIAG-MED ul. Modularna 11A 02-238 Warszawa	60	40	100
BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5 20-277 Lublin	45	20	65

Pakiet 35: Unieważnienie na podstawie art. 93.1.1 UPZP - do dnia składania ofert nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

II. Zamawiający informuje, iż odrzuca ofertę firmy:

- BioMaxima S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin** na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 UPZP – treść oferty nie odpowiada treści SIWZ w zakresie pakietu 3: Zamawiający wymagał by metodyka potwierdzała parametry wymagane przez Zamawiającego tj., iż próba ujemna jest bezbarwna. Z metodyki podanej przez Wykonawcę wynika, że próbka ujemna może być lekko zabarwiona na żółto. W związku z powyższym ofertę Wykonawcy w pakiecie 3 uznaje się za odrzuconą.
- DIAG-MED., ul. Modularna 11A, 02-238 Warszawa** na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 UPZP – treść oferty nie odpowiada treści SIWZ w zakresie pakietu 35: Zamawiający wezwał Wykonawcę do złożenia Pozytywnej opinii Krajowego Ośrodka Referencyjnego do spraw Lekowrażliwości Drobnoustrojów oraz próbek wraz ze świadectwami kontroli jakości. Wykonawca uzupełnił wymagane dokumenty i próbki, natomiast na podstawie przeprowadzanych badań w laboratorium próbki nie spełniają wymagań Zamawiającego zgodnie z Uwagami pod pakietem 35 tj. symbole otrzymanych krążków nie są zgodne z wymaganiami Zamawiającego, fiolki z krążkami nie są pakowane pojedynczo w blistry z pochłaniaczem wilgoci, krążki nie pasują do dyspenserów posiadanych przez Zamawiającego, jak również dostarczone świadectwa kontroli jakości nie zawierają wyników kontroli stężenia antybiotyku w krążku. W związku z powyższym ofertę Wykonawcy w pakiecie 35 uznaje się za odrzuconą.

Otrzymali:

- Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w ww. postępowaniu
- a/a

Z poważaniem,
DYREKTOR
SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich

mgr Anna Knysok