

Nr sprawy: SP ZOZ ZSM/ZP/39.4 /2020

Chorzów, dnia 07.10.2020 r.

Szanowni Wykonawcy

Dotyczy zamówienia pod nazwą: „**Zakup i dostawa urządzeń laboratoryjnych oraz sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie**” o numerze referencyjnym SP ZOZ ZSM/ZP/39/2020.

Zamawiający przesuwą godzinę składania ofert oraz wadium z godz. 10:00 na godz. 13:00 oraz przesuwą godzinę otwarcia ofert z godz. 10:30 na godz. 13:30.

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Pytanie 1 (Dotyczy: pakiet 1 – komora laminarna):

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie komory laminarnej z elementem nawiewnym przesłona z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź 1:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie pod warunkiem przezierności przesłony równej szkłu.

Pytanie 2 (Dotyczy: pakiet 1 – komora laminarna):

Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie komory laminarnej bez podłokietników?

Odpowiedź 2:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie komory laminarnej bez podłokietników.

Pytanie 3 (Dotyczy: pakiet 1 – komora laminarna):

Czy Zamawiający dopuści komorę laminarną z wszystkimi wymaganymi przez zamawiającego alarmami poza alarmem zapełnienia filtra HEPA?

Odpowiedź 3:

Tak, Zamawiający dopuszcza komorę laminarną z wszystkimi wymaganymi przez Zamawiającego alarmami poza alarmem zapełnienia filtra HEPA.

Pytanie 4 (Dotyczy: pakiet 3 – chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna):

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie urządzenia bez oświetlenia LED w każdej z komór?

Odpowiedź 4:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie urządzenia bez oświetlenia LED w każdej z komór.

Pytanie 5 (Dotyczy: pakiet 3 – chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna):

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie urządzenia bez zamka i blokady przed otwarciem dla górnych i dolnych drzwi? Blokady przewidziane są przez producenta dla zamrażarek -40°C.

Odpowiedź 5:

Tak Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie - urządzenia bez zamka i blokady przed otwarciem dla górnych i dolnych drzwi.

Pytanie 6 (Dotyczy: pakiet 3 – chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna):

Czy zamawiający dopuści urządzenie bez samoczynnie zamykających się drzwi?

Odpowiedź 6:

Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie bez samoczynnie zamykających się drzwi.

Pytanie 7 (Dotyczy: pakiet 3 – chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna):

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wszystkimi wymaganymi alarmami poza alarmem otwartych drzwi?

Odpowiedź 7:

Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie z wszystkimi wymaganymi alarmami poza alarmem otwartych drzwi.

Pytanie 8 (Dotyczy: pakiet 3 – chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna):

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez odrębnych skraplaczy

Odpowiedź 8:

Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie bez odrębnych skraplaczy.

Pytanie 9 (Dotyczy: pakiet 4 – zamrażarka laboratoryjna):

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia bez oświetlenia LED w każdej z komór?

Odpowiedź 9:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia bez oświetlenia LED w każdej z komór.

Pytanie 10 (Dotyczy: pakiet 4 – zamrażarka laboratoryjna):

Czy zamawiający dopuści urządzenie bez samoczynnie zamykających się drzwi?

Odpowiedź 10:

Tak, Zamawiający dopuszcza urządzenie bez samoczynnie zamykających się drzwi.

Pytanie 11 (Dotyczy: pakiet 4 – zamrażarka laboratoryjna):

Czy zamawiający dopuści urządzenie bez odrębnych sprężarek, chłodzenia bezpośredniego, odrębnych skraplaczy i kondensatorów?

Odpowiedź 11:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 12 (Dotyczy: pakiet 11):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sprzętu który nieodzownie wchodzi w skład przedmiotu zamówienia typu: uchwyt, stojak, tuba ochronna- ale jego stawka vat wynosi 23% -w związku z czym nie jest sprzętem medycznym więc nie posiada deklaracji zgodności?

Odpowiedź 12:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie sprzętu który nieodzownie wchodzi w skład przedmiotu zamówienia typu: uchwyt, stojak, tuba ochronna o stawce vat wynoszącej 23%, w związku z czym nie wymaga do ww. sprzętu deklaracji zgodności.

Z poważaniem,

Z-CARD DYPLEKTORA
d/słuchawek
Arkadiusz Jakubczyk
Arkadiusz Jakubczyk

Otrzymali:

- 1) <http://zsm.com.pl/>
- 2) a/a

Gajon