



Nr sprawy: SPZOZZSM /ZP/92.2/2018

Chorzów, dnia 08.11.2018r.

Szanowni Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartość kwoty 221 000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: **„Zakup i dostawa materiałów i produktów używanych w procesie dekontaminacji i sterylizacji wyrobów medycznych”**

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca zadał pytania. Zamawiający przytacza poniżej treść pytań i udziela wyjaśnień.

Pytanie: Prosimy o informację czy w **pakiecie nr 2 poz. 5** nie zaszła omyłka w opisie testu typu Helix. Pakiet 2 poz. 5: Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga testu o wartościach ustalonych 121C/ 15 min i 134C / 5,3 min, czy testu 121 C/7 min i 134C/20 min ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w opisie jest błąd pisarski a oczekiwany przyrząd testowy procesu PCD typu Helix ma posiadać parametry 121C/15 min i 134C/5,3 min.

Zamawiający prosi o Wykonawców o dokonanie korekty w formularzu SAC – załącznik nr 2 do SIWZ przed złożeniem oferty.

Z poważaniem,

DYREKTOR
SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich
mgr Anna Knysok