



Chorzów, dnia 28.11.2018 r.

SP ZOZ ZSM/ZP/99.2/2018

SZANOWNI WYKONAWCY

Dotyczy: „Zakup wyposażenia medycznego dla Oddziału Chirurgii Dziecięcej z Ośrodkiem Chirurgii Małoinwazyjnej SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie” Numer postępowania: SP ZOZ ZSM/ZP/99/2018.

Sprostowanie odpowiedzi na pytanie nr 29 z dn. 27.11.2018 r.:

Pytanie 29: Pakiet nr 2 - Lampa bezcieniowa podsufitowa

Czy w miejscu montażu doprowadzone są wszystkie potrzebne przewody do podłączenia lampy? Jeśli nie to czy wykonawca musi je doprowadzić we własnym zakresie i jaka jest odległość do rozdzielni?

Odp. Zamawiający potwierdza, iż w miejscu montażu doprowadzony jest przewód do podłączenia lampy tj. przewód zasilający 230 V, a więc jeżeli na czaszy lampy nie ma włącznika/wyłącznika, to należy uwzględnić koszty pozostałych przewodów.

Z poważaniem,

DYREKTOR
SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich

mgr Anna Knysok

Otrzymali:

- 1) <http://zsm.com.pl/>
- 2) a/a

Gojowka