



Chorzów, dnia 29.11.2018 r.

SP ZOZ ZSM/ZP/ 94.1/2018

Dotyczy: „Zakup i dostawa implantów, narzędzi i innych wyrobów ortopedycznych dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie.” SP ZOZ ZSM/ZP/94/2018.

SZANOWNI WYKONAWCY

Informujemy, że w trakcie przetargu na „Zakup i dostawę implantów, narzędzi i innych wyrobów ortopedycznych dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie” SP ZOZ ZSM/ZP/94/2018 do Zamawiającego wpłynęły pytania:

Pytanie 1. Pakiet 29, poz. 1: Czy Zamawiający może potwierdzić, że nie doszło do omyłki, a wymagane narzędzie to rzeczywiście model OCHSNER KOCHER.

ODP : TAK, ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE MODELU OCHSNER KOCHER.

Pytanie 2. Pakiet 29, poz. 12: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki standard dł. 150 mm, pozostałe parametry bez zmian.

ODP : ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, NIE WYMAGA

Pytanie 3. Pakiet 29, poz. 13: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki nazwa własna GRAZIL dł. 140 mm, pozostałe parametry bez zmian.

ODP : ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 4. Pakiet 31, poz. 1 i 2: Czy Zamawiający wymaga nożyczki IRIS standard, czy nożyczki standard.

ODP :ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE NOŻYCEK IRIS STANDARD.

Pytanie 5. Pakiet 31, poz. 1 i 2: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki nazwa własna standard, pozostałe parametry bez zmian.

ODP : ZAMAWIAJĄCY OCZEKUJE NOŻYCEK IRIS STANDARD.

Pytanie 6. Pakiet 31, poz. 3 i 4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki nazwa własna FINO METZENBAUM dł. 140 mm, lub 180 mm, pozostałe parametry bez zmian.

ODP :ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, NIE WYMAGA.

Pytanie 7. Pakiet 32, poz 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki LEXER, t/t, lub o/o, pozostałe parametry bez zmian.

ODP : ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA NOŻYCEK T/T.

Pytanie 8 Pakiet 33, poz 1: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki nazwa własna KOCHER OCHSNER, pozostałe parametry bez zmian.

ODP : ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, NIE WYMAGA

Pytanie 9 Pakiet 33, poz 3 i 4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki nazwa własna PEAN, pozostałe parametry bez zmian.

ODP : ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, NIE WYMAGA

Pytanie 10. Pakiet 33, poz 5: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki nazwa własna MIXTER, pozostałe parametry bez zmian.

ODP : ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, NIE WYMAGA



Pytanie 11. Pakiet 34, poz. 1, 2 i 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, osteotom dł. 12,5 cm, pozostałe parametry bez zmian.

ODP : ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, NIE WYMAGA.

Pytanie 12. Pakiet 34, poz. 4 i 5: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, osteotom dł. 24 cm, pozostałe parametry bez zmian.

ODP : ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA NIE WYMAGA

Pytanie 13. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 29** tolerancję długości narzędzi +/- 10 mm ? Pytanie wynika głównie z tego iż nie wszyscy wykonawcy posiadają dokładnie te same długości tych samych narzędzi medycznych.

ODP : ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, NIE WYMAGA.

Pytanie 14. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 29 poz. 2 kleszczyki do wyginania drutu o długości 155 mm ?

ODP : ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ,NIE WYMAGA.

Pytanie 15. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 29 poz. 4** Imadło chirurgiczne HEGAR MAYO o długości 180 mm ?

ODP : ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, NIE WYMAGA.

Pytanie 16. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 29 poz. 5** hak o długości 215 mm ?

ODP : ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, NIE WYMAGA.

Pytanie 17. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 29 poz. 6** hak o długości 215 mm ?

ODP : ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, NIE WYMAGA.

Pytanie 18. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 29 poz. 13** Nożyczki preparacyjne IRIS o długości 125 mm ?

ODP : ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, NIE WYMAGA.

Pytanie 19. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 31** tolerancję długości narzędzi +/- 10 mm ? Pytanie wynika głównie z tego iż nie wszyscy wykonawcy posiadają dokładnie te same długości tych samych narzędzi medycznych.

ODP : ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, NIE WYMAGA.

Pytanie 20. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 31 poz. 1** Nożyczki preparacyjne IRIS o długości 125 mm ?

ODP : ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, NIE WYMAGA.

Pytanie 21. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 31 poz. 2** Nożyczki preparacyjne IRIS o długości 125 mm ?

ODP : ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, NIE WYMAGA.

Pytanie 22. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 31 poz. 3** Nożyczki preparacyjne o nazwie własnej METZENBAUM FINO długości 150 mm ?

ODP : ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, NIE WYMAGA.

Pytanie 23. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 31 poz. 4** Nożyczki preparacyjne o nazwie własnej METZENBAUM FINO długości 150 mm ?



ODP : ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, NIE WYMAGA.

Pytanie 24. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 31 poz. 3** Nożyczki preparacyjne o długości 155 mm ?

ODP : ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, NIE WYMAGA.

Pytanie 25. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 31 poz. 4** Nożyczki preparacyjne o długości 155 mm ?

ODP : ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, NIE WYMAGA.

Pytanie 26. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 34 poz. 1** osteotom mini Lambotte o długości 12,5 cm ?

ODP : ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, NIE WYMAGA.

Pytanie 27. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 34 poz. 2** osteotom mini Lambotte o długości 12,5 cm ?

ODP : ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, NIE WYMAGA.

Pytanie 28. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 34 poz. 3** osteotom mini Lambotte o długości 12,5 cm ?

ODP : ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, NIE WYMAGA.

Pytanie 29. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 34 poz. 4** osteotom Lambotte o długości 24 cm ?

ODP : ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, NIE WYMAGA.

Pytanie 30. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 34 poz. 5** osteotom Lambotte o długości 24 cm ?

ODP : ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, NIE WYMAGA.

Pytanie 31. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 36 poz. 2** Hak Weitlaner o długości 13cm tępy ?

ODP : ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 32. Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 36 poz. 3** Retraktor Weitlaner o długości 16,5 cm ?

ODP : ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, NIE WYMAGA.

Pytanie 33. Do Pakietu 51 – Implanty Ortopedyczne

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w pakiecie 51 pozycji 1 oraz 3 do oddzielnego pakietu. Umożliwi to udział w postępowaniu większej liczbie Wykonawców, co uczyni postępowanie bardziej konkurencyjnym.

ODP : ZAMAWIAJĄCY NIE WYRAŻA ZGODY NA WYDZIELENIE POZYCJI Z PAKIETU.

Pytanie 34. Do Pakietu 51 – Implanty Ortopedyczne

- Czy Zamawiający dopuści Tytanowe śruby Herberta w pozycji 1 o następujących długościach:

- średnica 2,5mm (długość 10-32mm),
- średnica 3,0mm (długość 10-32mm)

ODP : ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA, ŚRUBY POSIADAJĄ ZBYT MAŁY ZAKRES ROZMIAROWY.

Pytanie 35. Do Pakietu 29 – Narzędzia chirurgiczne (1)

- Lp.2 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków o dł. 170 mm.

ODP: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, NIE WYMAGA.

- Lp.5 Prosimy o dopuszczenie haka o zagięciu 20 mm.



ODP: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, NIE WYMAGA.

- Lp.6 Prosimy o dopuszczenie haka o zagięciu 20 mm.

ODP. ZGODNIE Z SIWZ

- Lp.12 Prosimy o dopuszczenie nożyczek o dł. 150 mm oraz prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania nożyczek o końcach ostrych, tępych czy tępo-ostrych.

ODP. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, NIE WYMAGA I JEDNOCZEŚNIE DOPUSZCZA NOŻYČZKI T/O.

- Lp.13 Prosimy o dopuszczenie nożyczek bez nazwy własnej spełniających wymagane parametry.

ODP: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, NIE WYMAGA.

- Lp.14 Prosimy o dopuszczenie odgryzacza Beyer.

ODP: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, NIE WYMAGA.

Pytanie 36 do Pakietu 31 – Narzędzia chirurgiczne (3)
Lp.1 Prosimy o dopuszczenie nożyczek Kelly o dł. 160 mm.

ODP. ZGODNIE Z SIWZ

Lp.2 Prosimy o dopuszczenie nożyczek Kelly o dł. 160 mm.

ODP. ZGODNIE Z SIWZ

Lp.3 Prosimy o dopuszczenie nożyczek Metzenbaum-slim o dł. 140 lub 180 mm.

ODP: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, NIE WYMAGA.

Lp.4 Prosimy o dopuszczenie nożyczek Metzenbaum-slim o dł. 140 lub 180 mm.

ODP: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, NIE WYMAGA.

Pytanie 37 do Pakietu 32 – Narzędzia chirurgiczne (4)
Lp.1 Prosimy o dopuszczenie nożyczek z końcami tępo-tępymi.

ODP: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, NIE WYMAGA.

Pytanie 38 do Pakietu 33 – Narzędzia chirurgiczne (5)

Lp.1 Prosimy o dopuszczenie kleszczyków Kocher-Ochsner o dł. 160 mm.

ODP: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, NIE WYMAGA.

Pytanie 39 do Pakietu 34 – Narzędzia chirurgiczne (6)
• Lp.1 Prosimy o dopuszczenie osteotomu o dł. 125 mm.

ODP: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, NIE WYMAGA.



- Lp.2 Prosimy o dopuszczenie osteotomu o dł. 125 mm.

ODP: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, NIE WYMAGA.

- Lp.3 Prosimy o dopuszczenie osteotomu o dł. 125 mm.

ODP: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, NIE WYMAGA.

- Lp.4 Prosimy o dopuszczenie raspatora Lambotte o dł. 210 mm i szer. 10 mm.

ODP: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, NIE WYMAGA.

- Lp.5 Prosimy o dopuszczenie raspatora Lambotte o dł. 210 mm i szer. 15 mm.

ODP: ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, NIE WYMAGA.

Pytanie 40 do Pakietu 36 – Narzędzia chirurgiczne (8)

Lp.2 Prosimy o dopuszczenie haka tępego.

ODP. ZGODNIE Z SIWZ.

Lp.3 Prosimy o dopuszczenie i retractora Weitlaner-Loktite.

ODP. ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 41 Prosimy o zmianę kryterium oceny ofert w zakresie terminu dostawy w Pakietach od 24 do 32 na następujący:

40 pkt – otrzymuje oferta z terminem dostawy od 1 dnia do 30 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy licząc od dnia złożenia zamówienia

20 pkt – otrzymuje oferta z terminem dostawy od 31 dni do 40 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy licząc od dnia złożenia zamówienia

0 pkt – otrzymuje oferta z terminem dostawy do 41 dni i powyżej z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy licząc od dnia złożenia zamówienia

ODP. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ZMIANĘ TERMINU DOSTAW, WYŁĄCZNIE DLA PAKIETÓW 29-32 I TYM SAMYM MODYFIKUJE ZAPISY:

- w pkt. 12 .III i 12. V SIWZ zmieniając zapisy w zakresie Kryterium: Termin dostawy asortymentu Pd nadając mu nowe brzmienie:

III. Kryteria dla pakietów : 24-32, 24-28, 44-41

Cena oferty	60 %
Termin dostawy asortymentu	40%

Kryterium: cena Pc

Ocena kryterium zostanie obliczona wg wzoru

$$\frac{C_n}{C_b} \times 60 = P_c$$

gdzie:

Pc punkty otrzymane za cenę

Cn cena najniższej oferty

Cb cena badanej oferty

Kryterium: Termin dostawy asortymentu Pd



Oferta oceniona zostanie w następujący sposób:

40 pkt – otrzymuje oferta z terminem dostawy od 1 dnia do 10 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy licząc od dnia złożenia zamówienia
20 pkt – otrzymuje oferta z terminem dostawy od 11 dni do 15 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy licząc od dnia złożenia zamówienia
0 pkt – otrzymuje oferta z terminem dostawy do 16 dni i powyżej z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy licząc od dnia złożenia zamówienia

Zamawiający zastrzega, że termin dostawy podany przez Wykonawcę w godzinach zostanie zmieniony na dni, natomiast podany w niepełnych dniach zostanie zaokrąglony w górę (np. 3,5 dnia zostanie zamienione na 4 dni.) Wykonawcy, który nie poda w ofercie terminu dostawy zostanie przyznane w niniejszym kryterium 0 pkt. Zamawiający w sytuacji opisanej powyżej uzna, że Wykonawca realizuje zamówienie w terminie 6 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy licząc od dnia złożenia zamówienia.

V. Kryteria dla pakietów: 33-36, 29-36, 42

Cena oferty	60 %
Termin dostawy asortymentu	40%

Kryterium: cena Pc

Ocena kryterium zostanie obliczona wg wzoru

$$\frac{C_n}{C_b} \times 60 = P_c$$

gdzie:

Pc punkty otrzymane za cenę

Cn cena najniższej oferty

Cb cena badanej oferty

Kryterium: Termin dostawy asortymentu Pd

Oferta oceniona zostanie w następujący sposób:

40 pkt – otrzymuje oferta z terminem dostawy od 1 dnia do 30 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy licząc od dnia złożenia zamówienia
20 pkt – otrzymuje oferta z terminem dostawy od 31 dni do 40 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy licząc od dnia złożenia zamówienia
0 pkt – otrzymuje oferta z terminem dostawy do 41 dni i powyżej z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy licząc od dnia złożenia zamówienia

Zamawiający zastrzega, że termin dostawy podany przez Wykonawcę w godzinach zostanie zmieniony na dni, natomiast podany w niepełnych dniach zostanie zaokrąglony w górę (np. 3,5 dnia zostanie zamienione na 4 dni.)

Wykonawcy, który nie poda w ofercie terminu dostawy zostanie przyznane w niniejszym kryterium 0 pkt. Zamawiający w sytuacji opisanej powyżej uzna, że Wykonawca realizuje zamówienie w terminie 6 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy licząc od dnia złożenia zamówienia.

- ZAMAWIAJĄCY MODYFIKUJE RÓWNIEŻ FORMULARZ OFERTOWY W ZAKRESIE PKT.1, OPIS POD TABELĄ 2, ZGODNIE ZE ZMODYFIKOWANYM ZAŁĄCZNIKIEM NR 2 DO SIWZ

Pytanie 42 do Pakietu 23

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 23 „Klej tkankowy” odstąpi od wymogu utworzenia depozytu w banku implantów, na rzecz sukcesywnych dostaw do Zamawiającego w zaoferowanym terminie? W praktyce produkt ten jest sprzedawany na podstawie tradycyjnych zamówień i przepisy Ustawy Prawo Farmaceutyczne nie zezwalają na utworzenie depozytu na produkt leczniczy jakim jest lek oferowany w ramach tego pakietu.



W przypadku pozytywnych odpowiedzi prosimy o uwzględnienie zmian w SIWZ, formularzu ofertowym oraz wzorze umowy.

Uzasadnienie:

Lek jaki może zostać zaofeowany w ramach pakietu nr 1 jest produktem leczniczym i jego obrót podlega przepisom Ustawy Prawo Farmaceutyczne oraz Rozporządzeniu MZ w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, które to przepisy nie zezwalają na utworzenie depozytu, czyli do składowania produktu leczniczego bez własności produktu, co jest obrotem hurtowym.

Art. 72 ust. 3 ustawy Prawo Farmaceutyczne definiuje pojęcie obrotu hurtowego: „Obrotem hurtowym jest wszelkie działanie polegające na zaopatrywaniu się, przechowywaniu, dostarczaniu lub eksportowaniu produktów leczniczych lub produktów leczniczych weterynaryjnych, będących własnością podmiotu dokonującego tych czynności albo innego uprawnionego podmiotu, posiadających pozwolenie na dopuszczenie do obrotu (...)”.

Natomiast art. 72 ust. 1 ustawy Prawo Farmaceutyczne określa, że do prowadzenia obrotu hurtowego uprawnione są tw. hurtownie farmaceutyczne: „Obrót hurtowy produktami leczniczymi, z zastrzeżeniem ust. 8 pkt 2, mogą prowadzić wyłącznie hurtownie farmaceutyczne”.

Dlatego też organizowanie depozytu w aptece szpitalnej byłoby naruszeniem ustawy Prawo Farmaceutyczne w zakresie obrotu (przekazany jest produkt leczniczy do składowania u podmiotu nieuprawnionego do tego typu usługi) oraz wymagań Dobrych Praktyk Dystrybucyjnych.

W związku z powyższym proszę o rozważenie odstąpienia od wymogu utworzenia depozytu na produkty lecznicze, w pakiecie 1 w ww/ postępowaniu przetargowym.

ODP. ZAMAWIAJĄCY ODSZKUDKA OD UTWORZENIA DEPOZYTU, NA RZECZ SUKCESYWNYCH DOSTAW DO ZAMAWIAJĄCEGO W ZAOFEROWANYM TERMINIE, I TYM SAMYM MODYFIKUJE ZAPISY SIWZ w zakresie :

- a) **Pkt 2.26 SIWZ „ Na potrzeby realizacji zamówienia w zakresie pakietów 1-5, 7, 9, 17-23 17-22, 37, 43-47,49, 57**

Zamawiający wymaga utworzenia po zawarciu umowy w siedzibie Zamawiającego (Blok operacyjny) „banku implantów” obejmującego pełny asortyment rozmiarów dostarczanych implantów zgodnie ze SAC. Towar w banku implantów jest własnością Wykonawcy do momentu pobrania go z banku przez Zamawiającego i zużycia w procesie leczniczym (zaimplantowania). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uzupełniał „bank implantów” (depozyt) w miarę zużywania implantów w procedurach medycznych lub dokonywał wymiany nienaruszonych implantów na podstawie Protokołu Zużycia sporządzanego na Bloku Operacyjnym po każdym wykonanym zabiegu.

Uzupełnienie depozytu następować będzie w terminie zgodnym z ofertą Wykonawcy od chwili otrzymania zlecenia dotyczącego zużycia implantu, czyli od momentu przesłania faxem, mailem do Wykonawcy Protokołu Zużycia.

Przekazanie „banku implantów” zostanie dokonane w terminie zaoferowanym przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym na podstawie Protokołu Przekazania podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego, natomiast realizacja zamówienia zgodnie z postanowieniami projektu umowy załącznik nr 4 do SIWZ.

W zakresie pozostałych pakietów, tj.: 6, 8, 10-16, 23-36, 24-36, 38-42, 48, 50-56 Zamawiający wymaga dostaw sukcesywnych w terminie wskazanym w załączniku nr 1 do SIWZ – „Formularz Ofertowy”.

- b) **Pkt. 3.4 SIWZ „Wykonawca w zakresie pakietów 1-5, 7, 9, 17-23 17-22, 37, 43-47,49, 57** zobowiązany jest podać w ofercie przetargowej (zał. nr 1 do SIWZ) termin:
- utworzenia banku implantów,
 - uzupełnienia depozytu.
- Natomiast, w **zakresie pakietów 6, 8, 10-16, 23-36, 24-36, 38-42, 48, 50-56** Wykonawca w ofercie przetargowej (zał. nr 1 do SIWZ) zobowiązany jest podać termin dostawy asortymentu. Powyższe terminy podlegają ocenie zgodnie z kryterium oceny ofert.”
- c) **Pkt. 12. SIWZ „OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY**

II. Kryteria dla pakietów : 6, 8, 10-16, 23, 38, 39

Cena oferty	60 %
Termin dostawy asortymentu	40%



Kryterium: cena Pc

Ocena kryterium zostanie obliczona wg wzoru

$$\frac{Cn}{Cb} \times 60 = Pc$$

gdzie:

Pc punkty otrzymane za cenę

Cn cena najniższej oferty

Cb cena badanej oferty

Oferta w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 60 punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej.

Kryterium: Termin dostawy asortymentu (Pd)

Oferta oceniona zostanie w następujący sposób (Pt):

40 pkt	otrzymuje oferta z terminem dostawy od 1 do 3 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy licząc od dnia złożenia zamówienia.
20 pkt	otrzymuje oferta z terminem dostawy od 4 do 6 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy licząc od dnia złożenia zamówienia.
0 pkt	otrzymuje oferta z terminem dostawy do 7 dni (i dłuższym) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy licząc od dnia złożenia zamówienia.

Zamawiający zastrzega, że termin dostawy podany przez Wykonawcę w godzinach zostanie zmieniony na dni, natomiast podany w niepełnych dniach zostanie zaokrąglony w górę (np. 3,5 dnia zostanie zamienione na 4 dni.) Wykonawcy, który nie poda w ofercie terminu dostawy zostanie przyznane w niniejszym kryterium 0 pkt. Zamawiający w sytuacji opisanej powyżej uzna, że Wykonawca realizuje zamówienie w terminie 6 dni z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy licząc od dnia złożenia zamówienia."

- d) **ZAMAWIAJĄCY MODYFIKUJE RÓWNIEŻ FORMULARZ OFERTOWY W ZAKRESIE PKT.1, OPIS POD TABELĄ 2, ZGODNIE ZE ZMODYFIKOWANYM ZAŁĄCZNIKIEM NR 2 DO SIWZ.**
- e) **SPECYFIKACJI ASORTYMENTOWO-CENOWEJ, ZAŁĄCZNIK NR 2, PAKIET 23- ZAMAWIAJĄCY WYKREŚLA ZAPIS „Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia banku implantów i jego uzupełnianiem w terminie wskazanym w Formularzu ofertowym”**

Pytanie 43 do Pakietu nr 19 „Membrana Kolagenowa”

Czy Zamawiający mógłby określić ile sztuk poszczególnych rozmiarów wyrobów oczekuje ? Wyszczególnienie jest niezbędne do złożenia najkorzystniejszej oferty, ze względu na zróżnicowanie cenowe poszczególnych rozmiarów wyrobu.

ODP. ZAMAWIAJĄCY WYMAGA ZAOFEROWANIE PO 1 SZTUCE Z KAŻDEGO ROZMIARU

Pytanie nr 44 do pakietu nr 21 „WYPEŁNIACZ PRZESTRZENI W UKŁADZIE MIĘŚNIOWO SZKIELETOWYM”

Czy Zamawiający mógłby określić ile sztuk poszczególnych wielkości opakowań wyrobów oczekuje ? Wyszczególnienie jest niezbędne do złożenia najkorzystniejszej oferty, ze względu na zróżnicowanie cenowe poszczególnych wielkości opakowań.

ODP. ZAMAWIAJĄCY WYMAGA ZAOFEROWANIE PO 1 SZTUCE Z KAŻDEGO ROZMIARU

Pytanie nr 45 do pakietu 46 poz. 1 „Implanty do regeneracji ubytków powierzchni chrząstki stawowej”

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. nr 1 dwuwarstwowej membrany do rekonstrukcji warstwy chrzęstnej w stawie kolanowym, Warstwa wierzchnia składa się w 100% z kolagenu typ I; Warstwa środkowa składa się w 60% z kolagenu typ II i 40% z HA i Mg; w rozmiarze 2cm x 3cm x 0,2cm

ODP. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, NIE WYMAGA.

Pytanie nr 46 do pakietu 46 poz. 2 „Implanty do regeneracji ubytków powierzchni chrząstki stawowej”

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. nr 2 dwuwarstwowej membrany do rekonstrukcji warstwy chrzęstnej w stawie kolanowym, Warstwa wierzchnia składa się w 100% z kolagenu typ I; Warstwa środkowa składa się w 60% z kolagenu typ II i 40% z HA i Mg; w rozmiarze 3cm x 4cm x 0,2cm

ODP. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, NIE WYMAGA.



Pytanie nr 47 do pakietu 46 poz. 3 „Implanty do regeneracji ubytków powierzchni chrząstki stawowej”
Czy Zamawiający dopuści zaofiarowanie w poz. nr 3 membrany dwuwarstwowej zbudowanej z kolagenu końskiego w rozmiarze 5cm x 5cm wraz z przymiarem z elastomeru

ODP. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA, NIE WYMAGA.

Pytanie nr 48 do pakietu nr 46 „Implanty do regeneracji ubytków powierzchni chrząstki stawowej”

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia dokumentu potwierdzającego, iż zaofiarowany przedmiot zamówienia jest przeznaczony do regeneracji ubytków chrząstki oraz z certyfikat potwierdzający przeprowadzenie badań klinicznych wraz z listą publikacji naukowych dotyczących implantów ?

ODP. NIE, ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 49. Zapisy części 13.7 SIWZ - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie Specyfikacji asortymentowo-cenowej w wersji elektronicznej w zapisie .xls? Preferowany zapis nie jest **popularny w** kwestii przesyłania formularzy asortymentowo-cenowych, w związku z czym prosimy o dopuszczenie łatwiej dostępnego formatu tj. Excel, pdf lub word.

ODP. ZGODNIE Z SIWZ.

Pytanie 50. Prosimy również o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia a składem kompletu endoprotezy w pakiecie nr 5 (w składzie kompletu brak jest trzpienia).

ODP. ROZBIEŻNOŚĆ JEST WYNIKIEM OMYŁKI PISARSKIEJ. ZAMAWIAJĄCY POPRAWIA OMYŁKĘ PISARSKĄ W ZAKRESIE PAKIETU 5 ZGODNIE ZE ZMODYFIKOWANYM ZAŁĄCZNIKIEM NR 2 SAC.

Pytanie 51. Dotyczy Pakietu nr 19 Czy Zamawiający wymaga aby membrana posiadała rejestrację na leczenie chrząstki, tj. certyfikat obejmował wyszczególnione wskazanie do regeneracji chrząstki stawów kolanowego, biodrowego, skokowego, łokciowego?

ODP. TAK, ZAMAWIAJĄCY WYMAGA W ZWIĄZKU Z CZYM MODYFIKUJE ZAPISY SIWZ W ZAKRESIE PKT. 5.12 JAK NIŻEJ:

- 5.12. Dokumenty jakie mają złożyć Wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego (art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP). Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni):
- a) katalogów lub innych materiałów opisujących przedmiot zamówienia celem potwierdzenia, iż oferowany asortyment jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia.
Wymagania: Zamawiający oczekuje udostępnienia katalogów lub materiałów opisujących przedmiot zamówienia pochodzących od producenta i zawierających potwierdzenie parametrów wyrobów medycznych ujętych w SIWZ. Jeżeli ww. dokumenty nie są dostępne Wykonawca może przygotować katalog w oparciu o informacje uzyskane od producenta.
Zamawiający prosi o przekazywanie ww. dokumentów uporządkowanych, czyli wraz z oznaczeniem, dla którego pakietu i jakiej pozycji ujętej w formularzu specyfikacji asortymentowo-cenowej zostają złożone.
 - b) dokumentu potwierdzającego, iż zaofiarowany przedmiot zamówienia jest przeznaczony do regeneracji ubytków chrząstki oraz z certyfikat potwierdzający przeprowadzenie badań klinicznych wraz z listą publikacji naukowych dotyczących implantów z pakietu nr 46.
 - c) dokument, certyfikat obejmujący wyszczególnione wskazania do regeneracji chrząstki stawów kolanowego, biodrowego, skokowego, łokciowego.

Pytanie 52. Dotyczy Pakietu nr 46 Czy Zamawiający wymaga aby membrana posiadała rejestrację na leczenie chrząstki, tj. certyfikat obejmował wyszczególnione wskazanie do regeneracji chrząstki stawów kolanowego, biodrowego, skokowego, łokciowego?

ODP. TAK, ZAMAWIAJĄCY WYMAGA ZGODNIE Z SIWZ.



W związku z dużą liczbą pytań do postępowania oraz koniecznością wprowadzenia modyfikacji w SIWZ,

Zamawiający postanawia przesunąć terminy:

otwarcia ofert z 14.12.2018 r. godz. 10:30 (składanie ofert do godz. 10:00)

na 17.12.2018 r. godz. 10:30 (składanie ofert do godz. 10:00)

Odpowiedzi na pytania nie ujęte w niniejszym piśmie zostaną opublikowane w późniejszym terminie.

**Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej –
Sprostowanie – Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.**

Zamawiający:

a) przesunął termin składania i otwarcia ofert zgodnie z informacją powyżej

Z poważaniem

Otrzymali:

- 1) <http://zsm.com.pl/>
- 2) a/a

Magdalena Gajowska
PRZEWODNICZĄCY
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH