

Szanowni Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartość kwoty 221.000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: „**Zakup i dostawa wyrobów medycznych oraz drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Apteki**”, nr sprawy SPZOZZSM ZP/ 114 /2018.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie reprezentujący Zamawiającego informuje, że w przedmiotowym postępowaniu Wykonawcy zadali pytania. Zamawiający przytacza poniżej treść pytań i udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1: dotyczy pakietu nr 22- Narzędzia chirurgiczne

Poz.3) Zacisk Coller-Crile o dł. 160mm.

Poz.4) Imadło o dł. 180mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.7) Kleszczyki Halsted (Adson) o dł. 180mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.9) Nożyczki o dł. 160mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.11) Sonda o rozm. 00/0.

Poz.12,13,14) Nóż Barnhill o dł. 215mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.12) Nóż Beckmann o szer. 13mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.13) Nóż Beckmann o szer. 15mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.19) Łyżka o nr 0, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.24) Nożyczki o dł. 140mm, pozostałe parametry bez zmian.

Poz.26) Czy Zamawiający może doprecyzować do jakiej piły wymaga ostrzy?

Odpowiedź nr 1: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania proponowanego w pytaniu asortymentu w zakresie pozycji 3, pozycji 4, pozycji 9 oraz pozycji 24.

Zamawiający oczekuje dostarczenia asortymentu zgodnego ze SIWZ w zakresie poz. 7, poz. 11, 12, 13, 14 i poz. 19.

Zamawiający informuje, że w poz.26 wymaga ostrzy do piły Oscillo Tronic (do gipsu).

Pytanie nr 2: dotyczy pakietu nr 22 - Narzędzia chirurgiczne

POZ. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Zacisk arterii typu Coller-Crile dł.160mm

POZ. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie imadło chirurgiczne typu Hegar -Mayo dł.180mm, szczęki proste z nacięciami krzyżowymi 0,5mm z kanałikiem

POZ. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Kleszczyki naczyniowe delikatne typ Halstead Micro Mosquito bez ząbka , proste, dł.120mm

POZ. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Kleszczyki naczyniowe delikatne typ Halstead Micro Mosquito bez ząbka , zakrzywione, dł.120mm

POZ. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Kleszczyki naczyniowe delikatne typ Halsted- Mosquite bez ząbka , zakrzywione, dł.210mm

POZ. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Nożyczki preparacyjne typu Lexer, z twardą wkładką, zagięte, ostrza wąskie, dł.160mm

POZ. 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Nóż do adenotomii typ Beckmann dł.220mm prosty szer.oczek 13mm

POZ. 24 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Nożyczki opatrunkowe z kulką długość 14 cm.

POZ. 27 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Penseta okulistyczna długość 8,5 cm.

Odpowiedź nr 2: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania proponowanego w pytaniu asortymentu w zakresie pozycji 3, pozycji 4, pozycji 5, pozycji 6, pozycji 9, pozycji 24 oraz pozycji 27.

Zamawiający oczekuje dostarczenia asortymentu zgodnego ze SIWZ w zakresie poz. 7, poz. 12.

Pytanie nr 3: dotyczy pakietu nr 9

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia próbki w zakresie pakietu 9?

Uprzejmie informuję, że Tisseel Lyo nie jest wyrobem medycznym tylko produktem leczniczym. Bezpłatne dostarczanie próbek **produktów leczniczych** jest formą reklamy leków (pragnę w tym miejscu zaznaczyć, że powyższy **produkt leczniczy** jest powszechnie znany, stosowanym przez lekarzy - **nie jest produktem nowym na**

rynku), która może być kierowana wyłącznie do osób uprawnionych do wystawiania recept. Oznacza to, że przedstawicielom firm farmaceutycznych nie wolno dostarczać próbek bezpośrednio pacjentom, zakładom opieki zdrowotnej, aptekom. Odbiorcą próbki może być tylko lekarz, który wystąpił do przedstawiciela medycznego lub handlowego o dostarczenie mu próbki. Wobec czego, w myśl ustawy Prawo Farmaceutyczne - art. 54, nie mogą przekazać Zamawiającemu bezpłatnych próbek do postępowania przetargowego.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający odstępuje od wymagania złożenia na wezwanie Zamawiającego próbki asortymentu w zakresie pakietu nr 9 – „Klej do membran kolagenowych”.

Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w pkt 5.3 SIWZ (Dokumenty jakie mają złożyć Wykonawcy w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego) pkt b), który otrzymuje poniższe brzmienie:

„Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) próbki oferowanego asortymentu (prezentacja) celem potwierdzenia, iż oferowany asortyment jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia w pakiecie, którego dotyczy oferta. Powyższe nie dotyczy asortymentu ujętego w pakiecie nr 9 – „Klej do membran kolagenowych”.”

Pytanie nr 4: dotyczy pakietu nr 24:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów w formie składanej?

- Czy Zamawiający ma na myśli fartuchy foliowe typu przedniak ?

Odpowiedź nr 4: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania proponowanego w pytaniu asortymentu.

Pytanie nr 5: Pakiet nr 23 – Opaski zaciskowe

Czy w nie nastąpiła omyłka w podanej ilości do zakupu opasek zaciskowych z poz. 1- 740szt ? Opaski zaciskowe są asortymentem wielokrotnego użytku, wymagana ilość w związku z tym sugeruje o omyłce.

Mając powyższe na uwadze, czy kwota wadium ujęta w pkt 7.1 SIWZ dla pakietu nr 23 jest prawidłowa?

Odpowiedź nr 5: Ilość wymaganych opasek poz. 1 to 7 sztuk, poz. 2 wymagana ilość 2 sztuki.

Pytanie nr 6: Pakiet nr 23 – Opaski zaciskowe Mając na uwadze zapisy SIWZ i wzoru umowy (§1 ust. 5) dotyczące dostawy wyrobów opatrzonych datą ważności na opakowaniu, prosimy o odstąpienie od ww. wymogu w zakresie asortymentu z pakietu nr 23, ponieważ opaski oraz palety ujęte w tym pakiecie dostarczane są do Odbiorcy tylko w postaci niesterylnej.

Odpowiedź nr 6: Zamawiający w pakiecie nr 23 odstępuje od wymagania jak wyżej.

Pytanie nr 7: Pakiet nr 23 – Opaski zaciskowe.

W nawiązaniu do zapisów pkt 2.14 SIWZ, prosimy o odstąpienie od wymogów kompatybilności użytkowej z posiadanym przez szpital sprzętem do sterylizacji w zakresie opasek zaciskowych z poz. 1? Opasek zaciskowych z uwagi na ich budowę nie sterylizuje się, mogą być one czyszczone i dezynfekowane zgodnie z zaleceniami producenta ściśle według instrukcji stonowania załączonej do zakupionego asortymentu.

Odpowiedź nr 7: W aktualnie prowadzonym postępowaniu zamówienie dotyczy różnego rodzaju wyrobów medycznych dlatego zapis w pkt. 2.14 jest ogólnikowy. Zamawiający w 14.3 SIWZ zawarł informację, w których pakietach instrukcje dezynfekcji lub sterylizacji są wymagane. Cyt. „Wymóg dotyczy w szczególności pakietu nr 1, pakietu nr 3 – poz. 3 i 4, pakietu nr 12, pakietu nr 18, poz. 1-4 i poz. 7-8, pakietu nr 22, pakietu nr 31, pakietu nr 33, pakietu nr 34, pakietu nr 35, pakietu nr 36, pakietu nr 37, pakietu nr 38.” Jeżeli, asortyment podlega wyłącznie dezynfekcji Wykonawca może przekazać przy pierwszej dostawie asortymentu instrukcje czyszczenia i dezynfekowania wyrobu zgodnie z zaleceniami producenta.

Pytanie nr 8: Pakiet nr 23 – Opaski zaciskowe. Czy w zakresie palet do płytek z poz. 2 wymóg Zamawiającego będzie spełniony jeśli zaoferujemy sprzęt do sterylizatora o następujących parametrach sterylizacji: temperatura sterylizacji 134°C; ciśnienie 2atm. powyżej ciśnienia atmosferycznego; czas sterylizacji min. 7 minut.?

Odpowiedź nr 8: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania ww. asortymentu.

Pytanie nr 9: Czy w zakresie pakietu 23 Zamawiający wyrazi zgodę na zakup jednorazowy w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź nr 9: Zamawiający oczekuje dostawy sukcesywnej asortymentu i zgodnej z bieżącymi zamówieniami. Zamawiający nie ma możliwości tworzenia dużych zapasów magazynowych.

Pytanie nr 10: Pakiet nr 23 – Opaski zaciskowe. Z uwagi na fakt, iż Szpital jest podmiotem działającym na terenie RP czy w związku z tym Zamawiający mógłby zmodyfikować wymóg, iż dokumenty dopuszczające wyroby medyczne do sprzedaży oraz obrotu/stosowania w jednostkach służby zdrowia mogą być na terytorium RP zamiast obszarze gospodarczym Unii Europejskiej (zapisy pkt 14.4 SIWZ, wzór umowy §1 ust. 3)?

Odpowiedź nr 10: Szpital jest podmiotem działającym na terenie RP, który należy do obszaru gospodarczego UE. W związku z harmonizacją przepisów i norm w odniesieniu do Dyrektyw Zamawiający opiera się na powszechnie obowiązujących przepisach. Zgodnie z przepisami Wykonawca może złożyć deklaracje zgodności wystawione przez Producenta, jak i dokumenty potwierdzające wpis do rejestru wyrobów

medycznych lub inne dokumenty zgodne z klasą wyrobu medycznego. Zapisy pkt. 14.4 SIWZ bardzo szeroko ujmują różne rodzaje dokumentów, które mogą być złożone i nie wykluczają dokumentów wydanych na terenie RP lecz je obejmują.

Pytanie nr 11: Czy Zamawiający doda zapis w §9 ust. 1 pkt 1.2-1.4, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami? Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym.

W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odpowiedź nr 11: Zamawiający doprecyzowuje zapis projektu umowy, jak niżej:

§ 9 ust. 1 - Zamawiający może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia:

pkt. 1.1 jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; Rozwiązanie umowy w tym przypadku następuje w terminie 5 dni od dnia przesłania Wykonawcy wezwania do prawidłowego wykonywania umowy.

Pytanie nr 12: Czy Zamawiający dookreśli w §11 ust. 2, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty? Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.

Odpowiedź nr 12: Zapisy §11 ust. 2 projektu umowy dotyczą wszystkich sporów między Stronami umowy, które mogą zaistnieć w czasie realizacji umowy, nie tylko tych dotyczących zapłaty za dostarczony towar. Wezwane do zapłaty może zostać przesłane Zamawiającego każdorazowo, gdy zalega z zapłatą faktury.

Pytanie nr 13: dotyczy pakietu nr 22:

- poz. 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, zacisk o dł. 160 mm, pozostałe parametry bez zmian. Czy Zamawiający może sprecyzować czy zacisk arterii to kleszczyki naczyniowe?
- poz. 4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, imadło chirurgiczne nazwa własna HEGAR-MAYO o dł. 180 mm, pozostałe parametry bez zmian.
- poz. 5: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki naczyniowe o nazwie własnej MICRO-MOSQUITO, pozostałe parametry bez zmian.
- poz. 7: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszcze naczyniowe nazwa własna HALSTED-MOSQUITO o dł. 21 cm, pozostałe parametry bez zmian.
- poz. 8: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki proste standard o dł. 160 mm, pozostałe parametry bez zmian. Czy Zamawiający może sprecyzować czy nożyczki mają być ostro/ostre, ostro/tępe, tępo/tępe?
- poz. 9: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki preparacyjne LEXER o dł. 160mm, pozostałe parametry bez zmian.
- poz. 12,13,14: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nóż do adenotomii BECKMANN o dł. 225 mm, pozostałe parametry bez zmian.
- poz. 15: Czy Zamawiający może sprecyzować jakie wymiary oraz model ma posiadać podane narzędzie?
- poz. 16: Czy Zamawiający może sprecyzować jaką długość ma posiadać wymagane narzędzie?
- poz. 18: Czy Zamawiający może sprecyzować jaką długość ma posiadać wymagane narzędzie?
- poz. 19: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, łyżka do laryngoskopu o nazwie własnej MILLER, pozostałe parametry bez zmian.
- poz. 20: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, łyżka do laryngoskopu o nazwie własnej MACINTOSH, pozostałe parametry bez zmian.
- poz. 3: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki naczyniowe o nazwie własnej CRILE-RANKIN, pozostałe parametry bez zmian.
- poz. 4: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pierścień pośredni o parametrach 5,0/8,0 mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź nr 13: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania proponowanego w pytaniu asortymentu w zakresie pozycji 3, pozycji 4, pozycji 7, pozycji 8, przy czym w poz. 8 oczekuje zaoferowania nożyczek typu „ostro/ostre”.

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania proponowanego w pytaniu asortymentu w zakresie pozycji 9 i pozycjach 12, 13, 14 oraz pozycji 19 i 20.

W pozycjach 3, 4, 5 - Zamawiający oczekuje dostarczenia asortymentu zgodnego ze zmienionym załącznikiem SAC.

W zakresie poz. 15 Zamawiający doprecyzowuje, że wymaga narzędzia o długości całkowitej 18 cm z końcówką roboczą o rozmiarze 5, 6, 7 z możliwością zamówienia według bieżących potrzeb przy realizacji zamówienia.

W zakresie poz. 16 Zamawiający doprecyzowuje, że oczekuje zaoferowania pętli drucianej do narzędzia TONSILOTOM o rozpiętości 3,7 cm x 4,5 cm. (Kształt łyżka, szerokość 3,7 cm, wysokość 4,5 cm).

Dla pozycji 18 Kleszczyki MOGILLA noworodkowe, pediatryczne i dla dorosłych Zamawiający wymaga narzędzia o standardowych wymiarach odpowiednich do wieku pacjenta.

Pytanie nr 14: dotyczy pakietu nr 6 – „Paski do glukometrów (2)”

Prosimy o wyjaśnienie jakie znaczenie ma dla Zamawiającego rodzaj materiałów, z których wykonany jest oferowany sprzęt medyczny w celu ustalenia równoważności produktu z asortymentem o nazwie własnej wskazanej w SIWZ? Jednocześnie wnosimy o odstąpienie od takiego warunku, wyrażonego w rozdziale 2 pkt. 2.4.4. SIWZ, gdyż naszym zdaniem ogranicza konkurencję biorąc pod uwagę własności produktu o znaczeniu trzeciorzędnym.

Prosimy o konkretne dookreślenie, co Zamawiający ma na myśli, pisząc o równoważnych „parametrach, właściwościach i działaniu”, które Zamawiający będzie brał pod uwagę oceniając równoważność produktów zaoferowanych w pakiecie nr 6 z produktami wymienionymi w SIWZ. Podane przez Zamawiającego terminy są ogólnikowe i mogą podlegać bardzo szerokiej, jeśli nie dowolnej interpretacji.

Odpowiedź nr 14: Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie ze SIWZ. Z wiedzy Zamawiającego wynika, że powyższy asortyment jest dostępny w wielu hurtowniach.

Pytanie nr 15: dotyczy pakietu nr 6:

- **poz. 1** – Czy Zamawiający uzna za produkt równoważny konkurencyjne paski testowe innego wytwórcy (przeznaczone do pracy z innym glukometrem), posiadające następujące, równoważne lub przewyższające parametry: identyczny zakres pomiaru 20-600mg/dl, zakres hematokrytu 20-60%, czas pomiaru 5s, wielkość pobieranej próbki krwi 0,5 ul, funkcja wyrzutu zużytego paska testowego, identyczna temperatura przechowywania pasków (2-32 stopnie Celsjusza), identyczna stabilność pasków po otwarciu opakowania wynosi 6 miesięcy, paski testowe są wyrobem medycznym refundowanym?

- **poz. 2** - Czy Zamawiający uzna za produkt równoważny konkurencyjne paski testowe innego wytwórcy (przeznaczone do pracy z innym glukometrem), posiadające następujące, równoważne lub przewyższające parametry: identyczny zakres pomiaru 20-600mg/dl, zakres hematokrytu przynajmniej 20-60%, czas pomiaru 5s, wielkość pobieranej próbki krwi 0,5 ul, funkcja wyrzutu zużytego paska testowego, identyczna temperatura przechowywania pasków (4-40 stopnie Celsjusza), identyczna stabilność pasków po otwarciu opakowania wynosi 6 miesięcy, paski testowe są wyrobem medycznym refundowanym?

Odpowiedź nr 15: Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnej ze SIWZ.

Pytanie nr 16: Dotyczy pakietu 37

- **poz. 1** - Prosimy o wyjaśnienie i uzupełnienie zapisu w zakresie technologii, w jakiej ma pracować czujnik do SpO2 (np. Nellcor, Masimo LNCS).

- **poz. 2** - Prosimy o wyjaśnienie, w jakiego typu złącze ma być wyposażony mankiet. Oryginalne mankiety do tego typu monitora posiadają tzw. łamane złącze.



W przypadku korzystania z kabla starego typu prosimy o możliwość zaoferowania odpowiedniego adaptera.



Odpowiedź nr 16: W pakiecie 37 ujęty jest czujnik do Spo2 pracujący w technologii Masimo. Zamawiający posiada kabel starego typu, przy czym nie jest wskazane posługiwanie się adapterami.

Zamawiający dopuszcza możliwość użyczenia nowego oryginalnego kabla w ilości 2 sztuki na czas trwania umowy. Koszt użyczenia należy ująć w cenie oferty przetargowej.

Jeżeli oferta dotyczy będzie asortymentu użyczanego Wykonawca zobowiązany jest informację o użyczeniu zawrzeć w treści formularza SAC. (Prosimy o zapoznanie się z odp. nr 18 oraz nr 24)

Pytanie nr 17: Dotyczy pakietu 37. W związku z tym, że mankiety wielorazowego użytku pakowane są pojedynczo, prosimy o wyjaśnienie, jak należy interpretować zapis w jednostce miary; czy w tym wypadku „op.” należy traktować jako sztukę; alternatywnie prosimy o podanie ilości asortymentu w sztukach.

Odpowiedź nr 17: Zamawiający wyjaśnia, że jedno opakowanie jest tożsame z jedną sztuką.

Pytanie nr 18: dotyczy pakietu nr 37

- **Pozycja 1** W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii (Masimo, Nellcor, Oximax) w jakiej ma działać czujnik, numeru katalogowego lub numeru REF.

W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie technologii rodzaju wtyczki czujnika.

- **Pozycja 2a** Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów wielokrotnego użytku do automatycznego pomiaru ciśnienia jednożyłowy w monitorze Infinity Delta XL dorośli – brązowy - 25 - 35 cm.

- **Pozycja 2b** Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów wielokrotnego użytku do automatycznego pomiaru ciśnienia jednożyłowy w monitorze Infinity Delta XL dorośli drobnej budowy – brązowy – 21 - 28 cm.

- **Pozycja 2c** Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów wielokrotnego użytku do automatycznego pomiaru ciśnienia jednożyłowy w monitorze Infinity Delta XL dorośli masywnej budowy – brązowy - 33 - 47 cm.

- **Pozycja 2d** Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów wielokrotnego użytku do automatycznego pomiaru ciśnienia jednożyłowy w monitorze Infinity Delta XL dzieci – brązowy - 14 - 21 cm.

Odpowiedź nr 18: Ad. poz. 1 - Zamawiający prosi o zapoznanie się z odp. nr 16 oraz nr 24. Zamawiający oczekuje złożenia oferty na mankiety opisane w SAC.

Pytanie nr 19: dotyczy pakietu nr 38

- Pozycja 1 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF czujnika.

- Pozycja 2 W celu dobrania odpowiedniego asortymentu, prosimy Zamawiającego o podanie numeru katalogowego lub numeru REF czujnika.

- Pozycja 3a Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów wielokrotnego użytku do automatycznego pomiaru ciśnienia dwużyłowy, jedno wyjście z czarną uszczelką, do monitora Datex Ohmeda dorośli – brązowy - 25 - 35 cm.

- Pozycja 3b Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów wielokrotnego użytku do automatycznego pomiaru ciśnienia dwużyłowy, jedno wyjście z czarną uszczelką, do monitora Datex Ohmeda dorośli drobnej budowy – brązowy - 21 - 28 cm.

- Pozycja 3c Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów wielokrotnego użytku do automatycznego pomiaru ciśnienia dwużyłowy, jedno wyjście z czarną uszczelką, do monitora Datex Ohmeda dorośli masywnej budowy – brązowy - 33 - 47 cm.

- Pozycja 3d Czy Zamawiający pozwoli na zaproponowanie mankietów wielokrotnego użytku do automatycznego pomiaru ciśnienia dwużyłowy, jedno wyjście z czarną uszczelką, do monitora Datex Ohmeda dzieci – brązowy - 14 - 21 cm.

Odpowiedź nr 19: poz. 1 i poz. 2 Zamawiający oczekuje zaoferowania asortymentu kompatybilnego z aparatem do znieczulania OHMEDA.

Poz. 3 pkt a, b, c, i d – Zamawiający oczekuje zaoferowania asortymentu wskazanego w SAC.

Pytanie nr 20: dotyczy pakietu nr 38, Pozycja 4

Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów zawartych w zadaniu 38 wydzieli pozycje: 4 i utworzy z niej odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Odpowiedź nr 20: Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnej ze SIWZ.

Pytanie nr 21: Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

Odpowiedź nr 21: Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – „Prawo zamówień publicznych” z póź. zm. Wykonawca składa oświadczenie nie wraz z ofertą, lecz w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5. Ustawa nie przewiduje odstępstwa lub innego terminu składania oświadczeń dla Podmiotów, które nie należą do żadnej grupy kapitałowej. Oświadczenia o nie przynależeniu do jakiejkolwiek grupy kapitałowej były składane wraz z ofertą przez Wykonawców w poprzednim stanie prawnym, a nie obecnym. Oceny spełniania wymogów Zamawiający dokonuje po złożeniu ofert.

Pytanie nr 22: dotyczy pakietu nr 39 – Łżki jednorazowe do laryngoskopu światłowodowego.

Czy Zamawiający dopuści łżki jednorazowe, światłowodowe, metalowe?

Odpowiedź nr 22: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania proponowanych w pytaniu łżek.

Pytanie nr 23: dotyczy pakietu nr 24:

a) czy zamawiający w pakiecie 24 poz. 1 dopuści fartuchy foliowe typu przedniak w opakowaniach po 100 sztuk?

b) czy zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie 100 sztuk z przeliczeniem?

Odpowiedź nr 23: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania proponowanych w pytaniu fartuchów. Zamawiający dopuszcza możliwość przeliczenia sztuk na opakowania zgodnie z propozycją Wykonawcy.

Pytanie nr 24: dotyczy pakietu nr 37:

- Poz. 1 Prosimy o podanie technologii saturacji w jakiej pracuje monitor Infinity Delta XL – Masimo, Nellcor, Drager? Czy wymagane są czujniki wielorazowe czy jednorazowe? Jaka jest jednostka miary -sztuki czy opakowania? Jeśli opakowania - jaka ilość sztuk w opakowaniu?

- Poz.2 Jaka jest jednostka miary - sztuki czy opakowania? Jeśli opakowania - jaka ilość sztuk w opakowaniu?

Odpowiedź nr 24: Zamawiający prosi o zapoznanie się z odp. nr 16 i nr 18.

Monitor Infinity Delta XL pracuje w technologii Masimo. Zamawiający wymaga czujników wielorazowego użytku. Jedno opakowanie odpowiada jednej sztuce.

Pytanie nr 25: dotyczy pakietu nr 13 – „Czujniki”:

- Poz. 1 Czy w związku z tym, że producent wymaganych czujników firma Masimo w styczniu 2017 zaprzestał produkcji czujników z połączeniem LNOP zastępując je czujnikami typu RD – czy Zamawiający oczekuje -

Samoprzylepny, jednorazowy czujnik LNOP NeoPt na nadgarstek lub stopę dla dzieci o wadze <1kg do pulsoksymetru Masimo (1op.=24szt.) - czujników z połączeniem RD?

- Poz. 3 Czy Zamawiający pisząc Jednorazowy czujnik do pomiaru saturacji noworodkowy ze złączką okrągłą, bezłateksowy do monitora firmy GE Healthcare (Monitor Anestetyczny AM) pracującego w systemie Masimo ma na myśli rodzaj połączenia typu LNOP?

Czy w związku z tym, że producent wymaganych czujników firma Masimo w styczniu 2017 zaprzestał produkcji czujników z połączeniem LNOP zastępując je czujnikami typu RD – czy Zamawiający oczekuje - czujników z połączeniem RD?

- Poz. 4 Czy Zamawiający pisząc Jednorazowy czujnik do pomiaru saturacji pediatryczny ze złączką okrągłą, bezłateksowy do monitora firmy GE Healthcare (Monitor Anestetyczny AM) pracującego w systemie Masimo ma na myśli rodzaj połączenia typu LNOP?

Czy w związku z tym, że producent wymaganych czujników firma Masimo w styczniu 2017 zaprzestał produkcji czujników z połączeniem LNOP zastępując je czujnikami typu RD – czy Zamawiający oczekuje - czujników z połączeniem RD?

Odpowiedź nr 25: Zamawiający oczekuje zaoferowania proponowanego w pytaniu asortymentu zgodnie z informacją o zaprzestaniu produkcji czujników z połączeniem LNOP i zastąpieniu ich czujnikami typu RD.

Pytanie nr 26: dotyczy pakietu nr 5: Zwracamy się z prośbą o wydzielanie z pakietu nr 5 poz. 1 i 2 co pozwoli na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty. W przypadku zgody na wydzielenie z pakietu 5 pozycji nr 1 i 2 prosimy o dopuszczenie wapna o następujących parametrach: Wapno sodowane w postaci granulek o równej wielkości 3,5 mm i identycznych kształtów i rozmiarów, umożliwia heksagonalne upakowanie, dla największej efektywności pochłaniania, ułatwiające swobodny przepływ gazu i pochłanianie. Z jedna z najwyższych wydajności do ponad 180 l CO₂ / 1 litr wapna – wydajność uzależniona jest od rodzaju , długości trwania zabiegów, stosowanych środków anestetycznych , oraz szybkości stosowanych przepływów, wskaźnik zużycia (zmiana koloru z białego na fioletowy), zawierające w swoim składzie 93% Ca(OH)₂; 1,5% NaOH; 14 – 18 % H₂O; fiolet etylowy; charakteryzujące się brakiem zawartości wodorotlenku potasu, wysoką odpornością na transport, zawierające tym samym minimalną ilość pyłu, – 0,66%, okres trwałości minimum 23 miesiące; pakowane w 5 litrowe kanistry - 4,5 kg, Zgodny z wymogami amerykańskiej i brytyjskiej farmakopei, wapno które chcemy Państwu zaoferować charakteryzuje się wyższą jakością od tego wymaganego. Dodatkowo wymagane parametry charakterystyczne są wyłącznie dla 1 firmy na rynku tj. firmy Drager.

Odpowiedź nr 26: Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnej z postanowieniami SIWZ.

Pytanie nr 27: Dotyczy zapisów SIWZ oraz wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §8 ust. 1 a-b) wzoru umowy w następujący sposób:

„Wykonawca płaci Kupującemu kary umowne:

- a) za zwłokę w dostawie towaru w terminie określonym w umowie lub zamówieniu, powstałą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,2% wartości brutto partii towaru nie dostarczonego w terminie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
- b) za zwłokę w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad oraz za zwłokę w wymianie towaru niezgodnego z zamówieniem lub umową, bądź za zwłokę w wymianie towaru dostarczonego w niewłaściwym opakowaniu w terminie określonym w § 7 w wysokości 0,2% wartości brutto partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.”

Odpowiedź nr 27: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 28: Dotyczy zapisów SIWZ oraz wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §6 ust 10 na: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

Odpowiedź nr 28: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 29: dotyczy pakietu nr 37, 38

Wykonawca zwraca się z zapytaniem do Zamawiającego czy zezwoli na dostawę poniższych mankietów o innych rozmiarach oraz kolorach tzn. zamiast.:

- mankietu dla dorosłych – (granatowy) 23 -33 cm; mankiet o rozmiarach 25-35 cm (kawowy),
- mankietu dla dorosłych drobnej budowy – (niebieski) 17-25 cm; mankiet o rozmiarach 18-26 cm (kawowy),
- mankietu dla dorosłych masywnej budowy – (różowy) 31-40 cm; mankiet o rozmiarach 32-40 cm (kawowy),
- mankietu dla dzieci (zielony) – 12-19 cm; mankiet o rozmiarach 11-20 cm (kawowy).

Odpowiedź nr 29: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania proponowanych w pytaniu mankietów.

Pytanie nr 30: dotyczy pakietu nr 37, 38

Wykonawca zwraca się z zapytaniem do Zamawiającego czy zezwoli na dostawę wysokiej klasy zamienników akcesoriów medycznych w powyższych pakietach?

Odpowiedź nr 30: Zamawiający oczekuje dostawy asortymentu ujętego w SAC lub dopuszczonego na etapie udzielania wyjaśnień.

Pytanie nr 31: dotyczy pakietu nr 37

Wykonawca zwraca się z zapytaniem do Zamawiającego czy pożądaný czujnik ma być dla dorosłych, dzieci czy niemowląt oraz czy ma być on jednorazowy czy wielorazowy?

Odpowiedź nr 31: Czujnik opisany w poz. 1 pakietu nr 37 jest wielorazowy i dla pacjentów dorosłych.

Pytanie nr 32: dotyczy pakietu nr 32 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dzieci i noworodków o długości 16,5 cm?

Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dzieci i dorosłych o długości 25 cm?

Odpowiedź nr 32: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania proponowanego powyżej asortymentu.

Pytanie nr 33: dotyczy pakietu nr 37, poz. 1

Prosimy o podanie czy czujnik ma być jednorazowy czy wielorazowy?

Czy czujnik ma pracować w technologii Nellcor czy Masimo?

Odpowiedź nr 33: Czujnik jest wielorazowy i pracuje w technologii Masimo.

Pytanie nr 34: dotyczy pakietu nr 37, poz. 2

- a) Prosimy o dopuszczenie mankietu dla dorosłych w kolorze brązowym, w rozmiarze 27-35 cm
- b) Prosimy o dopuszczenie mankietu dla dorosłych w kolorze jasno niebieskim, w rozmiarze 21-27 cm
- c) Prosimy o dopuszczenie mankietu dla dorosłych w kolorze ciemno czerwonym, w rozmiarze 35-44 cm
- d) Prosimy o dopuszczenie mankietu dla dzieci w kolorze zielonym, w rozmiarze 14-21 cm

Odpowiedź nr 34: Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego ze SIWZ z uwzględnieniem dopuszczeń w toku udzielania odpowiedzi.

Pytanie nr 35: dotyczy pakietu nr 37, poz. 2

- a) Prosimy o dopuszczenie mankietu dla dorosłych w kolorze czarnym, w rozmiarze 25-35 cm
- b) Prosimy o dopuszczenie mankietu dla dorosłych w kolorze czarnym, w rozmiarze 18-26 cm
- c) Prosimy o dopuszczenie mankietu dla dorosłych w kolorze czarnym, w rozmiarze 34-47 cm
- d) Prosimy o dopuszczenie mankietu dla dzieci w kolorze czarnym, w rozmiarze 10-19 cm

Odpowiedź nr 35: Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego ze SIWZ z uwzględnieniem dopuszczeń w toku udzielania odpowiedzi.

Pytanie nr 36: dotyczy pakietu 38, poz. 1 Prosimy o podanie numeru katalogowego oryginalnego lub obecnie stosowanego czujnika ?

Odpowiedź nr 36: Wymagany jest asortyment kompatybilny z aparatem OHMED.

Pytanie nr 37: dotyczy pakietu 38, poz. 2 i poz. 4

Prosimy o wydzielenie pozycji 2 i 4 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie na konkurencyjność ofert.

Odpowiedź nr 37: Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnej ze SIWZ.

Pytanie nr 38: dotyczy pakietu 38, poz. 3

Prosimy o podanie, czy mankiety mają posiadać konektory do monitorów?

- a) Prosimy o dopuszczenie mankietu dla dorosłych w kolorze brązowym, w rozmiarze 27-35 cm
- b) Prosimy o dopuszczenie mankietu dla dorosłych w kolorze jasno niebieskim, w rozmiarze 21-27 cm
- c) Prosimy o dopuszczenie mankietu dla dorosłych w kolorze ciemno czerwonym, w rozmiarze 35-44 cm
- d) Prosimy o dopuszczenie mankietu dla dzieci w kolorze zielonym, w rozmiarze 14-21 cm

Odpowiedź nr 38: Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego ze SIWZ z uwzględnieniem dopuszczeń w toku udzielania odpowiedzi.

Pytanie nr 39: dotyczy pakietu 38, poz. 3

- a) Prosimy o dopuszczenie mankietu dla dorosłych w kolorze czarnym, w rozmiarze 25-35 cm
- b) Prosimy o dopuszczenie mankietu dla dorosłych w kolorze czarnym, w rozmiarze 18-26 cm
- c) Prosimy o dopuszczenie mankietu dla dorosłych w kolorze czarnym, w rozmiarze 34-47 cm
- d) Prosimy o dopuszczenie mankietu dla dzieci w kolorze czarnym, w rozmiarze 10-19 cm

Odpowiedź nr 39: Zamawiający oczekuje asortymentu zgodnego ze SIWZ z uwzględnieniem dopuszczeń w toku udzielania odpowiedzi.

Pytanie nr 40: W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź nr 40: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 41: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian w § 6 ust. 4 poprzez zamianę słów „odsetki ustawowe” na „odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych”?

Odpowiedź nr 41: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 42: Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1 pkt. a), b): Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- a) za zwłokę w dostawie towaru w terminie określonym w umowie lub zamówieniu, powstałą z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,4% wartości brutto partii towaru nie dostarczonego w terminie wskazanego w bieżącym zamówieniu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru,**
- b) za zwłokę w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad oraz za zwłokę w wymianie towaru niezgodnego z zamówieniem lub umową, bądź za zwłokę w wymianie towaru dostarczonego w niewłaściwym opakowaniu w terminie określonym w § 5 w wysokości 0,4% wartości brutto wadliwej partii towaru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwej partii towaru.**

Odpowiedź nr 42: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy projektu umowy.

Pytanie nr 43: dotyczy pakietu 41 – Obuwie operacyjne. Zamawiający w Pakiecie 41 złożył zamówienie na obuwie operacyjne wykonane z tworzywa sztucznego, wykonane z jednego odlewu, nie klejone z wkładką profilowaną zintegrowaną z obuwem. W ofercie posiadamy buty operacyjne wykonane z jednego odlewu, wolne od klejenia, czy innego rodzaju łączenia poszczególnych elementów bez wkładki profilowanej. Oferowane przez nas buty operacyjne są najwyższej jakości. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 41 buty operacyjne bez profilowanej wkładki, z anatomicznie wyprofilowaną powierzchnią styku ze stopą w części palców i śródstopia?

Odpowiedź nr 43: Zamawiający oczekuje dostawy asortymentu zgodnego z SIWZ.

Pytanie nr 44: dotyczy pakietu 41 – Obuwie operacyjne. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie obuwia w czterech kolorach, tj.: granatowym, zielonym, białym i fioletowym?

Odpowiedź nr 44: Zamawiający oczekuje dostawy asortymentu zgodnego z SIWZ.

Pytanie nr 45: Czy Zamawiający dopuści obuwie w rozmiarach: 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47?

Odpowiedź nr 45: Zamawiający oczekuje dostawy asortymentu zgodnego z SIWZ.

Pytanie nr 46: Czy Zamawiający dopuści obuwie podlegające myciu i dezynfekcji w temp. 85 st. C, nie podlegające sterylizacji?

Odpowiedź nr 46: Zamawiający oczekuje dostawy asortymentu zgodnego z SIWZ.

Pytanie nr 47: Zamawiający wymaga w Pakiecie 41 obuwia będącego wyrobem medycznym. Czy Zamawiający dopuści obuwie będące wyrobem ochronnym, posiadające deklarację CE dla wyrobu ochronnego? Oferowane obuwie jest zgodne z normą PN-EN ISO 20347:2012 - wersja polska Środki ochrony indywidualnej - Obuwie zawodowe.

Odpowiedź nr 47: Zamawiający oczekuje dostawy asortymentu zgodnego z SIWZ.

Pytanie nr 48: dotyczy pakietu 12, pozycja 3-10: Czy Zamawiający dopuści wzierniki uszne dostępne wyłącznie w rozmiarach 2,5 i 4,0 ?

Czy Zamawiający dopuści wzierniki uszne pakowane po 250 sztuk z przeliczeniem ilości do pełnych opakowań?

Odpowiedź nr 48: Zamawiający oczekuje dostawy asortymentu zgodnego z SIWZ.

Zamawiający dopuszcza zamiennie przeliczenie op. a'100 x 10 op. = op. a'250 x 4.

Wykonawca zobowiązany jest dokonać przeliczenia i zawarcia w SAC informacji o oferowanych opakowaniach.

Pytanie nr 49: dotyczy pakietu 12, pozycja 3-10: Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 3-10 z pakietu 12 do osobnego zadania tak, by umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment. Obecny układ nie pozwala nam na wzięcie udziału w ww. przetargu. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu.

Odpowiedź nr 49: Zamawiający oczekuje dostawy asortymentu zgodnego z SIWZ.

Pytanie nr 50: dotyczy pakietu 38, poz. 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu ważności sprzętu medycznego z 11 miesięcy na 6 miesięcy? Gwarancja u producenta wynosi 6 miesięcy. Pozwoli to naszej firmie na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź nr 50: W zakresie pakietu nr 38 poz. 1 - Zamawiający dopuszcza asortyment z terminem gwarancji wynoszącym 6 m-cy.

Pytanie nr 51: dotyczy pakietu 38, poz. 3a. Czy Zamawiający dopuści mankiet dla dorosłych brązowy o rozm. 25-35 cm?

Odpowiedź nr 51: Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 52: dotyczy pakietu 38, poz. 3b. Czy Zamawiający dopuści mankiet dla dorosłych brązowy o rozm. 18-26 cm?

Odpowiedź nr 52: Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 53: dotyczy pakietu 38, poz. 3b. Czy Zamawiający dopuści mankiety w kolorze brązowym?
Odpowiedź nr 53: Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 54: dotyczy pakietu nr 11: Czy zamawiający dopuści w Pakiecie 11 zestaw do uzyskiwania osocza bogatopłytkowego (PRP) do zastosowania w ortopedii ambulatoryjnej i na salach operacyjnych. Zestaw obejmuje: 10ml strzykawkę z wykręcanym tłoczkiem, korkiem zabezpieczającym, łącznik do mniejszych strzykawek, strzykawkę trzyczęściową 5 ml, strzykawki o pojemności 1 ml. Bez antykoagulantów. Pasujący do posiadanej przez Szpital wirówki GT416 GLO PRP, 1 opakowanie zbiorcze zawiera 10 sterylnych setów? Oferowany zestaw posiada klasa sterylności IIa, deklarowane przez producenta zagęszczenie płytkowe 8,5-krotne, opcjonalnie istnieje możliwość zastosowania antykoagulantu.
Odpowiedź nr 54: Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z opisem w SIWZ.

Pytanie nr 55: dotyczy pakietu nr 5:

- a) **pkt. 1-2, 9** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych?
 - b) **pkt. 3** Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny bez wymiennika ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji bakteryjnej 99,999%, wirusowej 99,999%, przestrzeń martwa 32 ml, masa 23 g, medium filtracyjne hydrofobowe, wyposażony w złącze proste, sterylny, z portem kapno na lince, pakowany pojedynczo?
 - c) **pkt. 4** Czy Zamawiający dopuści filtr elektrostatyczny o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej 99,999%, z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, dla objętości oddechowej 150-1500 ml, poziomie nawilżania 33 mgH₂O przy V_t=500 ml, przestrzeń martwa 45 ml, masa 25 g, filtr ze złączem prostym, sterylny, z portem kapno na lince typu Luer?
 - d) **pkt. 5** Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z rur o długości 180 cm oraz dodatkowej rury o długości 90 cm, przy spełnieniu pozostałych wymagań?
 - e) **pkt. 5** Czy Zamawiający dopuści zestaw z workiem bez dodatkowego uchwytu, przy spełnieniu pozostałych wymagań?
 - f) **pkt. 5-6** Czy Zamawiający dopuści zestawu z łącznikiem z portem typu Luer, na lince, przy spełnieniu pozostałych wymagań?
 - g) **pkt. 6** Czy Zamawiający dopuści zestaw bez odłączalnego łącznika z portem kapno, przy spełnieniu pozostałych wymagań?
 - h) **pkt. 6** Czy Zamawiający dopuści zestaw o długości rur 160 cm, przy spełnieniu pozostałych wymagań?
 - i) **pkt. 7** Czy Zamawiający dopuści maski z pompowanym mankietem?
 - j) **pkt. 8** Czy Zamawiający dopuści przedłużacze z czerwonym kapturkiem pakowanym osobno?
- Odpowiedź nr 55:** Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie ze SIWZ.

Pytanie nr 56: dotyczy Pakietu nr 13:

Czy Zamawiający dopuści czujniki typu LNCS, w związku z wycofaniem z produkcji czujników typu LNOP? Prosimy o podanie numerów katalogowych czujników obecnie stosowanych przez Zamawiającego, co pozwoli na złożenie oferty zgodnej z wymaganiami.

Odpowiedź nr 56: Czujniki zostały opisane w SAC. Jeżeli oferowane przez Wykonawcę w pytaniu czujniki są kompatybilne i nie wymagają dodatkowych złączy, adapterów itp. mogą zostać zaoferowane w ofercie przetargowej.

Pytanie nr 57: Czy Zamawiający w pakiecie 6 - „Paski do glukometrów (2)”, poz.1,2 miał na myśli sztuki, czy opakowania?

Odpowiedź nr 57: W pakiecie nr 6 Zamawiający podaje liczę opakowań. 1 opakowanie zawiera 50 sztuk.

Pytanie nr 58: dotyczy pakietów nr 31 i nr 33 Czy Zamawiający potwierdzi, że dopuszcza zaoferowanie terminu dostawy powyżej 6 dni, tj. np. 42 dni od wpłynięcia zamówienia?

Odpowiedź nr 58: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania dłuższego terminu dostawy, przy czym zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w części 13 SIWZ oferta z terminem dostawy do 6 dni (i dłuższym) z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy licząc od dnia złożenia zamówienia otrzymuje 0 pkt.

Zmianie ulega treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie części 10 SIWZ – „MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT” pkt. 10. 1 i 10.2 oraz części 11 – „TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT” pkt. 11.1 , które otrzymują nową treść jak niżej:

pkt. 10.1 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie, zamkniętej w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie, oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy lub pieczętą firmową, nazwą i adresem Zamawiającego oraz opatrzoną dopiskiem **Przetarg nieograniczony pod nazwą „Zakup i dostawa wyrobów medycznych oraz drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Apteki” SP ZOZ ZSM/ZP/114/2018 nie otwierać przed 04.01.2019 r. godz. 10³⁰**. Oferta powinna być złożona na adres: **SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów** w Biurze Podawczym Zespołu Szpitali Miejskich

pkt 10. 2 Termin składania ofert upływa dnia **04.01.2019 r. godz. 10⁰⁰**.

pkt. 11.1 Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia **04.01.2019 r. godz. 10³⁰** w SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów – lokal: budynek Administracji Zespołu Szpitali Miejskich

DYREKTOR
SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich

mgr Anna Knysok

Otrzymali:

1. Zamieszczono na stronie www.zsm.com.pl
2. a/a

Amg