



Chorzów, dnia 31.01.2019 r.

SP ZOZ ZSM/ZP/5.1/2019

SZANOWNI WYKONAWCY

Dotyczy: **„Zakup i dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą dwóch automatycznych analizatorów dla potrzeb Laboratorium Analitycznego z podziałem na 2 pakiety.”** Numer postępowania: **SP ZOZ ZSM ZP/5/2019.**

Informujemy, że w trakcie przetargu na zadanie pt. **„Zakup i dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą dwóch automatycznych analizatorów dla potrzeb Laboratorium Analitycznego z podziałem na 2 pakiety.”** Numer postępowania: **SP ZOZ ZSM ZP/5/2019** do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

Pytanie 1: Pakiet nr 1 – zakup i dostawa odczynników do badań hematologicznych oraz dzierżawa automatycznego analizatora:

Czy zamawiający wymaga, aby podana przez Zamawiającego liniowość dla parametrów WBC i pT były dla próbki pierwotnej bez wstępnego rozcieńczania?

Odp.: Zamawiający wymaga, aby podana przez Zamawiającego liniowość dla parametrów WBC i pT były dla próbki pierwotnej bez wstępnego rozcieńczania.

Z poważaniem,


DYREKTOR
SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich
mgr Anna Knysok

Otrzymali:

- 1) <http://zsm.com.pl/>
- 2) a/a

