



Chorzów, dnia 18.02.2019 r.

SP ZOZ ZSM/ZP/8.5/2019

Dotyczy: „Zakup i dostawa implantów, narzędzi i innych wyrobów ortopedycznych dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie (3)” SP ZOZ ZSM/ZP/6/2019.

SZANOWNI WYKONAWCY

Informujemy, że w trakcie przetargu na „Zakup i dostawę implantów, narzędzi i innych wyrobów ortopedycznych dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie (3)” SP ZOZ ZSM/ZP/8/2019 do Zamawiającego wpłynęły pytania:

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 12 poz. 7 wkręty gąbczaste Ø 4.0 mm, dł. całkowita 10 -60 mm, pełno gwintowane ?

ODP : Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 12 poz. 8 wkręty gąbczaste Ø 4.0 mm, dł. całkowita 10 -60 mm, częściowo gwintowane ?

ODP : Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3. Czy Zamawiający w Pakiecie 6 poz. 1-3 dopuści możliwość zaferowania grotowkrętów Schanza Ø 4,0 mm?

ODP : Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4 Czy Zamawiający w Pakiecie 6 poz. 4-5 dopuści możliwość zaferowania grotowkrętów Schanza Ø 5,0 mm?

ODP : Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5 Czy Zamawiający w Pakiecie 6 poz. 8 dopuści możliwość zaferowania zacisku pręt - pręt - wyposażonego w system wstępnego mocowania, umożliwiający dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360°, wykonany z lekkiego stopu tytanu, bezpiecznego dla rezonansu magnetycznego, samozatraskowy, wyposażony w zaciski z systemem szybkomocującym, umożliwiający założenie zacisku na pręcie poprzez „zatrzasknięcie”?

ODP : Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6 Czy Zamawiający w Pakiecie 6 poz. 9 dopuści możliwość zaferowania zacisku pręt-grotowkręt - wyposażonego w system wstępnego mocowania, umożliwiający dowolne blokowanie elementów wobec siebie w zakresie 360°, wykonany z lekkiego stopu tytanu, bezpiecznego dla rezonansu magnetycznego, samozatraskowy, wyposażony w zaciski z systemem szybkomocującym, umożliwiający założenie zacisku na pręcie poprzez „zatrzasknięcie”?

ODP : Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7 Czy Zamawiający w Pakiecie 9 poz. 1 dopuści możliwość zaferowania wkrętów kaniulowanych Ø2,4 mm długość gwintowania 5-14 mm, długość całkowita 12-30 mm?

ODP : Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8 Czy Zamawiający w Pakiecie 9 poz. 2 dopuści możliwość zaferowania wkrętów kaniulowanych Ø2,4 mm długość gwintowania 5-6 mm, długość całkowita 17-30 mm?

ODP : Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9 Czy Zamawiający w Pakiecie 9 poz. 3 dopuści możliwość zaferowania wkrętów kaniulowanych Ø2,4 mm długość gwintowania 5-14 mm, długość całkowita 12-30 mm?

ODP : Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10 Czy Zamawiający w Pakiecie 9 poz. 6 dopuści możliwość zaferowania wkrętów kaniulowanych Ø4,0 mm długość gwintowania 8-35 mm, długość całkowita 16-70 mm?

ODP : Zgodnie z SIWZ.



Pytanie 11 Czy Zamawiający w Pakiecie 9 dopuści możliwość zaferowania gwoździ prowadzących o średnicy $\varnothing$ 0,8 – 1,2 mm?

ODP : Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12 Czy Zamawiający w Pakiecie 9 dopuści możliwość zaferowania wkrętów o średnicy otworu kaniulowanego odpowiednio $\varnothing$ 0,9 mm; 1,15 mm i 1,25 mm?

ODP : Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13 Czy Zamawiający w Pakiecie 10 poz. 2 dopuści możliwość zaferowania wkrętów kaniulowanych $\varnothing$ 4,5 mm długość gwintowania 7-26 mm, długość całkowita 20-80 mm?

ODP : Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14 Czy Zamawiający w Pakiecie 10 poz. 3 dopuści możliwość zaferowania wkrętów kaniulowanych o długości całkowitej 25-70 mm?

ODP : Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15 Czy Zamawiający w Pakiecie 10 poz. 4 dopuści możliwość zaferowania wkrętów kaniulowanych $\varnothing$ 5,0 mm długość gwintowania 16-32 mm, długość całkowita 25-70 mm?

ODP : Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16 Czy Zamawiający w Pakiecie 10 dopuści możliwość zaferowania wkrętów o średnicy otworu kaniulowanego $\varnothing$ 1,15-1,7?

ODP : Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 17 Czy Zamawiający w Pakiecie 10 dopuści możliwość zaferowania gwoździ prowadzących o średnicy $\varnothing$ 1,1 – 1,6 mm?

ODP : Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 18 Czy Zamawiający w Pakiecie 11 poz. 2 dopuści możliwość zaferowania wkrętów kaniulowanych gwintowanych na całej długości?

ODP : Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19 Czy Zamawiający w Pakiecie 11 poz. 3 dopuści możliwość zaferowania wkrętów kaniulowanych o długości całkowitej 45-130 mm?

ODP : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 20 Czy Zamawiający w Pakiecie 11 poz. 5 dopuści możliwość zaferowania wkrętów kaniulowanych o długości całkowitej 40-125 mm?

ODP : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie 21 Czy Zamawiający w Pakiecie 11 poz. 6 dopuści możliwość zaferowania wkrętów kaniulowanych $\varnothing$ 7,0 mm o długości całkowitej 35-130 mm?

ODP : Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Pozostałe parametry bez zmian.

Otrzymali:

- 1) <http://zsm.com.pl/>
- 2) a/a

p.o. ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. LECZNICTWA

Henryk Konik
dr n. med. Henryk Konik

Gyackorles