



CERTYFIKAT

ISO 9001:2008



**SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH**  
ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów  
tel. (032) 3499115, faks (032) 2413952  
NIP: 627-19-23-530 REGON: 271503410  
**Dział Zamówień Publicznych**  
tel. (032) 3499-298, faks (032) 3499-299  
po godz. 15<sup>00</sup> faks (032) 3499119  
e-mail: zp@zsm.com.pl., http:www.zsm.com.pl

Chorzów, dnia 06.06.2017r.

SPZOZ ZSM /ZP/ 25.2 /2017

### Szanowni Wykonawcy

Dotyczy: w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równoważność kwoty 209 000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą:  
**„Zakup i dostawa wyrobów medycznych: endoprotez stawu biodrowego, implantów do zespożeń, systemu reduktorów do operacji rewizyjnych dla Bloku operacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich z podziałem na trzy części:**  
Część zamówienia nr 1 – Endoproteza stawu biodrowego całkowita, bezcementowa, przynasadowa.  
Część zamówienia nr 2 – Implanty do zespożeń: śruby i płytki LCP tytanowe.  
Część zamówienia nr 3 – System reduktorów stożka do operacji rewizyjnych stawu biodrowego.”

#### **Pakiet nr 1 - Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego z artykulacją metal / polietylen, trzpień prosty**

##### **Pytanie:**

Czy Zamawiający, celem zachowania zasad konkurencji i uzyskania najkorzystniejszej oferty, dopuści poza parametrami SIWZ produkt równoważny: Trzpień tytanowy przynasadowy - prosty typu taper, spłaszczony w płaszczyźnie A/P, dostępny w 12 rozmiarach; dostępny w 2 wersjach offsetu: standard i high -bez zmiany kąta CCD. Trzpień w 1/3 części bliższej pokryty porowatą okładziną ułatwiającą przerost kostny, w środkowej części piaskowany, natomiast koniec dalszy polerowany. Panewka bezcementowa tytanowa Ti6Al4V napyłana czystym tytanem w rozmiarach 40-68 mm ze skokiem co 2 mm w wersji presfit gładko polerowana wewnątrz z antyrotacyjnym systemem zatraskowym w połowie głębokości panewki, dostępna w wersji z 3 otworami i bez, do każdej panewki z otworami - śruba oraz zaślepka do otworu. Wkład polietylenowy- cross linkowany symetryczny oraz asymetryczny z 20sto stopniowym okapem bez zachowania pierwotnych postanowień SIWZ.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyżej wskazanego produktu równoważnego, jeżeli ww. endoproteza została zarejestrowana przez producenta jako wyrób medyczny posiadający trzpień mocowany przynasadowo.

W przypadku, gdy z certyfikatów i wpisu do rejestru wyrobów medycznych wynikać będzie, iż rejestracja dotyczy oferowanej endoprotezy, ale bez poświadczenia, że jest to endoproteza przynasadowa, Zamawiający odrzuci ofertę, jako niezgodną z postanowieniami SIWZ.

Powyższe wymaganie Zamawiającego jest uzasadnionego sposobem rozliczania procedur medycznych przez płatnika – Narodowy Fundusz Zdrowia.

DYREKTOR  
**SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich**

mgr Anna Knysok