



CERTYFIKAT
ISO 9001:2008



SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH

ul. Strzelców Bytomskich 11 41-500 Chorzów

NIP: 627-19-23-530 * REGON: 271503410

Dział Zamówień Publicznych

tel. (032) 34-99-298 faks (032) 34-99-299

po godz. 15⁰⁰ fax. (032) 34-99-119

e-mail: zp@zsm.com.pl * <http://www.zsm.com.pl>

Chorzów, 16.11.2016 r.

Nr sprawy: SP ZOZ ZSM/ZP/230/35.4/2016

Szanowni Wykonawcy

Dotyczy: rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartość kwoty 209 000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: **Zakup i dostawa wyposażenia i urządzeń medycznych: wózka, kardiomonitorów, aparatu EKG, defibrylatorów, pomp infuzyjnych, ssaka próżniowego oraz lodówki na leki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie.**

Zamawiający w nawiązaniu do informacji zamieszczonej dnia 10.11.2016r. na stronie internetowej „Zbiórce zestawienie ofert” informuje, że złożone w postępowaniu oferty nie zawierają oczywistych omyłek oraz zostały ocenione.

Zamawiający dokonuje wyboru oferty nr 1 złożonej przez Wykonawcę: **Klastmed Grzegorz Żuchnik**, ul. Pogodna 50A, 20-337 Lublin, o wartości brutto: 156 513,60 zł.

Ofercie przyznano maksymalną ilość punktów – 100 pkt zgodnie z kryterium oceny ofert: Cena – 100%.

Zamawiający zgodnie z przesłankami art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004r. – „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. 2015r. poz. 2164 – tekst jednolity wraz ze zmianą Dz. U. 2016r. poz. 1020 i późn. zm.) przekazuje streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z przyznaną Wykonawcom punktacją, które przedstawiono w poniższej tabeli.

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy	Cena oferty brutto w PLN	Punktacja zg. z kryterium oceny ofert (cena: 100%)	Okres gwarancji na oferowane urządzenia
1	Klastmed Grzegorz Żuchnik ul. Pogodna 50A, 20-337 Lublin	156 513,60 zł	100 pkt	24 m-ce
2	PPHU „IRGO” Ireneusz Gołek Pewel Mała, ul. Żywiecka 208, 34-331 Świnna	158 180,55 zł	98,95 pkt	24 m-ce

Oferty Wykonawców - Klastmed Grzegorz Żuchnik oraz PPHU „IRGO” Ireneusz Gołek nie podlegają wykluczeniu z postępowania przetargowego.

Oferowane przez Wykonawców dostawy: Klastmed Grzegorz Żuchnik oraz PPHU „IRGO” Ireneusz Gołek spełniają warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu.

Zamawiający zamierza zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w odniesieniu do art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że jeden z Wykonawców - F.P.H.U. „IRGO” Ireneusz Gołek, przedstawił notatkę, informującą (jego zdaniem) o niezgodności oferty Wykonawcy: Klastmed Grzegorz Żuchnik z zapisami siwz. Zamawiający dokonał analizy przedstawionych zapisów notatki w kontekście oferty Klastmed Grzegorz Żuchnik, zapisami siwz, jak i udzielonymi wyjaśnieniami przez firmę Klastmed z dnia 15.11.2016 roku. Zamawiający przytacza treść notatki F.P.H.U. „IRGO” Ireneusz Gołek oraz udziela wyjaśnień.

Treść Notatki Służbowej - F.P.H.U. „IRGO” Ireneusz Gołek (Pewel Mała, dnia 14.11.2016 r.)

F.P.H.U. "IRGO" Ireneusz Gołek, 4-331 Świnna; Pewel Mała, ul. Żywiecka 208; tel./fax.: 033 860 03 45 (verte)

SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
 Dział Zamówień Publicznych
 ul. Strzelców Bytomskich 11
 41-500 Chorzów

SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich
 Sekretariat

Wpłynęło dnia 14.11.2016...

L. dz. 10.778

Znak sprawy: SP ZOZ ZSM/ZP/35/2016

NOTATKA SŁUŻBOWA

W związku z dokonaniem przeglądu oferty złożonej w niniejszym postępowaniu przez KLASTMED Grzegorz Żuchnik, Wykonawca F.P.H.U. „IRGO” Ireneusz Gólek pragnie zwrócić uwagę Zamawiającego na istotną okoliczność, mającą wpływ na zgodność z treścią SIWZ - pierwotną i zmodyfikowaną odpowiedziami udzielonymi na zapytania, a tym samym ważność oferty wskazanego Wykonawcy.

W formularzu ofertowym Wykonawca KLASTMED złożył oświadczenia m.in. o zgodności przedmiotu zamówienia z wszelkimi wymogami określonymi w SIWZ (ośw. 1) i aktualności oraz zgodności z prawdą wszystkich podanych informacji (ośw. 12). Tymczasem, zdaniem składającego notatkę, zaoferowane kardiomonytory kompaktowe – tabela 6 – nie spełniają warunków postawionych w SIWZ w zakresie wymagań dla pomiarów i analiz EKG – pkt 12 oraz pomiarów, zapisów i funkcji RESPIRACJI – pkt 13. Zamawiający wymagał następujących parametrów dla EKG: zakres pomiaru HR: 15-300 1/minutę, analiza ST z 6 odprowadzeń jednocześnie, analiza minimum 13 kategorii arytmii, detekcja stymulatora serca, jednoczesne wyświetlanie minimum 6 krzywych przy użyciu kabla 3-żyłowego, kabel 3-żyłowy na wyposażeniu. W odpowiedziach na pytania, udzielonych 7.11 b.r., (pismo znak: SP ZOZ ZSM/ZP/35.1/2016) Zamawiający dopuścił, odpowiadając twierdząco na pytanie nr 14, zaoferowanie kardiomonitora o poniższych parametrach: zakres pomiaru HR: 15-350 1/min, analiza ST z odprowadzeń do wyboru, analiza 26 kategorii arytmii, detekcja stymulatora serca, jednoczesne wyświetlanie 7 krzywych przy użyciu kabla 5-żyłowego, wyposażenie: kabel 3 lub 5-żyłowy.

W tabeli 6 w pozycji 12 KLASTMED, powołując się na zgodność z odpowiedziami, zaoferował wyżej wymienione parametry. Jednocześnie jednak nie podał konkretnie, który kabel oferuje, mimo wyraźnego wymogu „tak, podać”, wskazując jako wyposażenie kabel 3-żyłowy lub 5-żyłowy, co w tym zakresie czyni ofertę alternatywną. Ponadto, jeżeli oferowany kardiomonitor jednocześnie wyświetla 7 krzywych przy użyciu kabla 5-żyłowego, to zaoferowanie innego kabla powoduje niezgodność oferty z SIWZ. Istotą oferty składanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jest jej konkretność i jednoznaczność a ewentualne wyjaśnienia, udzielane przez Wykonawcę na piśmie wezwaniu Zamawiającego, nie mogą prowadzić do zmian w treści oferty.

W tym samym dokumencie z odpowiedziami, Zamawiający, odpowiadając na pytanie nr 21, w sposób nie budzący wątpliwości interpretacyjnych, nie dopuścił zaoferowania kardiomonitora, wyświetlającego jednocześnie 1,2,7 lub 12 krzywych, w zależności od zastosowanego kabla – 3,5 lub 12-żyłowego. Odpowiedź brzmiała: *Nie, zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza do zaoferowania urządzenia (kardiomonitor) nieposiadający ww. funkcji, czyli możliwości jednoczesnego wyświetlania min. 6 krzywych przy użyciu kabla 3-żyłowego. Zgodnie z SIWZ.*

Podobnie sytuacja ma się z funkcją respiracji – poz. 13. KLASTMED zaoferował, powołując się na zgodność z odpowiedziami, następujące parametry: zakres pomiaru RR 6-150 1/min, funkcja nadzoru bezdechu 10-40 s, zapis do 200 zdarzeń bezdechu. Odpowiadając na pytanie nr 15, Zamawiający dopuścił takie parametry. Jednakże w odpowiedzi na pytanie nr 22 w brzmieniu: *Czy Zamawiający dopuści do przetargu kardiomonitor nieposiadający licznika bezdechów? Liczbę zaistniałych bezdechów obrazuje wykaz alarmów zapisywanych w pamięci kardiomonitora,* Zamawiający wyraźnie wskazał na podtrzymanie wymogu SIWZ, nie wyrażając zgody na zaoferowanie urządzenia bez licznika bezdechów.

Wykonawcy związani są wszystkimi modyfikacjami SIWZ, zatem w sytuacji, gdy wiele pytań dotyczy tego samego urządzenia, jego parametru czy funkcji, muszą w ofercie uwzględnić wszystkie wymagania – zarówno te pierwotne, wynikające bezpośrednio z SIWZ, jak i ewentualne nowe, wprowadzone przez Zamawiającego w wyniku udzielania wyjaśnień na zapytania skierowane w drodze art. 38 ust. 1 ustawy.

SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich

Sekretariat

Wpłynęło dnia 14.11.2016
 L. dz.

NIP: 533 222 84 91

Jednakże ugruntowana linia orzecznicza KIO stanowi, iż wykonawcy nie mogą ponosić negatywnych konsekwencji niejasnych, nieskonkretyzowanych bądź wykluczających się wymagań i zapisów SIWZ, w tym oczywiście powstałych na skutek modyfikacji.

Dlatego Zamawiający musi rozważyć, czy wezwie wykonawcę KLASTMED do złożenia wyjaśnień w zakresie zaoferowanych parametrów, w związku z ich niezgodnością, w kontekście odpowiedzi na pytania 21 i 22, czy też odrzuci ofertę w/w wykonawcy jako niezgodną z treścią siwz bądź unieważni niniejsze postępowanie, uznając je za obciążone nie dającą się usunąć wadą – właśnie ze względu na rozbieżności, wynikłe z odpowiedzi m.in. na pytania: 14 i 15 oraz 21 i 22.

WŁAŚCICIEL


Ireneusz Gołek

F.P.H.U. „IRGO”

Ireneusz Gołek

Pewel Mała, ul. Żywiecka 208

34-331 ŚWINNA

tel. 604-121-982, fax 33-860-03-45

NIP PL 5532226491, Reg. 241561125

Wyjaśnienia udzielone przez Klastmed (15.11.2016)

KLASTMED Grzegorz Żuchnik

ul. Pogodna 50A, 20-337 Lublin

NIP: 713-233-45-75

REGON: 432691403

tel./fax.: +48 81 44 10 420

lublin@klastmed.pl



Włarzędna Firma

nr konta: 79 1240 2454 1111 0000 3937 4693

 **klastmed**
ROK ZAŁOŻENIA 2004

tel.: +48 81 44 10 421

tel.: +48 81 44 17 871

tel.: +48 81 44 17 872

www.klastmed.pl

sale operacyjno-zabiegowe • sprzęt medyczny • wyposażenie oddziałów szpitalnych • sprzęt ratowniczy • wózki medyczne

meble ze stali nierdzewnej • meble na profilu aluminiowym • meble metalowe • meble biurowe

Lublin, dnia 15.11.2016 r.

SP ZOZ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH

ul. Strzelców Bytomskich 11

41-500 Chorzów

fax.: 32 34 99 299

e-mail: zp@zsm.com.pl

DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pod nazwą: „Zakup i dostawa wyposażenia i urządzeń medycznych: wózka, kardiomonitorów, aparatu EKG, defibrylatorów, pomp infuzyjnych, ssaka próżniowego oraz lodówki na leki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie”.

W związku z wezwaniem do złożenia wyjaśnień w wyniku złożenia przez F.P.H.U. IRGO Ireneusz Gołek notatki służbowej, przesyłamy następujące informacje:

Ad. 1

Z uwagi na fakt, że Zamawiający dopuścił kardiomonitor posiadający parametry opisane w pytaniu 14, nie wskazując jednoznacznie w odpowiedzi, który kabel EKG żąda w dostawie – tabela ofertowa zawiera cytat pytania zadanego Zamawiającemu na który uzyskał jednoznaczną, pozytywną odpowiedź a oferta dotyczy dwóch kabli EKG (3-żyłowego i 5-żyłowego). Jest to oczywiste, gdyż tylko takie rozwiązanie pozwala na jednoczesne spełnienie dopuszczonej funkcjonalności jednoczesnego wyświetlania 7 krzywych przy użyciu kabla 5-żyłowego oraz wymogu wyposażenia: urządzenia na kabel 3-żyłowy – 1 szt. (którego wymogu zaoferowania Zamawiający jednoznacznie nie odrzucił, stąd musiał zostać i został zaoferowany).

Ad. 2

Zaoferowany produkt spełnia wymogi Zamawiającego zmodyfikowane dodatkowo poprzez odpowiedzi na pytania z dnia 7 listopada 2016. W zakresie licznika bezdechu Zamawiający dopuścił w odpowiedzi na pytanie 15 funkcjonalność zapisu do 200 zdarzeń bezdechu. Zdarzenie takie (w zaoferowanym kardiomonitorze) pozwala na zobrazowanie fragmentu krzywej respiracji oraz wszystkich mierzonych parametrów numerycznych w momencie wystąpienia wybranego zdarzenia każdego z bezdechów. Zamawiający w odpowiedzi na pytanie 22 rzeczywiście nie wyraził zgody na zaoferowanie funkcjonalności prezentacji zaistniałych bezdechów poprzez „wykaz alarmów” (tak jak to wskazuje w treści notatki firma IRGO), lecz jest to zupełnie inna, znacznie uboższa funkcjonalność w porównaniu do tej dopuszczonej w odpowiedzi na pytanie 15.

Tak jak w poprzednim punkcie – nie ma możliwości postawienia znaku równości między pytaniem 15 i 22, przez co – nie jest możliwe wykazanie niespójności w odpowiedziach udzielonych przez Zamawiającego a złożona oferta uwzględnia i spełnia wszystkie wymogi SIWZ.

 **Klastmed**
Grzegorz Zuchnik
78-357 Lubin, ul. Pogodna 50A
tel. 71-3-233-45-75 REGON 432691403
NIP 14-79-1240-2454 1111 0000 0007 41...

Z poważaniem,
Katarzyna Krasoń
 **Klastmed**
Katarzyna Krasoń
Dyrektor Generalny

Opinia Zamawiającego

Zamawiający przyjmuje powyższe wyjaśnienia f. Klastmed, które są zgodne z udzieloną odpowiedzią na pytanie 14. (Nr sprawy: SP ZOZ ZSM /ZP/35.1/2016, 7.11.2016 rok) Dot. pkt. 12.: „Czy zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor w którym pomiar EKG: zakres pomiaru HR: 15 – 350 1/min, analiza ST z odprowadzeń do wyboru, analiza 26 kategorii arytmii, detekcja stymulatora serca, jednoczesne wyświetlanie 7 krzywych przy użyciu kabla 5-żyłowego, wyposażenie: kabel 3- żyłowy lub 5- żyłowy. Rozwiązanie proponowane jest korzystniejsze od wymaganego?”. Zamawiający udzielił odpowiedzi, która dopuszcza do zaoferowania kardiomonitor posiadający opisane parametry.

Oferta Wykonawcy Klastmed nie pozostaje w sprzeczności z udzieloną odpowiedzią, jak również nie prowadzi do odmiennej interpretacji.

Sens udzielonej odpowiedzi wskazuje wyraźnie, że zamawiający chciał, by wykonawcy zaoferowali urządzenie, które posiada możliwość jednoczesnego wyświetlania - początkowo: (przed udzieleniem odpowiedzi): *min. 6 krzywych przy użyciu kabla 3-żyłowego*, a po dopuszczeniu innego rozwiązania (odpowiedź z 7.11.2016): *7 krzywych przy użyciu kabla 5-żyłowego*.

Powyższe znajduje potwierdzenie w instrukcji użytkowania zaoferowanego urządzenia (kardiomonitora iM80, str. 191). Jednocześnie powyższe nie prowadzi do zmiany w treści oferty Klastmed.

EKG		
12.	EKG - zakres pomiaru HR: 15 – 300 1/min - analiza ST z 6 odprowadzeń jednocześnie - analiza min. 13 kategorii arytmii - detekcja stymulatora serca - jednoczesne wyświetlanie min. 6 krzywych przy użyciu kabla 3-żyłowego - wyposażenie: kabel 3- żyłowy – 1 szt.	Tak, podać Zgodnie z odpowiedziami: TAK, EKG: - zakres pomiaru HR: 15 – 350 1/min - analiza ST z odprowadzeń do wyboru, - analiza 26 kategorii arytmii - detekcja stymulatora serca <u>jednoczesne wyświetlanie 7 krzywych przy użyciu kabla 5-żyłowego</u> - wyposażenie: kabel 3- żyłowy lub 5- żyłowy.

Zamawiający pragnie zwrócić uwagę, że w pytaniu nr 21 oferent połączył opis dwu funkcjonalności oferowanego monitora: a) dopuszczenie do przetargu kardiomonitora bez możliwości jednoczesnego wyświetlania min. 6 krzywych przy użyciu kabla 3-żyłowego. Zaoferowany kardiomonitor pozwala na wyświetlanie 1, 2, 7 lub 12 odprowadzeń w zależności od zastosowanego kabla EKG (3, 5, 12 - żyłowego) (...) b) jednocześnie takiego, w którym funkcję analizy odcinka ST wykonuje się bez wyświetlania krzywych EKG na monitorze pacjenta.

Odpowiadając na pytanie nr 14 zamawiający wyraźnie wskazał, że oferowane urządzenie (kardiomonitor) musi posiadać funkcjonalność polegającą na wyświetlaniu - początkowo (przed udzieleniem odpowiedzi): *min. 6 krzywych przy użyciu kabla 3-żyłowego*, a po dopuszczeniu innego rozwiązania (odpowiedź z 7.11.2016): *wyświetlaniu 7 krzywych przy użyciu kabla 5-żyłowego*. Ponadto, jest to odpowiedź na drugą część pytania - umożliwiać analizę odcinka ST z wyświetlaniem krzywych EKG na monitorze pacjenta.

Udzielona odpowiedź nie dopuszczała do zaoferowania urządzenia, które, jak wynika z opisu zawartego w pytaniu oferenta, nie posiadało możliwości jednoczesnego wyświetlania min. 6 krzywych przy użyciu kabla 3-żyłowego i jednocześnie nie pozwalało na analizę odcinka ST w oparciu o wyświetlane na monitorze krzywe EKG pacjenta.

Udzielone przez Wykonawcę wyjaśnienia nie pozostają w sprzeczności z treścią oferty, jak również udzielonymi odpowiedziami na pytania nr 15 i 22. Udzielając odpowiedzi na pytanie nr 15, zamawiający dopuścił kardiomonitor zapisujący (zliczający) zdarzenia bezdechu do zbioru (do pamięci urządzenia). Jeżeli moduł zliczający w danym, zaoferowanym urządzeniu posiada funkcjonalność zapisu do 200 zdarzeń bezdechu (sparametryzowane akcje bezdechu), którą zamawiający dopuścił do zaoferowania w miejsce tzw. licznika bezdechów, posiada zatem wymaganą funkcjonalność. Powyższe parametry potwierdza instrukcja użytkowania zaoferowanego urządzenia (kardiomonitora iM80, str. 135 - 139, 177). Zapis do pamięci urządzenia do 200 zdarzeń bezdechu jest tym samym co licznik do 200 bezdechów, bez względu na to, czy licznik jest w pamięci, czy na ekranie monitora. Monitor wykonuje bowiem operację – zlicza zdarzenia bezdechu. Jednocześnie, zamawiający udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 22 zablokował możliwość zaoferowania urządzenia, którego funkcjonalność opiera się na wykazie alarmów bezdechu.

Warto przy tym zwrócić uwagę na zagadnienia definicyjne. Co oznacza z definicji „alarm” lub dalej – „wykaz alarmów”, co też stało się powodem odrzucenia przez zamawiającego oferty na kardiomonitor przedstawiający wykaz alarmów bezdechu. Definicja słownikowa (*Słownik współczesnego języka polskiego*, red. B. Dunaj, Wydawnictwo Wilga, Warszawa 1996, str. 8) mówi, że alarm to: „sygnał dźwiękowy lub świetlny ostrzegający przed niebezpieczeństwem; też: urządzenie do nadawania takiego sygnału”. Wykaz alarmów należy zatem rozumieć jako wykaz sygnałów ostrzegawczych – w tym przypadku wykaz sygnałów o bezdechu. Konkretny alarm (sygnał ostrzegawczy) występuje jako odpowiedź na konkretny bodziec – zagrożenie (konkretny parametr). Nie to jednak chciał uzyskać zamawiający opisując wymaganą od urządzenia funkcjonalność. Celem nie było uzyskanie zbioru informacji = wystąpiło zdarzenie (wykaz alarmów), lecz uzyskania danych o zdarzeniach – bezdechach (w oferowanym urządzeniu: 200 odnotowanych zdarzeniach) z informacjami towarzyszącymi (pomiarami) w momentach wystąpienia wybranego zdarzenia.

Zamawiający zwraca też uwagę, że pojęcie „licznik” nie jest zarezerwowane dla urządzeń pomiarowych w kardiologii (w tym przypadku kardiomonitorów), z definicji słownikowej (*Słownik współczesnego języka polskiego*, red. B. Dunaj, Wydawnictwo Wilga, Warszawa 1996, str. 347) to: „przyrząd pomiarowy wskazujący wartość mierzonej wielkości jako wynik jej całkowania lub sumowania w pewnych odcinkach czasu”.

Warto zwrócić uwagę, że Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia urządzenia (kardiomonitora) zawarł dodatkowe, uzupełniające informacje (Załącznik nr 2 do SIWZ), które dla lekarzy specjalistów są jasne i które wyraźnie rozszerzają opis wymagań w zakresie monitorowania bezdechu pacjenta – ponad ww. zliczanie bezdechów. Zapis obejmował bowiem następujące elementy („Respiracja”): kardiomonitor posiadający funkcję nadzoru bezdechu min.: 5 – 45 s (dopuszczono odpowiedzią z 7.11.br.: funkcja nadzoru bezdechu: 10 – 40 s), licznik bezdechów (dopuszczono odpowiedzią z 7.11.br.: zapis do 200 zdarzeń bezdechu), możliwość wyboru elektrod do detekcji oddechu (RA-RL lub RA-LL) bez konieczności przepinania kabla EKG, prezentacja fali oddechu.

Z powyższego opisu wyłania się urządzenie, które umożliwia uzyskanie większego spektrum danych o bezdechu pacjenta, i którego funkcjonalność nie może być opisana poprzez posiadanie licznika bezdechów. Opis funkcjonalny urządzenia dotyczył parametrów monitorowania respiracji. W ten sposób zostało też zadane pytanie, bowiem oferent zapytał o dopuszczenie urządzenia mającego takie a nie inne możliwości monitorowania respiracji.

13. Respiracja: - zakres pomiaru RR min.: 5 – 150 1/min - funkcja nadzoru bezdechu min.: 5 – 45 s - licznik bezdechów - możliwość wyboru elektrod do detekcji oddechu (RA-RL lub RA-LL) bez konieczności przepinania kabla EKG - prezentacja fali oddechu	Zgodnie z odpowiedziami: TAK, Respiracja: - zakres pomiaru RR: 6 – 150 1/min - funkcja nadzoru bezdechu: 10 – 40 s <u>zapis do 200 zdarzeń bezdechu,</u> - możliwość wyboru elektrod do detekcji oddechu (RA-RL lub RA-LL) bez konieczności przepinania kabla EKG - prezentacja fali oddechu
	Tak, podać

Oferta Wykonawcy Klastmed nie pozostaje w sprzeczności z udzielonymi odpowiedziami, jak również nie prowadzi do odmiennej interpretacji. Proszę zwrócić uwagę, że wykonawca (Klastmed) w ofercie wskazał wyraźnie zakres dopuszczony przez zamawiającego z opisaną powyżej funkcjonalnością.

Reasumując, przeprowadzona przez zamawiającego analiza oferty Klastmed, jak i dodatkowe wyjaśnienia udzielone zamawiającemu przez wykonawcę w postępowaniu pn. *Zakup i dostawa wyposażenia i urządzeń medycznych: wózka, kardiomonitorów, aparatu EKG, defibrylatorów, pomp infuzyjnych, ssaka próżniowego oraz lodówki na leki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie* prowadzi do konstatacji, że oferta jest zgodna z siwz i spełnia oczekiwania zamawiającego.

DYREKTOR
SP ZOZ Szpitali Miejskich
mgr Anna Knysok


